



Adottata dal Commissario Straordinario in data 28 GIU 2016

- Oggetto: Affidamento diretto, art. 36 D.Lgs. n°50/2016, della manutenzione e riparazione N. 1 lava endoscopi Olympus mod. EDT 3 Plus matr. 08140584, in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl - C.I.G. ZDE1A510C3
- Il Responsabile della S.C. del Settore Tecnico manutentivo e logistico:
- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;
- PREMESSO** che l'Azienda ha in dotazione, in uso all' U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, n. 2 lava endoscopi Olympus mod. EDT 3 Plus matr. 07140582 e matr. 08140584;
- VISTA** la richiesta del 10.06.2016, a firma del Resp.le dell'U.O. di Endoscopia Digestiva, Dott. Sergio Cadoni, con la quale segnala un guasto "perdita d'acqua" sulla lava endoscopi EDT3 marca Olympus matr. 08140584, e chiede un intervento di riparazione, urgente, in quanto l'inutilizzo dell'apparecchiatura raddoppia i tempi di disinfezione degli endoscopi e, pertanto, rallenta l'attività diagnostica dell'unità operativa;
- DATO ATTO** che il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato la richiesta di preventivo, per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, alla Ditta Olympus Italia Srl, che detiene l'esclusiva sulla commercializzazione e fornitura di ricambi originali delle apparecchiature e strumentazioni del marchio Olympus;
- VISTO** il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Olympus Italia Srl n. 1225 del 14.06.2016, pari a € 772,00, i.v.a. esclusa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che comprende di spese di viaggio, manodopera e ricambi necessari al ripristino della corretta funzionalità dell'apparecchiatura;
- RITENUTO** che sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, l'affidamento possa essere effettuato con affidamento diretto, come previsto dall'art. 36 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- ATTESTATO** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016;

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia Srl della riparazione di n. 1 lava endoscopi Olympus mod. EDT 3 Plus matr. 08140584, in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias., per un importo complessivo di € 772,00 i.v.a. di legge esclusa, come da preventivo n. 1225 del 14.06.2016;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

- di nominare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Giorgio Angius;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- Affidare alla ditta Olympus Italia Srl la riparazione di n. 1 lava endoscopi mod. EDT 3 Plus in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 772,00 i.v.a. di legge esclusa, come da preventivo n. 1225 del 14.06.2016;
- Di autorizzare l'affidamento diretto, come previsto dall'art. 36 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016, da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Giorgio Angius;
- far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2016, il costo di € 941,84 di cui € 169,84 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta) centro di costo n. 10530801 (U.O. di Endoscopia Digestiva) sub autorizzazione BS07_TEC anno 2016, numero 1 sub n.60;
- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa M. Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e log.
Ing. Brunello Vacca



R.u.p / I.C. Ing. Giorgio Angius

Add/ A. Portas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera
n° 947/C del 28 GIU 2016

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 1 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Esseti Athena s.r.l.
Via Lombardia 13A/15
09127 Cagliari (CA)

Ubicazione

P.O. S.BARBARA
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS (CI) (CI)

Destinatario

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI) (CI)

Preventivo / Risposta

Data Creazione 14/06/2016	Offerta n° 1225 Specificare per richieste	SO/Incarico-Preventivo CFS182/000-001	Codice Cliente 2000034783
Data Apertura 14/06/2016	Marca Mercè		Resp. Servizio 8XCQ
VS. Riferimenti Richiesta 150 IT/16 del 10/06/2016		VS Riferimento	
Codice Articolo E0425502	Modello ETD-3 PLUS PAA	N° di Serie 08140584	Tecnico Efisio Cardus

Per ulteriori informazioni

Tel.: 070/481073

Fax: 070/481073

Totale Importo Riparazione
EUR 772,00

Data

Timbro e Firma

altre informazioni

Preventivo accettato

Preventivo rifiutato / Reso
strumento non riparato

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.

Condizione di fornitura:

Validità: 3 mesi data presente.

Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile.

Garanzia 24mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;

I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge.

Pagamento: mediante Rimessa diretta 90gg data fattura.

Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap.Soc.€8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152 - R.E.A. di Milano 1429744

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

P.O. S.BARBARA
VIA S.LEONARDO, 1
09016 IGLESIAS (CI) (CI)

Pagatore

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI) (CI)

Preventivo

Data Creazione 14/06/2016	Offerta n° 1225 Specificare per richieste	SO/Incarico-Preventivo CFS182/000-001	Data Scadenza preventivo 14/08/2016
Codice Cliente 2000034783	NS. Riferimento Efisio Cardus		
Data Apertura 14/06/2016	Marca Mercè		
VS. Riferimenti Richiesta 150 IT/16 del 10/06/2016	VS Riferimento		
Codice Articolo E0425502	Modello ETD-3 PLUS PAA	N° di Serie 08140584	Tecnico Efisio Cardus



OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Preventivo

Data Creazione 14/06/2016	Offerta n° 1225 Specificare per richieste	SO/Incarico-Preventivo CFS182/000-001	Data Scadenza preventivo 14/08/2016
Codice Cliente 2000034783	NS. Riferimento Efisio Cardus		
Data Apertura 14/06/2016	Marca Mercè		
VS. Riferimenti Richiesta 150 IT/16 del 10/06/2016	VS Riferimento		
Codice Articolo E0425502	Modello ETD-3 PLUS PAA	N° di Serie 08140584	Tecnico Efisio Cardus

Informazioni/Articoli/Spese	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo netto
Parti di ricambio			
M5634684 Drain Pump BE 24B4 230V 50HZ	1,00	240,00	240,00
Difetti riscontrati			
ESXTZ03 AMS Travel zone C	1,00	262,00	262,00
ESMWFS1 AMS: labour field medical	3,00	90,00	270,00

Note Descrittive

Ricerca perdita d'acqua. Sostituzione pompa steam condenser danneggiata.

Totale 772,00 EUR
IVA Esclusa