REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Deliberazione n. 1136/C

Adottata dal Commissario Straordinario in data 21 LUG 2016

Oggetto: UTEC - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n°50 del 18.04.2016, della manutenzione e riparazione di n. 1 lava endoscopi Olympus mod. ETD 3 Plus matricola 08140587, in dotazione all'.U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia Ditta Olympus Italia SRL – CIG ZEA19DBB75

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che l'Azienda ha in dotazione, in uso all' U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. SIRAI DI Carbonia n.1 lava endoscopi Olympus mod. ETD 3 PLUS PAA inventario n 34711 matricola 08140587;

VISTA la richiesta del Resp.le della U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia n.53/16 del 11/03/2016, con la quale segnala un guasto "Allarme sensore di vapore E034" sulla lava endoscopi ETD3 marca Olympus matricola 08140587, e chiede un intervento di riparazione, urgente, in quanto l'inutilizzo dell'apparecchiatura comprometterebbe l'attività diagnostica dell'unita operativa;

DATO ATTO che il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato la richiesta di preventivo, per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto, alla Ditta Olympus Italia SRL, che detiene l'esclusiva sulla commercializzazione e fornitura di ricambi originali delle apparecchiature e strumentazioni del marchio Olympus;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Olympus Italia SRL n. 836 del 22.03.2016, pari a € 857,00, IVA esclusa, che si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale, che comprende spese di viaggio, manodopera e ricambi necessari al ripristino della corretta funzionalità dell' apparecchiatura;

CONSIDERATO che la strumentazione è da considerarsi di alta tecnologia e di categoria ad alto rischio, nonché risulta essere in buono stato generale, per cui si ritiene giustificata la spesa di manutenzione urgente, e la necessità di affidarne la riparazione alla Ditta sopracitata in quanto in grado di garantire ricambi originali e manodopera specializzata,;

VISTO che sulla base delle motivazioni di urgenza sopra esposte, l'incarico possa essere assegnato con affidamento diretto, come previsto dall'art. 36 lettera a) del d.lgs n°50 del 18.04.2016, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA di legge;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obbiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

CONSIDERATO che per la riparazione del suddetto Colonscopio, è stato acquisito il codice **CIG ZEA19DBB75;**

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia SRL della riparazione di n. 1 lava endoscopi Olympus mod. ETD 3 PLUS PAA inventario n 34711 matricola 08140587, in dotazione all'.U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia, per un importo complessivo di € 857,00 IVA di legge esclusa, come da preventivo n. 836 del 22.03.2016
- di nominare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Giorgio Angius;

Per i motivi esposti in premessa:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- Di affidare alla ditta Olympus Italia SRL la riparazione di n. 1 lava endoscopi Olympus mod. ETD 3 PLUS PAA inventario n 34711 matricola 08140587, in dotazione all'.U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia, per un importo complessivo di € 857,00 IVA di legge esclusa, come da preventivo n. 836 del 22.03.2016;
- di autorizzare l'affidamento diretto, come previsto dal d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, art. 36 (contratti sotto soglia), commi 1 e 2, lettera a) che prevede l'affidamento diretto, per lavori, servizi, e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'IVA di legge;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Giorgio Angius;
- di far gravare, per la quota di competenza dell'anno 2016, il costo di € 1.045,54 di cui € 188,54 di IVA al 22%, sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta), sul centro di costo 10530901 (Endoscopia Digestiva P.O. Sirai), sulla sub-autorizzazione BS07_TEC anno 2016, numero 1 SUB 82;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa M. Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Silvio Maggetti

SERVIZIO SANITARIO ASL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giorgio Angius

Add/ C. Amore

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 1134/C del 21 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 LUG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO ASL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle Deliberazioni:

n. 265/2006 n.189/2007 n. 414/2007 n. 1160/2010 e n. 753/2014

Allegati n. 1 (3 pag)

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

ASL 7 CARBONIA
Struttura Complessa del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Il Responsabile
Ing. Brunello VACCA

Esseti Athena s.r.l.
Via Lombardia 13A/15
09127 Cagliari (CA)

Ubicazione

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI) (CI)

Destinatario

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI) (CI)

V° si approva
Il Responsabile del Procedimento

Preventivo / Risposta

Data Creazione	Offerta n°	SO/Incarico-Preventivo	Codice Cliente
22/03/2016	**836** Specificare per richieste	CFS90/000-001	2000034783

Data Apertura	Marca Merci	Resp. Servizio
22/03/2016		8XCQ

VS. Riferimenti	VS Riferimento
53/16	

Codice Articolo	Modello	N° di Serie	Tecnico
E0425502	ETD-3 PLUS PAA	08140587	Efisio Cardus

Per ulteriori informazioni

Tel.: 070/481073
Fax: 070/481073

Totale Importo Riparazione
EUR 857,00

Data _____ Timbro e Firma _____

altre informazioni

Preventivo accettato ☐

Preventivo rifiutato / Reso strumento non riparato ☐

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.rl. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.

Condizione di fornitura:
Validità: 3 mesi data presente.
Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile.
Garanzia 24mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;
I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge.
Pagamento: mediante Rimessa diretta 90gg data fattura.
Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI) (CI)

Pagatore

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI) (CI)

Preventivo

Data Creazione 22/03/2016	Offerta n° **836** **Specificare per richieste**	SO/Incarico-Preventivo CFS90/000-001	Data Scadenza preventivo 22/05/2016
Codice Cliente 2000034783		NS. Riferimento Efisio Cardus	
Data Apertura 22/03/2016	Marca Merci		
VS. Riferimenti 53/16		VS Riferimento	
Codice Articolo E0425502	Modello ETD-3 PLUS PAA	N° di Serie 08140587	Tecnico Efisio Cardus

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Preventivo

Data Creazione	Offerta n°	SO/Incarico-Preventivo	Data Scadenza preventivo
22/03/2016	**836** **Specificare per richieste**	CFS90/000-001	22/05/2016

Codice Cliente	NS. Riferimento
2000034783	Efisio Cardus

Data Apertura	Marca Merci
22/03/2016	

VS. Riferimenti	VS Riferimento
53/16	

Codice Articolo	Modello	N° di Serie	Tecnico
E0425502	ETD-3 PLUS PAA	08140587	Efisio Cardus

Informazioni/Articoli/Spese		Q.tà	Prezzo Unitario	Importo netto
Parti di ricambio				
M7607602	Lock ETD3	1,00	370,00	370,00
Difetti riscontrati				
ESMWFS1	AMS: labour field medical	2,50	90,00	225,00
ESXTZ03	AMS Travel zone C	1,00	262,00	262,00

Note Descrittive

Errore condensatori di vapore E034.Verifiche lavastrumenti e sostituzione serratura diffettosa.Esecuzione test e ciclo di disi

Totale **857,00 EUR**

IVA Esclusa