



1244/c

adottata dal Commissario Straordinario in data 4 AGO 2016

OGGETTO: DITTA AHSI RESTITUZIONE SISTEMI HEMOSAFE- ACCERTAMENTO CREDITI IN BILANCIO- CANCELLAZIONE BENI DAL LIBRO DEI CESPITI-

- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1804 del 4 novembre 2013 con la quale, a seguito di gara a procedura aperta, si provvedeva alla fornitura di apparecchiature e attrezzature per il centro Trasfusionale, tra le quali n. due frigo emoteche Hemosafe aggiudicate alla Ditta AHSI al costo di € 46.770,00 cad.
- PRESO ATTO** che su segnalazione del Responsabile del Centro Trasfusionale e del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico, dette apparecchiature sono state sottoposte a numerosi interventi tecnici così come documentato nei verbali di intervento agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico.
- ATTESO** che in data 2 novembre 2015 con nota protocollo PG/2015/25075 il Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico notificava formale contestazione di addebito alla ditta fornitrice a causa del perdurare del malfunzionamento delle due apparecchiature. Che con successiva nota protocollo PG/2016/12594 del 31 maggio 2016 l'Azienda Sanitaria n. 7 chiedeva alla Ditta AHSI la sostituzione delle frigo emoteche oggetto di contestazione.
- VISTA** la nota del 17/06/2016 della Ditta AHSI acquisita al protocollo generale dell'Azienda al n° 14002 in data 20/06/2016, con la quale viene assunto l'impegno al ritiro delle apparecchiature e alla restituzione del corrispettivo di € 46.770,00 cad oltre I.V.A di legge significando che la stessa non essendo più distributrice della Ditta Angelantoni Life Science Srl sarebbe impossibilitata alla sostituzione con le apparecchiature equivalenti.
- RITENUTO** di definire la controversia con l'accettazione della proposta della Ditta HASI disponendo con il presente atto gli adempimenti per l'incasso della somma complessiva di € 93.540,00 oltre IVA di Legge.
- ATTESO** Che con nota protocollo PG/2016/17146 del 26/07/2016 l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 comunicava alla Ditta AHSI la volontà di accogliere la proposta di ritiro delle apparecchiature segnalando che in base alle indicazioni dell'amministrazione finanziaria (R.M. 24 ottobre 1990, n. 571546) l'operazione, sotto il profilo fiscale, debba essere effettuata con emissione di nota di credito, da parte della venditrice, in luogo della emissione di fattura da parte della ASL 7, configurandosi nella fattispecie un reso, in applicazione dell'articolo 1453 e ss del Codice Civile, e non una retrovendita, invitando pertanto la Ditta AHSI a comunicare la disponibilità all'emissione della nota di credito.
- VISTA** la nota acquisita al protocollo generale l n. PG/2016/17551 in data 01/08/2016 con la quale la Ditta AHSI riscontra la proposta della ASL 7 di cui alla richiamata nota 17/146/2016, comunicando la disponibilità alla emissione delle note di credito relative alle apparecchiature oggetto del contenzioso.
- RITENUTO** di formalizzare con il presente atto l'accoglimento della proposta della Ditta AHSI di cui alla nota del 17/06/2016 disponendo la restituzione delle apparecchiature oggetto di contenzioso e disponendo le operazioni di incasso delle somme liquidate a titolo di corrispettivo per l'importo di € 93.540,00 oltre IVA al 22 %.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fatta propria l'istruttoria del Responsabile del Servizio acquisti

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa


DELIBERA

- Di accettare la proposta della ditta AHSI, di cui alla nota 17/06/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di restituzione e contestuale accredito del corrispettivo relativo alla fornitura di n. 2 frigo emoteche Hemosafe aggiudicate con Delibera del Direttore Generale n. 1804 del 4 novembre 2013.
- Di dare atto che ai fini fiscali la Ditta AHSI provvede ad emettere note di credito per l'importo complessivo della fornitura pari ad € 93.540,00 oltre i.v.a 22 %.
- Di demandare al Servizio Bilancio l'accertamento in bilancio della somma di € 93.540,00 oltre iva 22 % sul codice A103041001 "crediti verso soggetti privati" del piano dei conti da accreditarsi mediante bonifico bancario su conto IT41B0101543850000070188988 presso tesoreria Banco di Sardegna filiale di Carbonia, causale:" reso frigoemoteche Hemosafe".
- Di vincolare la somma di € 93.540,00 oltre iva al 22 % per l'acquisto di attrezzature per il Centro Trasfusionale in sostituzione di quelle oggetto di contestazione.
- Di demandare al Servizio Tecnico Logistico l'emissione di lettera di accompagnamento per la restituzione dei beni in coordinamento con il Responsabile del Centro Trasfusionale.
- Di disporre affinché il Servizio acquisti provveda alla cancellazione dal libro dei cespiti dei beni contrassegnati dai numeri: mat. LS0 4490 Inventario n° 440620, mat. LS0 4491 inventario n° 440313.
- Di notificare il presente atto alla Ditta AHSI S.p.A con sede in viale delle Industrie, 33 Bernareggio.

Il Commissario straordinario
Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Servizio acquisti
Dott. Carlo Contini



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1244/C del - 4 AGO 2016
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal - 5 AGO 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
Presidio Ospedaliero "SIRAI" - Carbonia

ASL 7

PG/2015/0025075 del 02/11/2015 ore 14,15

Mittente : Servizio tecnico-manutentivo e log

Destinatari : AHSI SPA

Classifica : 1.4 12, Fascicolo 3 del 2015



Carbonia, 2 novembre 2015

Spett.le
AHSI Spa
via delle Industrie, 33
20044 Berengario (MB)
anticipato via fax 039.6827.700

E p.c.

→ Al Commissario Straordinario

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore dei PP.OO. di Iglesias Dott. C. Murru

Al Direttore del P.O. Sirai Dott. C. Pili.

Al Direttore C.T.A. Dott. A. Zuccarelli

loro sedi

OGGETTO: fornitura sistema avanzato per la conservazione, assegnazione e restituzione di unità trasfusionali tramite controllo automatico, Lotto 1 – CIG 51319402DC, approvato con deliberazione del DG n. 1804 del 4 novembre 2013 - Contestazione di addebito.

Con la presente si segnala il continuo malfunzionamento dei due sistemi Hemosafe matr. 2504490 e 2504491 in dotazione ai PPOO S.Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia della azienda ASL n. 7 di Carbonia, mai di fatto entrati a regime sin dalla data di collaudo del 1/04/14 a seguito dell'approvazione della delibera DG n. 1804/2013, come si può evincere dai verbali di intervento tecnico del 26/02/15, 20/03/15, 13/04/15, 8/05/15 e 11/05/15, dalle segnalazioni inviate per posta elettronica del 21/03/15, 21/04/15, e con note prot. U52CT/2015 del 7/04/15 e U60CT/2015 del 28/04/15, che si allegano in copia.

Ad oggi tali apparecchiature permangono in condizioni che non consentono un uso adeguato in relazione alla particolare importanza che dovrebbero rivestire.



Commi
LE
uff. Telem
Serv. Hog.
Dr. Zuccarelli

Spett.le

ASL N°7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Alla cortese attenzione del Commissario Straordinario dott. Antonio Onnis

Bernareggio, 17/06/16

OGGETTO: Vs. lettera prot. PG/2016/12594 del 01/06/2016.

In risposta alla vs. lettera di cui all'oggetto, inerente la richiesta di sostituzione dei due sistemi Hemosafe (s/n LS04490 e LS04491) in dotazione ai PP.OO. S. Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia, comunichiamo di aver immediatamente interessato il produttore delle apparecchiature - Angelantoni Life Science S.r.l. di Massa Martana PG - al fine di ricevere adeguata assistenza per una soluzione definitiva della problematica. Non avendo però ricevuto alcuna risposta e non essendo più la ns. società distributrice delle apparecchiature in questione, non ci rimane che proporvi la loro restituzione, non potendo la scrivente assumere altre iniziative quali, ad esempio, la sostituzione delle medesime.

In tal senso vorrete comunicarci il nominativo del vs. incaricato con il quale interagire per le operazioni di reso, che potrà avvenire a seguito di emissione di documento di trasporto e relativa fattura per la cessione dei beni, naturalmente per la stessa cifra di acquisto all'epoca corrisposta e, segnatamente, Euro 45.770,00 + IVA per ciascuna apparecchiatura.

Restando in attesa di un vs. cortese cenno di assenso a quanto proposto, vogliate gradire i ns. più distinti saluti.

AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Fedele Di Palma

ASL 7

PG/2016/ 0014002 del 20/06/2016 ore 12,52

Mittente: AHSI

Assegnatario: DIREZIONE GENERALE - Commissari

Classifica 1,2:



Seu Aca
3/3

testoemail_331660[1].txt

In risposta alla Vs. nota prot. PG/2016/17146 del 26/07/2016, vi comunichiamo la ns. disponibilit? all'emissione delle note di credito in relazione alle due forniture effettuate.

Attendiamo quindi Vs. comunicazioni, non appena sar? intervenuta l'approvazione degli atti conseguenti.

Distinti saluti,

Fedele DI PALMA

Legale Rappresentante

Ahsi MD

AHSI S.p.A.
Viale delle Industrie, 33
20881 Bernareggio (MB)
Tel.: 039.6827306
Fax.: 039.6827400
<<http://www.ahsi.it/>> www.ahsi.it
<<mailto:silva@ahsi.it>> silva@ahsi.it

ASL 7

PG/2016/ 0017551 Del 01/08/2016 ore 08,49

Indente AHS.

Assegnatario: Servizio Branding - Darnas snc

Classifica: 19.1 Fascicolo: 3 de 2016



Da: Per conto di: direzione.generale@pec.aslcarbonia.it
[<mailto:posta-certificata@pec.aruba.it>]
Inviato: mercoled? 27 luglio 2016 16:32
A: ahsi@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione nota prot. PG/2016/17146 del 26/07/2016

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/07/2016 alle ore 16:32:08 (+0200) il messaggio "Trasmissione nota prot. PG/2016/17146 del 26/07/2016" ? stato inviato da "direzione.generale@pec.aslcarbonia.it" indirizzato a: ahsi@pec.it
Il messaggio originale ? incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160727163208.09424.10.1.69@pec.aruba.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PG/2016/17146
26/07/2016

Carbonia, 26 luglio 2016

Spett.le Ditta AHSI
Viale delle Industrie, 33
20881 BERNAREGGIO
ahsi@pec.it

e.p.c Dott. Angelo Zuccarelli
Resp. Centro Trasfusionale

Ing. Brunello Vacca
Resp. Tecnico Logistico

Oggetto: reso Hemosafe frigoemoteche-

Nel prendere atto della proposta avanzata da Codesta spettabile Ditta con nota del 17/06/2016 acquisita al protocollo generale di questa Azienda al n. PG/2016/0014002 in data 20/06/2016, si manifesta la totale disponibilità al reso delle apparecchiature significando quanto segue.

Secondo l'Amministrazione finanziaria l'ipotesi di reso dovuta a difetti e vizi dei beni venduti, consente la rettifica dell'imponibile IVA in applicazione dell'articolo 26, comma 2 del D.P.R. n. 633/1978 anche dopo un anno dalla cessione, in quanto la variazione in diminuzione discende da precisi obblighi posti a carico del venditore ai sensi degli artt. 1490 ss. C.C. (R.M 24 ottobre 1990, n. 571646). Il recupero dell'IVA attraverso la nota di credito è, infatti, giustificato dalla responsabilità contrattuale del venditore prevista dall'art. 1453 del C.C. che da luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Sulla base di queste considerazioni, la fatturazione con IVA dei beni restituiti al cedente è illegittima anche ove sia decorso il termine annuale.

In considerazione di quanto esposto si chiede di comunicare Vs disponibilità alla emissione di nota di credito alla quale farà seguito l'approvazione degli atti per il reso delle apparecchiature.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Servizio acquisti
Dott. Carlo Contini



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Commissario Straordinario

Prot. PG/2016/12594 del 1/06/2016

Carbonia, 31 maggio 2016

Spett.le
AHSI Spa
via delle Industrie, 33
20044 Berengario (MB)
pec: ahsi@pec.it
anticipato via fax 039.6827.700

E p.c.

Al Direttore Sanitario

Al Direttore dei P.P.OO. di Iglesias Dott. C. Murru

Al Direttore del P.O. Sirai Dott. S. Pili.

Al Direttore C.T.A. Dott. A. Zuccarelli

Al Responsabile Servizio Bilancio

loro sedi

OGGETTO: fornitura sistema avanzato per la conservazione, assegnazione e restituzione di unità trasfusionali tramite controllo automatico, Lotto 1 – CIG 51319402DC, approvato con deliberazione del DG n. 1804 del 4 novembre 2013 - richiesta sostituzione.

Facendo seguito alla precedente comunicazione pari oggetto prot. n. PG/2015/25075 del 2.11.15, con la presente si chiede in applicazione dell'art. 1490 del Codice Civile la sostituzione, con la massima sollecitudine e comunque non oltre giorni 15 dal ricevimento della presente, dei due sistemi Hemosafe matr. 2504490 e 2504491 in dotazione ai PPOO S.Barbara di Iglesias e Sirai di Carbonia della azienda ASL n. 7 di Carbonia, mai di fatto entrati a regime sin dalla data di collaudo del 1/04/14 a seguito dell'approvazione della delibera DG n. 1804/2013.

Il Servizio Bilancio, che legge per conoscenza la presente comunicazione, è pregato di sospendere la liquidazione di fatture relative a contratti al momento in essere con la ditta Ahsi Spa, fatta salva ogni azione tesa al risarcimento dei danni subiti e subendi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Commissario Straordinario

Si evidenzia che, in difetto della sostituzione richiesta entro il termine predetto, l'Azienda si riserva di adire alle vie legali.

In attesa di un riscontro si porgono i più distinti saluti

Il Commissario Straordinario

dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo dott. Maria Fanni Pittau

Resp.le SC Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

Ing. Brunello Vacca

Ing. Giorgio Angius