



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 804/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°** 169 **DEL** 29 GIU 2017

**STRUTTURA PROPONENTE:**

**S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO - SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA**

**ING. BRUNELLO VACCA** 

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° FATTPA 6\_17 del 31/03/2017 Affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n°50/2016, delle verifiche di sicurezza sulla tenuta della "gabbia di Faraday" del sito RM del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Te.si.a. S.r.l. C.I.G. ZD61D6A9A3

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Alessandro Portas 

R.U.P. : Alessandro Portas 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI


NO

x

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 29 GIU 2017 al 14 LUG 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau 

## IL RESPONSABILE DELLA S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- PREMESSO** che l'Azienda ha in dotazione, in uso all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO di Iglesias, l'apparecchiatura RM Siemens Symphony matr. MRMT323427;
- che come disposto dal D.M. del 2/08/1991 art. 4, sono obbligatorie le verifiche di sicurezza annuali della tenuta della "gabbia di faraday" del sito RM;
- RICHIAMATA** la determina del Direttore ASSL n. 47 del 16.02.2017, autorizzazione BS07\_TEC 2017 n. 1 sub 13, con la quale è stata affidata alla Ditta Te.Si.A. Srl la verifica di sicurezza della tenuta della gabbia di faraday del sito RM del P.O. CTO di Iglesias;
- VISTO** il verbale di lavoro e la certificazione del 14.03.2017, agli atti dell'ufficio di ingegneria clinica, a firma del Resp.le dell'U.O. che attesta la regolare esecuzione del servizio richiesto;
- VERIFICATA** la regolarità della fattura in formato elettronico, trasmessa dalla Ditta Te.Si.A. Srl, n° FATTPA 6\_17 del 31.03.2017 per un importo complessivo pari a € 1.830,00 i.v.a. inclusa;
- CONSIDERATO** che per la fattispecie del Servizio di cui alla Deliberazione n. 47 del 16.02.2017, è stato acquisito il codice C.I.G. ZD61D6A9A3;
- PRESO ATTO** che - il D. lgs 50/2016, art. 36 comma 1 lett. a) consente l'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- ATTESTATO** che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n° FATTPA 6\_17 del 31/03/2017 in favore della ditta TE.SI.A. Srl la verifica della tenuta della "gabbia di faraday" del Sito RM del P.O. C.T.O. di Iglesias, come da preventivo n. ADC T091/17 del 01.02.2017 per importo complessivo di € 1.500,00 i.v.a. di legge esclusa,
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa sul codice n. A507020102 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta) centro di costo n. 10540201 (Diagnostica per immagini P.O. CTO) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

IL RESPONSABILE DELLA S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

Ing. Brunello Vacca

