

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASL N° 1420 DEL 07/12/2017

Proposta n. PDET-2017-2066 del 08/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE:

S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO – SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Resp.le: Ing. Brunello Vacca

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 art. 36 commi 1 e 2 lettera a), per lavori straordinari da eseguire sul sito RMN, sostituzione della porta schermata di accesso e della centralina rilevazione O₂ - U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. Ditta Ines Srl.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Alessandro Portas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Brunello Vacca	
Responsabile della Struttura/Servizio Proponente	Ing. Brunello Vacca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

IL RESPONSABILE DELLA S.C. DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con la Delibera 3156 del 24.12.2002, Rep. n° 157 del 24.07.2002, l'Azienda ha acquistato una Risonanza Magnetica marca Siemens mod. Magnetom Symphony, in utilizzo all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. CTO di Iglesias;

che la manutenzione e assistenza tecnica sulla suddetta apparecchiatura è tutt'ora garantita dal contratto di manutenzione affidato alla ditta costruttrice Siemens S.p.A.;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute al Servizio di Ingegneria Clinica da parte del Resp.le dell'U.O. di Diagnostica per immagini, Dr. Oliviero Forresu, e più precisamente:

- Allarme ossigeno;
- Chiusura non corretta della porta del sito RMN;

VISTA la nota del 06/09/2017 dell'Esperto Responsabile della Sicurezza, Dott.ssa Emanuela Tumminia, che si allega al presente atto per farne parte integrante – **allegato n° 1** - che a seguito delle suddette segnalazioni ha eseguito un sopralluogo sul sito RMN riscontrando:

- un cedimento delle cerniere della porta schermata, pertanto non è garantita la chiusura in sicurezza e la corretta esecuzione degli esami;
- Il sistema di monitoraggio dalla rilevazione di ossigeno, già soggetto a riparazioni, risulta non più affidabile, in quanto attiva costantemente il sistema di ventilazione forzata;

PRECISATO che il contratto di manutenzione con Ditta Siemens S.p.A. non prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria per le anomalie riscontrate;

PARTANTO il Servizio di Ingegneria Clinica ha verificato, con un indagine di mercato, l'esistenza di operatori economici in grado di ripristinare, con urgenza, la funzionalità del sito RMN;

VISTI i preventivi di spesa pervenuti, è risultato il più economico e conforme alle esigenze dell'Azienda quello trasmesso dalla Ditta Ines Srl di Salerno, offerta n° PR1710-0331 del 11/10/2017 per un importo complessivo di €11.500,00 i.v.a. di legge esclusa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - **allegato n° 2**;

PRECISATO che l'offerta prevede, oltre la fornitura e posa in opera di una nuova porta meccanica schermata e la fornitura e posa in opera del nuovo sistema di rilevazione O2, il ripristino temporaneo della porta schermata esistente del sito RMN con verifica RF, per permettere la ripresa urgente dell'attività;

CONSIDERATO che l'intervento di che trattasi, garantirà l'incremento della vita utile della apparecchiatura in oggetto, pertanto la somma impegnata andrà a gravare sul Conto Patrimoniale A102020204 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche";

DATO ATTO che la Ditta Ines Srl, risulta in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, così come risulta dal D.U.R.C. On Line, numero protocollo INAIL _8936833 – agli atti dell'ufficio di ingegneria clinica ;

VISTO l'art. 36 commi 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. n°50/2016;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, di garantire la continuità assistenziale, il perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica al fine di garantire la migliore erogazione delle prestazioni sanitarie, di procedere all'acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto "D.Lgs 118/2001-direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore sanitario;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) **DI AFFIDARE** la fornitura, installazione di una porta schermata e del sistema di rilevazione di Ossigeno, nonché il ripristino temporaneo della porta schermata esistente, del sito di Risonanza Magnetica del P.O. CTO di Iglesias, alla ditta Ines Srl, come da offerta n° PR1710-0331 del 11/10/2017, per un importo complessivo di €11.500,00 i.v.a. di legge esclusa;

2) **DI AUTORIZZARE** l'affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36 commi 1 e 2, lettera a) del D.lgs n°50/2016;

3) **DI NOMINARE** R.u.p. l' Ing. Brunello Vacca ai sensi dell'art. 31 comma 1, del D.lgs 50/2016;

4) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €11.500,00, oltre IVA 22 % pari a € 14.030,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio **2017** e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS07_TEC	2017 - n.1 sub. 124	A102020204	10540201	€ 14.030,00

CIG: Z2620729EB

CUP:

5) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto a per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia

IL RESPONSABILE DELLA S.C. DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO
Ing. Brunello Vacca

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA
D.ssa Maria Maddalena Giua

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ALLEGATO N° 1 nota del 06/09/2017

2) ALLEGATO N° 2 nota prot. n. PR1710-0331 del 11/10/2017 Ditta Ines S.r.l.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) NESSUNO_____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia dal 07 /12 /2017 al 22 /12 /2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau