



AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 5 OTTOBRE 2012

OGGETTO DELLA GARA: fornitura e installazione di N° 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) - CND Z11031101 - da installare nell'U.O. C. Pronto Soccorso del P.O. Sirai di Carbonia. CIG 44814376CC".

In riferimento alla gara in oggetto ed in funzione di uno specifico quesito del 1.10.2012, acquisito al protocollo aziendale al n° 20582 del 3.10.2012, che resta custodito agli atti del procedimento e che si riporta integralmente:

1. A fronte del sopralluogo effettuato, a fronte della mancanza della valutazione qualitativa del progetto proposto e della verifica della sala adibita all'installazione, per permettere a tutte le aziende partecipanti di produrre un' offerta basata sulle medesime richieste, si richiede di specificare che l'eventuale piombatura delle pareti che non risultano schermate sia a carico della stazione appaltante.
2. Non essendo presente l'alimentazione elettrica (400 Vac) all' interno della zona d'intervento si richiede di specificare se la predisposizione della linea elettrica e' da non ritenersi parte della fornitura in quanto a carico della stazione appaltante.
3. Si richiede di specificare se il quadro macchina, idoneo a soddisfare le normative attuali e a supportare i pulsanti di marcia arresto, necessari in un' installazione di apparecchiature RX, sia da ritenere a carico della stazione appaltante.

si comunicano le seguenti precisazioni.

L'affidamento in trattazione si riferisce ad un contratto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (cfr. art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto) e prevede che la ditta aggiudicataria dovrà procedere all'installazione "chiavi in mano" delle nuove apparecchiature previo interfacciamento, con eventuale adeguamento, alle reti impiantistiche attive nell'ambito di installazione (cfr. art. 4 del Capitolato Speciale).

I partecipanti alla gara dovranno presentare il progetto di installazione o piano di lavoro, che sarà oggetto di specifica istruttoria tecnico-funzionale e di radioprotezione (cfr. art. 5 del Capitolato Speciale), in modo da consentire alla Stazione Appaltante di:

- confermare, o meno, la valutazione proteximetrica preliminare che ha stimato i confini della sala d'esame adeguati all'esercizio di un impianto tipo; qualora tale verifica dovesse concludersi con un risultato che richieda una maggiore schermatura anti-x delle pareti, resta chiarito e inteso che ogni onere ad essa riconducibile è previsto a carico della ASL Carbonia,
- individuare, nel rispetto dei requisiti tecnici definiti nel Capitolato Speciale, tutti i lavori e/o i servizi previsti dall'offerente per la piena ed efficace



funzionalità dell'installazione, che risulteranno vincolanti in caso di aggiudicazione, che non possono escludere linee elettriche, quadri macchina, pulsanti di marcia/arresto etc. che restano a carico dell'offerente.

Per quanto precede si chiarisce che, per quanto presente nel quesito pervenuto, l'eventuale piombatura delle pareti resta a carico della ASL Carbonia mentre gli oneri riconducibili all'interfacciamento dell'apparecchiatura alle reti impiantistiche attive nell'ambito di installazione (elettriche, informatiche, RIS-PACS, segnalazione, comando, etc.) restano a carico dell'offerente.

Data, 05 OTT. 2012



Il responsabile del procedimento
Ing. Cristian Cocco