REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n. 311

adottata dal Direttore Generale in data 13 GIU. 2011

OGGETTO: Indizione gara d'appalto procedura aperta per fornitura triennale in regime di service dei sistemi diagnostici per esami coagulativi. Approvazione Capitolato Speciale e pubblicazione bando di gara.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che l'Azienda deve provvedere all'affidamento della fornitura triennale di reagenti per settore coagulazione per i Laboratori Analisi dei PP.OO. di Iglesias e Carbonia.

Precisato che trattasi di diagnostici di uso routinario e continuato nei Laboratorio Analisi dell'Azienda e i cui precedenti affidamenti sono in proroga con scadenza al prossimi mesi;

Preso atto che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla fornitura dei dispositivi in argomento;

Ritenuto di dover procedere all'acquisizione mediante gara a procedura aperta da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Capitolato Speciale predisposto dal competente ufficio sulla base della richiesta presentata del Responsabile del Laboratorio Analisi;

Precisato che l'appalto prevede impegno presunto triennale di spesa pari a € 500.000,00 + IVA, da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;

Visto il disposto degli artt. 64 – 65 – 66 del citato D.Lgs. n° 163/2206 relativo alla pubblicità delle gare e il regolamento CE n° 1564/2005 del 07/09/05 che stabilisce i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi di gara in ambito CE;

PROPONE

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura di reagenti per settore coagulazione
- di indire gara da esperirsi mediante procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U. CE e dell'avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale, ai sensi della normativa vigente

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura triennale in regime di service dei sistemi diagnostici per esami coagulativi.
- di autorizzare formalmente l'indizione della gara a procedura aperta, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
- di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 500.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 0501010601 "Acquisti di materiale diagnostici e prodotti chimici" del piano dei conti aziendale
- di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Resp.le del Servizio Acquisti quale Resp.le del procedimento di gara.
- di disporre la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto, ai sensi della normativa vigente.
- di disporre il pagamento degli oneri dovuti per la pubblicazione del bando nella G.U.R.I. in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca e del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi della deliberazione del 3 novembre 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 2005 per l'anno 2011", con pagamento a mezzo cassa economale con reintegro immediato da parte del Servizio Bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento interno di amministrazione e contabilità.
- di determinare che il costo presunto di € 8.000,00 per la pubblicazione del bando sulla GURI e dell'estratto di gara sui quotidiani, nonché del contributo all'Autorità di Vigilanza, trova coperta sulle classi di costo del piano dei conti 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" e 0514031601 "Altre spese generali e amministrative", Centro di rilevazione 10110117 "Costi comuni Direzione Generale".

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Resp.le Serv. Acquisti/Drssa A.Foddis

Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 34 del 13 GIU. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 GIU. 2011 al 28 GIU. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

**UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO**

Ciglolo

n° prot 392/11 lab

CARBONIA 27/05/2011

PERVENUTA IL 27 MAG. 2011 ABS

Pi | 2721

All'attenzione della Dott. A FODDIS
Responsabile Settore Acquisti

p.c. Direttore Generale Dott. M. CALAMIDA
Capodipartimento Dott. C. MONTALDO

SEDE

Oggetto:
RICHIESTA GARA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI COAGULATIVI (Routine , Urgenza, Backup , Sistema esperto per il monitoraggio della TAO) PER LE UU.OO. MEDICINA DI LABORATORIO DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CARBONIA E DI IGLESIAS

Si richiede una fornitura triennale in regime di service full-risk di sistemi diagnostici per esami coagulativi per i Laboratori dei Presidi Ospedalieri di Carbonia e di Iglesias.
Per sistema diagnostico s'intende il complesso unitario dei beni (strumentali e di consumo), necessario all'esecuzione dei tests di laboratorio indicati nella presente richiesta.
Le metodiche richieste, le specifiche per singola determinazione ed il numero delle determinazioni sono descritte nelle caratteristiche tecniche .
I quantitativi messi in gara e indicati nell'elenco, per tipo e per numero sono presunti e non tassativi, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate.

La fornitura dovrà comprendere:
le strumentazioni , adeguate al carico di lavoro richiesto ,comprensiva del servizio d'assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti.

Durata della fornitura
La fornitura avrà durata triennale.

Modalità di aggiudicazione
L'aggiudicazione sarà effettuata , secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 163/06, articolo 83 a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi qualità/prezzo.
Prezzo: 40 punti - Qualità 60 punti

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Servizio / U.O. Medicina Laboratorio
via S. Leonardo n° 1
Tel . 0781-3922246
Fax. 0781-3922248
Mail: _____

Routine

Si richiedono numero due coagulometri uguali, completamente automatici, nuovi e di ultima generazione da interfacciare al LIS di laboratorio da destinare uno per il Laboratoro Analisi di Carbonia e uno per il Laboratorio Analisi di Iglesias,

REQUISITI MINIMI

Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche
Inserimento campioni mediante rack
Cadenza analitica almeno 240 test/h
Campioni a bordo: almeno 80
Numero di reagenti a bordo almeno 40
Caricamento da tubo primario di diversa misura
Caricamento continuo dei campioni
Caricamento continuo dei reagenti
Walk-away almeno 800 test
Accesso random, batch, urgenze
Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti
Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagente
Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi,cromogenici e immunologici)
Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente
Possibilità di operare per "priorità campione"
Sistema di lettura ottico
Interfaccia bidirezionale
Strumento da banco
Sistema di perforazione provette (Cup piercing)

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Servizio / U.O. Medicina Laboratorio
via S. Leonardo n° 1
Tel . 0781-3922246
Fax. 0781-3922248
Mail: _____

Backup

Si richiedono numero due coagulometri uguali, completamente automatici, nuovi e di ultima generazione da interfacciare al LIS di laboratorio da destinare uno per il Laboratoro Analisi di Carbonia e uno per il Laboratoro Analisi di Iglesias,

REQUISITI MINIMI

Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche
Inserimento campioni mediante rack
Cadenza analitica almeno 100 test/h
Campioni a bordo: almeno 40
Numero di reagenti a bordo almeno 25
Caricamento da tubo primario di diversa misura
Caricamento continuo dei campioni
Caricamento continuo dei reagenti
Walk-away almeno 800 test
Accesso random, batch, urgenze
Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti
Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più-curve con lotti diversi di reagente
Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi,cromogenici e immunologici)
Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente
Possibilità di operare per "priorità campione"
Sistema di lettura ottico
Interfaccia bidirezionale
Strumento da banco
Sistema di perforazione provette (Cup piercing)

Sistema esperto per il monitoraggio della TAO

€ 12.000,00

Si richiede per i due Centri TAO numero due sistemi esperti completi di Hardware (computer + stampanti) per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale interfacciati al sistema informatico gestionale del laboratorio e integrato da un sistema automatico "sicuro" per l'invio di referti (fax,e-mail,cellulare) per n.500 pazienti /anno.
Per quanto concerne il software per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale al fine della valutazione, le aziende dovranno produrre adeguata bibliografia di riferimento relativa alla validazione clinica degli algoritmi di induzione e mantenimento della terapia presenti nel software.
Inoltre per il sistema di invio dei referti dovranno produrre dettagliata relazione tecnica circa l'espletamento del servizio nonchè i criteri di sicurezza adottati per il trattamento dei dati sensibili e la garanzia della privacy.

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Servizio / U.O. Medicina Laboratorio
via S. Leonardo n° 1
Tel . 0781-3922246
Fax. 0781-3922248
Mail: _____

CARATTERISTICHE PER IL PUNTEGGIO

Possibilità di eseguire Re-Run automatico	1
Possibilità di eseguire test reflex a "cascata" in automatico in base a regole prestabilite dall'operatore	4
Numero di metodiche disponibili almeno 250	3
Gestione del controllo di qualità in automatico con programmazione per intervalli di tempo , di numero di test e cambio flacone	3
Controllo di qualità interno mediante carte di Levey-Jennings	2
Canali di lettura > 10 (solo routine)	3
Software in lingua italiana	2
Assistenza tramite desktop remoto con possibilità di condividere in tempo reale e in totale sicurezza, il desktop dello strumento con uno specialista per realizzare attività di troubleshooting, prevenzione e formazione a distanza.(presentare documentazione tecnica)	5
Memorizzazione di almeno 5 curve di calibrazione per test	5
Lotto unico reagenti (inviare documentazione)	3
Algoritmi software TAO "validati" da studi clinici (allegare documentazione a supporto)	3
Grado di sicurezza e rispetto dei dati sensibili per l'invio dei referti TAO	3
Test ora per profilo **PT-PTT-FIB CLAUSS – AT > 100 (solo routine)**	4
PT: ricombinante umana con valore ISI certificato secondo la procedura WHO/ISTH da Laboratori di riferimento	3
ANTITROMBINA : reagente liquido con FXa	3
APCR-V: metodo Dahlback	3
PS LIBERA: metodo Anti-C4Bp	5
APTT: liquido da sintesi	5

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Servizio / U.O. Medicina Laboratorio
via S. Leonardo n° 1
Tel . 0781-3922246
Fax. 0781-3922248
Mail: _____

Test richiesti

Tutti i reagenti, non devono contenere sostanze cancerogene per la sicurezza degli operatori e devono possedere il marchio CE, devono inoltre poter essere processati automaticamente e interscambiati sugli analizzatori offerti.
Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili e soluzioni di lavaggio per l'esecuzione dei seguenti esami:

Esame	Numero		Metodica
APTT	60.000		Att.silice colloidale
PT	100.000		Tromboplastina Ricombinante
Antitrombina	10.000		cromogenico
D – Dimero	7.000		immunologico
Ricerca LAC	150		drvvt
Conferma LAC	150		drvvt
Fibrinogeno CLAUSS	60.000		coagulativo
APC - Resistance – V Leiden	150		coagulativo
Proteina C	300		cromogenico
Proteina S libera	150		immunologico
Proteina S	300		coagulativo

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire per i due Laboratori i seguenti programmi di controllo:

- Controllo di qualità Inter-Intra Lab giornaliero su due livelli per:
  PT – APTT – FIB – AT3 – DD – PC-PS
- Valutazione Esterna di Qualità UK NEQAS per PT – APTT – FIB – AT – DD
- Valutazione Esterna di Qualità per TAO

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Servizio / U.O. Medicina Laboratorio
via S. Leonardo n° 1
Tel . 0781-3922246
Fax. 0781-3922248
Mail: _____

- Per entrambi i sistemi analizzatori di routine e di backup deve essere fornito tutto il materiale necessario all'esecuzione degli esami (calibratori , reagenti, soluzioni , carta , toner per stampanti e qualsiasi altro consumabile
- L'offerta dovrà essere completa del costo dei collegamenti ad Host (DNAlab della ditta Noemalife) e di PC completi di stampanti laser e stampanti barcode e relativi toner e etichette
- Il servizio di assistenza tecnica in sede deve essere garantito entro le 24 ore dalla chiamata compreso il sabato e i prefestivi.
- Per ciascun prodotto proposto dovranno essere allegate le schede tecniche e la scheda informativa in materia di sicurezza, ambedue in lingua italiana.
- Dovrà essere indicata la presenza o meno di eventuali sostanze tossiche e nocive previste dalla normativa vigente sugli scarichi dei rifiuti
- Formazione del personale
- Manutenzione straordinaria calendario annuale preventivamente concordato

CORDIALI SALUTI

Dott.ssa Maria Cristina Garau
Direttore Responsabile

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Servizio / U.O. Medicina Laboratorio
via S. Leonardo n° 1
Tel . 0781-3922246
Fax. 0781-3922248
Mail: _____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
FORNITURA IN REGIME DI SERVICE
DEI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI COAGULATIVI

GARA N. _____
CIG _____

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura in regime di service dei sistemi diagnostici per esami coagulativi (routine , urgenza, backup , sistema esperto per il monitoraggio della TAO) per le UU.OO. Medicina di laboratorio dei PP.OO. di Carbonia e di Iglesias, contemplata in unico lotto di fornitura come meglio individuato nel successivo art. 2. L'affidamento di durata triennale sarà decorrente dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione e/o nel contratto.
La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non ritenga di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.
Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e nello specifico al Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITÀ DI FORNITURA

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art.11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.
I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Si riportano di seguito il lotto unico e i quantitativi annui presunti di fornitura:

LOTTO UNICO - CIG _____
Si richiede una fornitura triennale in regime di service full-risk di sistemi diagnostici per esami coagulativi per i Laboratori dei Presidi Ospedalieri di Carbonia e di Iglesias.
Per sistema diagnostico s'intende il complesso unitario dei beni (strumentali e di consumo), necessario all'esecuzione dei tests di laboratorio indicati nel presente capitolato.
Le metodiche richieste, le specifiche per singola determinazione ed il numero delle determinazioni sono descritte nelle caratteristiche tecniche .

La fornitura dovrà comprendere:

- le strumentazioni, adeguate al carico di lavoro richiesto ,comprensiva del servizio d'assistenza necessaria a garantire la funzionalità della stessa;
- la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e di ogni materiale di consumo occorrente per l'esecuzione degli esami richiesti.

A) Routine

Si richiedono numero due coagulometri uguali, completamente automatici, nuovi e di ultima generazione da interfacciare al LIS di laboratorio da destinare uno per il Laboratorio Analisi di Carbonia e uno per il Laboratorio Analisi di Iglesias,

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

- Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche
- Inserimento campioni mediante rack
- Cadenza analitica almeno 240 test/h
- Campioni a bordo: almeno 80
- Numero di reagenti a bordo almeno 40
- Caricamento da tubo primario di diversa misura
- Caricamento continuo dei campioni
- Caricamento continuo dei reagenti
- Walk-away almeno 800 test
- Accesso random, batch, urgenze
- Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti
- Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagente
- Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi, cromogenici e immunologici)
- Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente
- Possibilità di operare per "priorità campione"
- Sistema di lettura ottico
- Interfaccia bidirezionale
- Strumento da banco
- Sistema di perforazione provette (Cup piercing)

B) Backup

Si richiedono numero due coagulometri uguali, completamente automatici, nuovi e di ultima generazione da interfacciare al LIS di laboratorio da destinare uno per il Laboratorio Analisi di Carbonia e uno per il Laboratorio Analisi di Iglesias,

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

- Esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche
- Inserimento campioni mediante rack
- Cadenza analitica almeno 100 test/h
- Campioni a bordo: almeno 40
- Numero di reagenti a bordo almeno 25
- Caricamento da tubo primario di diversa misura
- Caricamento continuo dei campioni
- Caricamento continuo dei reagenti
- Walk-away almeno 800 test
- Accesso random, batch, urgenze
- Identificazione positiva mediante barcode dei campioni e dei reagenti
- Esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve con lotti diversi di reagente
- Visualizzazione e stampa delle curve di reazione (test coagulativi, cromogenici e immunologici)
- Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente
- Possibilità di operare per "priorità campione"
- Sistema di lettura ottico
- Interfaccia bidirezionale
- Strumento da banco
- Sistema di perforazione provette (Cup piercing)

C) Sistema esperto per il monitoraggio della TAO

Si richiede per i due Centri TAO numero due sistemi esperti completi di Hardware (computer + stampanti) per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale interfacciati al sistema informatico gestionale del laboratorio e integrato da un sistema automatico "sicuro" per l'invio di referti (fax, e-mail, cellulare) per n.500 pazienti /anno.

Per quanto concerne il software per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale al fine della valutazione, le aziende dovranno produrre adeguata bibliografia di riferimento relativa alla validazione clinica degli algoritmi di induzione e mantenimento della terapia presenti nel software.

Inoltre per il sistema di invio dei referti dovranno produrre dettagliata relazione tecnica circa l'espletamento del servizio nonché i criteri di sicurezza adottati per il trattamento dei dati sensibili e la garanzia della privacy.

D) Test richiesti

Tutti i reagenti, non devono contenere sostanze cancerogene per la sicurezza degli operatori e devono possedere il marchio CE, devono inoltre poter essere processati automaticamente e interscambiati sugli analizzatori offerti.

Si richiedono reagenti, calibratori, controlli, consumabili e soluzioni di lavaggio per l'esecuzione dei seguenti esami:

	Esame	Numero test annui	Metodica
1	APTT	60.000	Att.silice colloidale
2	PT	100.000	Tromboplastina Ricombinante
3	Antitrombina	10.000	cromogenico
4	D – Dimero	7.000	immunologico
5	Ricerca LAC	150	drvvt
6	Conferma LAC	150	drvvt
7	Fibrinogeno CLAUSS	60.000	coagulativo
8	APC - Resistance – V Leiden	150	coagulativo
9	Proteina C	300	cromogenico
10	Proteina S libera	150	immunologico
11	Proteina S	300	coagulativo

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire per i due Laboratori i seguenti programmi di controllo:

- Controllo di qualità Inter-Intra Lab giornaliero su due livelli per: PT – APTT – FIB – AT3 – DD – PC-PS
- Valutazione Esterna di Qualità UK NEQAS per PT – APTT – FIB – AT – DD
- Valutazione Esterna di Qualità per TAO

Per entrambi i sistemi analizzatori di routine e di backup deve essere fornito tutto il materiale necessario all'esecuzione degli esami (calibratori , reagenti, soluzioni, carta, toner per stampanti e qualsiasi altro consumabile.
L'offerta dovrà essere completa del costo dei collegamenti ad Host (DNAlab della ditta Noemalife) e di PC completi di stampanti laser e stampanti barcode e relativi toner e etichette.
Il servizio di assistenza tecnica in sede deve essere garantito entro le 24 ore dalla chiamata compreso il sabato e i prefestivi.

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate precedentemente, oltre ad essere conformi alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali (Direttiva 98/79 CE del 27.10.1998 ed il Decreto Legislativo di attuazione 08.09.2000, n° 332).
In caso di segnalazione negativa da parte del Resp.le del Laboratorio, senza alcuna formalità, l'Azienda revocherà l'affidamento procedendo ad affidamento in favore del secondo migliore offerente.
La ditta fornitrice risponde dei danni comunque arrecati alle persone e cose provocati da difetti della fornitura.

Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire ai componenti della Commissione preposti alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

Le ditte concorrenti devono, pena l'esclusione, produrre quanto di seguito indicato, tutto in lingua italiana, oltre la documentazione richiesta all'art. 4 del Capitolato Generale:

1) Copia dell'offerta economica, in carta semplice, senza l'indicazione dei prezzi nella quale devono essere riportati i codici identificativi dei prodotti offerti corrispondenti a quelli indicati nella scheda tecnica.
2) Scheda tecnica metodologica e applicativa, debitamente firmata e timbrata, di ciascun reagente offerto, con indicazione della conformità CE (Direttiva 98/79 CE del 27.10.1998 ed il Decreto Legislativo di attuazione 08.09.2000, n° 332). La scheda deve riportare il codice identificativo del reagente e quanto richiesto nel precedente art. 2.
3) Scheda di sicurezza contenente tutte le informazioni relative a:
   - Denominazione della sostanza e sua formulazione
   - Misure di cautela durante la manipolazione
   - Caratteristiche tossicologiche
   - Possibili vie di contatto
   - Misure di primo soccorso da adottare in caso di accidentale contatto
4) Attestazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dal sistema offerto con indicazione:
   - Quantità dei rifiuti prodotti per ora di funzionamento
   - Classificazione dei rifiuti secondo le normative vigenti
   - Modalità e procedure di smaltimento dei rifiuti solidi e/o liquidi secondo normative vigenti
5) Depliant, scheda tecnica e manuale operativo dell'apparecchiatura da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni. Dal depliant o dalla scheda tecnica deve risultare la rispondenza della strumentazione offerta alle norme comunitarie e nazionali vigenti, il possesso del marchio CE e la conformità alle norme di sicurezza.
6) Elenco di eventuali laboratori ove è installata e funzionante l'apparecchiatura offerta.
7) Catalogo originale dei prodotti offerti.

8) Listino prezzi Ufficiale della ditta fabbricante o importatore nazionale. Il listino prodotto deve essere timbrato e firmato. Il listino può sostituire il catalogo nella eventualità che riporti la descrizione del prodotto.

9) Dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dalla quale risulti:

a) *se la Ditta è produttrice del prodotto offerto, ovvero indicare il produttore;*

b) *il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura.*

c) *l'impegno della Ditta ad assicurare:*

- i corsi di addestramento per l'utilizzo dell'apparecchiatura a proprio spese, per il personale del laboratorio indicando tutte le relative modalità.
- la visione e/o la prova di reagenti e macchine offerte, a proprie spese
- ogni eventuale miglioria tecnologia che potrà rendersi necessaria durante il periodo dell'affidamento contrattuale, senza ulteriori oneri per l'Azienda AUSL.

10) Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l'assistenza tecnica della strumentazione in cui sia specificato:

- *sede operativa in cui è ubicata l'agenzia che fornisce l'assistenza tecnica*
- *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
- *numero di interventi straordinari garantiti per 12 mesi*
- *tempo di intervento dalla chiamata*
- *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*

11) Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)

12) Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia", (allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;

13) Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, al presente capitolato. Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;

14) Dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, rilasciata in originale in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell'offerta dalla quale si evinca esplicitamente che la Ditta concorrente sia nelle condizioni tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi in apposita relazione e dovrà inoltre presentare copia autentica dell'ultimo bilancio approvato. L'Azienda si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria (punto 9 a) dell'autodichiarazione.

15) Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.

16) La dichiarazione di presa visione ed accettazione del capitolato generale resa, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia".Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione

temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti);

17) La dichiarazione sostitutiva di certificazione per la richiesta del modello DURC.

18) La dichiarazione di formale accettazione da parte della ditta di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

19) Garanzia a corredo dell'offerta determinata nella misura di € 2.400,00. La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso le seguenti coordinate bancarie: Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia - Tesoreria unica Banco di Sardegna Carbonia – ABI 01015 - CAB 43850 – n° conto 9999;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, che dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché contenere l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva come richiesto a pena di esclusione dal successivo punto.

Si ricorda che per le imprese in possesso dei requisiti di qualità di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento. Il diritto di usufruire di tale beneficio deve essere adeguatamente dimostrato con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia conformizzata.

Saranno escluse dalla gara le offerte corredate da cauzioni insufficientemente e/o imperfettamente costituite.

20) Ricevuta versamento contributo di partecipazione alla gara pari a € ___,00 (euro settanta/00). Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG _____ che identifica la presente procedura di gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione di partecipazione alla gara d'appalto:

▪ on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione di gara, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "cerca il punto vendita più vicino a te": a partire dal 01/05/2010 è attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara;

▪ per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso Il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il Codice CIG che identifica la procedura di gara.

E' disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti del Servizio di Riscossione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed al seguente indirizzo e-mail: assistenza.riscossione@avcp.it (per informazioni relative alle procedure di pagamento).

La Stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, quale

dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo, delle ricevute di pagamento rilasciate dal nuovo "Servizio di Riscossione" (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line)
Carenza della documentazione di cui sopra costituisce motivo di esclusione insindacabile.
Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente la restante documentazione elencata nell'art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico più piccolo che deve contenere solamente l'offerta economica.

ART. 4 - CONTROLLO A CAMPIONE

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la stazione appaltante richiederà, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, mediante la presentazione di: "certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti pubblici, comprovanti il buon esito delle principali forniture prestate a favore degli stessi negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi".

ART. 5 – SUBAPPALTO DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, la Ditta concorrente deve indicare nell'offerta le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi (che in ogni caso non deve essere superiore al 30 per cento dell'aggiudicazione: comma 2 art. 118 del D.Lgs. 163/2006), e possibilmente la denominazione sociale della Ditta scelta per il subappalto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria. Resta inteso che l'Azienda appaltante ha tempo trenta giorni per rilasciare l'autorizzazione, onde verificare i presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termini di un ulteriore uguale lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che l'Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende concessa.
Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.
A tal fine si precisa che è fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esse aggiudicatarie via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 6 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 10 a) 10 b) e 10 c) dell'AUTODICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modello allegato con il rif. "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" da parte dell'Operatore Economico Concorrente, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) e 10c).
A tal fine l'Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'Operatore Economico Concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria;
b) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all' AUTODICHIARAZIONE, "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" numeri 5) e 9);
c) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Operatore Economico Concorrente e l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore Economico Concorrente;
d) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Operatore Economico Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

E' fatto divieto assoluto all'impresa ausiliaria di assumere il titolo di subappaltatore.
L'Azienda ASL 7 non accetta l'avvalimento all'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 7 - CONDIZIONI DI OFFERTA

La ditta in offerta deve proporre la dotazione di apparecchiature in grado di fornire una refertazione completa per l'utilizzo dei reattivi oggetto di appalto, secondo le esigenze individuate nel precedente art.2. Le strumentazioni devono essere fornite funzionanti, chiavi in mano. Le apparecchiature si intendono fornite in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa Full Risk) sino alla scadenza del contratto. La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata.
Se la mancata osservanza della prescrizione del cpv. precedente comporta l'inutilizzo del reagente e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura oltre che gli addebiti per eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto su piazza, fatti salvi i danni in capo all'Azienda. La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto.
Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei reagenti effettivamente forniti, così come elencati nel precedente art. 2. Resta peraltro stabilito che il fermo derivante da guasti di uno degli apparecchi forniti per l'utilizzazione del materiale in appalto può determinare la contestuale riduzione della fornitura proporzionale al numero dei giorni di fermo, senza che per tale riduzione la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o rimborso atteso che la riduzione discende da fermo delle macchine stesse. La mancata presentazione dell'apparecchiatura, invalida l'offerta.
La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, nonché di confezionamento dei reagenti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo eventuale accertamento qualitativo sui nuovi prodotti da parte della Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima. Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere:
a) riferimento CIG
b) il codice di ciascun prodotto offerto (corrispondente a quello indicato nella scheda tecnica);
1) la classificazione CND di ciascun prodotto offerto
2) la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.
c) Le strumentazioni offerte in service

I prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura (ed anche a determinazione e/o ml, precisando le determinazioni e/o ml ottenibili o contenuti in ciascuna confezione) così come indicato nell'art. 2.
Nell'offerta devono essere indicati anche tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo del sistema analitico richiesto e necessari per la corretta esecuzione delle analisi, specificando le relative quantità.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata per lotto unico in favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006), per il lotto stesso attribuendo i seguenti punteggi:
A. Prezzo: punti 40/100

B. Qualità: punti 60/100

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

A) prezzo: alla Ditta che presenta il prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti
ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 40, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{\text{X (minor prezzo)} \times 40}{\text{Y}}$$

b) caratteristiche tecnico-qualitative: massimo 60 punti

I 60 punti relativi alle caratteristiche tecnico-qualitative saranno attribuiti sulla base dei criteri sotto indicati:

	PARAMETRI	Punti
1	Possibilità di eseguire Re-Run automatico	1
2	Possibilità di eseguire test reflex a "cascata" in automatico in base a regole prestabilite dall'operatore	4
3	Numero di metodiche disponibili almeno 250	3
4	Gestione del controllo di qualità in automatico con programmazione per intervalli di tempo, di numero di test e cambio flacone	3
5	Controllo di qualità interno mediante carte di Levey-Jennings	2
6	Canali di lettura > 10 (solo routine)	3
7	Software in lingua italiana	2
8	Assistenza tramite desktop remoto con possibilità di condividere in tempo reale e in totale sicurezza, il desktop dello strumento con uno specialista per realizzare attività di troubleshooting, prevenzione e formazione a distanza (presentare documentazione tecnica)	5
9	Memorizzazione di almeno 5 curve di calibrazione per test	5
10	Lotto unico reagenti (inviare documentazione)	3
11	Algoritmi software TAO "validati" da studi clinici (allegare documentazione a supporto)	3
12	Grado di sicurezza e rispetto dei dati sensibili per l'invio dei referti TAO	3
13	Test ora per profilo PT-PTT-FIB CLAUSS – AT > 100 (solo routine)	4
14	PT: ricombinante umana con valore ISI certificato secondo la procedura WHO/ISTH da Laboratori di riferimento	3
15	ANTITROMBINA : reagente liquido con FXa	3
16	APCR-V: metodo Dahlback	3
17	PS LIBERA: metodo Anti-C4Bp	5
18	APTT: liquido da sintesi	5

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica. L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100. Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio di qualità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica.
La Commissione, infatti, procederà indicativamente secondo le seguenti modalità:

- nella prima seduta pubblica, fissata dal bando di gara, procederà all'esame della documentazione ed all'ammissione delle Ditte
- successivamente in seduta privata procederà all'esame e alla valutazione delle schede tecniche e della documentazione presentata dalle Ditte concorrenti e alla conseguente attribuzione del punteggio;
- in seduta pubblica procederà all'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata ai rappresentati delle ditte offerenti, che verranno convocate con nota a mezzo fax o telegramma

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
In deroga a quanto previsto all'art. 11 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo. L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione qualora si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui. Nell'ipotesi di offerte uguali (punteggio prezzo-qualità) si procederà richiedendo uno sconto per iscritto.

ART. 10 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS n°81/2008

L'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro.
La Ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie.
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze.
Prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, le parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (qualora necessario) al competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ASL N° 7 di Carbonia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l'obbligo di:

a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Al fine di favorire l'adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all'incontro sopra richiesto, ai necessari sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive attività interferenti, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in presenza di eventuali rischi imprevisti, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle misure concordate e l'andamento dei lavori. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias. Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e

consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

ART. 12 - CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. L'apparecchiatura deve essere consegnata, installata e collaudata entro gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento della richiesta specifica da parte dell'Azienda. Il collaudo verrà effettuato in presenza di un tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria e di un tecnico designato dall'Azienda. Il collaudo deve risultare da appositi verbali. Ogni spesa derivante delle operazioni di messa in opera e collaudo delle apparecchiature è a carico del soggetto fornitore.
La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di **gg. 7 (sette)** dalla data di ricevimento dell'ordine.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto. Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

ART. 13 - MODALITÀ' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 36 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè: "L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'ASL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo. Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 14 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dall'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto. In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.

ART. 15 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda può procedere a norma del Capitolato Generale.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 16 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n. 163)

ART. 17 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Coagulazione GV 2011