REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 40/C

adottata dal Direttore Generale in data 13 APR. 2011

Oggetto: *Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di apparecchiature sanitarie per Servizi Diversi. Gara N. 1266654.*
Aggiudicazione in favore delle Ditte: FC Genetics Service – Prodifarm – Elettromedical – Mast Medical.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la Delibera n° 259/C del 22.02.2011, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la *fornitura di apparecchiature sanitarie per il Pronto Soccorso dei PP.OO. di Iglesias e l'UO di Medicina Sportiva*, approvando contestualmente la lettera d'invito contenente le clausole contrattuali;

Atteso che nelle more di predisposizione degli inviti della gara in oggetto, sono sopraggiunte ulteriori esigenze di spirometri; in merito si allegano le note del Resp.le del Distretto Sanitario di Carbonia e del Resp.le del Distretto Sanitario di Iglesias;

Precisato che l'Ufficio Acquisti nell'interesse dell'Azienda ha ritenuto di dover integrare i quantitativi indicati nella lettera d'invito, sulla base delle nuove esigenze, nella considerazione che trattasi di forniture similari;

Atteso che:

- in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con Racc. RR Prot. PG/4369 del 25.02.2011 alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte *del giorno 18.03.2011:*
  Anamed (OR) – Elettromedical sas di Boscato Giorgio (CA) – Esaote (FI) – FC Genetics Service (CA) – Mast Medical (CA) – Prodifarm (CA) – PS Medical (SS) – Sanifarm (CA) – Sapio Life (Monza - MI) – Te.S.Med. (CA) – Terapon (CA) - VitalAire Italia (MI) – Vivisol (Monza - MI);:
- entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte:

- *VitalAire*	*Prot. 6144*	*del 16.03.2011*
- *Terapon*	*Prot. 6308*	*del 18.03.2011*
- *FC Genetics Service*	*Prot. 6311*	*del 18.03.2011*
- *Mast Medical*	*Prot. 6321*	*del 18.03.2011*
- *Prodifarm*	*Prot. 6350*	*del 18.03.2011*
- *Elettromedical di Boscato G.*	*Prot. 6346*	*del 18.03.2011*
- *Te.S.Med*	*Prot. 6350*	*del 18.03.2011*

Visto il verbale di gara in data 04.04.2011 della Commissione di aggiudicazione nominata con Disposizione amministrativa n° 17/2011 del 22.03.2011;

Preso atto che la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore delle offerte economicamente più basse;

Vista la lettera d'invito;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Preso atto che nelle more di definizione della gara in oggetto, sono pervenute ulteriori richieste di d'acquisto urgente di n° 2 elettrocardiografi, n. 3 monitor multimparmetrici e n° 1 autoclave che si allegano alla presente;

Ritenuto che sia interesse dell'Azienda integrare i quantitativi indicati in gara, sulla base delle nuove esigenze, atteso che trattasi di forniture similari;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione *del* 13 APR. 2011

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di apparecchiature sanitarie per il Pronto Soccorso dei PP.OO. di Iglesias, per la Medicina Sportiva e per i Distretti Sanitari di Iglesias e Carbonia, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

- di integrare i quantitativi di cui alla proposta di aggiudicazione in oggetto;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'Istruttoria del Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di ratificare l'allegato verbale in data 04.04.2011, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie autorizzata con Delibera n° 259/C del 22.02.2011;

- di disporre la fornitura così come riportato nel prospetto allegato costituito da n° 2 pagine e parte integrante della presente delibera;

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;

- di imputare la spesa complessiva di ***€ 49.130,40 IVA 20% inclusa***, sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale come segue:

  € 18.781,68 sul finanziamento RAS di € 119.900,00 finalizzato all'implementazione delle Unità OBI e ammodernamento dei PS (riqualificazione della rete dell'emergenza-urgenza – Delibera G. R. n° 22/13 del 11.06.2010 e n° 30/17 del 03.08.2010) liquidato e pagato con Determinazione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità n° 853 del 29.09.2010;

  € 30.348,72 sul finanziamento di € 388.239,12 finalizzato all'acquisizione *di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per le UU.OO. e presidi territoriali di Iglesias e Carbonia, di cui al PI 2010 – Delibera G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011;*

- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte del magazzino competente saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;

- di dare atto che l'***UO di Pronto Soccorso e Accettazione dei PP.OO. di Iglesias*** si avvale dei succitati finanziamenti regionali sulla base della relativa **rendicontazione** da effettuarsi a carico dell'UO medesima.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione *del* 13 APR. 2011

- di dare atto che l'erogazione della somma a valere sul finanziamento di *€ 388.239,12 di cui al PI 2010 – Delibera G.R. n° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011* - sarà corrisposta dalla RAS, come segue:
  - 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
  - quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;

- di dare atto che l'emissione dell'ordine di fornitura delle apparecchiature è in parte vincolato all'effettiva erogazione a cura dell'Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione delle somme necessarie pari a *€ 30.348,72*, attingendo dai fondi in Conto Capitale;

- di dare atto che, con l'accreditamento dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate;

- di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'erogazione della somma di ***€ 21.244,10*** pari al 70% della somma a valere sul finanziamento in C/Capitale PI 2010.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Prospetto aggiudicazione

Ditta FC Genetics Service *(offerta n. 50/11FC del 16.03.2011)*
Via Leoncavallo, 48 - 09045 Quartu S. Elena (CA) _ Tel 0708633082 Fax 070831145
PI 02839630924

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
LOTTO 1 – CIG [1211867049]					
Monitor Multiparametrico trasportabile **NIHON KOHDEN mod. PVN-2701** completo di:		5			
Batteria cod. X076		5			
Cavo ECG a tre elettrodi cod. K922		5			
Set tre cavetti ECGC per cavo K922 cod. K911		5			
Bracciale NIBP adulti (15 cm) cod. S944C		5			
Tubo NIPB da 3,5 mt		5			
Cavo di connessione SpO2 da 2,5 m cod. K931	€ 3.663,20	5	€ 18.316,00	€ 3.663,20	€ 21.979,20
Sensore SpO2 a dito adulto/bambino cod. K931 cod. P225F		5			
Confezione 150 elettrodi ECG monouso		5			
Registratore termico 3 canali cod. WS-201P		5			
Cavo paziente a sei elettrodi per ECG-BR906P cod. K912		5			
Sonda temperatura cutanea, pediatrica cod. NKD-P242B		5			
SpO2 pediatrico cod. P311C		5			
Bracciale NIBP pediatrico standard piccolo YP-961T. 7 cm diam. da 12 a 18 cm cod. S943B		5			
		Totale	€ 18.316,00	€ 3.663,20	€ **21.979,20**

(Destinazione: n° 2 Pronto Soccorso PP.OO. Iglesias - n° 1 Pneumologia PO S. Barabara - n° 2 Chirurgia PO S. Barbara)

Ditta Prodifarm srl *(offerta n° 101MF/mgt del 14.03.2011)*
Z.I. Predda Niedda , strada 2 - Tel 079.260521 - Fax 079.260640
PI 00138660907

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
LOTTO 2 – CIG [1211872468]					
Autoclave da banco orig. **TECNO-GAZ mod. B EVO 24 cod. STGA100**	€ 3.625,00	2	€ 7.250,00	€ 1.450,00	€ **8.700,00**

(Destinazione: n° 1 Pronto Soccorso PP.OO. Iglesias - n° 1 ORL CTO)

Prospetto aggiudicazione

Ditta Elettromedical sas di Boscato Giorgio *(offerta n° 057/2011 rif. SB/ac del 15.03.2011)*
S.P. Sestu Elmas Km. 2,400 - 09028 Sestu (CA) _ Tel 070.261372 - Fax 070.261404
PI 01557410923

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
LOTTO 3 – CIG [1211881BD3]					
Elettrocardiografo digitare con acquisizione contemporanea delle 12 derivazioni **Cardioline mod. AR2100 VIEW BT** completo di:	€ 2.350,00	4	€ 9.400,00	€ 1.880,00	€ **11.280,00**
Carrello per il trasporto con vano portaccessori e braccio reggicavo ECG		4			
Confezione carta millimetrata f.to A4		20			
Confezione elettrodi a pinza (derivazione periferche)		4			
Confezione elettrodi a ventosa (derivazione precordiali)		4			
(Destinazione: n° 2 Pronto Soccorso PP.OO. Iglesias - n° 2 Medicina PO S. Barbara)					

Ditta Mast Medical *(offerta n° 6111MM/am del 14.03.2011)*
Loc. PILL'E MATTA - 09044 ZI Quàrtucciu (CA) _ Tel/Fax 070.852045
PI 03007340924

Descrizione	Prezzi unitari	Q.tà	Parziali IVA esclusa	IVA 20%	Parziali IVA inclusa
LOTTO 4 – CIG [1212068626]					
Spirometro computerizzato **COSMED mod. Pony FX** completo di:	€ 1.494,00	4	€ 5.976,00	€ 1.195,20	€ **7.171,20**
Confezione carta.		4			
Confezione boccagli monouso adulti pediatrici		4			
Carica batteria		4			
Confezione elettrodi a ventosa (derivazione precordiali)		4			
(Destinazione: n° 2 UO di Medicina Sportiva – n° 1 Ambulatorio Pneumologia Distretto Iglesias - n° 1 Ambulatorio Pneumologia Distretto Carbonia)					

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 40 del 13 APR. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 APR. 2011 al 28 APR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Ratifica apparecchiature PS_MED Sportiva_Distretti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DISTRETTO SOCIO SANITARIO
DI CARBONIA

Prot. N. PI/2011/1012 del 22/02/2011

copri in fax

Carbonia, 22 febbraio 2011

PERVENUTA IL 23 FEB. 2011 ABS

Al Responsabile
SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis
SEDE

Alessandra
da far autorizzare
Dr Fanci

OGGETTO: Richiesta di acquisto

Con la presente si chiede l'acquisto di n. 1 "SPIROMETRO", così come descritto dal Dott. Manuli Sergio specialista pneumologo nella nota che si allega, precisando, che tale strumento è indispensabile per l'attivazione dell'ambulatorio di Pneumologia presso questo Distretto Sanitario.

Distinti saluti.

Il Direttore
Distretto Sanitario di Carbonia
Dott. Marco Vinicio Grussu

inviare il preventivo per la medicina dello sport. Inserire anche 2 spirometri: Distretto Iglesias e Distretto Carbonia
Ok 25/02/2011

VISTO: SI AUTORIZZA
IL DIRETTORE SANITARIO

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Distretto Socio Sanitario
P.zza S. Ponziano - Carbonia
Tel. 0781/6683808
Fax 0781/6683830

Al Direttore del Distretto di Carbonia Azienda USL n° 7

Il sottoscritto Manuli Sergio specialista pneumologo presso il poliambulatorio di Carbonia dal 01/12/2010 chiede alla SVI che il suo ambulatorio venga fornito di uno Spirometro per l'esecuzione delle spirometrie semplici e delle curve flusso-volume. A tal proposito l'apparecchio deve rispondere a determinate caratteristiche qui di sotto riportate :

- Sistema spirometrico per l'indagine respiratoria di base, utilizzabile come unità portatile o direttamente collegato al PC.
- Caratteristiche hardware, accuratezza ed algoritmi, conformi alle raccomandazioni ERS/ATS.
- Capacità vitale forzata FVC
- Capacità vitale forzata post bronco provocazione
- Capacità vitale lenta SVC e profilo ventilatorio
- Massima ventilazione volontaria MVV
- Incentivazione pediatrica sia tramite PC che tramite unità portatile con adattatore boccagli pediatrici.
- Test di ossimetria con registrazione a riposo e sotto sforzo della Saturazione con e senza incremento dell'Ossigeno. (OPZIONALE)
- Misura resistenze delle vie respiratorie (ROCC), con il metodo occlusivo del flusso. (OPZIONALE).
- Flussimetro a turbina bidirezionale con lettore optoelettronico all'infrarosso
- Stampante termica integrata per carta da 12 cm
- Database paziente in italiano
- PC Software in italiano per sistema operativo windows per porta seriale RS232 o USB-A
- Elaborazione dati esportabili nel formato Microsoft excel, Lotus 1-2-3 e Txt.
- Stampa direttamente collegato ad una stampante.
- Guida in linea in italiano.
- Possibilità inserimento nuovi parametri
- Possibilità inserimento nuove formule di calcolo dei valori teorici
- Possibilità di sovrapporre graficamente test eseguiti in tempi diversi
- Trasferimento scheda paziente da PC ad unità mobile
- Possibilità condivisione database su rete LAN
- Trasferimento dati da unità mobile al PC
- Stampa in formato pdf tramite personal computer.

In attesa di Vostre comunicazioni a tal riguardo resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Carbonia 04.01.2011

Azienda USL N° 7 Carbonia
Poliambulatorio Pneumologia
Dott. Sergio Manuli

Sergio Manuli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Distretto Socio Sanitario di Iglesias

Prot. n°73 del 18.01.11

PERVENUTA IL 20 GEN. 2011 ABS
PI/337

AL RESPONSABILE SERVIZI ACQUISTI
AI SIG. COMMISSARIO
AL SIG. DIRETTORE SANITARIO
AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta acquisto Spirometro e
Carrello portamedicinali

Si chiede, per il nuovo medico Pneumologo in servizio presso il poliambulatorio di Iglesias, l'acquisto di uno spirometro e di un carrello con ruote occorrente per l'apparecchiatura e per eventuali medicinali .

Si allegano le caratteristiche tecniche dello strumento richiesto

Fiducioso nell'accoglimento della richiesta porgo distinti saluti

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO
(Dr. Marco Sulois)

VISTO: SI AUTORIZZA
IL DIRETTORE SANITARIO

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Distretto Socio Sanitario Iglesias
Tel. 0781 3922363
Fax. 0781 3922257
Via san Leonardo Iglesias

Al Direttore del Distretto di Iglesias Azienda USL n° 7

Il sottoscritto Manuli Sergio specialista pneumologo presso il poliambulatorio di Iglesias dal 01/12/2010 chiede alla SVI che il suo ambulatorio venga fornito di uno Spirometro per l'esecuzione delle spirometrie semplici e delle curve flusso-volume. A tal proposito l'apparecchio deve rispondere a determinate caratteristiche qui di sotto riportate :

- Sistema spirometrico per l'indagine respiratoria di base, utilizzabile come unità portatile o direttamente collegato al PC.
- Caratteristiche hardware, accuratezza ed algoritmi, conformi alle raccomandazioni ERS/ATS.
- Capacità vitale forzata FVC
- Capacità vitale forzata post bronco provocazione
- Capacità vitale lenta SVC e profilo ventilatorio
- Massima ventilazione volontaria MVV
- Incentivazione pediatrica sia tramite PC che tramite unità portatile con adattatore boccagli pediatrici.
- Test di ossimetria con registrazione a riposo e sotto sforzo della Saturazione con e senza incremento dell'Ossigeno. (OPZIONALE)
- Misura resistenze delle vie respiratorie (ROCC), con il metodo occlusivo del flusso. (OPZIONALE).
- Flussimetro a turbina bidirezionale con lettore optoelettronico all'infrarosso
- Stampante termica integrata per carta da 12 cm
- Database paziente in italiano
- PC Software in italiano per sistema operativo windows per porta seriale RS232 o USB-A
- Elaborazione dati esportabili nel formato Microsoft excel, Lotus 1-2-3 e Txt.
- Stampa direttamente collegato ad una stampante.
- Guida in linea in italiano.
- Possibilità inserimento nuovi parametri
- Possibilità inserimento nuove formule di calcolo dei valori teorici
- Possibilità di sovrapporre graficamente test eseguiti in tempi diversi
- Trasferimento scheda paziente da PC ad unità mobile
- Possibilità condivisione database su rete LAN
- Trasferimento dati da unità mobile al PC
- Stampa in formato pdf tramite personal computer.

In attesa di Vostre comunicazioni a tal riguardo resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Iglesias 04.01.11

Azienda USL n° 7 Carbonia
Poliambulatorio Pneumologia
Dott. Sergio Manuli
Sergio Manuli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di apparecchiature sanitarie per Servizi diversi. Gara n° 1266654.*

Addì 04 del mese di aprile dell'anno 2011 alle ore 12,00, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n°.17/2011 del 22.03.2011 presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr. Pietro Greco	Componente
Dr. Rinaldo Aste	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura di *apparecchiature sanitarie per servizi diversi*, disposta mediante procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario), in esecuzione della Delibera n° 259/C dle 22.02.2011.

Premesso che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con Racc. RR. Prot. PG/4369 del 25.02.2011 alle sotto elencate ditte: Anamed (OR) – Elettromedical sas di Boscato Giorgio (CA) – Esaote (FI) – FC Genetics Service (CA) – Mast Medical (CA) – Prodifarm (CA) – PS Medical (SS) – Sanifarm (CA) – Sapio Life (Monza - MI) – Te.S.Med. (CA) – Terapon (CA) - VitalAire Italia (MI) – Vivisol (Monza - MI), con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 18.03.2011.

La Commissione prende atto che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte:

- VitalAire	Prot. 6144	del 16.03.2011
- Terapon	Prot. 6308	del 18.03.2011
- FC Genetics Service	Prot. 6311	del 18.03.2011
- Mast Medical	Prot. 6321	del 18.03.2011
- Prodifarm	Prot. 6350	del 18.03.2011
- Elettromedical di Boscato G.	Prot. 6346	del 18.03.2011
- Te.S.Med	Prot. 6350	del 18.03.2011

La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara procede al controllo della documentazione prodotta dalle Ditte. La documentazione presentata dalle ditte è conforme e pertanto si ammettono.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 4 (quattro) pagine e parte integrante del presente verbale.

Nel prospetto sono stati indicati le ditte offerenti, la marca e i codici dei prodotti proposti e la valutazione della commissione.

Relativamente al *lotto 1 – Monitor Multiparametrico*, la Commissione ha escluso le offerte delle sotto elencate Ditte:

- ***Ditta Mast Medical*** in quanto lo schermo del monitor proposto è con dimensione utile inferiore a 10.0 pollici (8,4' vs ≥ 10,0');
- ***Ditta Elettromedical di Boscato G.*** in quanto dalla documentazione tecnica presentata non si evince se il monitor sia dotato di sistema di controllo touchscreen totale ovvero touchscreen parziale + tasti esterni e/o manopola di selezione. La scheda tecnica riporta: *sei tastiere codificate;*
- ***Ditta Te.S.Med.*** in quanto il monitor è dotato di batteria interna con autonomia di 60', nettamente inferiore alla richiesta (≥ 3 ore in condizioni di monitoraggio continuo).

Relativamente al *lotto 3 – Elettrocardiografi*, la Commissione ha escluso l'offerta della ***Ditta Mast Medical*** in quanto il display permette la visualizzazione simultanea di 3 tracce ECG vs. le 12 tracce ECG richieste.

La commissione procede alla lettura delle offerte economiche delle restanti Ditte e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 1 (una) pagina e parte integrante del presente verbale.

Sulla base dei prezzi riportati nell'allegato prospetto la Commissione propone la seguente aggiudicazione in favore delle Ditte che hanno presentato l'offerta più bassa:

Lotto 1 – Ditta FC Genetics Service

Lotto 2 – Ditta Prodifarm

Lotto 3 – Ditta Elettromedical

Lotto 4 – Ditta Mast Medical

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	LA COMMISSIONE	IL SEGRETARIO
		Alessandro Deriu

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie per servizi diversi. Gara n° 1266654

Lotto	Descrizione	Q.tà	Mast Medical	Terapon	Elettromedical di Boscato G.	TE.S.MED.	FC Genetics Service
LOTTO 1 – (Pronto Soccorso) – CIG [1211867049]	**MONITOR MULTIPARAMETRICO**	2	**Fukuda Denshi mod. DS7100 LAN & Wireless &CO2**	**Philips mod. Intellivue MP 50 cod. M8004A**	**COMESA MED mod. YM 6000**	**Burke&Burke mod. Anyview A5+ EMS3 cod. BLT12-031-0003 + BLT23-031-0008-2**	**NIHON KOHDEN mod. PVN-2701**
	Monitor multiparametrico compatto per la visualizzazione ed il controllo in tempo reale dei parametri fisiologici e funzionali del paziente.		si	si	si	si	Si
	CARATTERISTICHE TECNICHE						
	Schermo LCD / TFT a colori touchscreen con dimensione utile ≥ 10.0 pollici		8,4 '	12'	12'	10,4'	10,4 '
	NOTA: Sono da considerarsi equivalenti, ai fini della funzionalità del sistema richiesto:						
	- sistema di controllo touchscreen totale		si	si	no	si	si
	- sistema di controllo touchscreen parziale + tasti esterni e/o manopola di selezione				no	si	
	Software di gestione in lingua italiana;		non si evince se in lingua italiana	si	si	si	lingua italiana e multilingue
	Dotato di maniglia per il trasporto e sistema di aggancio al letto o barella;		si	si	si	si	si
	Dotato di batteria interna ricaricabile con autonomia ≥ 3 ore in condizioni di monitoraggio continuo (specificare caratteristiche batteria)		si	si	si	si: autonomia max 60'	si
	Possibilità di selezionare diverse tipologie di layout a schermo per la visualizzazione di curve e parametri *(specificare n° di tracce e parametri visualizzati simultaneamente)*, con possibilità di azzeramento per singolo canale;		si	si	si	si	si
	Possibilità di memorizzazione di dati e trend in formato numerico e grafico (*specificare n° di ore*)		si	si	si	si	si
	Allarme visivo / acustico per distacco trasduttore e/o superamento limiti impostati (*per ogni parametro deve essere possibile impostare i limiti di allarme minimo e massimo*);		si	si	si	si	si
	Stampante termica integrata (*specificare n° di canali stampabili in contemporanea*);		si 5 canali in simultanea	si	si 5 canali in simultanea	si	si
	Configurazione moduli:						
	ECG: acquisizione elettrocardiogramma con analisi dell'aritmia e riproduzione degli eventi (specificare caratteristiche software e algoritmo di analisi)		si	si	si	si	si
	RESP: parametro RESP derivato dai parametri ECG per via impedenziometrica		si	si	si	si	si
	SpO_2: monitoraggio mediante sensori riutilizzabili a dito (tipo clip) e monouso		si	si	si	si	si
	NIBP: monitoraggio mediante bracciale con possibilità di comando manuale o temporizzazione automatica (specificare intervalli di tempo)		si	si	si	si	si
	TEMP: misurazione delle temperatura con possibilità di collegare sonde di superficie, rettali, monouso o sterilizzabili		si	si	si	si	si
	Possibilità di up-grade del sistema con modalità aggiuntive hardware e software, es. per l'integrazione dei monitor all'interno di un sistema di telemetria digitale o rete W-LAN .		si	si	si	si	si
	I monitor devono essere forniti con tutti i cavi, sensori e accessori necessari al loro funzionamento. In particolare per ciascuno:					si	
	- n° 1 cavo ECG 5 derivazioni		si	si	si	si	si
	- n° 1 sensore SpO2 a clip a dito riutilizzabile – adulto		si	si	si	si	si
	- n° 1 sensore SpO2 a clip a dito riutilizzabile – bambino		si	si	si	si	si
	- n° 1 sonda per temperatura di superficie		si	si	si	si	si
	- n° 1 bracciale per NIBP – adulto		si	si	si	si	si
	- n° 1 bracciale per NIBP - bambino		si	si	si	si	si
	DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE *alimentazione elettrica rete fissa 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz* *la ditta offerente indichi:* *larghezza _____ mm* *lunghezza _____ mm* *altezza _____ mm* *peso _____ kg* *potenza assorbita _____ W / VA*		larghezza 260 mm lunghezza 197 mm altezza 264 mm peso 5,1 kg	larghezza 390 mm lunghezza 340 mm altezza 102 mm peso 5 kg	larghezza 341 mm lunghezza 305 mm altezza 172 mm peso 5.5 kg	larghezza 350 mm lunghezza 340 mm altezza 207 mm peso 6.5 kg	larghezza 283 mm lunghezza 240 mm altezza 143 mm peso 3.5 kg
	Valutazione complessiva		**Non conforme:** lo schermo del monitor proposto è con dimensione utile inferiore a 10.0 pollici (8.4' vs ≥ 10.0')- troppo piccolo. Si esclude.	**Conforme**	**Non conforme:** non si evince se il monitor sia dotato di sistema di controllo touchscreen totale ovvero touchscreen parziale + tasti esterni e/o manopola di selezione. La scheda tecnica riporta: *sei tastiere codificate*. Si esclude.	**non conforme:** il monitor è dotato di batteria interna con autonomia di 60', nettamente inferiore alla richiesta (≥ 3 ore in condizioni di monitoraggio continuo). Si esclude	Conforme

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie per servizi diversi. Gara n° 1266654

Lotto	Descrizione	Q.tà	Prodifarm	FC Genetics Service		
LOTTO 2 – (Pronto Soccorso) – CIG [1211872468]	**Autoclave da banco**	1	TECNO-GAZ **mod. B EVO 24 art. STGA100**	TECNO-GAZ **mod. Europa B EVO art. 20335**		
	Apparecchiatura per eseguire la sterilizzazione di materiali termoresistenti con vapore saturo, sotto pressione e sotto vuoto, ad elevate temperature (>110 °C).		si	si		
	CARATTERISTICHE TECNICHE					
	classe di sterilizzazione tipo B per strumenti solidi, strumenti cavi, strumenti imbustati e carichi porosi.		si	si		
	capacità di carico: ≥ 1 Ust standard (300 x 300 x 600 mm) (indicare diametro interno in cm, profondità della camera in cm, quantità di carico massima in kg)		Camera: diam. 245x500mm profondità 320 carico max 5 kg (materiali solidi) carico1,5 Kg materiali porosi	Camera: diam. 245x318 mm profondità 320 carico max 5 kg (materiali solidi) carico1,5 Kg materiali porosi		
	camera in acciaio inox tipo AISI 304, riscaldata uniformemente tramite resistenza elettrica, con portatray protetto che eviti il contatto tra carico e camera.		si	si		
	L'apparecchiatura deve essere fornita con il portatray e i vassoi corrispondenti		si	si		
	dotata di una adeguata pompa del vuoto che ad inizio ciclo espella le sacche d'aria presenti nella camera e al termine della fase di sterilizzazione consenta di avere una ottima asciugatura.		si	si		
	dotata di fase iniziale di preriscaldamento per la stabilizzazione dei parametri del ciclo di sterilizzazione, temperatura e pressione.		si	si		
	sistema di controllo a microprocessore tipo P.I.D., per il costante controllo e monitoraggio del funzionamento dell'autoclave, in grado di intervenire nel caso di anomalie sui parametri tecnici ed elettronici non corretti.		si	si		
	dispositivo di bloccaggio sullo sportello dell'autoclave di tipo elettromagnetico, che non consenta l'apertura dello sportello fino al termine del ciclo (*specificare ulteriori dispositivi di sicurezza*)		si	si		
	doppio serbatoio per acqua pura e acqua utilizzata, muniti di sonde per la segnalazione dei livelli di minimo e massimo.		si	si		
	Caricamento dell'acqua mediante sistema a pompa e blocco automatico a serbatoio pieno.		si	si		
	Cicli operativi di sterilizzazione:		si	si		
	- cicli automatici a 121 °C e 134 °C per strumenti liberi ed imbustati (*specificare numero e caratteristiche*)		si	si		
	- ciclo automatico "flash" per sterilizzazioni rapide		si	si		
	- cicli test aggiuntivi per il controllo periodico dell'apparecchiatura (es. Helix Test, Bowie & Dick Test, Vacuum Test)		si	si		
	Nel caso di anomalia che pregiudichi il ciclo di sterilizzazione l'apparecchiatura si deve immediatamente bloccare e segnalare l'anomalia.		si	si		
	dotata di display grafico e stampante integrata nel corpo dell'apparecchiatura per la registrazione del ciclo di sterilizzazione		si	si		
	DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE alimentazione elettrica rete fissa 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz la ditta offerente indichi: larghezza _____ mm lunghezza _____ mm altezza _____ mm peso _____ kg potenza assorbita _____ W / VA		larghezza 510 mm lunghezza 730 mm altezza 390 mm peso 58 kg potenza assorbita 2 kw	larghezza 510 mm lunghezza 390 mm altezza 590 mm peso 54 kg potenza assorbita 1,7 kw		
			Optionale la Ditta offre **sistema per osmosi inversa mod. PURA**			
Valutazione complessiva			**Conforme**	**Conforme**		

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie per servizi diversi. Gara n° 1266654

Lotto	Descrizione	Q.tà	Mast Medical	Terapon	Elettromedical di Boscato G.	TE.S.MED.	FC Genetics Service	Prodifarm
LOTTO 3 – (Pronto Soccorso) – CIG [1211881BD3]	Elettrocardiografo dotato di:	2	**Esaote mod. P8000 Power interpretativo + carrello + braccio reggi cavo**	**Philips mod. PageWriter TC30**	**Cardioline mod. AR2100 VIEW BT**	**Mortara Instrument mod. ELI250i cod. ELI250BED-ADEAX**	**NIHON KOHDEN mod. Cardiofax M ECG-1350**	**Fukuda mod. FX8322 + carrello + braccio reggi cavo**
	software interpretativo del tracciato ECG accettato e validato da organismi internazionali (specificare)		si	si	si	si	si	si
	memoria interna per la registrazione dei tracciati (specificare numero di esami memorizzabili)		si	si	si: 40	si: 60	si: 40	si: 150
	interfaccia, cavi di collegamento e software per l'esportazione dei dati verso PC (specificare)		si	si	si	si	si	si
	batteria interna ricaricabile con alimentatore integrato (specificare autonomia batteria)		si: autonomia max 300 tracciati	si	si	si: autonomia max 200 tracciati	si: autonomia 60/90 tracciati	si
	tastiera alfanumerica per l'introduzione dei dati paziente		si	si	si	si	si	si
	ampio display LCD a colori per la visualizzazione in simultanea delle 12 tracce ECG e delle funzioni operative (specificare dimensioni display e risoluzione)		si 3 tracce ECG in simultanea	si	si	si	si	si
	stampante incorporata con formato di stampa A4 e velocità di stampa selezionabile , con possibilità di selezionare diversi numeri di canali per il layout di stampa (specificare)		si	si	si	si	si	si
	velocità di stampa selezionabile (specificare in mm/s)		si	si	si	si	si	si
	sensibilità selezionabile (specificare in mm/mV)		si	si	si	si	si	si
	allarmi acustici e/o visivi: minima e massima frequenza cardiaca preimpostabile dall'operatore distacco elettrodi (specificare ulteriori allarmi)		si	si	si	si	si	si
	parti applicate tipo CF protette contro le scariche da defibrillatore		si	si	si	si	si	si
	L'apparecchiatura offerta deve essere fornita completa di:		si	si	si	si		
	carrello per il trasporto con vano portaccessori e braccio reggicavo ECG		si	si	si	si	si	si
	n° 5 confezioni carta millimetrata f to A4		si	si	si	si	si	si
	n° 1 confezione elettrodi a pinza (derivazioni periferiche)		si	si	si	si	si	si
	n° 1 confezione elettrodi a ventosa (derivazioni precordiali)		si	si	si	si	si	si
	DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE alimentazione elettrica rete fissa 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz la ditta offerente indichi: larghezza _____ mm lunghezza _____ mm altezza _____ mm peso _____ kg potenza assorbita _____ W / VA		larghezza 390 mm lunghezza 340 mm altezza 102 mm peso 5 kg	larghezza 310 mm lunghezza 400 mm altezza 21 mm peso 8,6 kg	larghezza 325 mm lunghezza 345 mm altezza 80 mm peso 5 kg	larghezza 394 mm lunghezza 432 mm altezza 102 mm peso 5,1 kg	larghezza 236 mm lunghezza 322 mm altezza 120 mm peso 4,5 kg	larghezza 370 mm lunghezza 320 mm altezza 890 mm peso 5,2 kg
Valutazione complessiva			**Non conforme** in quanto non permette la visualizzazione simultanea delle 12 tracce. Si esclude.	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie per servizi diversi. Gara n° 1266654

Lotto	Descrizione	Q.tà	Mast Medical	Elettromedical di Boscato G.	TE.S.MED.	Prodifarm	Vitalaire
	Spirometro diagnostico	4	COSMED mod. PONY FX	COSMED mod. PONY FX	Medical Graphics Italia mod. ALPHA TOUCH VITALOGRAPF Serie 6000	MIR mod. Spirolab III	MIR mod. Spirolab III
LOTTO 4 – (UO di Medicina Sportiva – Poliambulatori Iglesias e Carbonia) – CIG [1212058626]	Spirometro diagnostico con display grafico a colori, funzionante con turbina.		si	si	senza turbina - Tecnologia superiore	si	si
	Misurazione di FVC, VC con profilo ventilatorio più test MVV con curve in tempo reale		si	si	si	si	si
	Provocazione bronchiale PRE/POST CONB curva flusso/volume di confronto		si	si	si	si	si
	Archivio dati per circa 1500 pz		si	si	si	si	si
	Stampante incorporata		si	si	si	si	si
	Possibilità di connessione diretta a stampante esterna		si	si	si	si	si
	Portatile		si	si	si	si	si
	Alimentazione: rete e batteria ricaricabile		si	si	si	si	si
	Software in lingua italiana, aggiornabile		si	si	si	si	si
	Peso e dimensioni contenuti: ~ 2 kg – dim. cm 30/35x20/25x6/10h –		1,2 kg	1,2 kg	2kg	1,9 kg	1,9 kg
	Parametri di misurazione: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6,PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, Vext , PIF, FIVC, FIV1, FIV1%, VC.		si	si	si	si	si
	L'apparecchiatura offerta deve essere fornita completa di: n° 1 confezioni carta n° 1 confezione di boccagli monouso adulti e pediatrici n° 1 carica batteria		si	si	si	si	si
Valutazione complessiva			Conforme		Conforme	Conforme	Conforme

Prospetto prezzi

Procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature sanitarie per servizi diversi. Gara n° 1266654

Lotto	Descrizione	Q.tà	Terapon	TE.S.MED.	FC Genetics Service		
LOTTO 1 – CIG [1211867049]	MONITOR MULTIPARAMETRICO	2	Philips mod. Intellivue MP 50 cod. M8004A	Burke&Burke mod. Anyview A5+ EMS3 cod. BLT12-031-0003 + BLT23-031-0008-2	NIHON KOHDEN mod. PVN-2701		
	Prezzo unitario		€ 13.400,00	€ 5.900,00	€ 3.663,20		

Lotto	Descrizione	Q.tà	Prodifarm	FC Genetics Service	
LOTTO 2 – CIG [1211872468]	Autoclave da banco	1	TECNO-GAZ mod. B EVO art. STGA100	TECNO-GAZ mod. Europa EVO art. 20335	
	Prezzo unitario		€ 3.625,00	€ 4.278,00	
	Prezzo optional: sistema per osmosi inversa mod. PURA		€ 780,00		

Lotto	Descrizione	Q.tà	Terapon	Elettromedical di Boscato G.	TE.S.MED.	FC Genetics Service	Prodifarm
LOTTO 3 – CIG [1211881BD3]	Elettrocardiografo	2	Philips mod. PageWriter TC30	Cardioline mod. AR2100 VIEW BT	Mortara Instrument mod. ELI250i cod. ELI250BED-ADEAX	NIHON KOHDEN mod. Cardiofax M ECG-1350	Fukuda mod. FX8322
	Prezzo unitario		€ 5.250,00	€ 2.350,00	€ 3.200,00	€ 4.700,67	€ 4.065,00

Lotto	Descrizione	Q.tà	Mast Medical	Elettromedical di Boscato G.	TE.S.MED.	Prodifarm	Vitalaire
LOTTO 4 – CIG [1212068626]	Spirometro diagnostico con display grafico a colori, funzionante con turbina.	4	COSMED mod. PONY FX	COSMED mod. PONY FX	Medical Graphics Italia mod. ALPHA TOUCH VITALOGRAPF Serie 6000	MIR mod. Spirolab III	MIR mod. Spirolab III
	Prezzo unitario		€ 1.494,00	€ 2.200,00	€ 2.250,00	€ 1.749,00	€ 2.499,00

ASLCarbonia

PP. OO. di Iglesias DIREZIONE MEDICA

n° prot. del 10/03/2011

Iglesias, 10/03/2011

Al Resp. Servizio Acquisti
Dr.ssa Foddis Agnese

PERVENUTA 14 MAR. 2011 AGS
PI/1383

Oggetto: invio nota

Alessandra

Si invia la richiesta del Responsabile della Medicina Dr. Spiga .

Cordiali saluti

procediamo con l'estensione della fase ampliamento costo del monitoraggio Reperibilità - Stelle
6/04/2011

Il Direttore Medico
PP. OO. di Iglesias
Dr. Carlo Murru

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

Direzione Medica
V. Cattaneo – 09016 Iglesias
Tel 07813922679-2777
Fax 07813922641
Mail: direzionesanitaria.cto@asl7carbonia.it

ASLCarbonia

Struttura Complessa di Medicina interna
P.O. S. Barbara – Iglesias
Direttore: dott. Enrico Spiga

Al Direttore medico
Dott A Spanu

Iglesias 09.03.2011

Si richiedono n° 2 elettrocardiografi per la Divisione Medicina in quanto quelli attualmente in uso non rispondono alle esigenze del reparto
Si elencano le caratteristiche di massima:

- *Acquisizione di 12 derivazioni simultanee*
- *Acquisizione e filtraggio del tracciato ECG secondo le raccomandazioni dell'AHA;*
- *Monitor incorporato per la visualizzazione contemporanea delle 12 derivazioni;*
- *Tastiera alfanumerica completa per l'inserimento dei dati paziente;*
- *Stampa dei tracciati in diversi formati 3,4,6,12 derivazioni, completi delle misure fondamentali (Assi ed Intervalli) e dei dati paziente, su carta in risme formato A4;*
- *Funzionamento automatico e manuale, a rete e batterie interne ricaricabili (caricabatterie interno) ad alta capacità (stampa di almeno 100 ECG);*
- *Protezione contro le scariche da defibrillatore;*
- *Interfaccia LAN per il trasferimento dei tracciati ad un PC collegato in rete;*
- *Carrello ergonomico dedicato, con braccio reggicavo.*

Distinti saluti
Dott E Spiga

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL N.7 Carbonia

IL DIRETTORE MEDICO
PP.OO. di Iglesias
Dott. Carlo Murru

si autorizza

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

S.C. di Medicina Interna – P.O. S. Barbara
Tel 07813922393-2312 -2310 -2317
Fax 07813922318
Mail: enrico.spiga@libero.it

ASLCarbonia

Struttura Complessa di Medicina interna
P.O. S. Barbara – Iglesias
Direttore: dott. Enrico Spiga

Al Commissario Straordinario
Dott M Calamida
Al Responsabile Servizio Acquisti
Dottssa A Foddis
Al Direttore medico
Dott A Spanu

PERVENUTA IL 15 MAR. 2011 ABS
Pr/1383 del 14.03.011

Iglesias 14.03.201

Si richiedono n° 2 elettrocardiografi per la Divisione Medicina in quanto quelli attualmente in uso da circa un decennio non rispondono alle esigenze del reparto e spesso presentano seri problemi di funzionamento.
Si elencano le caratteristiche di massima:

- *Acquisizione di 12 derivazioni simultanee*
- *Acquisizione e filtraggio del tracciato ECG secondo le raccomandazioni dell'AHA;*
- *Monitor incorporato per la visualizzazione contemporanea delle 12 derivazioni;*
- *Tastiera alfanumerica completa per l'inserimento dei dati paziente;*
- *Stampa dei tracciati in diversi formati 3,4,6,12 derivazioni, completi delle misure fondamentali (Assi ed Intervalli) e dei dati paziente, su carta in risme formato A4;*
- *Funzionamento automatico e manuale, a rete e batterie interne ricaricabili (caricabatterie interno) ad alta capacità (stampa di almeno 100 ECG);*
- *Protezione contro le scariche da defibrillatore;*
- *Interfaccia LAN per il trasferimento dei tracciati ad un PC collegato in rete;*
- *Carrello ergonomico dedicato, con braccio reggicavo.*

Distinti saluti
Dott E Spiga

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

S.C. di Medicina Interna – P.O. S. Barbara
Tel 07813922393- 318 -2312 -2310 -2317
Fax 07813922318
Mail: enrico.spiga@libero.it

AZIENDA ASL N°7

OSPEDALE S. BARBARA IGLESIAS

U.O DI CHIRURGIA GENERALE

RESP. DOTT. ANTONIO TUVERI

PERVENUTA il 25 MAR. 2011 ABS
PI/1601

Alla Direzione Sanitaria Di Presidio

Si richiede la fornitura di numero due Monitor Multiparametrici per il monitoraggio paziente post- intervento chirurgico. Tale apparecchiatura deve consentire la rilevazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno nel sangue (spo2).

Cordiali Saluti

Istruzione pure costo unitario al trattamento
Si autorizza la spesa
6/04/2011

Dott. Antonio Tuveri

Direttore U.O

Consegnato il 29/03/2011

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PERVENUTA IL 01 APR. 2011 ABS

Al Resp. Ufficio Acquisti

SEDE

Determinare prima costo con ditta al momento. Osservatore
Prot.N°...114/11
Data 31/03/2011

Oggetto : **sollecito fornitura MONITOR mutiparametrico portatile** .

Si invia in allegato la richiesta di fornitura di un monitor multiparametrico sollecitando la fornitura in quanto tale strumento appare indispensabile durante gli esami endoscopici viste le procedure invasive che attualmente si stanno eseguendo.

Distinti Saluti

Dott. Pietro Orco

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA
AMBULATORIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Al Resp. Ufficio Acquisti

Al Dir. San. PP.OO Iglesias

SEDE

Prot.N°..106/10
Data.....9/6/10

Oggetto : **richiesta MONITOR mutiparametrico portatile .**

Durante gli esami broncofibroscopici è indispensabile monitorizzare i parametri vitali del paziente. Attualmente i pazienti vengono monitorizzati con un pulsossimetro, e con il monitor del defibrillatore in maniera alquanto "artigianale" con tutta una serie di fili che intralciano i movimenti degli operatori e non viene monitorizzata la PA.in maniera automatica. L'acquisizione della apparecchiatura in oggetto consentirebbe inoltre di monitorizzare i pazienti in ventilazione non invasiva con maggior sicurezza sia all'interno della nostra UO, sia in altri Reparti dell'Ospedale Santa Barbara.

Si richiede pertanto l'acquisizione di un Monitor multiparametrico portatile con le seguenti caratteristiche
Monitor paziente multiparametrico portatile con schermo minimo10,4" a colori TFT ad alta risoluzione, 4 tracce contemporanee configurabili dall'utente;
Utilizzabile con pazienti adulti
<u>parametri rilevati:</u>
ECG
RESP (con sistema impedenziometrico)
NIBP (metodo oscillometrico)
SpO_2
Trends di tipo grafico e tabellare di tutti i parametri monitorizzati almeno per 72 ore.
Allarmi luminosi ed acustici programmabili su tutti i parametri. Scala di gravità allarmi.
Software di gestione e informazioni in lingua italiana.
Peso contenuto (inf a 4kg) con maniglia di trasporto e possibilità di aggangio a letto del paziente.
Completo di batteria in grado di garantire almeno 3 ore di monitoraggio
Carrello dedicato con supporto su asta per un facile spostamento.
Possibilita opzionale di registratore termico incorporato.

Accessori richiesti:
Cavo ECG a tre derivazioni
trasduttore per SpO_2 morbido e avvolgente per permettere un'ottima rilevazione anche con paziente in movimento.
N°1 bracciale per la misurazione della pressione per adulti.

Dott. Pietro Greco

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PERVENUTA IL 31 MAR. 2011 ABS
Pl 1707

Al Resp. Ufficio Acquisti

SEDE

Prot.N°...114/11
Data 31/03/2011

Oggetto : **sollecito fornitura MONITOR mutiparametrico portatile** .

Si invia in allegato la richiesta di fornitura di un monitor multiparametrico sollecitando la fornitura in quanto tale strumento appare indispensabile durante gli esami endoscopici viste le procedure invasive che attualmente si stanno eseguendo.

Distinti Saluti

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA
AMBULATORIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Al Resp. Ufficio Acquisti

Al Dir. San. PP.OO Iglesias

SEDE

Prot.N° 106/10
Data 9/6/10

Oggetto : **richiesta MONITOR mutiparametrico portatile** .

Durante gli esami broncofibroscopici è indispensabile monitorizzare i parametri vitali del paziente. Attualmente i pazienti vengono monitorizzati con un pulsossimetro, e con il monitor del defibrillatore in maniera alquanto "artigianale" con tutta una serie di fili che intralciano i movimenti degli operatori e non viene monitorizzata la PA.in maniera automatica. L'acquisizione della apparecchiatura in oggetto consentirebbe inoltre di monitorizzare i pazienti in ventilazione non invasiva con maggior sicurezza sia all'interno della nostra UO, sia in altri Reparti dell'Ospedale Santa Barbara.

Si richiede pertanto l'acquisizione di un Monitor multiparametrico portatile con le seguenti caratteristiche
Monitor paziente multiparametrico portatile con schermo minimo10,4" a colori TFT ad alta risoluzione, 4 tracce contemporanee configurabili dall'utente;
Utilizzabile con pazienti adulti
<u>parametri rilevati:</u>
ECG
RESP (con sistema impedenziometrico)
NIBP (metodo oscillometrico)
SpO_2
Trends di tipo grafico e tabellare di tutti i parametri monitorizzati almeno per 72 ore.
Allarmi luminosi ed acustici programmabili su tutti i parametri. Scala di gravità allarmi.
Software di gestione e informazioni in lingua italiana.
Peso contenuto (inf a 4kg) con maniglia di trasporto e possibilità di aggangio a letto del paziente.
Completo di batteria in grado di garantire almeno 3 ore di monitoraggio
Carrello dedicato con supporto su asta per un facile spostamento.
Possibilita opzionale di registratore termico incorporato.

Accessori richiesti:
Cavo ECG a tre derivazioni
trasduttore per SpO_2 morbido e avvolgente per permettere un'ottima rilevazione anche con paziente in movimento.
N°1 bracciale per la misurazione della pressione per adulti.

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA
AMBULATORIO
Dott. Pietro Greco

ASLCarbonia

P.O. C.T.O. IGLESIAS
U.O. OTORINOLARINGOIATRIA

Iglesias, 22-12-2010

PERVENUTA IL 27 DIC. 2010 ABS
PI/4306

Al Resp. del Servizio Acquisti
Dott.ssa Foddis
Via Dalmazia
Carbonia

Oggetto: Richiesta acquisto autoclave.

estensione fino un'altra cost. trim 7. ref. le 6/04/2011

Si richiede l'acquisto di un'autoclave per la sterilizzazione a vapore degli strumenti nostra U.O. (che comprende anche gli ambulatori ORL) in quanto quella in dotazione è ormai fuori uso da diversi mesi e quella della S.O (che si trova al piano inferiore) spesso va incontro ad avarie da sovraccarico di lavoro.
Si allegano le caratteristiche che l'autoclave dovrebbe avere.

Cordiali Saluti

Il Responsabile della U.O
Dott. Francesco Achena

SERVIZIO SANITARIO ASL N.7 Carbonia REGIONE SARDEGNA

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

P.O. C.T.O. U.O. O.R.L.
Via Cattaneo- 09016 Iglesias.
Tel. 07813922670 - 2675
Fax 0781 3922635
Mail: otorino.iglesias@asl7carbonia.it

AUTOCLAVE

CAPACITA' 70/80LITRI

--POSSIBILITA DI POTER EFFETUARE CICLI DI STERILIZZAZIONE A:

-- A 134°C PER MATERIALI LIBERI ED IMBUSTATO

-- A 121°C PER MATERIALI ED IMBUSTATI

-- CICLO FLASH PER CICLI RAPIDI

--CAPACITA' DI STERILIZZARE CARICHI DI TIPO B

--MONITORAGGIO COSTANTE DEL CICLO DI STERILIZZAZIONE

--STAMPANTE INTEGRATA PER LA REGISTRAZIONE DEI CICLI DI STERILIZZAZIONE