



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 94/c

25 GEN. 2011

adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la fornitura di aspiratori chirurgici per Servizi Diversi. Aggiudicazione in favore Ditte: Euromed Sardegna – Prodifarm.*

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

- Vista** la nota Prot. ABS PI/2844 del 07.10.2010, con la quale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, chiede l'acquisto di n° 1 aspiratore chirurgico per il SPDC del PO Sirai;
- Preso atto** che la richiesta è motivata dalla necessità di dotare il Servizio Psichiatrico di apposito aspiratore a completamento del carrello delle emergenze di recentemente assegnato, tenuto conto che l'apparecchiatura di che trattasi non rientra tra le dotazioni del reparto;
- Atteso** che l'Ufficio ha ritenuto opportuno integrare la fornitura con ulteriori richieste agli atti dell'Ufficio medesimo;
- Ritenuto** urgente ed indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione dei servizi;
- Tenuto conto** che la spesa presuntiva ammonta a circa € 5.000,00 + IVA di legge;
- Considerato** che appare percorribile l'acquisizione mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, come ribadito all'Art. 6 del *Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia*, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006;
- Precisato** che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi dell'art. 6 del succitato regolamento, può prescindersi da ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;
- Atteso** che l'ufficio ha ritenuto opportuno di dover procedere all'acquisizione di quanto in argomento mediante gara informale assicurando la massima concorrenzialità, par condicio e segretezza, assicurando la produzione dell'offerta in busta chiusa, la cui apertura sarà demandata ad apposita commissione in seduta privata;
- Precisato** che l'Ufficio, con note Racc. RR. Prot. PG/26790 del 15.11.2010, ha invitato le sotto elencate ditte a formulare offerta, stabilendo il termine per la presentazione delle medesime entro il giorno 10.12.2010:  
*Euromed (SS) – Medical (SS) – Prodifarm (CA) – Sanifarm (CA) – Technos (CA)*
- Visto** il verbale di gara in data 17.01.2011 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 88 del 17.12.2010;
- Preso atto** che la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore delle Ditte che hanno presentato l'offerta economicamente più bassa;
- Vista** la lettera d'invito;
- Visto** il D.Lgs 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione

QH/C del

25 GEN. 2011

**Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

### Propone

- di disporre, come da premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione della fornitura di aspiratori, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

### IL COMMISSARIO

**Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

**Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare l'allegato verbale in data 17.01.2011, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di aspiratori per Servizi Diversi;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione come segue:

**Ditta Euromed** (offerta n° 210/KKK/087 del 06.12.2010)

**Lotto 1 – CIG [06543491E0]**

**N° 6 Aspiratori medico-chirurgici** carrellati *mod. CLINIC PLUS cod. 28198* a € 779,00 + IVA 20% completo cadauno di:

- n° 2 vasi di raccolta in policarbonato da 4 lt
- pedale di controllo aspirazione
- deviatore di flusso di aspirazione
- set completo di accessori e tubi per aspirazione

(Destinazione: n° 1 SPDC Sirai – n° 2 Traumatologia Sirai - n° 2 Traumatologia CTO – n° 1 Anestesia Iglesias )

**Ditta Prodifarm**

**Lotto 2 – CIG [0816591036]**

**N° 2 Aspiratore medico- chirurgico** portatile mod. TECNO-16B marca TECNOGAZ a € 267,90 + IVA 20%

(Destinazione: Pediatria Sirai )

- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione

QH/C del

25 GEN. 2011

- ▶ di imputare la spesa complessiva di € 6.251,76 IVA 20% inclusa, sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale – economie residue dei piani di investimento;
- ▶ di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte del magazzino competente saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Serra

Resp.le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Commissario  
Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Sanitario  
Dr. Antonio Farci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione  
n. 94/c del 25 GEN. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 27 GEN. 2011 al 10 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Costa".

Destinatari:

*Collegio dei sindaci*

*Servizio Acquisti*

*Servizio Bilancio*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

CARBONIA 05/10/2010

Prot.

N. 2792 del 5-X-2010

AL RESPONSABILE  
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
DR.SSA AGNESE FODDIS

PERVENUTA IL 07 OTT. 2010 ABS  
PI/2844

SEDE CENTRALE

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA ASPIRATORE CHIRURGICO.

Acquisita la nota e relativo allegato di cui al prot. 850 del 29/09/2010, con la presente si chiede alla S. V. di voler provvedere all'acquisto di n. 1 aspiratore chirurgico necessario per le esigenze del SPDC P. O. Sirai Carbonia.

In attesa di riscontro si porgono

Distinti saluti.

DIP. SALUTE MENTALE E DIPENDENZE  
IL DIRETTORE  
(Dott. Roberto Pirastu)

Allegati:  
copia nota prot. 850 del 29/09/2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE  
SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P.O. SIRAI

ASL N° 7 - CARBONIA  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Prot. N. 850

del 29.09.10

Carbonia, 29/09/2010

Al Direttore del DSMD  
Dr Roberto Pirastu

Oggetto: Richiesta fornitura urgente.

Si richiede di voler provvedere urgentemente alla fornitura di un aspiratore chirurgico (caratteristiche in allegato) per le esigenze del Servizio Psichiatrico. Si ritiene opportuno segnalare che, nonostante le varie richieste formulate anche in tempi recenti, tale apparecchiatura non rientra ancora tra le dotazioni di reparto, come invece previsto dal DPR 37 - 14/1/97 sui requisiti minimi, e che la disponibilità di un aspiratore si rende necessaria quale completamento del carrello delle emergenze recentemente assegnato dal Dipartimento Emergenza al SPDC.

Il Coord. Inf. SPDC

Antonio Biancu

Servizio Psichiatrico  
Il Direttore  
Dr. Antonio Laddomada

30 SET. 2010  
M. V. V. V.

Sede legale e amministrativa  
Via Dolmazia n° 83 - 09013 Carbonia  
Tel. 0781/6681  
Fax 0781 6683506  
e-mail : [dir.generale@asicarbonia.it](mailto:dir.generale@asicarbonia.it)  
[www.asicarbonia.it](http://www.asicarbonia.it)

Dipartimento Salute mentale e Dipendenze  
Direttore Dott. Roberto Pirastu  
Via Trento, 24 - 09013 Carbonia  
Tel. 0781 660476 - fax 0781 671435  
e-mail: [dsmd.asl7@asicarbonia.it](mailto:dsmd.asl7@asicarbonia.it)

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura  
Direttore Dott. Antonio Laddomada  
Via P.O. Sirai  
Città 09013 Carbonia  
Tel. 0781 668 - 3335 - 3614 - 3462  
Fax 0781 668 - 3462

ASL N° 7 - CARBONIA  
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Doc. N. 250

del 29.09.10

• N° 1 Aspiratore chirurgico

Caratteristiche:

- Trasportabile su ruote;
- due contenitori da 4 litri cadauno in materiale plastico
- silenzioso
- potenza aspirazione circa 60 litri al minuto
- possibilità di utilizzare sistemi monouso
- pressione negativa massima di almeno 0,76 bar.

22/01/2009  
18/01/2009

*Agnese Foddis*

**Iglesias 16.10.2009**  
**Alla Dott.ssa Agnese Foddis**  
**Responsabile del Servizio**  
**Acquisti**

**e p.c. Al Responsabile del P.P.O.O.**  
**Dott. Carlo Murru**  
**ASL N°**

n° prot. 30/09

**Oggetto richiesta urgente aspiratori chirurgici**

**Gli aspiratori chirurgici in dotazione alla S.Operatoria sono ormai obsoleti non adeguati alle esigenze chirurgiche. per cui abbiamo la necessita di una nuova fornitura.**

**Si elencano le caratteristiche**

**Funzionamento silenzioso garantito da pompa a secco montata su giunti antivibranti che non richieda lubrificazione. con dispositivo automatico di arresto nel caso di sovraccarico termico del motore.**

**Dotato di 2 vasi di raccolta in materiale plastico autoclavabile a 138° con impugnatura capacita almeno 21 cad. e miniti di commutatore per il riempimento e lo svuotamento alternativi .predisposto per l'utilizzo di contenitori monouso**

**Vuotometro graduato in mm.Hg**

**Valvola di regolazione della depressione**

**Tubolatura in gomma antistatica di adeguata lunghezza**

**Dispositivo di sicurezza "troppo pieno"**

**Sistema filtrazione aria con filtro antibatterico monouso**

**Corredabile di comando a pedale**

**Mobile su ruote in gomma antistatica**

00





**ASL Carbonia**

Operativa  
Operatoria  
Distretto CIESIAS

**Dati tecnici**

**Alimentazione 220 V**

**Vuoto richiesto 675 mm Hg**

**Portata 50 l / min**

**Distinti saluti**

**Il Responsabile dell'U.O. di Ortopedia  
Traumatologia**

**Dott. Salvatore Porqueddu**



Servizio Sanitario - Regione Sardegna  
 AZIENDA USL N° 7

Sede Legale ed Amministrativa:  
 Via Dalmazia - CARBONIA  
 P.IVA 00475600920

Iglesias 16 Aprile 2010

OGGETTO: Acquisto aspiratore

SERVIZIO Rami mezzeme

all'ufficio acquisizione beni

PROLETT

PERVENUTA IL 20 APR. 2010 ABS Prot. n. 487

Si richiede l'acquisto urgente di numero uno (1) aspiratore su due vie da utilizzare nelle sale d'emergenza.

Si allega bolle di lavoro attestante il fuori uso dello stesso.

Il Responsabile  
 Carbonia

fare Alenachia, un punto più carbonia?  
 20 04 2010



BOLLA DI LAVORO CONSORZIO METIS  
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Servizio di Ingegneria Clinica p.zza Marinai d'Italia snc - Carbonia

Tel. / Fax 0781 - 661167 Tel. 0781 - 661163

Data 22.03.2010 Richiesta telefonica  Richiesta verbale  Riferimenti interni 395.1109

COMUNE IGLESIAS PRESIDIO P.O. S.BARBARA

UNITA OPERATIVA TERAPIA INTENSIVA PIANO

RESPONSABILE \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

APPARECCHIATURA ASPIRATORE CHIRURGICO

MARCA SIARE MODELLO DC 1000/C

INVENTARIO 13855 MATRICOLA 01699028 ALTRO \_\_\_\_\_

ANOMALIA DI FUNZIONAMENTO / GUASTO RISCONTRATI:

PROBLEMA SU MISURATORI DI VUOTO, PRESANTE ACCENSIONE, DEVIATORE VASI E REGOLATORE VUOTO

Pervenuta il 21.09.09 ore \_\_\_\_\_

Visionata da Luca BUSONERO il 22.09.09

Apparecchiatura consegnata al LEM  sì  no

NOTE SULL'INTERVENTO

DOPO VARI TENTATIVI DI ACQUISTO DEI RICAMBI NECESSARI PER LA RIPARAZIONE, LA DITTA MANUTENTRICE IN UNA COMUNICAZIONE ~~DE~~ DOVE DICHIARA CHE I RICAMBI NON SONO PIU' DISPONIBILI, IN QUANTO L'APPARECCHIO E' FUORI PRODUZIONE DA PIU' DI 10 ANNI. SI RICONSEGNA L'APPARECCHIO ALLA U.O. DI APPARTENENZA. AMIARE PRATICA DI FUORI USO. - NON RIPARABILE -

Intervento concluso  sì  no  Intervento Ditta esterna  Attesi pezzi di ricambio  Richiedere preventivi

Il Responsabile U. O.

(o suo delegato)

Il tecnico SIC



Consorzio METIS  
Sede Operativa  
Lungom. Sonnino, 15  
56125 Pisa  
P.I. 01474230503



**MAST MEDICAL s.r.l.**

Loc. PILL'E MATTIA  
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)  
Tel./Fax 070 852045  
Mail: [info@mastmedical.it](mailto:info@mastmedical.it)

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924  
Capitale Soc. €10.329,14  
C.C.I.A.A. Cagliari 239470  
Iscri.reg. Imprese. V°928/1

**Spett.le**  
**Consorzio Metis**  
**Piazza Marinai D'Italia**  
**09013 Carbonia**  
**C/a Sig. Busonera**  
**Tel 0781 661167**  
**Fax 0781 661167**

Quartucciu, 18/03/2010


**Oggetto:** Ricambi per Aspiratore DC 1000.

Con la Presente, le comunichiamo che i ricambi per l'aspiratore DC1000, della Siare, matricola 01899028, non sono più disponibili, in quanto fuori produzione, da più di dieci anni.

Per qualsiasi ulteriori informazioni potete contattarci al tel. 070 852045 oppure [info@mastmedical.it](mailto:info@mastmedical.it)

**Distinti saluti**

**Mast Medical S.r.l.**

 **MAST MEDICAL s.r.l.**  
Loc. PILL'E MATTIA  
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)  
Tel./Fax 070 852045  
Mail: [info@mastmedical.it](mailto:info@mastmedical.it)  
*[Handwritten signature]*

*Allegato n. 1  
in attesa di  
differenziazione*

**Regione Autonoma Sardegna  
Asl n° 7 Carbonia  
Ortopedia - Traumatologia  
Direttore U.O.  
Dr. B. Caddeo**

*Chiedo  
quantità per  
P.O. Ort.*

Prot. Ort "Sirai" n° 50 del 13.11.08

Spett.le  
Servizio acquisti  
Dott.ssa A. Foddis

*18/11/08  
ABS  
P.O. Ort.*

Oggetto: Richiesta aspiratore elettrico.

Si richiede un aspiratore elettrico per l'U.O di Ortopedia e Traumatologia P.O. "Sirai".

Caratteristiche:

- Carrella bilingue dotata di ruote;
- Con due contenitori di 3 - 4 litri;
- Potenza di aspirazione circa 60 lt./m.;
- Possibilità di utilizzare sistemi monouso;
- Pressione di aspirazione di almeno 0,75 bar.

Cordiali saluti.

  
B. Caddeo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 7 CARBONIA

### S.C. di Pediatria e Neonatologia

Direttore Dott. Mario Bandiera

Tel. 0781-6683331- 6683369

Fax 0781-6683331

*Per. ABS 04.05.010 PI/2010/675*

*Presente,  
espresso "input"  
da parte del Comune  
di Carbonia*

Prot. n° 62 / del 3.05.10

Carbonia, 29/04/2010

Al Sig. Commissario Straordinario

Al Sig. Direttore Sanitario Aziendale

→ e/p/c Al Responsabile Ufficio Acquisti

Oggetto : acquisto aspiratori

Si segnala che l'U.O. di Pediatria dell'Ospedale Sirai di Carbonia necessita urgentemente di aspiratori da tavolo, necessari per la normale attività di reparto, da utilizzare per l'aspirazione delle eventuali secrezioni orofaringee dei piccoli degenti in caso di patologie a carico dell'apparato respiratorio o altro. Attualmente sono presenti in reparto numero due aspiratori obsoleti e ~~non~~ funzionanti, nonostante le frequenti manutenzioni ordinarie.

**PERTANTO SI RICHIEDE**

L'acquisto urgente di numero due (2) aspiratori

Cordiali Saluti

Il Direttore S.C. di pediatria e Neonatologia

Dott. Mario Bandiera

AZIENDA  
04 MAG. 2010  
PROTOCOLLO  
ARRIVO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 7 CARBONIA

### S.C. di Pediatria e Neonatologia

Direttore Dott. Mario Bandiera

Tel. 0781-6683331- 6683369

Fax 0781-6683331

*Colonna*

*ARRIVATA IL 31 MARZO 2010  
S. ALG.  
Spese pagante*

Prot. n° 62 / del 3.05.10

Carbonia, 29/04/2010

Al Sig. Commissario Straordinario

Al Sig. Direttore Sanitario Aziendale

e/p/c Al Responsabile Ufficio Acquisti

Oggetto : acquisto aspiratori

Si segnala che l'U.O. di Pediatria dell'Ospedale Sirai di Carbonia necessita urgentemente di aspiratori da tavolo, necessari per la normale attività di reparto, da utilizzare per l'aspirazione delle eventuali secrezioni orofaringee dei piccoli degenti in caso di patologie a carico dell'apparato respiratorio o altro. Attualmente sono presenti in reparto numero due aspiratori obsoleti e ~~non~~ funzionanti, nonostante le frequenti manutenzioni ordinarie.

PERTANTO SI RICHIEDE

L'acquisto urgente di numero due (2) aspiratori

Cordiali Saluti

Il Direttore S.C. di pediatria e Neonatologia

Dott. Mario Bandiera

AZIENDA U.S.L. 7  
CARBONIA

04 MAR. 2010

PROTOCOLLO  
ARRIVO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

NTG/26740 PROT. / 15 NOV. 2010

Carbonia 15 NOV. 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta  
Euromed Sardegna  
Via N. Campus, 7  
07100 - Sassari

**OGGETTO:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di aspiratori chirurgici per servizi diversi.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura quanto in oggetto e meglio specificato nell'**allegato A**.

**A) Formulazione dell'offerta**

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda.

**Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.**

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.  
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.  
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

pg 1





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

N° 9/26790 PROT. / 15 NOV. 2010

Carbonia 15 NOV. 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta  
Medical  
V.le Porto Torres, 64  
07100 - Sassari

**OGGETTO:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di aspiratori chirurgici per servizi diversi.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura quanto in oggetto e meglio specificato nell'**allegato A**.

**A) Formulazione dell'offerta**

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda.

**Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.**

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.  
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.  
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

NTG/26790 PROT. 115 NOV. 2010

Carbonia 15 NOV. 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta  
Prodifarm  
Via Galvani, 29/A  
09129 - Cagliari

**OGGETTO:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di aspiratori chirurgici per servizi diversi.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura quanto in oggetto e meglio specificato nell'**allegato A**.

**A) Formulazione dell'offerta**

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed allocamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda.

**Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.**

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.  
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.  
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

N<sup>o</sup> 19/26740 PROT. 15 NOV. 2010

Carbonia 15 NOV. 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta  
Sanifarm  
Viale Monastir, 126/A  
09122 - Cagliari

**OGGETTO:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di aspiratori chirurgici per servizi diversi.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura quanto in oggetto e meglio specificato nell'**allegato A**.

**A) Formulazione dell'offerta**

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda .

**Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.**

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.  
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.  
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

pg 1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

NTG/26740 PROT. 15 NOV. 2010

Carbonia 15 NOV. 2010

Racc. AR

Spett.le Ditta  
Technos  
Via Dolcetta, 5  
09122 - Cagliari

**OGGETTO:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (Cottimo fiduciario). Richiesta di preventivo per la fornitura di aspiratori chirurgici per servizi diversi.*

La nostra Azienda intende provvedere all'affidamento della fornitura quanto in oggetto e meglio specificato nell'**allegato A**.

**A) Formulazione dell'offerta**

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria Locale N. 7, e di ogni altro onere aggiuntivo, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloggiamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda .

**Al sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 31/2008 in offerta devono essere specificatamente indicati in dettaglio il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi al presente appalto.**

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.  
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.  
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

pg 1

4. Copia della presente nota e del Documento informativo sui rischi specifici nell'Azienda ASL 7, timbrati dalla Ditta e firmati in OGNI FOGLIO dallo stesso firmatario dell'offerta in segno di piena e totale visione ed approvazione.

Si precisa che, per la partecipazione alla presente gara, non è dovuto il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 15.02.2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2010. Contributi di partecipazione alle gare"

Pertanto, dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno 07.12.2010** regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di aspiratori chirurgici**" e dovrà essere inviata al sotto indicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7  
Servizio Acquisti  
Via Dalmazia, 83  
09013 CARBONIA (CI)

#### **B) Condizioni di fornitura**

La fornitura si intende "**chiavi in mano**", compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, e ove previsto installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che all'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita, il modello e il numero di serie. L'Amministrazione, indipendentemente dal modello proposto in offerta, rifiuterà la consegna di apparecchi che risultino già superati tecnologicamente al momento della trattativa e per i quali la medesima Ditta ha posto in commercio prima della fornitura modelli più avanzati. In tal caso l'affidamento sarà revocato.

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

#### **C) Aggiudicazione della fornitura**

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'ASL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

**L'aggiudicazione della fornitura sarà disposta per singolo lotto a favore della ditta che presenta l'offerta economica più bassa, conformemente alle caratteristiche indicate.**

**Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.**

#### **D) Garanzia**

Non deve essere inferiore ad anni 2 (due): di tipo manutentivo ed assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'ASL, nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. In ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

#### **F) Stipula del contratto e deposito cauzionale**

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.



Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a diecimilatrecentoventinove/14 Euro (€ 10.329,14) I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

### **G) Esecuzione della fornitura**

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di **giorni 20 (venti)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

- 1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
- 2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'ASL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'ASL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'ASL N. 7.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'ASL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'ASL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

### **H) Consegna e installazione**

La consegna delle stampanti verrà concordata con il Responsabile dell'Azienda e dovrà prevedere il montaggio nonché i collegamenti alla rete elettrica e alla rete locale.

Tutte le stampanti devono essere fornite, installate e configurate per il regolare funzionamento.

### **I) Collaudo**

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.



Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico e il Servizio Informativo dell'ASL.

#### **L) Inadempienze e penalità'**

Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra ASL potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale di deposito cauzionale.

L'apparecchiatura e/o attrezzatura fornita e contestata resta depositata nell'ASL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).

Qualora le apparecchiature e/o attrezzature rifiutate non fossero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'ASL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'ASL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'ASL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

#### **M) Pagamento delle fatture**

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'ASL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

#### **N) Rischi da interferenza**

La presente fornitura non comporta la sussistenza di rischi da interferenza (art. 26 comma 3 D.Lgs.81/2008).

L'importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi di interferenza è **pari a zero euro**.

#### **O) Controversie**

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A.R.

La Ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D.Lgs 163/06).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

**P) Norme di rinvio**

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

**Il Resp. le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis**

Coll. Amm. vo/ A. Ventura *A. Ventura*

Aspiratori chirurgici





I requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi **indicativi** del livello qualitativo delle soluzioni attese.

Solo per gli aspetti di difformità la Commissione di gara verificherà se le soluzioni proposte risultino di pari livello qualitativo al fine di giudicarne l'idoneità e quindi l'ammissibilità dell'offerta.

All'offerente è demandato l'onere di specificare ulteriori caratteristiche integrative e migliorative delle apparecchiature e degli accessori previsti.

## LOTTO 1

### N° 4 ASPIRATORE MEDICO-CHIRURGICO CARRELLATO

Apparecchiatura ad alto vuoto e alto flusso da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei e secrezioni, adatto per l'utilizzo anche nelle sale operatorie.

Conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10079-1:2009 ( *Aspiratori per uso medico - Parte 1: Aspiratori azionati elettricamente - Requisiti di sicurezza* ).

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI**

Apparecchiatura dotata di:

- motore elettrico con pompa a pistone non lubrificata;
- 3/4 ruote antistatiche e maniglia per il trasporto;
- n° 2 vasi di raccolta pluriuso autoclavabili ( *capacità indicativa 4 litri* ) completi di valvola di sicurezza con galleggiante;
- interruttore / deviatore di flusso tra vaso sinistro e vaso destro;
- filtro antibatterico ed idrofobico ( *specificare materiale e capacità filtrante* );
- set tubi di collegamento in silicone per uso medico e connettore conico per sonde;
- comando regolatore di aspirazione e indicatore di vuoto graduati:
  - valore massimo depressione            *circa - 0,90 bar*
  - portata in aria libera                    *≥ 60 litri/minuto*
- possibilità di utilizzo dei vasi con sacche di raccolta monouso ( *specificare* );
- possibilità di connessione pedale esterno per comando aspirazione ( *specificare* );

#### **DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE**

- alimentazione elettrica rete fissa 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz
- la ditta offerente indichi:

larghezza            \_\_\_\_\_ mm  
lunghezza          \_\_\_\_\_ mm  
altezza              \_\_\_\_\_ mm  
peso                  \_\_\_\_\_ kg  
potenza  
assorbita            \_\_\_\_\_ W / VA  
livello di  
rumorosità          \_\_\_\_\_ dBa



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ASL n° 7 Carbonia**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## LOTTO 2

### N° 2 ASPIRATORE MEDICO-CHIRURGICO PORTATILE

Apparecchiatura a doppia alimentazione rete/batteria, facilmente trasportabile, da utilizzarsi per l'aspirazione delle secrezioni orofaringee di pazienti pediatriche in caso di patologie dell'apparato respiratorio. Conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10079-1:2009 ( *Aspiratori per uso medico - Parte 1: Aspiratori azionati elettricamente - Requisiti di sicurezza* ).

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI**

Apparecchiatura dotata di:

- motore elettrico con pompa a pistone non lubrificata;
- maniglia per il trasporto;
- n° 1 vaso di raccolta pluriuso autoclavabile ( *capacità indicativa 1 litro* ), completo di valvola di sicurezza con galleggiante;
- filtro antibatterico ed idrofobico ( *specificare materiale e capacità filtrante* );
- set tubi di collegamento in silicone per uso medico e connettore conico per sonde;
- comando regolatore di aspirazione e indicatore di vuoto graduati:
  - valore massimo depressione            *circa - 0,80 bar*
  - portata in aria libera                    *≥ 20 litri/minuto*
- indicatore luminoso di stato ( presenza rete / ricarica batteria );  
deve essere possibile l'utilizzo dell'apparecchiatura anche durante la fase di ricarica della batteria;
- possibilità di utilizzo del vaso con sacche di raccolta monouso ( *specificare* );

#### **DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE**

- alimentazione elettrica a rete fissa ( 230 Vac / 50 ÷ 60 Hz ) e batteria ricaricabile ( *specificare caratteristiche batteria* );
- la ditta offerente indichi:

larghezza            \_\_\_\_\_ mm  
lunghezza          \_\_\_\_\_ mm  
altezza              \_\_\_\_\_ mm  
peso                  \_\_\_\_\_ kg  
potenza  
assorbita            \_\_\_\_\_ W / VA  
livello di  
rumorosità         \_\_\_\_\_ dBa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

**Oggetto:** *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di aspiratori chirurgici per Servizi diversi. Gara n° 697519.*

Addì 17 del mese di gennaio dell'anno 2011 alle ore 9.30, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 88 del 17.12.2010 presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr.ssa Antonella Serra	Componente
Dr. Angelo Desogus	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura di *aspiratori chirurgici per Servizi Diversi*, disposta mediante procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario).

Premesso che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con Racc. RR. Prot. PG/26790 del 15.11.2010 alle sotto elencate ditte: Euromed (SS) – Medical (SS) – Prodifarm (CA) – Sanifarm (CA) – Technos (CA), con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 07.12.2010.

La Commissione prende atto che entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sottotelencate Ditte:

- Sanifarm	Prot. 28524	del 02.12.2010
- Prodifarm	Prot. 28763	del 07.12.2010
- Euromed	Prot. 28788	del 07.12.2010

La Commissione, previa verifica delle condizioni di gara procede al controllo della documentazione prodotta dalle Ditte. La documentazione presentata dalle ditte è conforme e pertanto si ammettono.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 2 (due) pagine e parte integrante del presente verbale.

Nel prospetto sono stati indicati le ditte offerenti, la marca e i codici dei prodotti proposti e la valutazione della commissione.

La Commissione procede alla lettura delle offerte economiche e constata quanto segue:

*p. Ventura*

*20/1/11*

*A. Desogus*

*A. Foddis*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

**Lotto 1**

Ditta Sanifarm:	€ 1.699,00
Ditta Prodifarm: 1 <sup>a</sup> proposta	€ 817,00
Alternativa	€ 913,00
Ditta Euromed:	€ 779,00

**Lotto 2**

Ditta Prodifarm: € 267,90

Sulla base dei prezzi su riportati la Commissione propone la seguente aggiudicazione a favore delle offerte più basse;

Lotto 1 – Ditta Euromed

Lotto 2 - Ditta Prodifarm

Alle ore 10.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

**Prospetto comparativo**

Procedura negoziata fornitura aspiratori chirurgici

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta Prodifarm	Ditta Prodifarm Alternativa	Ditta Euromed	Ditta Sanifarm
1	<p><b>ASPIRATORE MEDICO-CHIRURGICO CARRELLATO</b></p> <p>Apparecchiatura ad alto vuoto e alto flusso da utilizzarsi per l'aspirazione di liquidi corporei e secrezioni, adatto per l'utilizzo anche nelle sale operatorie.</p> <p>Conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10079-1 2009 ( <i>Aspiratori per uso medico - Parte 1 - Aspiratori azionati elettricamente - Requisiti di sicurezza</i> ).</p> <p>Apparecchiatura dotata di:</p> <p>motore elettrico con pompa a pistone non lubrificata;</p> <p>3/4 ruote antistatiche e maniglia per il trasporto;</p> <p>n° 2 vasi di raccolta pluriuso autoclavabili ( <i>capacità indicativa 4 litri</i> ) completi di valvola di sicurezza con galleggiante;</p> <p>interruttore / deviatore di flusso tra vaso sinistro e vaso destro;</p> <p>filtro antibatterico ed idrofobico ( <i>specificare materiale e capacità filtrante</i> );</p> <p>comando regolatore di aspirazione e indicatore di vuoto graduati: - valore massimo depressione circa - 0.90 bar - portata in aria libera ≥ 60 litri/minuto</p> <p>possibilità di utilizzo dei vasi con sacche di raccolta monouso ( <i>specificare</i> );</p> <p>possibilità di connessione pedale esterno per comando aspirazione ( <i>specificare</i> );</p> <p><b>DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE</b></p> <p>alimentazione elettrica rete fissa 230 Vac / 50 - 60 Hz</p> <p>la ditta offerente indichi:</p> <p>larghezza _____ mm lunghezza _____ mm altezza _____ mm peso _____ kg potenza assorbita _____ W / VA livello di rumorosità _____ dBa</p> <p><b>Valutazione</b></p>	4	<p>mod. TECNO70 4L</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>2 vasi da 4 lt</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>valore massimo depressione circa - 0.90 bar portata in aria libera: &lt; 90 litri/minuto</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>larghezza: 540 mm lunghezza: 480 mm altezza: 850 mm peso: 19 kg potenza assorbita: 420 W/VA livello di rumorosità: - 50dBa</p> <p>conforme</p>	<p>mod. TECNO70 4L c/pedaliera</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>2 vasi da 4 lt</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>valore massimo depressione circa - 0.90 bar portata in aria libera: &lt; 90 litri/minuto</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>larghezza: 540 mm lunghezza: 480 mm altezza: 850 mm peso: 19 kg potenza assorbita: 420 W/VA livello di rumorosità: - 50dBa</p> <p>conforme</p>	<p>Clinic PLUS cod. 28198</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>2 vasi da 4 lt</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>valore massimo depressione circa - 0.90 bar portata in aria libera: 60 litri/minuto</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>larghezza: 460 mm lunghezza: 420 mm altezza: 850 mm peso: 13 kg potenza assorbita: 230 W/VA livello di rumorosità: - 51,7 dBa</p> <p>conforme</p>	<p>ALSA Supersuction 4T EXP</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>2 vasi da 4 lt</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>valore massimo depressione circa - 0.90 bar portata in aria libera &lt; 70 litri/minuto</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>larghezza: 420 mm lunghezza: 320 mm altezza: 800 mm peso: 25 kg potenza assorbita: 400 W/VA livello di rumorosità: - 50dBa</p> <p>conforme</p>

*Handwritten signatures and notes:*

*M. di*

*Ardu*

*P. Valsecchi*

*A. P...*

Prospetto comparativo

Procedura negoziata fornitura aspiratori chirurgici

Lotto	Descrizione	Q.tà	Ditta Prodifarm
2	<p><b>ASPIRATORE MEDICO-CHIRURGICO PORTATILE</b></p> <p>Apparecchiatura a doppia alimentazione rete/batteria, facilmente trasportabile, da utilizzarsi per l'aspirazione delle secrezioni orofaringee di pazienti pediatrici in caso di patologie dell'apparato respiratorio.</p> <p>Conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 10079-1 2009 ( Aspiratori per uso medico - Parte 1, Aspiratori azionati elettricamente - Requisiti di sicurezza )</p> <p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI</b></p> <p>Apparecchiatura dotata di:</p> <p>motore elettrico con pompa a pistone non lubrificata;</p> <p>mangia per il trasporto;</p> <p>n° 1 vaso di raccolta pluriuso autoclavabile ( capacità indicativa 1 litro ) completo di valvola di sicurezza con galleggiante;</p> <p>filtro antibatterico ed idrofobico ( specificare materiale e capacità filtrante );</p> <p>set tubi di collegamento in silicone per uso medico e connettore conico per sonde;</p> <p>comando regolatore di aspirazione e indicatore di vuoto graduati: - valore massimo depressione circa -0.80 bar - portata in aria libera ≥ 20 litri/minuto</p> <p>indicatore luminoso di stato ( presenza rete / ricarica batteria ); dove essere possibile l'utilizzo dell'apparecchiatura anche durante la fase di ricarica della batteria;</p> <p>possibilità di utilizzo del vaso con sacche di raccolta monouso ( specificare );</p> <p><b>DIMENSIONI E CONDIZIONI OPERATIVE</b></p> <p>alimentazione elettrica a rete fissa ( 230 Vac / 50 - 60 Hz ) e batteria ricaricabile ( specificare caratteristiche batteria );</p> <p>la ditta offerente indichi: larghezza _____ mm lunghezza _____ mm altezza _____ mm peso _____ kg potenza assorbita _____ W / VA livello di rumorosità _____ dBa</p>	2	<p>mod. TECNO-15B</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>30 lt/min</p> <p>si</p> <p>si</p> <p>larghezza 410 mm lunghezza 20,5 mm altezza: 260 mm peso: 5,6 kg potenza assorbita: 180WVA livello di rumorosità: non specificato</p>
	<p><b>Valutazione</b></p>		<p>conforme</p>

*Scopus* *Pharma*  
*Scopus*