



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 1014/c

adottata dal Commissario in data 23 LUG. 2010

**Oggetto:** *Procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario), per la fornitura urgente di n° 1 elettrobisturi per l'endoscopia digestiva del PO S. Barbara. GARA N. 528363. Aggiudicazione in favore della Ditta Technos.*

*Il Resp.le del Servizio Acquisti:*

**Richiamata** la Delibera 557/C del 19.04.2010, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura urgente di i elettrobisturi per l'endoscopia digestiva del PO S. Barbara, approvando contestualmente la lettera d'invito contenente le clausole contrattuali;

**Atteso** che:

- in esecuzione del su richiamato atto l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con RR Prot. 9231 del 20.04.2010 alle seguenti ditte: *Alfamed (Selargius - CA) - Movi (MI) - Nuova Sarda Medicali (CA) - Olympus (Segrate - MI) - Pentax Italia (MI) - Prodifarm (CA) - Technos (CA)*, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 12.05.2010;
- tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione Bandi e gare, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara;

**Visti** i verbali di gara in data 10.06.2010 e 17.06.2010 della Commissione di aggiudicazione, nominata con Disposizione Amministrativa n° 44 del 18.05.2010;

**Preso atto** che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta Technos che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Vista** la lettera d'invito e il Capitolato Generale;

**Ravvisata** la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

#### **Propone**

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura di n° 1 elettrobisturi per l'endoscopia digestiva del PO S. Barbara, così come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante;

#### **Il Commissario**

**Preso atto** dell'Istruttoria del Resp.le del Servizio Acquisti;

**Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione *WHD/c* del 23 LUG. 2010

### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- ▶ di ratificare gli allegati verbali in data 10.05.2010 e 17.05.2010, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di n° 1 elettrobisturi per l'Endoscopia digestiva del PO S. Barbara, autorizzata con Delibera n° 557/C del 19.04.2010;
- ▶ di disporre l'aggiudicazione come segue:

Ditta TECHNOS (offerta n° 10/00205 del 07.05.2010)

- n° 1 Unità centrale base per elettrochirurgia **VIO 200D con ENDO CUT marca ERBE** cod. 53010140-200END a € 15.000,00 + IVA 20%;
- n° 1 Cavo 4M PLACCHE MONOUSO + MORSE cod. 53020194-077 a € 122,00 + IVA 20%
- n° 1 Bipedale con RE-MODE VIO D con ARC cod. 53020189-301 a € 1.112,00 + IVA 20%

**Totale fornitura € 16.234,00 + IVA 20%**

- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare la spesa complessiva di **€ 19.480,80 IVA 20%** inclusa, sulla classe di costo 0102020401 del piano dei conti aziendale, *centro di costo 10530801 Endoscopia Digestiva P.O. Santa Barbara*, bilancio corrente.

*[Signature]*  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Serra



Il Commissario  
Dr. Maurizio Calamida

*[Signature]*  
Il Direttore Sanitario  
Dr. Antonio Farci

Resp.le Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

*[Signature]*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1040/C del 23 LUG. 2010


è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 LUG. 2010 al 9 AGO. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

*gasto*

Destinatari:

**Collegio dei sindaci**

**Servizio Acquisti**

**Servizio Bilancio**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

**Oggetto:** *Verbale n° 1 della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura di n° 1 elettrobisturi per l'endoscopia digestiva del PO S. Barbara.  
Gara n° 528363.*

Addì 10 del mese di giugno dell'anno 2010 alle ore 12,00, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta pubblica, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 44 del 18.05.2010, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr. Antonio Tuveri Componente  
Dr. Sergio Cadoni Componente  
Sig.ra Alessandra Ventura Segretario verbalizzante

per decidere in merito all'aggiudicazione della fornitura di n° 1 elettrobisturi per l'endoscopia digestiva del PO S. Barbara, disposta mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) in esecuzione della Delibera del Commissario n° 557/C del 19.04.2010.

Premesso:

- che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con RR Prot. 9231 del 20.04.2010 alle seguenti ditte: *Alfamed (Selargius - CA) - Movi (MI) - Nuova Sarda Medicali (CA) - Olympus (Segrate - MI) - Pentax Italia (MI) - Prodifarm (CA) - Technos (CA)*, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 12.05.2010;
- che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito aziendale nella sezione Bandi e gare, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara;
- Le Ditte concorrenti sono state convocate a mezzo nota fax Prot. 13407 del 03.06.2010.

La Commissione prende atto che:

- entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle Ditte:  
Technos Prot. 11296 del 12.05.2010  
Olympus Italia Prot. 10993 del 10.05.2010
- le sottoelencate Ditte hanno declinato motivatamente l'invito:  
Pentax Italia Prot. 10310 del 03.05.2010  
Movi Prot. 10507 del 04.05.2010  
AB Medica Prot. 10635 del 06.05.2010

Il Presidente dichiara aperta la seduta. Alla seduta non è presente alcuna ditta.

La Commissione procede al controllo della regolarità formale nella presentazione dei plichi così come disciplinato dagli artt. 8 e 9 del Capitolato Generale.

I plichi sono regolari e pertanto tutte le Ditte sono ammesse alle fasi successive di gara.

La Commissione procede al controllo della documentazione prodotta nel rispetto di quanto previsto alla lettera A) della lettera d'invito nonché dell'art. 4 del Capitolato Generale:

**Ditta Olympus Italia**

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera C - Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta viene ammessa alle fasi successive di gara.

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature and the name 'P. Foddis'.*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

### Ditta Technos

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera C – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta viene ammessa alle fasi successive di gara.

Le buste contenenti le offerte economiche" vengono inserite in un plico separato più grande che viene sigillata e controfirmata dal Presidente, dalla Commissione.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti tenendo conto e confrontando la tecnologia e qualità costruttiva, nonché valutando le migliori rispetto alle caratteristiche minimali richieste.

Dopo attenta analisi, la Commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 1 pagina e parte integrante del presente verbale.

Nel prospetto sono stati indicati le ditte offerenti, i modelli delle apparecchiature proposte, la valutazione della commissione, nonché i punteggi qualità attribuiti sulla base dei parametri individuati alla lettera G) della lettera d'invito e nello specifico:

*Punti disponibili 50/50 così ripartiti:*

ID	Parametri oggetto di valutazione	Punteggio massimo
1	<b>MAGGIORE COMPLETEZZA DELLA DOTAZIONE E QUALITA' COSTRUTTIVA</b> e di composizione dell'apparecchiatura e/o attrezzatura offerta legata ad una completezza ( maggior e miglior dotazione ) degli apparecchi e degli accessori d'uso valutando le migliori rispetto alle caratteristiche base del presente Capitolato. Si terrà conto anche dell'anno di prima immissione in commercio.	23
2	<b>MIGLIORE SOLUZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORE FUNZIONALITA'</b> , maneggevolezza, migliori soluzioni di installazione e d'uso.	25
3	<b>MIGLIOR PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE</b>	2
Totale punteggio massimo qualitativo		50

Ad ogni singolo parametro ( ID ) la Commissione ha attribuito un giudizio come sotto descritto:

Giudizio	Peso del punteggio previsto per ogni parametro
Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,65
Sufficiente	0,50
Insufficiente	0,00

*P. Vettore*  
*Col*  
*M. P. M.*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

Il giudizio attribuito ad ogni singolo parametro è stato convertito in un punteggio applicando il peso corrispondente al punteggio massimo precedentemente indicato:

$$pq = \text{peso} \times pMq$$

in cui:

pq	Corrisponde al punteggio da attribuire al singolo parametro
peso	Corrisponde al peso del giudizio attribuito al singolo parametro
pMq	Corrisponde al Punteggio Massimo Qualitativo attribuibile al singolo parametro

Del presente verbale si darà lettura nella seduta pubblica della Commissione fissata per le ore 13,00 del giorno 17.06.2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

**Prospetto comparativo**

*Procedura negoziata per la fornitura di n° 1 Elettrobisturi per l'Endoscopia digestiva di Iglesias*

Lotto unico - Elettrobisturi CIG [03970083B6]	Ditta Olympus			Ditta Technos			
<p><b>Caratteristiche indicate in Capitolato</b></p> <p>Unità per tecniche elettrochirurgiche in Endoscopia digestiva intraluminali monopolari e bipolari con programmi specifici differenziati per il taglio e la coagulazione endoscopica nelle diverse tecniche operative (endocut specifici per poliplectomia, sfinterotomia, mucosectomia, eccc).</p> <p>Regolazione automatica della potenza in funzione delle condizioni del tessuto e dell'elettrodo utilizzato garantendone la riproducibilità qualitativa degli effetti, variando in modo automatico la potenza emessa in Watt (variazione visibile dal display).</p> <p>Monitor touch-screen a colori.</p> <p>Sistema di autodiagnosi mediante codifica alfanumerica dei malfunzionamenti dell'unità con lista di memoria di errori classificati per data e suggerimenti per risolvere l'inconveniente.</p> <p>Possibilità di memorizzare i programmi denominandoli in base al tipo di intervento.</p> <p>Sistema di sicurezza di controllo continuo dell'adesione della piastra con indicazione a monitor dell'impedenza elettrica di contatto con la cute.</p> <p>Eventualmente integrabile con pompa per irrigazione endoscopica per il lavaggio delle mucose.</p> <p>Eventuale possibilità di integrazione con sistema ad Argon-plasma.</p> <p>Corredato di pedaliera, eventualmente con controllo remoto per il cambio di programma.</p> <p>Cavo di collegamento con piastra monouso.</p> <p>Raccordi o eventuali cavi di collegamento per accessori di endoscopia.</p>	<p align="center"><b>Marca Olympus mod. ESG - 100</b> cod. wb991036 + E0427213 + E04227245</p> <p align="center"><b>Marca Erbe mod. VIO 200D</b> cod. 53010140-200END +53020194-077 +53020189-301</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">no tutte le impostazioni di potenza, coagulo ecc possono essere modificate mediante il pannello frontale</p> <p align="center">no dotata di sistemi che assicurano la massima sicurezza per il paziente (CQM - LPS - HPCS - FSM)</p> <p align="center">no</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">no</p> <p align="center">OK pedaliera non è dotato di controllo remoto</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p>			<p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p> <p align="center">ok</p>			
<b>Valutazione complessiva</b>							
Ditta Olympus	<p><i>Idoneo all'uso cui è destinato. Non è dotato di monitor touch screen tuttavia, tutte le impostazioni di potenza, coagulo ecc possono essere modificate mediante il pannello frontale. Non permette l'integrazione con il sistema Argon-plasma. è dotato di pedaliera ma non permette il controllo remoto per il cambio di programma.</i></p>						
Ditta Technos	<p><i>Conforme. Il migliore per completezza della dotazione e qualità costruttiva. Permette l'integrazione con il sistema Argon-plasma; è dotato di pedaliera con controllo remoto per il cambio di programma. Miglior maneggevolezza e funzionalità per presenza di monitor touch screen e possibilità di memorizzare i programmi denominandoli in base al tipo di intervento.</i></p>						
Punteggio qualità	50/100	Ditta Olympus			Ditta Technos		
		Giudizio	Peso	pq (pq=peso x pmq)	Giudizio	Peso	pq (pq=peso x pmq)
ID1 - MAGGIOR COMPLETEZZA DELLA DOTAZIONE E QUALITÀ COSTRUTTIVA e di composizione dell'apparecchiatura offerta legata ad una completezza (maggior e miglior dotazione) degli apparecchi e degli accessori d'uso	23	insufficiente	0	0	ottimo	1	23
ID2 -VALUTAZIONE OPERATIVA: MIGLIORE SOLUZIONE TECNOLOGICA MIGLIOR FUNZIONALITÀ, maneggevolezza, dimensioni, automatismi, migliori soluzioni di installazione e d'uso.	25	insufficiente	0	0	distinto	0.8	20
ID3 - MIGLIOR PIANO PROGRAMMATICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE	2	ottimo	1	2	ottimo	1	2
<b>Totale punteggio qualità</b>				<b>2</b>	<b>45</b>		

*G. Kellner*

*Edi*  
*Capo*  
*Alf. M. ...*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N. 7 Carbonia

**Oggetto:** *Verbale n° 2 della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per l'affidamento della fornitura di n° 1 elettrobisturi per l'endoscopia digestiva del PO S. Barbara.*  
*Gara n° 528363.*

Addì 17 del mese di giugno dell'anno 2010 alle ore 13,20, nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta pubblica, previa convocazione, la Commissione della gara, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Dr. Antonio Tuveri	Componente
Dr. Sergio Cadoni	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario verbalizzante

per la continuazione dei lavori della gara in oggetto.

Le Ditte concorrenti sono state convocate a mezzo nota fax Prot. 14246 del 11.06.2010.

Presenza alla seduta il Sig. Massimo Melis per la Ditta Technos.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e rende noti i risultati delle attività condotte dalla commissione per la valutazione delle offerte tecniche. Allo scopo si dà lettura del verbale in data 10.06.2010.

Si procede alla lettura delle offerte economiche.

La commissione, previa verifica dell'integrità del plico contenente le offerte economiche, procede all'apertura del medesimo e constata quanto riportato nel prospetto prezzi allegato, costituito da n° 1 pagina e parte integrante del presente verbale.

Considerando i prezzi riportati nell'allegato prospetto prezzi, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio per il prezzo secondo quanto dispone la lettera G) della lettera d'invito.

Il punteggio complessivo ottenuto, punteggio qualità sommato al punteggio prezzo, risulta dal medesimo prospetto prezzi allegato.

Sulla base dei punteggi risultanti dall'allegato prospetto la Commissione propone l'aggiudicazione in favore della Ditta Technos..

Alle ore 13.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

Il Teste



**Prospetto prezzi**

Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di n° 1 Elettrobisturi per l'Endoscopia digestiva di Iglesias

Lotto Unico	Q.tà	Ditta Olympus	Ditta Technos
Elettrobisturi	1	Marca Olympus mod. ESG - 100 cod. wb991036 + E0427213 + E04227245	Marca Erbe mod. VIO 200D cod. 53010140-200END +53020194-077 +53020189-301
Prezzo		€ 5.793,60	€ 16.324,00
Prezzo contratto quinquennale manutenzione per i due ecografi		€ 2.700,00	€ 9.667,20
Totale prezzo		€ 8.493,60	€ 25.991,20
Punteggio qualità		2,00	45,00
Punteggio prezzo		50,00	16,34
Totale punteggio		52,00	61,34

*Alcine*

*Colo*  
*Alcine*

*Alcine*