



adottata dal Commissario in data 23 LUG. 2010

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta affidamento triennale fornitura di reagenti per determinazione marcatori tumorali con service apparecchiatura - Gara n° 508611- Ratifica verbali della Commissione di aggiudicazione - Aggiudicazione in favore della ditta Roche Diagnostics Spa.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Premesso che con delibera n° 241/C del 24/02/2010 è stata indetto appalto a procedura aperta per la fornitura triennale di reagenti per determinazione marcatori tumorali con service apparecchiatura con service apparecchiature, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara;

Atteso che in applicazione del D.Lgs. 163 del 12/04/06 è stata disposta la pubblicazione del bando di gara nella GURI 5ª Serie Speciale n°31 del 17/03/2010 e sulla GUCE S49/2010 del 11/03/2010, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il Sole 24 Ore, La Nuova Sardegna e Il Sardegna del 29/03/2010;

Dato atto che con disposizione amministrativa n° 49/2010 del 01/06/2010 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione;

Visti i verbali in data 04/06/2010 - 17/06/2010 e 24/06/2010 della Commissione di aggiudicazione;

Visto il Capitolato Speciale di gara;

Preso atto della proposta di aggiudicazione della Commissione in favore della offerta della ditta Roche Diagnostics Spa, risultata più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che con nota Prot. ASL 17705 del 20/07/2010 la ditta Roche Diagnostics Spa ha comunicato il numero delle confezioni dei reagenti e dei consumabili occorrenti per l'esecuzione dei parametri opzionali, fermo restando le condizioni economiche indicate in offerta, e che su tale formulazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del Laboratorio Analisi;

Dato atto che il Responsabile del Laboratorio Analisi ha ritenuto oneroso il costo proposto per il parametro opzionale TSHR, come da nota Prot. 51/10 lab del 08/07/2010, per cui non si procederà alla relativa acquisizione;

Considerato che le operazioni svolte in sede di pubblicazione e in sede di gara sono avvenute nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento triennale della fornitura sulla base delle risultanze determinate in sede di appalto dalla apposita Commissione tecnica;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

PROPONE

atto di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di reagenti per determinazione marcatori tumorali con service apparecchiatura, come si evince dai verbali della Commissione di aggiudicazione.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di ratificare i verbali in data in data 04/06/2010 - 17/06/2010 e 24/06/2010 della Commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di reagenti per determinazione marcatori tumorali con service apparecchiatura.
- di disporre l'aggiudicazione in favore della ditta Roche Diagnostics Spa così come risulta in dettaglio nel prospetto allegato costituito da n° 3 fogli e parte integrante del presente atto deliberativo.
- di dare atto che l'affidamento in favore della ditta Roche Diagnostics Spa è soggetto a stipula contrattuale, per cui si dispone l'affidamento provvisorio nelle more della stipula del relativo contratto a far data dal 01 settembre 2010, stabilendo che tale decorrenza deve essere dichiarata in sede di stipula contrattuale quale validità del contratto medesimo.
- di imputare la spesa triennale presunta complessiva di € 548.689,68 inclusa IVA al cod. 0501010601 "Acquisti di materiale diagnostici e prodotti chimici" del piano dei conti del Bilancio ripartita come segue:
 - anno 2010 € 60.965,52 IVA inclusa
 - anno 2011 € 182.896,56 IVA inclusa
 - anno 2012 € 182.896,56 IVA inclusa
 - anno 2013 € 121.931,04 IVA inclusa
- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di Rilevazione utilizzatori dei diagnostici oggetto del presente atto.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Resp.le Serv. Acquisti/Dr.ssa A. Foddis

Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1044/c del 23 LUG. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 26 LUG. 2010 al 9 AGO. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

g. pante

Destinatari:

- *Collegio Sindacale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione gara d'appalto procedura aperta affidamento triennale fornitura di reagenti per determinazione marcatori tumorali con service apparecchiatura - Gara n° 508611

Addì 24 del mese di giugno 2010 alle ore 10.00 nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita in seduta pubblica, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione per la definizione degli adempimenti relativi alla gara in oggetto. Sono presenti il Presidente Dott.ssa Agnese Foddis, i componenti, Dott. Gesuino Mulas, Dott. Aldo Rosas, e la Sig.na Gigliola Ventura, con funzioni di segretaria verbalizzante. Le ditte sono state convocate con nota a mezzo telegramma Prot. ASL PI/14864 del 18/06/2010.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alla presenza dei seguenti testi:

- Dr. Efisio Giovanni Diana in qualità di Procuratore Speciale della ditta Abbott Srl come da Procura Rep. 45550 racc. n. 15470 del 21/01/2010 a firma del notaio Dr. Roberto Giacobini
- Dr.ssa Marina Pantano in qualità di Procuratore Speciale della ditta Roche Diagnostics Spa come da procura speciale Rep. 69195/14494 del 08/01/2010 a firma del notaio dr. Claudio Guidobono Cavalchini.

Dopo aver dato lettura del verbale in seduta privata relativo alla valutazione qualitativa, si procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

- Ditta Abbott Srl propone costo complessivo annuo di € 131.098,79 + IVA
- Ditta Roche Diagnostics Spa propone costo complessivo annuo di € 144.904,10 + IVA

Relativamente ai prezzi si attribuiscono i seguenti punteggi:

- Ditta Abbott Srl punti 40/40
- Ditta Roche Diagnostics Spa punti 36,19/40

I punteggi totali qualità/prezzo risultano:

- Ditta Abbott Srl punti 82/100
- Ditta Roche Diagnostics Spa punti 91,19/100

Sulla base dei punteggi ottenuti la Commissione propone la aggiudicazione in favore della Ditta Roche Diagnostics Spa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. La ditta propone, inoltre quali opzionali, i seguenti test:

Cyfra 21-1	costo confezione 100 test	€ 368,50 + IVA
NSE	costo confezione 100 test	€ 311,85 + IVA
Anti-TSHR	costo confezione 100 test	€ 1.540,00 + IVA

Calibratori Cyfra 21-1 costo conf. € 70,95 + IVA

Controllo costo conf. € 147,40 + IVA

Calibratore NSE costo conf. € 70,95 + IVA

Controllo NSE costo conf. € 68,20 + IVA

Diluyente NSE costo conf. € 70,95 + IVA

Il presente verbale, costituito da n. 2 pagine dattiloscritte, viene inviato al Commissario per gli atti di competenza. Alle ore 10.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Agnese Foddis

La Commissione

Dott. Gesuino Mulas

Dott. Aldo Rosas

La Segretaria


Sig.ra Gigliola Ventura

I testi

Dr. Efsio Giovanni Diana

Dr.ssa Marina Pantano

				Abbott		Roche	
1	Puntali per il campione e cuvette di reazione monouso	8	Si: 8 punti	NO	0	SI	8
			No: 0 punti				
2	Caricamento continuo campioni	4	Si: 4 punti	SI	4	SI	4
			No: 0 punti				
3	Diluizione automatica e rerun del campione	5	Si: 5 punti	SI	5	SI	5
			No: 0 punti				
4	Reagenti liquidi, pronti all'uso	7	Si: 7 punti	SI	7	SI	7
			No: 0 punti				
5	Pannello di marcatori ampio (pannello base + opzionali)	5	Si: 5 punti	NO	0	SI	5
			No: 0 punti				
6	Reagenti e diluenti a temperatura controllata	7	Si: 7 punti	SI	7	SI	7
			No: 0 punti				
7	Interscambiabilità dei reagenti tra gli strumenti offerti	7	Si: 7 punti	SI	7	SI	7
			No: 0 punti				
8	Controllo di qualità automatico	6	Si: 6 punti	SI	6	SI	6
			No: 0 punti				
9	Confezionamento dei reagenti in diverse pezzature	5	Si: 5 punti	NO	0	NO	0
			No: 0 punti				
10	Servizio tecnico e specialistico on line con assistenza remota o teleassistenza.	6	Si: 6 punti	SI	6	SI	6
			No: 0 punti				
		punteggio qualità			42		55
		complessivo lotto		€ 131.098,79		€ 144.904,10	
		punteggio prezzo			40		36,189118
		punteggio totale			82		91,189118





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione gara d'appalto procedura aperta affidamento triennale fornitura di reagenti per determinazione marcatori tumorali con service apparecchiatura - Gara n° 508611

Addì 17 del mese di giugno 2010 alle ore 12.00 nella sede direzionale della ASL in Via Dalmazia a Carbonia in seduta riservata, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione di cui al precedente verbale in data 04/06/2010. Sono presenti il Presidente Dott.ssa Agnese Foddis, i componenti, Dott. Gesuino Mulas, Dott. Aldo Rosas, e la Sig.na Gigliola Ventura, con funzioni di segretaria verbalizzante. Si procede all'esame delle proposte tecniche presentate dalle ditte e alla conseguente valutazione qualitativa secondo i parametri previsti dall'art. 10 del Capitolato Speciale.

Ditta Abbott Srl offre i reattivi, controlli e calibratori necessari per l'esecuzione dei test richiesti e il relativo materiale di consumo e in service n° 2 Abbott Architect i1000SR quale strumentazione principale e di backup. La ditta, a termini di Capitolato, dichiara che la strumentazione sarà interfacciata bidirezionalmente all'Host computer del Laboratorio. L'offerta risulta rispondente alle indicazioni del Capitolato Speciale. La ditta è ammessa alle successive fasi del procedimento di gara.

Ditta Roche Diagnostics Spa offre i reattivi necessari per l'esecuzione dei test richiesti e il relativo materiale di consumo e in service n° 2 sistemi Cobas 6000 completi di interfacciamento. L'offerta risulta rispondente alle indicazioni del Capitolato Speciale. La ditta è ammessa alle successive fasi del procedimento di gara.

I punteggi per la qualità, riportati in dettaglio per ciascun parametro ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale nel prospetto allegato, risultano i seguenti:

Ditta Abbott Srl 42/60

Ditta Roche Diagnostics Spa 55/60

Il presente verbale risulta costituito da n. 2 pagine dattiloscritte, oltre che dal prospetto citato.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Dott. Agnese Foddis




La Commissione

Dott. Gesuino Mulas




Dott. Aldo Rosas



La Segretaria

Sig.ra Gigliola Ventura



				Abbott		Roche	
1	Puntali per il campione e cuvette di reazione monouso	8	Si: 8 punti	NO	0	SI	8
			No: 0 punti				
2	Caricamento continuo campioni	4	Si: 4 punti	SI	4	SI	4
			No: 0 punti				
3	Diluizione automatica e rerun del campione	5	Si: 5 punti	SI	5	SI	5
			No: 0 punti				
4	Reagenti liquidi, pronti all'uso	7	Si: 7 punti	SI	7	SI	7
			No: 0 punti				
5	Pannello di marcatori ampio (pannello base + opzionali)	5	Si: 5 punti	NO	0	SI	5
			No: 0 punti				
6	Reagenti e diluenti a temperatura controllata	7	Si: 7 punti	SI	7	SI	7
			No: 0 punti				
7	Interscambiabilità dei reagenti tra gli strumenti offerti	7	Si: 7 punti	SI	7	SI	7
			No: 0 punti				
8	Controllo di qualità automatico	6	Si: 6 punti	SI	6	SI	6
			No: 0 punti				
9	Confezionamento dei reagenti in diverse pezzature	5	Si: 5 punti	NO	0	NO	0
			No: 0 punti				
10	Servizio tecnico e specialistico on line con assistenza remota o teleassistenza.	6	Si: 6 punti	SI	6	SI	6
			No: 0 punti				
			Totale		42		55



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Oggetto: Verbale della Commissione di aggiudicazione gara d'appalto procedura aperta
affidamento triennale fornitura di reagenti per determinazione marcatori tumorali
con service apparecchiatura - Gara n° 508611

Addì 4 del mese di giugno 2010 alle ore 10.00 nella sede direzionale della ASL in Via Dalmazia a Carbonia si è riunita in seduta pubblica, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione nominata con disposizione amministrativa n° 49/2010 del 01/06/2010. Sono presenti il Presidente Dott.ssa Agnese Foddìs, Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio, i componenti, Dott. Gesuino Mulas, Responsabile del Centro Trasfusionale P.O. Sirai, Dott. Aldo Rosas, Dirigente Medico Laboratorio Analisi del P.O. Sirai, e la Sig.na Gigliola Ventura, Collaboratore Amministrativo Servizio Acquisti, con funzioni di segretaria verbalizzante.

Premesso

- che l'appalto è stato indetto con delibera n° 241/C del 24/02/2010, approvando contestualmente il Capitolato speciale di gara;
- che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5^a Serie speciale n° 31 del 17/03/2010 e sulla GUCE S49/2010 del 11/03/2010, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il Sole 24 Ore, La Nuova Sardegna e Il Sardegna del 29/03/2010;
- che con atto n° 586/C del 27/04/2010 è stato rettificato il Capitolato Speciale di gara, disponendo contestualmente la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e dell'espletamento pubblico di appalto;
- si è provveduto alla pubblicazione della suddetta rettifica a termini di legge nonché della documentazione di gara nel sito aziendale;
- che il bando di riapertura termini stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 28 maggio 2010 e l'esperimento pubblico in data odierna;

- che entro il suddetto termine risultano pervenuti i plichi contenenti l'offerta delle seguenti Ditte:

1. Ditta Roche Diagnostics Spa Prot. ASL 12603 del 25/05/2010
2. Ditta Abbott Srl Prot. ASL 12830 del 27/05/2010

Tutto ciò premesso

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle presenza dei seguenti testi:

- Dr. Efsio Giovanni Diana in qualità di Procuratore Speciale della ditta Abbott Srl come da Procura Rep. 45550 racc. n. 15470 del 21/01/2010 a firma del notaio Dr. Roberto Giacobini
- Dr.ssa Marina Pantano in qualità di Procuratore Speciale della ditta Roche Diagnostics come da procura speciale Rep. 69195/14494 del 08/01/2010 a firma del notaio dr. Claudio Guidobono Cavalchini.

Verificata la regolarità formale nella presentazione dei plichi così come disciplinato dall'art. 9 del Capitolato Generale, la Commissione procede al controllo della documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'art. 3 del Capitolato Speciale. Si constata quanto segue:

- Ditta Roche Diagnostics Spa documentazione conforme alle indicazioni del Capitolato Speciale. La ditta è ammessa alle fasi successive fasi del procedimento di gara.
- Ditta Abbott Srl documentazione conforme alle indicazioni del Capitolato Speciale. La ditta è ammessa alle fasi successive fasi del procedimento di gara.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono inserite in plico più grande che vengono sigillate e controfirmate nei lembi di chiusura dalla commissione e dai testi presenti.


La commissione procederà in seduta riservata all'esame della documentazione presentata, alla valutazione tecnica dei prodotti e alla conseguente attribuzione del punteggio qualità ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale. Alle ore 11.45 il presidente dichiara chiusa la seduta aggiornandola a data da destinarsi.

Il presente verbale risulta costituito da n. 3 pagine dattiloscritte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Agnese Foddis



La Commissione

Dott. Gesuino Mulas

Dott. Aldo Rosas

La Segretaria

Sig.ra Gigliola Ventura

I testi

Dr. Efsio Giovanni Diana

Dr.ssa Marina Pantano

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 20 LUG 2010 PROT. 17705

Roche
 Acq.
 30204
 35

Spettabile
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA CA

ATT.NE SIG.RA GIGLIOLA VENTURA

Monza, 19/07/2010

Cod. 3685666600 Offerta N. 21992/10/GN-Integr2
 (da citare per qualsiasi comunicazione relativa)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER DETERMINAZIONE DI MARCATORI TUMORALI CON SERVICE APPARECCHIATURA - GARA N. 508611 - CIG 044588324^o - ricalcolo parametri opzionali come da Vostra richiesta del 13/07/2010

PARAMETRI OPZIONALI

La sottoscritta ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Milano - Piazza Durante, 11 - ed uffici amministrativi in Monza (MB), V.le G.B. Stucchi, 110 - telefono n. 039/2817.1 e telefax n. 039/2817670 e 039/2817678 - C. F., Partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n° 10181220152 - iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n° 1350535 dal 5.12.1990 - Codice attività n. 46.90.00 - Ufficio delle Imposte Dirette in Milano, Via Manin 27 - Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dr. Pascal Mittermaier nato a Lucerna il 01/03/1967 e domiciliato per la carica in Milano, Piazza Durante 11, codice fiscale MTTPL67C01Z133Q - suoi Procuratori:

Anna Rosa Ferraro nato a Milano il 25/09/1953 codice fiscale FRRNRS53P65F2051

Luisella Dozio nato a Milano il 17/07/1956 codice fiscale DZOLL56L57F205H

sottopone alla Vostra attenzione la propria migliore offerta per quanto segue:

REAGENTI

Per l'esecuzione degli esami richiesti, saremo lieti di fornirVi i seguenti reagenti nelle quantità annue indicate:

Cod.: 11820966122 ELECSYS CYFRA 21-1

Quantità per confezione: 100 Determinazioni

Metodo: Elettrochemiluminescenza

N. test / anno previsti dal Capitolato: 200

N. confezioni offerte per i test previsti: 4

Prezzo offerto a confezione: EUR 368,50 (trecentosessantotto/50)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 1.474,00 (millequattrocentosettantaquattro/00)

Cod.: 12133113122 ELECSYS NSE

Quantità per confezione: 100 Determinazioni

Metodo: Elettrochemiluminescenza

N. test / anno previsti dal Capitolato: 250

N. confezioni offerte per i test previsti: 4

Prezzo offerto a confezione: EUR 311,85 (trecentoundici/85)

Roche Diagnostica S.p.A.
 -società unipersonale

Pza Durante, 11
 I-20131 Milano
 Capitale EUR 18.000.000 i.v.
 CF/P. IVA/ Registro Imprese
 Milano 10181220152

Lab Gestione Clienti
 Gare
 V.le G.B. Stucchi, 110
 I-20052 Monza (mi)

Tel. +39-39-2817683
 Fax +39-39-2817670
 Internet
 www.roche-diagnostics.it
 giuseppina.novara@roche.com

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 1.247,40 (milleduecentoquarantasette/40)

Cod.: 11298500316 CLEANING SOLUTION PER ISE/ELECSYS

Quantità per confezione: 500 ml

N. confezioni offerte per i test previsti: 2

Prezzo offerto a confezione: EUR 40,15 (quaranta/15)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 80,30 (ottanta/30)

Cod.: 12102137001 COMBIRACK ASSAY CUPS/TIPS M

Quantità per confezione: 4.032 set

Metodo: Combrack puntali/coppette di reazione per Modular E

N. confezioni offerte per i test previsti: 1

Prezzo offerto a confezione: EUR 212,85 (duecentododici/85)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 212,85 (duecentododici/85)

Cod.: 03023141001 PC / CC CUPS M

Quantità per confezione: 12 Pz

Metodo: Coppette PC/CC per Modular E

N. confezioni offerte per i test previsti: 9

Prezzo offerto a confezione: EUR 34,10 (trentaquattro/10)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 306,90 (trecentosei/90)

Cod.: 03183971122 ELECSYS DILUENTE UNIVERSALE

Quantità per confezione: 72 ml

N. confezioni offerte per i test previsti: 5

Prezzo offerto a confezione: EUR 116,60 (centosedici/60)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 583,00 (cinquecentoottantatre/60)

Cod.: 03005712190 PROBEWASH M (MOD E)

Quantità per confezione: 840 ml

Metodo: Soluzione di lavaggio ago reagente Modular E

N. confezioni offerte per i test previsti: 2

Prezzo offerto a confezione: EUR 116,60 (centosedici/60)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 233,20 (duecentotrentatre/20)

TOTALE FORNITURA ANNUA REAGENTI:

EUR 4.137,65 (quattromilacentotrentasette/65) + IVA 20%

MATERIALE DI CONSUMO

Per l'esecuzione degli esami richiesti, saremo lieti di fornirVi i seguenti consumabili nelle quantità annue indicate:

Cod.: 04880340190 PROCELL M 2X2 L

Quantità per confezione: 4.000,00 ml

Soluzione di sistema per la generazione dei segnali elettrochimici durante il ciclo di misura sui sistemi Modular E e cobas e601

N. confezioni offerte per i test previsti: 6

Prezzo offerto a confezione: EUR 91,30 (novantuno/30)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 547,80 (cinquecentoquarantasette/80)

Cod.: 04880293190 CLEAN-CELL M 2X2 L

Quantità per confezione: 4.000,00 ml

Soluzione di sistema per il lavaggio della cella durante il ciclo di misura sui sistemi Modular E e cobas e601

N. confezioni offerte per i test previsti: 6

Prezzo offerto a confezione: EUR 91,30 (novantuno/30)

Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 547,80 (cinquecentoquarantasette/80)

Cod.: 03004899190 PRECLEAN M (MOD E)

Quantità per confezione: 3.000,00 ml

Soluzione di lavaggio per Modular E

N. confezioni offerte per i test previsti: 3 |
 Prezzo offerto a confezione: EUR 116,60 (centosedici/60)
 Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 349,80 (trecentoquarantanove/80)
TOTALE FORNITURA ANNUA MATERIALE DI CONSUMO:
 EUR 1.445,40 (millequattrocentoquarantacinque/40) + IVA 20%

CALIBRATORI E CONTROLLI

Per l'esecuzione degli esami richiesti, saremo lieti di fornirVi i seguenti calibratori e controlli nelle quantità annue indicate:

Cod.: 11820974322 CALSET ELECSYS CYFRA 21-1
 Quantità per confezione: 2,00 set di calibrazione
 N. confezioni offerte per i test previsti: 6
 Prezzo offerto a confezione: EUR 70,95 (settanta/95)
 Prezzo offerto unitario: EUR 35,47500 (trentacinque/47500)
 Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 425,70 (quattrocentoventicinque/70)

Cod.: 11776452122 ELECSYS PRECICONTROL TUMOR MARKERS
 Quantità per confezione: 12,00 ml
 N. confezioni offerte per i test previsti: 2
 Prezzo offerto a confezione: EUR 147,40 (centoquarantasette/40)
 Prezzo offerto unitario: EUR 12,28333 (dodici/28333)
 Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 294,80 (duecentonovantaquattro/80)

Cod.: 12133121122 CALSET ELECSYS NSE
 Quantità per confezione: 2,00 set di calibrazione
 N. confezioni offerte per i test previsti: 8
 Prezzo offerto a confezione: EUR 70,95 (settanta/95)
 Prezzo offerto unitario: EUR 35,47500 (trentacinque/47500)
 Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 567,60 (cinquecentosessantasette/60)

TOTALE FORNITURA ANNUA CALIBRATORI E CONTROLLI:
 EUR 1.288,10 (milleduecentoottantotto/10) + IVA 20%

REAGENTI AUSILIARI

Per l'esecuzione degli esami richiesti, saremo lieti di fornirVi i seguenti reagenti ausiliari nelle quantità annue indicate:

Cod.: 03004864122 ELECSYS DILUENTE NSE
 Quantità per confezione: 12,00 ml
 N. confezioni offerte per i test previsti: 9
 Prezzo offerto a confezione: EUR 70,95 (settanta/95)
 Prezzo offerto unitario: EUR 5,91250 (cinque/91250)
 Totale prodotto per le confezioni offerte: EUR 638,55 (seicentotrentotto/55)

TOTALE FORNITURA ANNUA AUSILIARI:
 EUR 638,55 (seicentotrentotto/55) + IVA 20%

TOTALE OFFERTA ANNUA:
EUR 7.509,70 (settemilacinquecentonove/70) + IVA 20%

Condizioni di fornitura

- Porto franco
- Imballo gratis
- I.V.A. a Vostro carico: 20% (ventipercento)
- Consegna reagenti entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento del regolare buono di ordinazione, salvo urgenze
- Pagamento: Rimessa diretta a 90 giorni
- Durata della fornitura: 3 anni, eventualmente prorogabile a seguito di Vostra richiesta scritta
- Validità dell'offerta: minimo 180 giorni, prorogabile

Spedizione e trasporto prodotti

Roche Diagnostics utilizza mezzi di trasporto idonei per il mantenimento costante della temperatura prevista per ogni dispositivo diagnostico.

I prodotti ordinati dalla Clientela sono spediti utilizzando corrieri espressi di provata affidabilità, che impiegano mezzi a temperatura controllata (2-8° C), garantendo la consegna in perfette condizioni ed in tempi compatibili. Roche Diagnostics utilizza vettori certificati ISO 9001-2000 il cui servizio di trasporto a temperatura controllata è stato convalidato e costantemente monitorato ai fini del requisito 752 "Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi".

Tutti i vettori utilizzati sono conformi ai requisiti cogenti in materia di autotrasporto di merci.

PUNTI DI CONTATTO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Roche Diagnostics S.p.A.
 Ufficio Gare e Contratti
 Via G. B. Stucchi 110 - 20052 Monza (MB)
 Fax n. 039.2817.670 - 678
 Indirizzo e-mail: monza.ufficiogare@roche.com

Accessi telefonici riservati alla Clientela

Sono a disposizione dei nostri Clienti, dalle ore 8,30 alle 17,30 (dal lunedì al venerdì) i seguenti numeri verdi per gli accessi telefonici dedicati:

HOT LINE SISTEMI ANALITICI

CHIMICA CLINICA-HIA	Tel.	800-610611
IMMUNOCHEMICA	Tel.	800-610612
PCR-COAGULAZIONE	Tel.	800-610613

ORDINI

SISTEMI DI LABORATORIO	Fax	800-640641
	Tel.	800-620621

PRODOTTI PER RICERCA	Fax	800-640642
	Tel.	800-620622

SISTEMI DI AUTOCONTROLLO
E DIAGNOSTICA RAPIDA

Fax 800-640643
Tel. 800-620623

SISTEMI PER ANATOMIA PATOLOGICA

Fax 800-012583
Tel. 800-620624


OFFERTE E CONTRATTI


SISTEMI DI LABORATORIO

Tel. 800-650651

Distinti saluti.

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.


Luisella Dozio


Anna Rosa Ferraro.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO

ASL n° 7 Carbonia

ARRIVATA 08 LUG. 2010 ABS

Prot.51/10 lab

Carbonia, 8/7/2010

PE/1590

Vostro riferimento Nostro riferimento

Alla Responsabile del Servizio Acquisti
Dott. Agnese Foddis
p.c. Commissario Dott. M. Calamida

Dopo una attenta valutazione della proposta formulata dalla ditta ROCHE ,offerta n° 21992/10 gn -integr, che va a completamento della aggiudicazione " marcatori tumorali", ho rilevato quanto di seguito esposto .

1. Il "pacchetto " dei tre markers tumorali definito in capitolato speciale come OPZIONALE , viene strutturato con volumi di reattivi che non ritengo utili per la tipologia di lavoro del nostro servizio ; il calcolo delle quantità tiene conto di variabili strettamente legate al singolo laboratorio , numero di esami , cadenza analitica temporale , adattamento alle dinamiche operative del servizio ,etc., ad essi è intimamente legata la stabilità dei reagenti on board , la stabilità della calibrazione ed altri parametri .In assenza di un ragionamento con il Lab, la Roche ha prodotto un numero di confezioni molto alto rispetto alla valutazione delle predette variabili della nostra attività .il numero di confezioni per CYFRA 21 e NSE è di 4 per ogni parametro .
2. Il parametro TSHR Ab) , risulta troppo oneroso .La ricerca sul mercato di dosaggi di questo test , con tecniche diverse dal metodo RIA attualmente in uso , è giustificata dal pesante impatto del RIA in termini di tempo del personale , che vi deve dedicare ben due giornate di lavoro , del costo aggiuntivo dello smaltimento dei rifiuti radioattivi , per non parlare della sicurezza per la salute dei lavoratori che utilizzano questi materiali . Pur tuttavia il basso costo rispetto all'offerta di ROCHE , consigliano ancora di non acquisire il test offerto. .
3. Partendo dalle considerazioni sopra descritte , è evidente che tutto il calcolo dei materiali , dai consumabili ai calibratori , dai controllo agli accessori deve essere rivisto , non ultimo diventando i due parametri parte integrante della fornitura aggiudicata essi a maggior ragione devono essere visti nella globalità dell'offerta già fatta , che sicuramente era abbastanza ampia da garantire margini di inserimento dei nuovi parametri aggiuntivi .

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslicarbonia.it
www.aslicarbonia.it

Servizio / UU.OO. Medicina Laboratorio

IGLESIAS Ospedale "Santa Barbara"
via San Leonardo n. 1
Tel. / Fax 0781-3922246
CARBONIA Ospedale "Sirai"
località Sirai
Tel. /Fax 0781-6683328
e-mail: laboratorio.iglesias@aslicarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


ASL n° 7 Carbonia

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO

Si chiede di invitare la ditta ROCHE ad una rivalutazione dell'offerta integrativa alla luce delle considerazioni fatte.

Cordiali saluti



Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Garau

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Servizio / UU.OO. Medicina Laboratorio

IGLESIAS Ospedale "Santa Barbara"
via San Leonardo n. 1
Tel. / Fax 0781-3922246
CARBONIA Ospedale "Sirai"
località Sirai
Tel. /Fax 0781-6683328
e-mail: laboratorio.iglesias@aslcarbonia.it



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Presidio ospedaliero
" Santa Barbara" IGLESIAS
Presidio Ospedaliero
" Sirai" CARBONIA

**UU.OO.
MEDICINA
LABORATORIO**

Si chiede di invitare la ditta ROCHE ad una rivalutazione dell'offerta integrativa alla luce delle considerazioni fatte.

Cordiali saluti



Direttore
Dott.ssa Maria Cristina Garau