REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 1246/C

Adottata dal Commissario in data 29 SET. 2010

Oggetto: **Intervento tecnico urgente per la sostituzione complesso radiogeno dell'apparecchio marca OEC mod. 9800 della G.E. in dotazione alla S.S.D. di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia.**

Il Dirigente del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

PREMESSO che questa Azienda ha in dotazione alla S.S.D. di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia un apparecchio per radioscopia OEC 9800 (matricola A5312210 del 2003);

CONSIDERATO:
- che in data 15/09/2010 è pervenuta una richiesta del servizio in oggetto, per la riparazione urgente dell'apparecchio per radioscopia;
- che il Consorzio Metis, interpellato in merito al fine di provvedere alla manutenzione, ha comunicato, la necessità di intervento della ditta GE Medical Systems Italia spa in quanto apparecchiatura ad alta tecnologia;
- che la ditta GE Medical Systems, contattata dall'ufficio tecnico, ha inoltrato il preventivo di spesa n. 13844821/01 del 16/09/2010, che si allega per far parte integrante del presente atto;

PRESO ATTO della inderogabile necessità manifestata dal Resp.le del S.S.D. di Emodinamica di sostituzione del tubo radiogeno perché il Servizio possa riprendere piena attività;

ATTESO che l'intervento di assistenza tecnica comprende la sostituzione del tubo radiogeno tramite tecnici specializzati, per un importo complessivo di € 19.996,54 comprensivo di iva al 20%;

ATTESO che la G.E. è esclusivista per la fornitura della tecnologia e per l'installazione della stessa;

RITENUTO che possa procedersi all'affidamento della sostituzione del tubo radiogeno dell'apparecchiatura in esame alla ditta GE Medical Systems, al fine di evitare disservizi nelle prestazioni erogate;

CONSIDERATO che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui all'art.26 della legge 488/1999 e s.m.i., relative alla fornitura di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 riguardante il nuovo Codice Unico degli appalti;

PROPONE

Di autorizzare l'intervento della Ditta GE Healthcare, per la sostituzione e mano d'opera del tubo radiogeno dell' apparecchio per radioscopia OEC 9800 (matricola A5312210 del 2003), in dotazione alla S.S.D. di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia;

IL COMMISSARIO

VISTA l'istruttoria da parte del DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- autorizzare l'intervento manutentivo della Ditta GE Healthcare n. 13844821/01 del 16/09/2010, per un importo complessivo di € **19.996,54** iva al 20% compresa, per sostituzione del tubo radiogeno dell'apparecchio per radioscopia OEC 9800 (matricola A5312210 del 2003), in dotazione al S.S.D. di Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia;

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la movimentazione della spesa complessiva di € 19.996,54, iva al 20% compresa, sul Codice Conto Economico 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta" e Centro di Costo 10521300 "Emodinamica P.O. Sirai", il pagamento dell'importo autorizzato tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario
Dr. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Farci

Responsabile Servizio
Tecnico Manutentivo
Sig. Valerio Michelotto

ADD. /M.PALAZZARI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1986/C del 29 SET. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 SET. 2010 al 13 OTT. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. **02**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Servizio Apparecchiature Elettromedicali c/o P.O. SIRAI.

All. 01/2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Prot. SIC **286 / 2010**

Carbonia **17 / 09 / 2010**

All'attenzione:

Dott. Calamida Maurizio
Commissario ASL Carbonia

Sig. Michelotto Valerio
Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

E p.c.

Dott.ssa Foddis Agnese
Servizio Acquisizione Beni

Dott. Ierna Salvatore
S.S.D. Emodinamica – P.O. Sirai

Sig. Palazzari Maurizio
Servizio Tecnico – P.O. Sirai

OGGETTO: Intervento tecnico apparecchio per radioscopia OEC 9800

Con riferimento alla richiesta di intervento del 14/09/2010 (codice 358/CA/10) relativa all'apparecchio portatile per radioscopia marca OEC modello 9800 CARDIAC PLUS (sn A5312210 – anno 2003) in uso presso la S.S.D. Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia, si fa presente:

1) in data 14/09/2010, dopo la verifica da parte dei tecnici del SIC-Consorzio METIS, veniva richiesto l'intervento tecnico della ditta GE Medical Systems Italia spa, in quanto il guasto segnalato dagli operatori sanitari (*"rumore durante la fase di scopia e spegnimento dell'apparecchiatura"*) poteva significare un problema sulla siliconatura delle teste-cavo AT o l'usura del tubo radiogeno.

2) il tecnico della ditta GE Medical Systems Italia spa interveniva in data 15/09/2010, ripristinando la siliconatura delle teste-cavo AT; durante la fase di prova successiva al lavoro, alla presenza del tecnico, l'apparecchiatura presentava gli stessi problemi precedenti. Il tecnico evidenziava pertanto la necessità della sostituzione del tubo radiogeno dell'apparecchiatura.

3) in data 17/09/2010 la ditta GE Medical Systems Italia spa propone apposito preventivo di spesa (Nr. 13844821/01) per la risoluzione del problema, così composto:

PAG. 1 DI 2

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA	Prezzo unitario i.e.	Importo i.e.
01	Tubo radiogeno	1	14.456,26	14.456,26
02	Silicone	1	94,90	94,90
03	Ore lavoro normali	6,5	169,51	1.101,81
04	Ore viaggio normali	4	169,51	678,04
05	Diritto di chiamata	1	187,78	187,78
06	Costo trasporto parti	1	145,00	145,00
	Costo totale i.e.			€ 16.663,53
	IVA 20%			€ 3.332,70
	Costo totale i.i.			€ 19.996,23

3) con Delibera n° 249/C del 10/12/2009 veniva autorizzata la sostituzione del tubo radiogeno dell'apparecchiatura in oggetto, per un costo complessivo pari a € 14.456,26 + IVA.
Il tubo radiogeno veniva sostituito in data 22/12/2009.

In precedenza il tubo radiogeno era stato sostituito nelle seguenti date:

- agosto 2006 costo € 37.349,24 + iva delibera n° 1283 del 11/12/2006
  (comprensivo di altre lavorazioni)
- giugno 2007 costo € 14.456,26 + iva delibera n° 667del 25/06/2007
- dicembre 2009 costo € 16.348,59 + iva delibera n° 249/C del 10/12/2009

Tale apparecchiatura è l'unica in dotazione alla S.S.D. Emodinamica, ed è previsto il suo utilizzo anche nella nuova U.O. in fase di realizzazione presso il piano 5° del P.O. Sirai.
Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio della S.S.D. Emodinamica, si ritiene opportuno autorizzare l'intervento tecnico di sostituzione del complesso radiogeno.
Contestualmente deve essere comunicata tale operazione all'Esperto Qualificato in Radioprotezione aziendale dott. Atzori Giorgio, per gli adempimenti di competenza.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Servizio Ingegneria Clinica
Ing. Christian Mura

Contatti:
Cell. 334-6529520
Tel. 0781 – 661167
Mail mura.metis@aslcarbonia.it

PAG 2 DI 2

All. 02/2

GE Healthcare

PREVENTIVO Nr. 13844821 / 01
Data : 16-SEP-2010

Prestazione sulla apparecchiatura: OEC 9800
Numero Sistema: A5312210 **Codice Cliente:** 53879E

Installata presso	SIRAI O.C.	Cliente	AZIENDA USL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA, 83
Citta		Citta	09013 - CARBONIA
Reparto		C.A./ Fax	ING PALAZZARI Fax 07816683485

Facendo seguito alla Vs. richiesta prot. **358/10** del **16/9/2010** Vi trasmettiamo preventivo di spesa della riparazione per il sistema in questione.
In caso di accettazione si prega di inviare fax del presente preventivo timbrato e firmato o regolare Vs. ordine al n. verde **800917293**
In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito porgiamo i ns. migliori saluti.
N.B.: Seguono commenti a pag. 2.

Codice	Descrizione	Q.ta	Prezzo unitario (Iva esclusa)	Importo Euro
01	00-902236-02 TUBE,XRAY,EXT MNT,10DEG.ANODE CA	1,00	14456.26	14456.26
02	46-125224P3 GREASE SILICONE	1,00	94.90	94.90
03	ORE LAVORO NORMALI	6,50	169.51	1101.81
04	ORE VIAGGIO NORMALI	4,00	169.51	678.04
05	DIRITTO DI CHIAMATA	1,00	187.78	187.78
06	COSTO TRASPORTO PARTI	1,00	145.00	145.00

Imponibile Euro 16663,79
Totale (I.V.A. inclusa) 19996,54

Condizioni di Fornitura
Consegna : La piu sollecita dopo Vostro ordine;
Montaggio : Incluso;
Pagamento : 90 giorni data fattura. In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverra con nostra raccomandata;
I.V.A.: 20% a vostro carico a norma di legge;
Garanzia : 12 mesi a scalare dal montaggio;
Validita dell offerta : 30 giorni;
Il prezzo indicato prevede il ritiro delle parti guaste.
In caso di mancata accettazione del presente preventivo vi verrà fatturato a consuntivo l intervento di diagnosi.

DIRECTOR OF SERVICES LUCA PALLONE 3453635507

22/09/10

Timbro e Firma del Cliente
V° si approva
Il Responsabile del Procedimento
Numero ordine:
Titolo:
Data:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Telefono (centr.) 02 - 26001-111
http://www.gehealthcare.com/

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Capitale Euro 5.000.000 interamente versato
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A. 1689710
C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969
Certificazione ISO 9001:2000

General Electric Company

GE Healthcare

Continuazione PREVENTIVO Nr. 13844821 / 01 Milano, 16-SEP-2010

Note e informazioni tecniche:

Facciamo presente che con riferimento all'ultima sostituzione del tubo radiogeno effettuata in data 22.12.2009 vi sarà riconosciuta una nota di credito **di €3841,80 pari a n. 97 giorni** di garanzia non usufruita.
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il ns. responsabile commerciale di zona **Nicole Giampetruzzi 3405762930 o Massimo Coluccia 3482811880**

Cordiali saluti

GE Healthcare

GE Medical Systems Italia S.p.A.
Via Galeno, 36 - 20126 Milano
Telefono (centr.) 02 - 26001-111
http://www.gehealthcare.com/

PAG. 2 DI 2