

24 APR. 2009

Deliberazione n. 436

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: *Acquisto urgente pulsossimetri per la Pneumologia del PO F.III Crobu, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Ditta Terapon.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la nota Prot. 36/09 el 03.02.2009, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, con la quale il Resp.le dell'UO di Pneumologia di Iglesias – Dr. P. Greco chiede la fornitura urgente di n° 2 pulsossimetri;
- Dato atto** che la richiesta è motivata dalla necessità di dotare l'UO di nuovi pulsossimetri in quanto quelli in dotazione non garantiscono più una corretta registrazione della saturimetria;
- Accertato** che per la tipologia della fornitura non si dispone di scorte di magazzino;
- Atteso** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Tenuto conto** che:
a) la spesa presuntiva ammonta a circa € 1.000,00 + IVA di legge;
b) i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;
- Valutata** l'opportunità di procedere all'acquisto di quanto richiesto al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione del servizio;
- Rilevato** che sulla base delle motivazioni e necessità sopra palesate appare percorribile l'acquisizione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come ribadito all'Art. 6 el *Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia*, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006;
- Precisato** che trattasi di acquisto il cui importo è inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi del art. 6 del succitato regolamento, può prescindersi dal ricorso al confronto concorrenziale, interpellando direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;
- Tenuto conto** che l'Azienda, a seguito di procedura negoziata ad offerte plurime, con Delibera n° 1678 del 24.12.2008 ha disposto la fornitura di apparecchiature sanitarie per la Comunità Terapeutica di Tallaroga;
- Preso atto** che la Ditta Terapon è risultata aggiudicataria della fornitura di quanto segue:
• n° 1 Pulsossimetro/Saturimetro **MOD. MINDRAY** completo di accessori e carica batteria a € 490,00 + IVA 20%;
- Atteso** che il Servizio con nota fax Prot. 6284 del 26.03.2009 ha invitato la Ditta Terapon a voler confermare e/o proporre miglioria alle condizioni economiche di cui alla Delibera di affidamento n° 1678 del 24.12.2008;

- Vista** la nota di riscontro, Prot. fax ASL 946 del 31.03.2009, con la quale la Ditta Terapon propone la seguente offerta:
- n° 1 Pulsossimetro/Saturimetro **MOD. MINDRAY cod. PM 60** completo di accessori e carica batteria dedicato (include: n° 1 batteria al litio ricaricabile; n° 1 stazione di ricarica con cavo) a €.590,00 cad. + IVA 20%;
- In alternativa**
- n° 1 Pulsossimetro/Saturimetro **MOD. MINDRAY cod. PM 60** completo di accessori e n° 1 carica batteria e n° 3 batterie stilo da 1,5V ricaricabili a €.490,00 cad. + IVA 20%;
- Esaminata** l'offerta congiuntamente al sanitario interessato il quale, come da annotazione a margine della medesima offerta, ha espresso parere favorevole per la 1^a proposta della Ditta,;
- Rilevato** che per l'acquisto di che trattasi non risulta apposito finanziamento, né disponibilità alcuna sulle quote per le urgenze dei Piani di Investimento, e pertanto l'unica copertura finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente;

Propone

- se si condividono i presupposti, l'adozione di apposito atto deliberativo che disponga l'affidamento della fornitura di pulsossimetri in favore della Ditta Terapon, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come ribadito all'Art. 6 del *Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia*, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006;

Il Direttore Generale

- Preso atto** della richiesta del Resp.le dell'UO di Pneumologia di Iglesias, nonché dell'Istruttoria svolta dal Servizio Acquisti;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di affidare alla **Ditta Terapon** la fornitura di quanto sottoelencato, da destinare all'UO di Pneumologia di Iglesias, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. come ribadito all'Art. 6 el *Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia*, approvato con Delibera n° 1305 del 19.12.2006, attingere i fondi necessari dal bilancio corrente:
 - n° 1 Pulsossimetro/Saturimetro **MOD. MINDRAY cod. PM 60** completo di accessori e carica batteria dedicato (include: n° 1 batteria al litio ricaricabile; n° 1 stazione di ricarica con cavo) a €.590,00 cad. + IVA 20%;

Totale fornitura € 1.180,00 + IVA 20%

- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza relativamente all'emissione dell'ordine di fornitura;

- ▶ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- ▶ di imputare il costo complessivo di € 1.416,00 IVA vigente compresa, sulla classe di costo 020300004 del Bilancio corrente.
- ▶ di demandare al **capo servizio bilancio/contabilità** di provvedere all'aggiornamento del budget *relativo apparecchiature sanitarie* del programma di gestione ENCO in dotazione all'Azienda, con l'inserimento della somma di € 1.416,00 per permettere l'emissione dell'ordine di fornitura;
- ▶ di dare atto che l'Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS/

ADD/A. Ventura




Il Direttore Generale
Dr. Pietro Pasquale Chessa

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 436 del 24 APR. 2009

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 APR. 2009 al 8 MAG. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Garza

Allegati n: _____

Destinatari:

*Collegio dei sindaci
Servizio Acquisti
Servizio Bilancio*

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

UNITA' OPERATIVA DI PNEUMOLOGIA - IGLESIAS

e-mail: pneumologia.iglesias@asl7carbonia.it

tel.0781392.2541

PERVENUTA IL 05 FEB. 2009 ABS
Pr. m. 1/10

Prot.° 35/09

Data 03 FEB. 2009

OGGETTO: fornitura urgente pulsossimetri

Al Sig. Direttore Sanitario
E p.c. A Resp. Servizio Acquisti

SEDE

Alessandro,
ne abbiamo già operati
per mano e thigee
che vuole fare?
Op 7.02.09


Si richiede la fornitura urgente di numero due pulsossimetri con memoria ed allarmi e batteria incorporata. I pulsossimetri in dotazione hanno ormai 15 anni e spesso non registrano la saturimetria in maniera corretta.

Il Responsabile Osp. Iglesias

Dott. Carlo Murru

Distinti Saluti

Dott. Pietro Greco


Il Direttore Medico
PP.OO. di Iglesias
Dott. CARLO MURRU

Carlo Murru 10/02/09

**TRASMISSIONE FAX
URGENTE**

N° *6284* di Prot. *26* MAR 2009

Carbonia, 26/03/2009

Lettera inviata solo tramite fax
SOSTITUISCE ORIGINALE
Ai sensi art. 6, comma 2, L. 412/1991

DA Azienda Sanitaria Locale n° 7 - Carbonia
Fax 0781/6683224

A Ditta Terapon
Fax 070 240980

OGGETTO: Affidamento fornitura apparecchiature sanitarie per la Comunità Terapeutica di Tallaroga. Delibera n° n° 1678 del 24.12.2008

Con riferimento alla fornitura citata in oggetto si comunica che è intendimento di questa Azienda procedere all'acquisto di ulteriori n° 2 pulsossimetri, aggiudicati a Codesta Ditta con Delibera n° 1678/2008, e precisamente:

Lotto 3 – CIG 0225389CDF

- Pulsossimetro/Saturimetro **MOD. MINDRAY** completo di accessori e carica batteria a € 490,00 + IVA 20%;

Per quanto sopra siamo a chiedervi la conferma dei prezzi ed eventuale offerta migliorativa in merito.

Pregasi anticipare urgente riscontro al n° di fax 0781/6683224 entro il 30.03.2009.

Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti

ADD/ A. Ventura 


**I Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis**


richiesta offerta migliorativa Terapon



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

31 MAR 2009

PROT.

946 Acq.

Prot

V LE MONASTIR KM 5.200 - Tel.070/212020 - 240788
TELEFAX 070/240980
09122 CAGLIARI
e-mail: terapon srl@terapon.191.it
COD.FISC.E PART.IVA N. 00517460929

Cagliari, 26 Marzo 2009

affidamento
diretto € 590,00
procedere -
Cpl
8/04/09

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale N.7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Fax 0781 668 32 24

Prot.284/08/MP/rm

**Oggetto: Vostra richiesta di conferma prezzi pulsossimetri. Prot. 6284 del 26/03/2009
Affidamento fornitura apparecchiature sanitarie per la Comunità Terapeutica
di Tallaroga. Delibera n.1678 del 24/12/2008.**

La Terapon Srl con sede in Cagliari viale Monastir Km. 5.200, cod. fiscale e Partita IVA n. 00517460929, Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2000, nella persona del Legale Rappresentante Rag. Addis Gavino, nato a Buddusò il 15/10/1936, munito di rappresentanza sociale con firma disgiunta, facendo riferimento alla richiesta in oggetto, si pregia sottoporre la propria migliore offerta come segue:

n.2 Pulsossimetro/Saturimetro Mod. MENDRAY

Cod. PM-60

Pulsossimetro/saturimetro portatile, compatto, leggero, adatto per pazienti adulti, bambini e neonati.

L'unità è corredata di un sensore SpO2 a dito adulti, gamma misurazione 0 -100%

Visualizzazione della traccia SPO2

Frequenza pulsazione: 18 - 300 bpm

Display LCD a colori da 2.4" ad alta risoluzione.

Gamma allarmi 50 -100%

Regolazione allarmi acustici e visivi

Dimensioni e peso contenuti: 55x120x30mm; 300g al massimo con batterie.

Porta a infrarossi per la trasmissione di dati

Due modalità operative selezionabili: modalità a controllo saltuario e modalità monitoraggio continuo

Completo di Kit caricabatteria dedicato (include: n.1 Batteria al litio ricaricabile; n.1. stazione di ricarica con cavo)

Prezzo unitario a Voi riservato:

€590,00 (diconsi Euro cinquecentonovanta/00) cad. + IVA 20%

Prezzo totale n.2 pulsossimetri:

€1.180,00 (diconsi Euro millecentottanta/00) + IVA 20%

Si esprime il pieno favorevole alle pure offerte in questo
per far affidare tutto le diste delle batterie distinte
Itofo

In alternativa:**N.2 Pulsossimetro/Saturimetro Mod. MINDRAY Cod. PM-60**

Pulsossimetro/saturimetro portatile, compatto, leggero, adatto per pazienti adulti, bambini e neonati.

L'unità è corredata di un sensore SpO2 a dito adulti, gamma misurazione 0 -100%

Visualizzazione della traccia SPO2

Frequenza pulsazione: 18 - 300 bpm

Display LCD a colori da 2.4" ad alta risoluzione.

Gamma allarmi 50 -100%

Regolazione allarmi acustici e visivi

Dimensioni e peso contenuti: 55x120x30mm; 300g al massimo con batterie.

Porta a infrarossi per la trasmissione di dati

Due modalità operative selezionabili: modalità a controllo saltuario e modalità monitoraggio continuo

Completo di n.1 caricabatterie

Completo di n.3 batterie stilo da 1.5V ricaricabili

Prezzo unitario a Voi riservato:

€490,00 (diconsi Euro quattrocentonovanta/00) cad. + IVA 20%

Prezzo totale n.2 pulsossimetri:

€980,00 (diconsi Euro novecentottanta/00) + IVA 20%

Ulteriori condizioni di vendita:

Validità dell'offerta: 90 gg. dalla data della presente.

Termini di pagamento: 60 giorni data collaudo con esito positivo.

Termini di consegna: entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ordine, con merce resa franco Vs. magazzino.

Distinti Saluti,
Terapon S.r.l.

