

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA

Deliberazione n. 835

Adottata dal Direttore Generale in data  $\frac{28 \text{ LUG.} 2009}{}$ 

Oggetto:

Affidamento, a mezzo trattativa diretta, del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, triennale tipo Full Risk, per ventilatori polmonari marca Draeger in dotazione all' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia. Ditta Draeger Medical Italia S.p.A.

Il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo e logistico:

**PREMESSO** 

che l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia ha in dotazione n. 5 Ventilatori Polmonari, marca Draeger mod Evita 2 Dura, per i quali il Responsabile del Servizio, in data 02/04/09 ha richiesto la stipula di un contratto di manutenzione e assistenza tecnica;

che, su richiesta dell'Ufficio Tecnico, la Ditta Draeger Medical Italia S.p.a ha inviato, con nota prot. n° 013/TC/09/DS del 04/05/09, una proposta di contratto tipo "Full Risk, per le apparecchiatura in oggetto, come di seguito specificato:

- costo manutenzione annuale per singola apparecchiatura
   € 2.607,03 (i.v.a. esclusa);
- costo manutenzione annuale complessivo per n. 5 apparecchiature
   € 13.035,17 (i.v.a. esclusa);
- costo manutenzione complessivo triennale
   € 39.105,50 (i.v.a. esclusa);

PRESO ATTO

che, con nota del 08/05/09, il Resp.le dell' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia, Dott. Angelo Desogus, presa visione dell'offerta contrattuale, esprime parere positivo in merito alla stipula del contratto;

**VISTA** 

la nota, prot. Sic 141/2009 del 20/05/09, con la quale il referente del Consorzio Metis, Ing. Christian Mura, esaminata l'offerta tecnica ed economica della ditta, giudica opportuno, al fine di garantire una continuità di servizio nel reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai, sottoporre i 5 ventilatori polmonari ad assistenza tecnica periodica specializzata;

**CONSIDERATO** 

che il contratto di manutenzione, sia per i controlli periodici e preventivi cui sono sottoposte le apparecchiature, sia per i definiti tempi di risoluzione degli interventi di manutenzione straordinaria, è l'unica forma di assistenza in grado di garantire la più continua e sicura efficienza delle apparecchiature;



che trattandosi di apparecchiature ad alta tecnologia, dato il particolare uso a contatto con il paziente, il cui fermo potrebbe provocare danni funzionali ed economici, è indispensabile garantire la continuità operativa del Servizio mediante la stipula di un contratto di manutenzione:

che la Ditta Draeger, essendo la ditta produttrice, detiene l'esclusività dell'assistenza, ed è distributrice esclusiva delle parti di ricambio originali, e che pertanto si configura la privativa industriale;

**CONSIDERATI** 

i vincoli d'esclusiva, e visto l'art. 7 punto 2 lett. b) del D. lgs n° 157/95, si ritiene opportuno il ricorso alla trattativa privata diretta, in applicazione dell' art. 1 lett. f) della direttiva CEE 93/42 e del D. lgs 46/97 e quindi l'applicabilità dell' art. 57 lett. b) del D. lgs 163/2006;

**VISTO** 

lo schema di contratto ASL, che unitamente all'offerta della Ditta sopra indicata, per quanto la stessa non in contrasto con lo schema di contratto medesimo, regolerà l'affidamento:

### **PROPONE**

- Di stipulare con la Ditta Draeger Medical Italia S.p.a. un contratto triennale, tipo Full Risk, per la manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature in oggetto e dettagliatamente elencate nell'offerta della Ditta n° 013/TC/09/DS del 04/05/09;
- Di dare al contratto decorrenza dal 01/07/09 con scadenza 30/06/2012, come di seguito riportato;
- anno 2009 dal 01/07/2009 al 31/12/2009 € 6.517,58;
- anno 2010 dal 01/01/2010 al 31/12/2010 € 13.035,17;
- anno 2011 dal 01/01/2011 al 31/12/2011 € 13.035,17;
- anno 2012 dal 01/01/2012 al 30/06/2012 € 6.517,58;

### IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

l'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI

il parere in merito del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

### **DELIBERA**

### Per i motivi esposti in premessa:

- di stipulare con la Ditta Draeger Medical Italia S.p.a. un contratto triennale, tipo Full Risk, come da offerta n° 013/TC/09/DS del 04/05/09, per la manutenzione e assistenza tecnica di n. 5 ventilatori



polmonari marca Draeger mod. Evita 2 Dura matr. ARTA 008 - ARTA 007 - ARTA 006 - ARTA 005 - ARTB 0149, in dotazione dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia, per un importo triennale complessivo di € 39.105,50 iva al 20% esclusa;

- di approvare l'allegato schema di contratto ASL, controfirmato dalla Ditta per accettazione, che regolerà l'affidamento, unitamente all'offerta della ditta sopra indicata, per quanto non in contrasto con il contratto medesimo;
- di dare decorrenza al contratto dal 01 luglio 2009, con scadenza 30 giugno 2012, e di ripartire la contabilizzazione triennale della spesa (iva esclusa ) come di seguito riportato;
- anno 2009 dal 01/07/2009 al 31/12/2009 € 6.517,58;
- anno 2010 dal 01/01/2010 al 31/12/2010 € 13.035,17;
- anno 2011 dal 01/01/2011 al 31/12/2011 € 13.035,17;
- anno 2012 dal 01/01/2012 al 30/06/2012 € 6.517,58;
- di imputare la spesa, derivante dell'affidamento del presente atto, sul piano dei conti aziendale al cod. 441300006 (manutenzioni in appalto apparecchiature scientifiche sanitarie), centro di costo cod. 1251040;
- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo e logistico di provvedere agli adempimenti correlati al servizio in oggetto;
- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del Servizio tecnico manutentivo e logistico, sul piano di conti aziendale, con regolare ordinativo bancario tratto su tesoriere aziendale per gli esercizi finanziari relativi:

DIR. AMM./A. PERGOLA

./ DIR. SAN. /A. FARC

RESP.LE SERVIZIO TECNICO

ADD. /A. PORTAS

Il Direttore Generale Dr. Pietro Rasquale Chessa



# P.O. SIRAI Carbonia U.O. Anestesia e Rianimazione Direttore Dott. Angelo Desogus

Carbonia, 2 aprile 2009

Al settore tecnico (assistenza

Apparecchi elettromedicali)

Oggetto: richiesta contrattoassistenza tecnica ventilatori Draeger

Si richiede con procedura d'urgenza stipula di contratto per assistenza tecnica relativa ai ventilatori polmonari in dotazione alla nostra U.O. (reparto di rianimazione) in numero di 5 unità in considerazione della necessità di garantire continua efficienza delle stesse.

Cordiali saluti

Il primario

Dott- Angelo Desogus



### P.O. SIRAI Carbonia

**U.O. Anestesia e Rianimazione** Direttore Dott. Angelo Desogus

Carbonia 8 maggio 2009

Al settore tecnico

(assistenza apparec chiature elettroniche)

Oggetto: proposta di contratto di assistenza tecnica ventilatori Evita Draeger

In riferimento alla proposta di contratto di assistenza tecnica prot 013/TC/09/DS relativa ai ventilatori Evita della ditta Draeger in dotazione (in numero di cinque) al nostro reparto di rianimazione, preso atto dell'offerta della ditta Draeger Medical si ritiene congrua l'offerta tecnica e le modalità operative ; si esprime pertanto e parere favorevole alla stipula di tale contratto.

Cordiali saluti

Il primario

Dott. Angelo Despgus



# SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE nº 7

Prot. SIC 141 / 2009

Carbonia 20 / 05 / 2009

All'attenzione

Sig. Portas Alessandro

Servizio Tecnico P.O. Crobu

# OGGETTO: proposta contratto assistenza tecnica Draeger Medical

Facendo seguito alla richiesta formale del Dr. Desogus Angelo, con riferimento alla proposta di contratto di Assistenza Tecnica della ditta Draeger Medical (*Prot. 013 / TC / 09 / DS del 04 maggio 2009*) relativa a n° 5 ventilatori polmonari modello EVITA 2 DURA in uso presso l'U.O. Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia, e alle contrattazioni intercorse con l'ing. Umberto Rostello, verificate le condizioni tecniche di assistenza e il costo, si esprime parere favorevole alla stipula del contratto triennale per il periodo 01 / 07 / 2009 – 30 / 06 / 2012.

In attesa di riscontro e a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Servizio Ingegneria Clinica

Ing. Christian Mura

Validità: 01/01/2008 - 31/12/2008

| Codice  | Gruppo<br>prodotto |                                | Q.tà Min. | List ITA 08 |
|---------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| MS15085 | 219                | Accelerometro NMT              | 1         | 303,33      |
| MS15086 |                    | Adattatore Mano NMT            | 1         | 53,89       |
| MS15087 |                    | Cbi Clip NMT Accessory 5pcs    | 1         | 38,33       |
| MS15279 |                    | Acc Kit MonoLd5,IEC2 MM5 Adapt | 1         | 441,11      |
| MS16157 |                    | Cbl ECG 6 lead Trust 1m, IEC1  | 1         | 366,67      |
| MS16158 |                    | Cbl ECG 5 lead Trust 1m, IEC1  | 1         | 242,22      |
| MS16160 |                    | Cavo ECG Monolead 3, DP, IEC1  | 1         | 212,22      |
| MS16161 |                    | Cavo ECG Monolead 5, DP, IEC1  | 1         | 364,44      |
| MS16229 |                    | Cavo ECG Monolead 5, DP, IEC2  | 1         | 350,00      |
| MS16230 |                    | Cavo ECG ML 5 Chest, DP, IEC2  | 1         | 350,00      |
| MS16231 |                    | Cbl ECG 3 lead Trust 1m, IEC2  | 1         | 151,11      |
| MS16232 |                    | Cavo ECG ML 5 Chest, DP, IEC1  | 1         | 364,44      |
| MS16233 |                    | Cavo ECG Monolead 3, DP, IEC2  | 1         | 212,22      |
| MS16256 |                    | Cbl ECG MonoLead Ext 2m        | 1         | 191,11      |
| MS16546 |                    | Cbl ECG 5 lead Trust 1m, IEC2  | 1         | 242,22      |
| MS16547 |                    | Cbl ECG 6 lead Trust 1m, IEC2  | 1         | 366,67      |
| MS16916 |                    | Cbl InterM PICCO Pod CO 1.5m   | 1         | 228,89      |
| MS16918 | 219                | Cbl Catheter PICCO Pod CO      | 1         | 274,44      |
| MS16919 | 219                | Cbl Thermistor PICCO Pod CO    | 1         | 1.144,44    |
| MS16920 | 219                | Cbl PICCO-PULSION Transd 20cm  | 1         | ·-          |
| MS17041 | 219                | Cbl Ext SpO2Masimo Pod LNOP 3m | 1         | •           |
| MS17058 | 219                | Cuff NBP Long Adt 23-33cm      | 1         |             |
| MS17059 | 219                | Cuff NBP Long Adt Lg 31-40cm   | 1         | •           |
| MS17799 | 219                | Sensor BISX SRS 100 sets       | 1         | 2.746,67    |
| 5.5     |                    | Sensori di Flusso              |           |             |
| 8306370 | 266                | Cavo Allungamento-Flusso 5M    | 1         |             |
| 8403735 |                    | Set di 5 Sensori Spirolog      | 1         |             |
| 8410179 |                    | Sensori di Flusso 5Pz BL8000   | 1         | •           |
| 8410185 | 266                | Raccordo a Y + Sens. di Flusso | 1         | •           |
| 8411130 | 266                | ISO15 Sensore Flusso Babylog   | 1         | •           |
| MK01900 | 266                | Spirometro SPIROLIFE autoclav. | 1         | 285,56      |
| •       |                    | Sensori Ossigeno               |           |             |
| 6850250 | 267                | Cavo con Portacella per OXYDIG | 1         | •           |
| 6850645 | 267                | Cella Sensore O2 W(Ex6850900)  | 1         |             |
| 6850720 |                    | Portacella OXYDIG/ANEMOME      | 1         | •           |
| 6850930 | 267                | Cella Sensore O2 SIDE-STREAM   | 1         |             |
| MX01049 | 267                | Cella O2 per Savina            | 1         | 253,33      |

Draeger Medical Italia S.p.A.

Viviano Bennati Procuratore speciale

### REPUBBLICA ITALIANA

### SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

### AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

# CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.

### SCRITTURA PRIVATA

### PREMESSO CHE:

- è intendimento delle Parti stipulare un Contratto per l'espletamento del Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione per apparecchiature ad uso sanitario;=
- Il contratto che va ad instaurarsi s'intende stipulato nella forma della scrittura privata, per mezzo di corrispondenza;=
- il servizio di assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo "Full Risk ", pertanto la Ditta s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, come stabilito all'art. 5.=
- Il Direttore Generale dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
  di Carbonia (CI) ha autorizzato la stipulazione del presente
  Contratto con Delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_/2009.=

## **QUANTO SOPRA PREMESSO**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 (in seguito denominata per brevità ASL), con sede in Carbonia (CI) Via Dalmazia n° 83, P. IVA e C.F. 0226130920, rappresentata dal Dott. Pietro Pasquale Chessa, nato a Orune, il 27 /03/1948 C.F. CHSPRP48C27G147A, residente a Capoterra Poggio dei Pini zona Bellavista =

### **AFFIDA**

Alla ditta Draeger Medical Italia S.p.a. (di seguito denominata per brevità Ditta) con sede legale e amministrativa a Corsico (MI) via Galvani, 7 P.I. IT 09058160152 rappresentata dal Sig. Umberto Rostello, domiciliato a Corsico (MI) via Galvani, 7 C.F. RSTMRT71P11I441S, in qualità di Rappresentante Legale;=

### CHE ACCETTA

Il Servizio di Assistenza Tecnica – Manutentiva tipo Full Risk (in seguito denominato SAT) alle condizioni riportate nel proseguo, delle apparecchiature indicate all'art. 2;=

Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le parti in causa;=

### STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO

ART. 1 – PREMESSA: la premessa che precede, unitamente all'offerta della Ditta indicata all'art. 3, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.=

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO: la ASL affida alla Ditta il SAT tipo Full Risk, per un periodo triennale, di n. 5 (cinque) ventilatori polmonari marca Draeger mod. Evita 2 Dura, in

dotazione al Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia.=

ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO: gli oneri annui onnicomprensivi e invariabili, per un importo di € 13.035,17, e nella misura per l'intero triennio di complessivi € 39.105,51, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della ASL, da pagarsi in rate semestrali posticipate a 90 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio protocollo ASL, sono quelli determinati e dettagliatamente indicati nell'offerta della Ditta di cui al precedente art. 3.=

Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D.lgs. n° 231/2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.=

ART. 5 – ONERI DEL SAT: il costo del SAT, come determinato al precedente art. 4, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, inclusi i

tempi di attesa presso la ASL, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale come dall'offerta della Ditta di cui all'art. 3. =

La Ditta s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il SAT comprende:

- a) interventi urgenti su chiamata, in numero illimitato, entro le
   24 ore successive alla chiamata per i giorni lavorativi;=
- b) l'esecuzione di n. 2 interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) annui, a cadenza semestrale, da concordarsi con il Responsabile del Servizio, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisione utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature.=
- c) l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI, dalle norme Nazionali ed Europee, per la specifica apparecchiatura;=

Per ogni intervento effettuato sull'apparecchiatura il SAT dovrà redigere un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato dell'apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro, redatto in modo chiaro e leggibile, dovrà essere controfirmato,

oltre che dal Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o da suo delegato.=

# ART. 6 - ONERI ESCLUSI DAL SAT: il SAT non comprende:=

- a) le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature;=
- b) le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite dalla Ditta;=
- c) le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o da cause provocate da caso fortuito o forza maggiore;=
- d) le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Ditta e/o materiali non conformi alle istruzioni della Ditta;=
- e) la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare riferimento agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Ditta.=
- ART. 7 FERMO E DISMISSIONE APPARECCHIATURA: nel caso che, con apposita relazione tecnica della Ditta confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Responsabile del Servizio Sanitario interessato, l'apparecchiatura oggetto del contratto sia dichiarata non riparabile, la ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza contrattuale.=

ART. 8 - MATERIALI DI RICAMBIO: sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio necessarie al SAT non espressamente escluse dall'offerta della Ditta indicata all'art. 3. Per la sostituzione di componenti e/o consumabili non inclusi nel canone, la Ditta è obbligata a produrre un listino, valido per tutta la durata contrattuale e che sarà parte integrante del presente contratto, ove siano desumibili i codici e i prezzi di ciascun componente. Resta comunque a carico della Ditta l'onere della mano d'opera e di qualunque spesa necessaria alla loro sostituzione. Pertanto, per evitare inutili e controproducenti "fermo macchina", la Ditta, previo esplicito consenso del Responsabile Sanitario del Servizio, è autorizzata alla immediata sostituzione dei ricambi necessari inclusi nel listino. sostituzione dei ricambi, che deve risultare chiaramente sul relativo verbale di lavoro con relativo codice di identificazione, sarà fatturata, extra canone, con la riduzione dell'eventuale sconto offerto. La Ditta garantisce, per l'intera durata del contratto, originario o prorogato, la disponibilità di tutte le parti di ricambio ritenute indispensabili per il perfetto funzionamento delle apparecchiature. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali. =

ART. 9 – GARANZIA DEL SAT: il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o dalla imperfetta

manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura.=

ART. 10 – UBICAZIONE DEL SERVIZIO: gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti presso l'unità operativa dove è ubicata l'apparecchiatura, dietro richiesta dell'Ufficio Tecnico ASL o del Servizio interessato. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature presso i laboratori della Ditta, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della Ditta che se le assume espressamente. =

ART. 11 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI DAL SAT: eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Ditta. La Ditta dichiara sin d'ora di rinunciare, nei confronti della ASL, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad

un rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della ASL, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo.=

ART. 12 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO: al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Ditta si obbliga a comunicare al Servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla ASL per i tempi di attesa da parte del personale del SAT. I preavvisi devono essere portati a conoscenza, via fax, anche dell'ufficio tecnico della ASL.= Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. La chiamata sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico tramite fonogramma, fax o e-mail. Non è ammessa altra forma oltre quelle indicate. Le chiamate effettuate in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il 1° giorno feriale successivo. =

ART. 13 - CONTINUITA' DEL SAT: non può essere assolutamente addotta, da parte della Ditta, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del SAT di omesso o ritardato pagamento del prezzo convenuto. Per tal

eventuale inadempimento da parte della ASL la Ditta può porre in essere tutte le altre cautele ritenute opportune.=

ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE: a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta s'impegna a costituire e € 3.910,55 di definitiva cauzione la versare (tremilanovecentodieci/55) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale alla data di stipulazione, determinato in € 39.105,45 (trentanovemilacentocinque/45) iva di legge esclusa. Il deposito cauzionale deve essere costituito, esclusivamente, nelle forme di cui al D.lgs. 163/06 art. 113. Il deposito cauzionale è svincolato restituito alla Ditta, soltanto, dopo che sia stato accertato il pieno adempimento degli obblighi contrattuali.=

ART. 15 – PENALITA': nella eventualità che la Ditta non ottemperi ai propri impegni saranno applicate, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità:=

per intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, penale pari al 10% del canone annuo relativo all'apparecchiatura interessata;=

- a) per intervento oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiamata,
   penale pari al 15% del canone annuo relativo
   all'apparecchiatura interessata;=
- b) per intervento oltre le 72 (settantadue) ore dalla chiamata, quindi per l'interruzione del SAT, la ASL applicherà una

penale pari al 10% dell'intero importo contrattuale, con facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Ditta e con automatico incameramento della cauzione (art. 14) nel caso di risoluzione;=

ART. 16 - DURATA CONTRATTUALE : il presente contratto avrà una durata di anni 3 (tre). Decorrenza termine iniziale: 01/07/2009, termine finale 30/06/2012. E' fatto divieto alla Ditta, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il SAT. Il presente contratto alla scadenza potrà essere rinnovato alle medesime condizioni tecniche ed economiche anche per periodi differenti ma sempre con scadenza annuale, salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le parti e formalizzati dalla ASL. In caso di variazioni economiche per maggiori oneri dovrà redigersi un nuovo contratto. Resta l'obbligo d'accettazione, da parte della Ditta, in seguito alla richiesta della ASL, l'eventuale proroga trimestrale, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, del presente Contratto. In ogni caso il presente contratto non può essere automaticamente prorogato o rinnovato ne modificato, se non a seguito di specifici accordi epistolari, motivati e regolarmente deliberati dalla ASL. È' escluso il tacito rinnovo.= ART. 17 - RESCISSIONE ANTICIPATA: il presente contratto potrà essere rescisso a scadenza annuale, su esplicita volontà della ASL e con preavviso di 60 giorni, anche senza colpa o dolo della Ditta, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di convenzioni Consip S.p.A. o altre convenzioni nazionali e/o regionali di fornitura del servizio oggetto del presente contratto, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente. In caso di rescissione anticipata del contratto sarà riconosciuta alla Ditta una penale del 6% del canone annuo.

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE: la Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Carbonia (CI). Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Cagliari.=

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: ai sensi dell'art. 1 del DPR n° 252/1998, non è necessario acquisire il certificato antimafia trattandosi di contratto inferiore a € 154.937,00 iva esclusa.=

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, (imposte, tasse, bolli, ecc.) nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, sono a totale carico della Ditta, che provvederà prima della registrazione al versamento dovuto mediante assegno bancario non trasferibile, intestato alla ASL n° 7 di Carbonia.=

Poiché il presente contratto è soggetto ad iva, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa – parte la - del DPR n° 131/1986.=

ART. 21 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: la ditta assicura che il proprio personale impiegato

per gli interventi del SAT è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni della ASL di cui venga a conoscenza nel corso dell'intervento, garantendo che tale personale, sotto il profilo tecnico e professionale è in grado di eseguire l'intervento a regola d'arte. La ASL assicura che il proprio personale è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Ditta che verranno trasmesse come confidenziali e riservate. La ASL, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia. Il presente contratto, composto da nº 13 pagine, redatto in duplice copia, letto, confermato ed approvato, è sottoscritto dalle parti qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi.=

Per la Ditta Draeger Medical Italia S.p.a. Sig. Umberto Rostello;=
Per la ASL n° 7 Carbonia Dott. Pietro Pasquale Chessa;=
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli art. 3 —
Documenti contrattuali; art. 4 — Canone contrattuale e modalità di pagamento; art. 5 — Oneri del SAT; art. 6 — Oneri esclusi dal SAT; art. 7 — Fermo e dismissione apparecchiatura; art. 8
Materiali di ricambio; art. 9 — Garanzia del SAT; art. 11 —

| Danneggiamenti causati dal SAT; art. 12 - Modalità e tempi di       |
|---|
| intervento; art. 13 - Continuità del SAT; art. 14 - Deposito        |
| cauzionale; art. 15 – Penalità; art. 16 – Durata contrattuale; art. |
| 17 - rescissione anticipata; art. 18 - Domicilio legale e foro      |
| competente; art. 20 – Spese contrattuali; che precedono.=           |
| competente; art. 20 - opese contration,                             |
| Carbonia//2009  |
| Per la Ditta Draeger Medical Italia S.p.A Sig. Umberto Rostello     |
| firma   |
| Per la ASL n° 7 Carbonia Dott. Pietro Chessa                        |
| firma   |
| 111111-   |

7 - 2

# Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione

 $n^{\circ}$  835 del 28 LU6. 2009

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 2 8 LUG. 2009al 1 1 A GO. 2009

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata posta a disposizione per la consultazione.

ATResponsabile del Servizio Affari Generali

n. allegati

| schema contratto                      | pag. 13 |
|---------------------------------------|---------|
| offerta ditta n. 013/TC/09/DS         | pag. 15 |
| listino accessori/ricambi             | pag. 1  |
| nota Consorzio Metis Sic 141/2009     | pag. 1  |
| note Resp.le Anestesia e Rianimazione | pag. 2  |

### Destinatari:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Responsabile Servizio Bilancio
- Responsabile Sevizio Tecnico manutentivo e logistico