

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

Deliberazione n. 2469

adottata dal Direttore Generale in data 16 NOV. 2004

OGGETTO: *Indizione trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di termosaldatrici per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la richiesta, Prot. 374/DSS del 28.09.2004, con la quale il Resp.le Sanitario dei PP.OO. Aziendali - Dr. Sergio Pili, chiede l'acquisto urgente di n° 7 Termosaldatrici per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. aziendali;
- Accertato** che per la tipologia della fornitura non si dispone di scorte di magazzino;
- Ritenuto** urgente ed indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione dei servizi;
- Tenuto conto** che i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo della fornitura (circa € 22.000,00 + IVA), si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;
- Ritenuto** pertanto, applicabile l'art. 44 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, che ammette il ricorso alla trattativa privata ad offerte plurime per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA, non siano superiori a € **103.291,37** ;
- Atteso** che la fornitura di che trattasi troverebbe copertura sulle disponibilità per gli acquisti imprevisi ed urgenti del PI 2003, così come da Delibera di variazione n° 2322 del 27.10.2004;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

Propone

sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998:

- L'indizione della trattativa privata plurima per la fornitura urgente di "Termosaldatrici per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali";
- L'approvazione della lettera d'invito;
- L'invito alle ditte: *Elettromedical (CA) – G. Spissu (S. Sperate) – Anamed (OR) – Temosa (CA) – Prodifarm (CA) – Gandus Saldatrici (Cornaredo – MI) – Medical (SS) – Alfamed (Selargius – CA) – Nuova Sarda Medicali (CA) – ID&CO (S. Giuliano Milanese) – Sanifarm (CA)*;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Ritenuto applicabile l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998, che ammette il ricorso alla trattativa privata ad offerte



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda ASL N.7
Carbonia

segue Deliberazione **2469** del 16 NOV. 2004

plurime per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA, non siano superiori a **103.291,37 Euro**;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:


- ▶ di indire trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura di "Termosaldatrici per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali";
- ▶ di adottare l'allegata lettera d'invito;
- ▶ di spedire l'invito alle seguenti Ditte: *Elettromedical (CA) – G. Spissu (S. Sperate) - Anamed (OR) - Temosa (CA) – Prodifarm (CA) – Gandus Saldatrici (Cornaredo – MI) – Medical (SS) – Alfamed (Selargius – CA) – Nuova Sarda Medicali (CA) – ID&CO (S.Giuliano Milanese) – Sanifarm (CA)*;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata plurima;
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 22.000,00 oltre l'IVA di legge sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale - P.I. anno 2003, finalizzazione per gli acquisti imprevisi ed urgenti;
- ▶ di dare atto l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/AGULLI

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2169 del 16 NOV. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 NOV. 2004 al 1 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(D.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Margherita Cannas".

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Indizione trattativa termosaldatrici

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"

for j. anlore

Prot. n° 374 / DSS del 28.09.04

Carbonia, 28 settembre 2004

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

PROT. 1020 - 30/9/04

Al Responsabile del Servizio
Acquisizione Beni e Servizi

Sede

Oggetto : Richiesta acquisto termosaldatrici.

Si richiede l'acquisto di n.7 termosaldatrici continue con stampante e piano di scorrimento per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali per un costo complessivo presunto di circa 26.000,00 euro.

**Caratteristiche tecniche:
costruttive**

- guida d'ingresso regolabile incorporata
- bordo libero regolabile 5-30 mm.
- fotocellula d'avviamento
- fotocellula di stampa
- stand-by automatico
- tastiera alfanumerica

saldatura e riscaldamento

- saldatura multibanda a norme DIN 58953-7
- altezza saldatura 15 mm.
- regolazione della temperatura 20°- 220°
- visualizzazione digitale della temperatura
- funzione di blocco trascinalimento per variazioni di temperatura superiori a +/- 5°.

dati tecnici

- velocità di avanzamento: 10 m/mm
- controllo della temperatura: a mezzo microprocessore
- fascia di saldatura: Multibanda
- altezza saldatura: 15 mm.
- bordo regolabile: 5-30 mm.

conseguire il 22/10/04

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"

funzioni stampa

- gruppo stampante: testina almeno 9 aghi
- posizione di stampa: variabile continua in millimetri
- stampa etichette regolabile
- scadenza regolabile in giorni o mesi
- margine di stampa regolabile
- riga di stampa standard o ruotata di 180 gradi
- contapezzi generale
- contapezzi associati a operatore/lotto/catalogo

stampa

- data sterilizzazione
- data scadenza
- codice alfanumerico per lotto
- codice alfanumerico per operatore
- catalogo fino a 5 stringhe da 16 caratteri contemporaneamente
- numero progressivo busta
- contatori
- temperatura di saldatura
- velocità di saldatura
- pressione di saldatura

Una termosaldatrice dovrà essere dotata di una rulliera di scorrimento per confezioni voluminose.

Sei termosaldatrici dovranno essere dotate di piano di scorrimento.

Si sottolinea che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.

Distinti saluti

*Il Responsabile Sanitario dei PP.OO.
dell'Azienda USL n° 7
Dr. Sergio Pili*



N° _____ PROT.

Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. AR

OGGETTO: *Richiesta di preventivo - Trattativa privata plurima per la fornitura urgente di TERMOSALDATRICI per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali.*

Coerentemente alla deliberazione _____, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura urgente di quanto meglio specificato nell'Allegato 1 alla presente.

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere: il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL..

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi, in lingua italiana, con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello. I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche minimali richieste.
3. copia dell'offerta economica **SENZA PREZZI**.
4. dichiarazioni di rispondenza dell'apparecchio alle norme comunitarie e nazionali (se l'apparecchio rientra in tali normative):
 - *Dichiarazione di conformità alla direttiva 89/336 e successive modificazioni sulla compatibilità elettromagnetica*
 - *Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42 sui Dispositivi Medici*
 - *Dichiarazione di Conformità alla direttiva 89/392 e 91/318 sulle macchine*
 - *Dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza (es. CEI 62.5)*

La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E'** **MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

5. Eventuale dichiarazione dei sistemi di qualità rilasciata, ai sensi delle norme europee serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della UNI EN 45000 e successive

- modificazioni;
6. Copia della presente lettera d'invito timbrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione ed approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente **entro le ore 13.00 del giorno** _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura urgente di Termosaldatrici per il Servizio di Sterilizzazione dei PP.OO. Aziendali**" e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende "**chiavi in mano**", compreso quindi ogni e qualunque onere di trasporto, e ove previsto installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che all'atto della fornitura deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita, il modello e il numero di serie. L'Amministrazione, indipendentemente dal modello proposto in offerta, rifiuterà la consegna di apparecchi che risultino già superati tecnologicamente al momento della trattativa e per i quali la medesima Ditta ha posto in commercio prima della fornitura modelli più avanzati. In tal caso l'affidamento sarà revocato.

Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a garantire, oltre all'installazione e collaudo, un corso di aggiornamento del personale presso la sede dell'Azienda USL per l'utilizzazione della apparecchiatura.

L'Azienda ha 90 giorni di tempo, decorrenti dalla data entro cui devono pervenire le offerte, per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) Aggiudicazione della fornitura

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda USL si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

L'aggiudicazione sarà disposta per in favore dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16, punto 1, lett. b) del D. Lgs n° 358 (art. 19 punto 1 lett. b) del D.Lgs 402/98 del 24/07/1992) con i criteri sotto fissati:

A. PREZZO: PUNTI 50/100

B. QUALITA': PUNTI 50/100

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata come segue:

- A. PREZZO:** alla Ditta che presenta il minor prezzo in assoluto sarà attribuito il punteggio massimo di 50/100 chiamando "X" il minor prezzo ed "Y" il prezzo superiore;
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra 0 e 50 in modo proporzionale alla differenza di prezzo;
il punteggio alle Ditte sarà pertanto attribuito come segue:

$$\text{PUNTI DI "Y"} = \frac{X \times 50}{Y}$$

- B. QUALITA':** sarà attribuito il punteggio che discende dalla elencazione delle specifiche caratteristiche per le singole apparecchiature proposte; punteggio che dovrà essere confortato dalla descrizione delle peculiarità ed evidenziazioni di particolarità oggettive.

La valutazione delle apparecchiature offerte sarà ripartita in funzione dei seguenti coefficienti:

- B1: TECNOLOGIA** e qualità costruttiva e di composizione dell'apparecchiatura offerta legata ad una completezza degli accessori d'uso valutando le migliorie rispetto alle caratteristiche indicate nell'Allegato 1 alla presente.

PUNTI DISPONIBILI: 40/50

(all'atto dell'attribuzione del punteggio saranno evidenziate le differenziazioni rilevate in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi offerti).

Si terrà conto anche dell'anno di immissione in commercio.

Nell'attribuzione del punteggio si prenderà in considerazione se la ditta è già in possesso o meno delle certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ai sensi UNI EN 45000 e successive modificazioni.- a tal fine, la Ditta "DEVE PRODURRE IDONEO CERTIFICATO (in originale o in copia conforme)";

- B2: CARATTERE** estetico funzionale, di maneggevolezza e facilità d'installazione e d'uso.

PUNTI DISPONIBILI 5/50 - (come il precedente punto B1 in verbale devono essere evidenziate le differenze).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per tecnologia, qualità e carattere estetico e funzionale, la commissione può disporre l'esame dell'apparecchio offerto installato presso struttura pubblica anche mediante prova pratica.

Per tale motivo la Ditta offerente deve indicare con un elenco a parte in quale struttura più prossima trovasi installato e funzionante l'impianto proposto. (Non sono ammessi impianti similari fatta eccezione per impianti di nuova produzione, nel qual caso la ditta dovrà rendersi disponibile alla prova anche presso propria struttura).

- B3: CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA:** che garantisca il mantenimento della marcatura CE

PUNTI DISPONIBILI 5/50

Poiché appare inconfutabile che un Centro di assistenza tecnica in Sardegna può garantire maggior tempestività di intervento sono attribuiti punti 5 alle ditte che hanno Centro di assistenza in Sardegna e punti 1 alle altre. La commissione può adottare metodi e criteri per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

L'aggiudicazione sarà disposta, in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.

Il punteggio di qualità è attribuibile solo alle caratteristiche migliorative a quelle minimali fissate nella presente.

Ad insindacabile giudizio dell'Azienda USL, la fornitura può essere aggiudicata anche in presenza di una un'unica offerta valida, dopo attenta valutazione sulla congruità del prezzo offerto.

E' ammessa una sola offerta alternativa.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.

L'esclusione dell'apparecchio per mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche minimali previste è insindacabile.

D) Garanzia

Non deve essere inferiore ad anni 2(due) di tipo manutentivo ed assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'Azienda USL. nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. in ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

F) Stipula del contratto e deposito cauzionale

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,14, I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

G) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di giorni **30 (trenta)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

- 1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
- 2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui sono specificate:
 - le normative di riferimento per la sua costruzione;
 - le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina.
 - anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero della serie o matricola deve essere riportato anche con targa punzonata sull'apparecchio;

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici e sulle singole unità per le apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 15/68.

II°) Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiature CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonché le istruzioni di uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto,

debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - I° - II° - III°).

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'Azienda USL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

H) Collaudo

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.

Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL.

I) Inadempienze e penalità'

Il fornitore che consegna le apparecchiature e/o attrezzature di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda USL potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale di deposito cauzionale.

L'apparecchiatura e/o attrezzatura fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).

Qualora le apparecchiature e/o attrezzature rifiutate non fossero tempestivamente ritirate dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e nei tempi stabiliti, l'Azienda USL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda USL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

L) Pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

**Azienda unità sanitaria locale N. 7
Carbonia**

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

M) Controversie

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

N) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

**IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli**

ADD/A. Ventura

[invito trattativa plurima Temosaldatrici](#)

Si descrivono di seguito i beni oggetto di fornitura e le caratteristiche tecniche cui gli stessi devono corrispondere per essere ammessi alla gara:

Lotto Unico

N° 7 Termosaldatrici continue con stampante e piano di scorrimento

Caratteristiche:

- Guida di ingresso regolabile incorporata – bordo libero regolabile 5 – 30 mm – fotocellula di avviamento – fotocellula di stampa – stand by automatico – tastiera alfanumerica
- Saldatura multibanda a norma DIN 58953-7 – altezza saldatura 15 mm circa – regolazione della temperatura 20° - 220° - visualizzazione digitale della temperatura – funzione di blocco trascinalimento per variazioni di temperatura superiori a +/- 5°
- Velocità di avanzamento: 10 m/mm – controllo della temperatura a mezzo microprocessore – fascia della temperatura: multibanda – altezza saldatura circa 15mm – bordo regolabile: 5 - 30 mm
- Gruppo stampante: testina almeno 9 aghi – posizione di stampa: variabile continua in millimetri – stampa etichette regolabile – scadenza regolabile in giorni e mesi – margine di stampa regolabile – riga di stampa standard o ruotata di 180° - contapezzi generale – contapezzi associati a operatore/lotto/catalogo
- Stampa: data di sterilizzazione – data scadenza – codice alfanumerico per lotto – codice alfanumerico per operatore - catalogo fino a 5 stringhe da 16 caratteri contemporaneamente – numero progressivo busta – contatori – temperatura di saldatura – velocità di saldatura – pressione di saldatura.

NB: n° 1 termosaldatrice deve essere dotata di una rulliera di scorrimento per confezioni voluminose

N° 6 termosaldatrici devono essere dotate di piano di scorrimento

Elenco degli atti amministrativi
n. 9 - fogli
a cura del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2469 DEL 16 NOV 2004

IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE REGIONALE
IL DIRETTORE DISTrettuale

