

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2415

adottata dal Direttore Generale in data - 9 DIC. 2004


OGGETTO: *Indizione pubblico incanto – procedura aperta per la fornitura biennale di dispositivi e materiale per emodinamica. Approvazione Capitolato Speciale.*

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- Vista** la nota del 18/11/04, Prot. ABS n° 1167 del 22/11/04, con la quale, il Resp.le dell'U.O di Cardiologia e UTIC del P.O. Sirai ha comunicato i programmi di acquisto del materiale di consumo per il Servizio di Emodinamica;
- Atteso** che trattasi di fornitura di uso routinario e continuato presso l'U.O. richiedente;
- Ritenuto** di dover procedere all'acquisizione mediante gara a pubblico incanto da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98;
- Visto** il Capitolato Speciale predisposto dal competente ufficio e approvato nella stesura definitiva dal Resp.le del Servizio di Farmacia Ospedaliera, nonché dalla Direzione Sanitaria;
- Visto** il D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, in particolare il disposto dell'art. 5 punto 7;
- Atteso** che la gara in oggetto è indicata nell'avviso di preinformazione pubblicato nella G.U. CE 2004//S 36-031422 del 20/02/04, per cui l'Azienda intende avvalersi dei termini abbreviati per la presentazione dell'offerte previsti all'art. 6 punto 2 del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 488/1999 in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

PROPONE

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo per emodinamica;
- di indire pubblico incanto per l'affidamento biennale della fornitura;
- di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sulla G.U. CE e dell'avviso per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi del D.Lgs. 358/92.



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:


- di approvare l'allegato Capitolato Speciale per la fornitura biennale di dispositivi medici e materiale di consumo per emodinamica.
- autorizzare formalmente l'indizione della gara a pubblico incanto – procedura aperta, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. 358/92 come modificato dal D.Lgs. 402/98.
- confermare, ai sensi della delibera 2103/2000, la formale delega al Direttore Amministrativo per provvedere alla regolare designazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione.
- disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di € 500.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo cod. 420100009 cod. 420100010 del piano dei conti aziendale.
- demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza, ai sensi delle normative vigenti, ivi compresa la pubblicazione dei bandi di gara e dell'avviso per estratto, tenendo presente che la gara in oggetto è inclusa nell'avviso di preinformazione pubblicato nella G.U CE 2004//S 36-031422 del 20/02/04, per cui si potrà usufruire dei tempi abbreviati previsti dal D.L. 358/92;
- disporre il pagamento della somma presunta di € 1.600,00 IVA vigente inclusa, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. a mezzo Cassa Economale
- determinare che il costo presunto di € 6.000,00 per la pubblicazione dell'estratto sui quotidiani, da movimentarsi sulla classe di costo 540100008 del piano dei conti, verrà liquidato dal capo servizio bilancio/contabilità con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/G. Ventura



Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2115 del - 9 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7


a partire dal - 9 DIC. 2004 al 23 DIC. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr. ssa Margherita Cannas)



Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Acquisti*

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
09013 CARBONIA (Cagliari)



U.O. di Cardiologia e UTIC
Primario Dott. Rinaldo Aste

Carbonia, 18/11/04

PERVENUTA IL 22/11/06
Prot. n. 1167

Al Direttore Servizio Acquisizione Beni

Oggetto: Capitolato per la fornitura annuale di materiale per Emodinamica.

Si invia in allegato il capitolato speciale per la fornitura del materiale di consumo per il Servizio di Emodinamica.

Il capitolato allegato sostituisce integralmente il precedente già inviato.

Cordiali saluti

Dott. Rinaldo Aste

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA
FORNITURA ANNUALE DEL
MATERIALE DI CONSUMO
EMODINAMICA**

Lotto	Descrizione	Quantità
1	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo JL curva 3.5, 4, 4.5, 5 e 6, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	900
2	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo JR curva 3,5, 4, 5 e 6 , lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	900
3	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo AL curva 1, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	60
4	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo AL curva 2, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	60
5	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo AL curva 3, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	30
6	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo AR mod 100 cm 5 e 6 F	60
7	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo AR curva 2 100 cm 5 e 6 F	60
8	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo <i>no torque right</i> 100 cm 5 e 6 F	60




9	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo MPA I 100 cm 5 e 6 F	60
10	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo MPA II 100 cm 5 e 6 F	60
11	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo CAS curva I 100 cm 5 e 6 F	60
12	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo CAS II 100 cm 5 e 6 F	100
13	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo IM 100 cm 5 e 6 F	60
14	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo LCB 100 cm 5 e 6 F	60
15	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo RCB 100 cm 5 e 6 F	60
16	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo <i>pig tail</i> 110 cm 5, 6 e 7 F	600
17	cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo <i>pig tail</i> angolato 145°-155° 110 cm 5, 6 e 7 F	60
18	kit completi (con miniguida da 45 cm) di introduttori arteriosi/venosi per accesso femorale o brachiale da 5, 6, 7 e 8 F 11 cm, con dilatatore vascolare di diametro interno da 0,38", con valvola emostatica e con anello per fissaggio a sutura e via laterale di lavaggio con rubinetto	1200
19	kit completi (con miniguida ed ago) di introduttori arteriosi per arteria radiale da 5 e 6 F corto	400
20	kit completi (con miniguida ed ago) di introduttori arteriosi per arteria radiale da 5 e 6 F lungo.	100

21	Introduttori arteriosi per a. femorale armato compatibile con guide 0,038" e diametri 5 o 5.5; 6; 7; 8 F (lunghezze 20-30-40-45 cm)	60
22	Introduttore arterioso con valvola emostatica e via laterale di lavaggio con rubinetto con dilatatore e guida a J 0,038" compresa nel kit Lunghezza 30-45-80 cm e da 5,6,7,8 F	40
23	Guide teflonate per cateterismo cardiaco (cm 145 - 150) misura 0.035 J e dritta.	950
24	Guide teflonate di grosso calibro (cm 145 -150) misura 0.038 dritta	20
25	Guide teflonate di grosso calibro (cm 145 -150) misura 0.038 J	120
26	Guide teflonate lunghe (cm 270 - 280) 0,038" e 0,035"	20
27	Guide angiografiche rivestite da polimero idrofilo. Punta distale ben visualizzabile. Unica anima per buon controllo di torsione. Diametro 0,035" e 0,038" e lunghezze 145-180-260 cm.	60
28	Guide teflonate per cateterismo cardiaco (cm 145 - 150) misura 0.018 dritta	5
29	Guide teflonate per cateterismo cardiaco (cm 145/150 fino a 260/300 cm) misura 0.025 dritta	5
30	Aghi angiografici ad elemento singolo con connettore Luer 18 G da 7 cm	1200
31	Prolunghe 1200 PSI con adattatore rotante, non armate da 120 cm per iniettore Mark V PRO VIS (Medrad)	600
32	Siringhe monouso da 200 cc per iniettore modello Mark V PRO VIS (Medrad)	600
33	Trasduttori di pressione monouso completi di cavo per essere compatibili con poligrafo Mennen e con contropulsatore ARROWS – ACAT ONE	600
34	Kit per iniezione mezzo di contrasto costituito da: 1 prolunga armata LLM-RA/LLF (cm 50 o meno); 1 prolunga B.P. LLM/F (cm 50 o meno); 1 rubinetto a 3 vie OFF LLM 180° (P. max 150 psi).	900
35	adattatori rotanti luer-lock maschio, e maschio/femmina: per manipolazione cateteri onde evitare attorcigliamenti di prolunghe.	50
36	siringhe monouso da 10-12 cc Luer-Lock maschio, trasparenti per iniezione di mezzo di contrasto.	2000
37	siringhe monouso in plastica simil-vetro per la trasparenza, con impugnatura ad anelli e appoggio anatomico del palmo della mano; dotate di volume di almeno 10 cc con attacco luer lock maschio per iniezione di liquido di contrasto. Disponibilità di stop dello stantuffo ad 1 ml.	50

38	Kit per campo sterile costituito da: 1 telo biaccoppiato avvolgente grande che copra carrello madre; 1 Ciotola D = cm 31; 1 ciotola D = cm 11,5; 1 ciotola D = cm 9; 1 ciotola trasparente da 60 ml; 1 arcella graduata 700 cc; 2 spugna con manico; 1 bisturi lanceolato, a punta, con impugnatura lunga; pacco garze (40 pezzi) cm 10 x 10; 1 clip fermatelo; 3 cuffie copristrumento in PE (1 cm 75x90; 2 cm 110x110); 1 telo angiografico universale (per femorali) con bande laterali (dx e sin) trasparenti, porzione centrale assorbente e lunghezza almeno cm 320; 2 camici standard con 2 teli asciugamano; 2 teli assorbenti cm 40x60 cm;	700
39	Elettrocateri stimolatori temporanei bipolari 6F.	60
40	elettrocateri stimolatori flottanti dotato di palloncino all'estremità e con lume per rilevazione della pressione tipo Swan-Ganz.	5
41	Cateteri a palloncino tipo Swan-Ganz 6-7F, con termistore per il calcolo della portata cardiaca.	40
42	Cateteri a palloncino tipo Swan-Ganz 6-7F, senza termistore per il calcolo della portata cardiaca.	20
43	Cateteri a palloncino tipo Swan-Ganz "angiografico"	5
	Angioplastica	
44	rampe (manifold) con un adattatore rotante maschio e 4 ingressi femmine, tre vie e rubinetti OFF Luer Lock	300
45	Connettori a Y trasparenti con via coassiale e laterale. Valvola emostatica sulla via coassiale con apertura tipo ON-OFF, con prolunga laterale e rubinetto a tre vie OFF	300
46	Connettori a Y trasparenti con via coassiale e laterale. Valvola emostatica sulla via coassiale con apertura e chiusura con ghiera avvitabile.	50
47	aghi introduttori per filo guida 0.014"	300
48	manopole orientabili "torquer" per filo guida 0.014"	300
49	sistemi di gonfiaggio manometrico per catetere dilatatore a palloncino + rubinetto a tre vie per alte pressioni. Monouso e sterile in materiale trasparente, pistone a vite, con tubo di collegamento flessibile e attacco Luer Lock .	300

50	Cateteri guida per angioplastica coronarica (PTCA) : con ampio lume interno il cui rivestimento deve permettere uno scorrimento agevole e senza frizioni dei device. Lunghezza 100 cm. Il catetere deve possedere la punta morbida, atraumatica e radiopaca ed inoltre deve possedere un'ottima memoria della curva preformata. Possibilità di acquistare le curve coronariche standard e ad alto supporto. No kinking. Rapporto torsione 1:1. Possibilità di acquistare anche cateteri guida con fori laterali. 5-6-7-8 F.	500
51	Catetere guida ad alto supporto tipo Voda" (curve sin, sin alto take off, e dx)	30
52	Filo guida per angioplastica coronarica ad elevato controllo di torsione (con risposta di torsione 1:1) con anima ad elemento unico dal tratto iniziale fino alla punta. Punta atraumatica e flessibile. Tratto distale con rivestimento lubrificante idrofilico, radiopaco per 3 cm di lunghezza. Diametro 0,014" e lunghezza 190 cm. Punta a J e dritta.	50
53	Filo guida per angioplastica coronarica con anima a due elementi. Punta atraumatica, flessibile e durevole conservazione della forma. Tratto distale radiopaco di 3 cm. Rivestimento idrofilico polimerico. Supporto intermedio. Diametro 0,014" e lunghezza 190 cm. Punta a J e dritta.	400
54	Filo guida per angioplastica con le medesime caratteristiche del lotto 53, ma con elevato supporto, estremità distale ad elevato controllo di torsione e tratto radiopaco di 4.5 cm.	30
55	Prolunghe adattabili alle guide descritte al lotto 51,52,53,54 del diametro di 0,014" e della lunghezza di 145 cm	20
56	Filo guida per angioplastica con supporto differenziale per attraversamento di strutture anatomiche semplici. Anima unica con tre gradi di rastrematura e tratto distale avvolto in materiale radiopaco e biocompatibile per tre cm. Deve essere disponibile anche con la configurazione con markers radiopachi di dimensione nota per la misurazione della lunghezza delle lesioni. Diametro 0,014" e lunghezza 195 e 300 cm.	50

57	Filo guida per angioplastica coronarica ad elevato controllo di torsione (con risposta di torsione 1:1) con anima ad elemento unico dal tratto iniziale fino alla punta e tratto distale con rivestimento idrofilico polimerico per un accesso agevole alle lesioni, radiopaco per 3 cm e marker in oro di 2 mm per una migliore visibilità e misurazione della lesione. Tale guida deve possedere vari gradi di supporto e in particolare extrasupporto per occlusioni croniche totali. Diametro 0,014" e lunghezza 190 e 300 cm. Punta dritta e punta a J e di prolunga della guida.	50
58	Filo guida per PTCA costituito da filo in acciaio a corpo unico ricoperto da polimero idrofilico protettivo ad alta resistenza, anti attrito, per l'attraversamento di lesioni strette e complesse. Supporto leggero e moderato. Diametro 0,014". Lunghezza di 185 cm e 300 cm. Possibilità di punta a J o dritta e di prolunga della guida.	100
59	Catetere a palloncino per angioplastica coronarica semicompiante monorail e "over the wire" con le seguenti caratteristiche: tutte le aree di giunzione devono essere saldate al laser per avere profili estremamente bassi e nessun gradino. Punta saldata al laser per una maggiore flessibilità e robustezza e basso profilo. Materiale del corpo distale del catetere che garantisca una migliore capacità di seguire le tortuosità e attraversare le lesioni. Doppio marker in oro pressato sul corpo catetere per un miglior profilo. Lung. 9-12-15-20-25-30. Diam. 1.5 (solo per lung. 15-20) – 2.0-2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0. Compatibilità con filo guida 0,014".	250
60	Catetere a palloncino per angioplastica coronarica semicompiante monorail con le seguenti caratteristiche per un agile accesso alle lesioni più distali: punta distale soffice con basso profilo di ingresso. Pallone con rivestimento idrofilico. Doppio marker, in polimero contenente tungsteno per una migliore visibilità, agli estremi del pallone. Misure: lunghezza 8, 20, 25,30 mm con diametri da 1.5 a 4.0 mm; lunghezza 12,15 mm con diametro da 2.0 a 4.0 mm; Compatibilità con filo guida 0,014".	150



61	Cateteri a palloncino per angioplastica semicompiante, a scambio rapido (monorail), lunghezza 138 cm (escluso il palloncino), compatibile con filo guida 0,014". Basso profilo della punta. Lunghezze richieste: 6-12-15-20-25-30 mm. Diametri richiesti: da 1.5 a 4.0mm (con quarti di misura). Possibilità di praticare kissing balloon technique con 2 palloni in catetere guida da 6F.	150
62	Cateteri a palloncino per angioplastica monorail non complianti a basso profilo senza ipotubo, ma con anima metallica di supporto antipiegamento, gonfiabili ad alta pressione, con punta rastremata in materiale morbido, di diametro (da 1.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9/10 mm a 30 mm) con doppio marker per un corretto posizionamento. Compatibilità con guida 0.014".	50
63	catetere dilatatore tipo "cutting - balloon" con meccanismo a doppia guida per dilatazione controllata a doppio binario. Markers radiopachi sulla pullwire.	20
64	Catetere dilatatore non compliante dotato di microlame (n° 3 per i diametri sino a 3.25 e n° 4 per i diametri 3.5-4.0) che incidono la placca annullando il barotrauma della parete vasale, da utilizzare nelle lesioni resistenti, piccoli vasi, biforcazioni e lesioni fibrotiche. Lunghezza aterotomi 6- 10-15. Diametro pallone 2.0-2.5-2.75.-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0.	30
65	Endoprotesi vascolari in acciaio inox medicale tipo 316 L con nuovo design "bi-axial" per fornire equilibrio tra flessibilità e forza radiale. Premontato su pallone da PTCA. Lunghezze 8-12-16-20-24-28-32 mm, diametri 2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 mm	130
66	Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cobalto, modulare con struttura a singoli elementi sinusoidali. Non magnetico. Elevata resistenza radiale. Lunghezze 8-12-14-18-24 mm, diametri 2,25 - 2,5 - 2,75 mm. Premontato su palloncino da PTCA . Markers prossimalmente e distalmente allo stent. Minimo grado di recoil, limitato accorciamento. Elevata flessibilità longitudinale. Protezione accesso ai rami collaterali.	50

67	Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cobalto, modulare con struttura a singoli elementi sinusoidali. Non magnetico. Elevata resistenza radiale. Lunghezze 9-12-15-18-24-30 mm, diametri 3,0-3,5-4,0-4,5 mm. Premontato su palloncino da PTCA . Markers prossimalmente e distalmente allo stent. Minimo grado di recoil, limitato accorciamento. Elevata flessibilità longitudinale. Protezione accesso ai rami collaterali.	100
68	Endoprotesi vascolari coronariche realizzate in acciaio inossidabile 316L ricavato da un singolo cilindro tagliato con laser. Deve avere flessibilità, elevata conformabilità ed una copertura ideale delle pareti vasali. Stent premontato su palloncino semicompiante con spalla corta. Presenza di markers radiopachi in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilità con filo guida 0,014". Lunghezze 8-13-18-23-28 mm, diametri da 2,25 a 2,5 mm.	50
69	Endoprotesi vascolari coronariche realizzate in acciaio inossidabile 316L ricavato da un singolo cilindro tagliato con laser. Deve avere flessibilità, elevata conformabilità ed una copertura ideale delle pareti vasali. Stent premontato su palloncino semicompiante. Presenza di markers radiopachi in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilità con filo guida 0,014". Lunghezze 8-13-15-18-23-28-33-38 mm, diametri da 2,75 a 4,0 mm.	100
70	Endoprotesi vascolari coronariche realizzate in acciaio inossidabile 316L ricavato da un singolo cilindro mediante intaglio al laser . Deve avere flessibilità e conformabilità con ridotta superficie non supportata per una maggiore copertura delle pareti vasali caratteristica necessaria in una lesione da bypass venoso. Stent pre-montato su un palloncino con markers radiopachi posti in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilità con filo guida 0.014". Lunghezze di 13-18- 28- 38mm, diametri da 4.5-5.0mm (espandibile fino a 5.5mm).	50



71	Endoprotesi coronariche in acciaio inossidabile slotted tube con ricopertura in ProBio; catetere ipotubo compatibile con cateteri guida 5F. Premontato su pallone semicompiante. Maglia dello stent con radiopacità maggiorata alle estremità. Possibilità di scelta per vasi di normali dimensioni (da 2,5 a 4 mm di diametro), che per i piccoli vasi (diametri di 2,00; 2,25; 2,5 mm) ed i grandi vasi (diametri da 4,5 a 5 mm). Tutte le lunghezze disponibili.	100
72	endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) ricavate da un singolo tubo mediante taglio laser con disegno che conferisca flessibilità senza limitare la trukability, rivestito di phosphorilcolina e pertanto altamente emocompatibile, premontato su pallone a miscela di nylon con profili contenuti.	40
73	endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di PACLITAXEL premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.25 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 32 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".	60
74	endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di SIROLIMUS premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 23 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".	460
75	endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) ricavate da un singolo tubo mediante taglio laser, rivestito di phosphorilcolina, precaricato con dexamethasone. Facile accesso ai collaterali.	20
76	endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) tubolare, in nitinol, autoespandibile, rivestito di due strati di ePTFE tubolari con sistema di posizionamento tipo Monorail, con marker radiopachi per il corretto posizionamento, di diametro (4-5mm) e lunghezza (da 20 a 45 mm) variabili. Sistema di bloccaggio per evitare il rilascio involontario. Compatibilità con guida 0.014".	10

77	Catetere multifunzione atto allo scambio della guida , misurazione distale delle pressioni e infusioni distali. Lunghezza superiore a 130 cm	50
78	Dispositivo atto al recupero di frammenti di cateteri o stent nell'albero vascolare costituito da filo guida con memoria di curva dotato di loop terminale e con diametri dell'ansa , lunghezze e frenchiaggio variabili.	5
79	Dispositivo atto al recupero di frammenti di cateteri o stent nell'albero vascolare costituito da catetere in nylon radiopaco e dotato di ansa metallica manovrabile dall'esterno per poter aprire e chiudere il prensile.	5
80	Sistema di occlusione distale con aspirazione dei trombi costituito da: filo guida per angioplastica di diametro 0.014" con palloncino distale (profilo massimo 0.028") idoneo ad occludere il flusso ematico in vasi di diametro compreso tra 2mm e 5mm. Siringa di gonfiaggio-sgonfiaggio millimetrata per la determinazione esatta del diametro di espansione finale del palloncino. Il sistema viene completato da un catetere di aspirazione e da una siringa con sistema di creazione/mantenimento "vuoto" per rimuovere eventuali trombi o frammenti rilasciati durante procedure di angioplastica e stent.	10
81	Sistema di protezione d'organo da utilizzarsi per ridurre il rischio embolico durante procedura di angioplastica costituito da un filo guida in acciaio da 0,014" rivestito di PTFE con punta floppy radiopaca e cestello con anello radiopaco e corpo del filtro da esso indipendente in poliuretano, con adattabilità che consenta adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri.	10
82	Dispositivo di emostasi per accessi vascolari con sistema di ancoraggio riassorbibile costituito da un tappo di collagene	100
83	Dispositivo di emostasi per accessi vascolari costituito da un cerotto morbido non tessuto in biopolimero caricato positivamente. Tale sistema, di uso topico, velocizza l'emostasi e riduce i tempi di compressione manuale e meccanica, anche con sangue eparinizzato e senza fibrina.	300
84	Guide per misurazione di pressione (pressure wire)	50
85	cateteri per contropulsatore aortico compatibili con contropulsatore Arrow ACAT-ONE Plus	10

86	bombole di elio per contropulsatore aortico compatibile con contropulsatore Arrow ACAT-ONE Plus.	10
87	Kit completi per pericardiocentesi	20
88	Elettrodi adesivi trasparenti ai raggi X	5500

NO CAMPIONE

NO CAMPIONE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PER EMODINAMICA**

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di dispositivi per emodinamica, occorrenti all'Azienda USL 7 per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione o nel contratto.

Il contratto, però, potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla Ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la Ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

Il contratto potrà ugualmente essere rescisso, su esplicita volontà dell'Azienda, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di Convenzioni Consip S.p.A. o altre Convenzioni nazionali e/o regionali, di fornitura dei beni, oggetto del presente capitolato, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di alcun titolo.

Resta inteso che l'eventuale risoluzione del contratto dovrà avvenire in ogni caso al compimento di ciascuna annualità contrattuale, con preavviso di sessanta giorni da parte della ASL.

Il mancato preavviso comporta l'automatica prosecuzione del contratto per la successiva annualità e/o sino alla scadenza naturale.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

ART. 2

QUANTITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, entro il limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di buona fabbricazione ed alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonché alle norme di legge comunitarie e nazionali (Direttiva 93/42 CEE del 14.06.1993 ed il Decreto Legislativo di attuazione 24.02.1997, n° 46).

I requisiti tecnici vincolanti sono quelli indicati nel presente articolo.

I tipi e i quantitativi sottoriportati saranno assunti quale base di calcolo per la valutazione delle offerte economiche e l'appalto che si va ad espletare:

Si riportano di seguito i lotti di fornitura con le relative specifiche tecniche e i quantitativi annui presunti:

Lotti	Descrizione	Quantità
1	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo JL curva 3.5, 4, 4.5, 5 e 6, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	900
2	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo JR curva 3,5, 4, 5 e 6 , lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	900
3	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo AL curva 1, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	60
4	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo AL curva 2, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	60
5	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria sinistra tipo AL curva 3, lunghezza 100 cm, 5 e 6 F	30
6	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo AR mod 100 cm 5 e 6 F	60
7	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo AR curva 2 100 cm 5 e 6 F	60
8	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica per coronaria destra tipo <i>no torque right</i> 100 cm 5 e 6 F	60
9	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo MPA I 100 cm 5 e 6 F	60
10	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo MPA II 100 cm 5 e 6 F	60
11	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo CAS curva I 100 cm 5 e 6 F	60
12	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo CAS II 100 cm 5 e 6 F	100
13	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo IM 100 cm 5 e 6 F	60
14	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo LCB 100 cm 5 e 6 F	60
15	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo RCB 100 cm 5 e 6 F	60
16	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo <i>pig tail</i> 110 cm 5, 6 e 7 F	600
17	Cateteri diagnostici in poliuretano con anima metallica con rapporto di torsione 1:1, rivestimento antitrombogenico, punta atraumatica tipo <i>pig tail</i> angolato 145°-155° 110 cm 5, 6 e 7F	60
18	Kit completi (con miniguia da 45 cm) di introduttori arteriosi/venosi per accesso femorale o brachiale da 5, 6, 7 e 8 F 11 cm, con dilatatore vascolare di diametro interno da 0,38", con valvola emostatica e con anello per fissaggio a sutura e via laterale di lavaggio con rubinetto	1200

Lotti	Descrizione	Quantità
19	Kit completi (con miniguida ed ago) di introduttori arteriosi per arteria radiale da 5 e 6 F corto	400
20	Kit completi (con miniguida ed ago) di introduttori arteriosi per arteria radiale da 5 e 6 F lungo.	100
21	Introduttori arteriosi per a. femorale armato compatibile con guide 0,038" e diametri 5 o 5,5; 6; 7; 8 F (lunghezze 20-30-40-45 cm)	60
22	Introduttore arterioso con valvola emostatica e via laterale di lavaggio con rubinetto con dilatatore e guida a J 0,038" compresa nel kit Lunghezza 30-45-80 cm e da 5,6,7,8 F	40
23	Guide teflonate per cateterismo cardiaco (cm 145 -150) misura 0.035 J e dritta.	950
24	Guide teflonate di grosso calibro (cm 145 -150) misura 0.038 dritta	20
25	Guide teflonate di grosso calibro (cm 145 -150) misura 0.038 J	120
26	Guide teflonate lunghe (cm 270 - 280) 0,038" e 0,035"	20
27	Guide angiografiche rivestite da polimero idrofilo. Punta distale ben visualizzabile. Unica anima per buon controllo di torsione. Diametro 0,035" e 0,038" e lunghezze 145-180-260 cm.	60
28	Guide teflonate per cateterismo cardiaco (cm 145 -150) misura 0.018 dritta	5
29	Guide teflonate per cateterismo cardiaco (cm 145/150 fino a 260/300 cm) misura 0.025 dritta	5
30	Aghi angiografici ad elemento singolo con connettore Luer 18 G da 7 cm	1200
31	Prolunghe 1200 PSI con adattatore rotante, non armate da 120 cm per iniettore Mark V PRO VIS (Medrad)	600
32	Siringhe monouso da 200 cc per iniettore modello Mark V PRO VIS (Medrad)	600
33	Trasduttori di pressione monouso completi di cavo per essere compatibili con poligrafo Mennen e con contropulsatore ARROWS – ACAT ONE	600
34	Kit per iniezione mezzo di contrasto costituito da: 1 prolunga armata LLM-RA/LLF (cm 50 o meno); 1 prolunga B.P. LLM/F (cm 50 o meno); 1 rubinetto a 3 vie OFF LLM 180° (P. max 150 psi).	900
35	Adattatori rotanti luer-lock maschio, e maschio/femmina: per manipolazione cateteri onde evitare attorcigliamenti di prolunghe.	50
36	Siringhe monouso da 10-12 cc Luer-Lock maschio, trasparenti per iniezione di mezzo di contrasto.	2000
37	Siringhe monouso in plastica simil-vetro per la trasparenza, con impugnatura ad anelli e appoggio anatomico del palmo della mano; dotate di volume di almeno 10 cc con attacco luer lock maschio per iniezione di liquido di contrasto. Disponibilità di stop dello stantuffo ad 1 ml.	50
38	Kit per campo sterile costituito da: 1 telo biaccoppiato avvolgente grande che copra carrello madre; 1 Ciotola D = cm 31; 1 ciotola D = cm 11,5; 1 ciotola D = cm 9; 1 ciotola trasparente da 60 ml; 1 arcella graduata 700 cc; 2 spugna con manico; 1 bisturi lanceolato, a punta, con impugnatura lunga; pacco garze (40 pezzi) cm 10 x 10; 1 clip fermatelo; 3 cuffie copristrumento in PE (1 cm 75x90; 2 cm 110x110); 1 telo angiografico universale (per femorali) con bande laterali (dx e sin) trasparenti, porzione centrale assorbente e lunghezza almeno cm 320; 2 camici standard con 2 teli asciugamano; 2 teli assorbenti cm 40x60 cm;	700
39	Elettrocateri stimolatori temporanei bipolari 6F.	60

Lotti	Descrizione	Quantità
40	Elettrocateri stimolatori flottanti dotato di palloncino all'estremità e con lume per rilevazione della pressione tipo Swan-Ganz.	5
41	Cateteri a palloncino tipo Swan-Ganz 6-7F, con termistore per il calcolo della portata cardiaca.	40
42	Cateteri a palloncino tipo Swan-Ganz 6-7F, senza termistore per il calcolo della portata cardiaca.	20
43	Cateteri a palloncino tipo Swan-Ganz "angiografico"	5
	Angioplastica	
44	Rampe (manifold) con un adattatore rotante maschio e 4 ingressi femmine, tre vie e rubinetti OFF Luer Lock	300
45	Connettori a Y trasparenti con via coassiale e laterale. Valvola emostatica sulla via coassiale con apertura tipo ON-OFF, con prolunga laterale e rubinetto a tre vie OFF	300
46	Connettori a Y trasparenti con via coassiale e laterale. Valvola emostatica sulla via coassiale con apertura e chiusura con ghiera avvitabile.	50
47	Aghi introduttori per filo guida 0.014"	300
48	Manopole orientabili "torquer" per filo guida 0.014"	300
49	Sistemi di gonfiaggio manometrico per catetere dilatatore a palloncino + rubinetto a tre vie per alte pressioni. Monouso e sterile in materiale trasparente, pistone a vite, con tubo di collegamento flessibile e attacco Luer Lock .	300
50	Cateteri guida per angioplastica coronarica (PTCA) : con ampio lume interno il cui rivestimento deve permettere uno scorrimento agevole e senza frizioni dei device. Lunghezza 100 cm. Il catetere deve possedere la punta morbida, atraumatica e radiopaca ed inoltre deve possedere un'ottima memoria della curva preformata. Possibilità di acquistare le curve coronariche standard e ad alto supporto. No kinking. Rapporto torsione 1:1. Possibilità di acquistare anche cateteri guida con fori laterali. 5-6-7-8 F.	500
51	Catetere guida ad alto supporto tipo Voda" (curve sin, sin alto take off, e dx)	30
52	Filo guida per angioplastica coronarica ad elevato controllo di torsione (con risposta di torsione 1:1) con anima ad elemento unico dal tratto iniziale fino alla punta. Punta atraumatica e flessibile. Tratto distale con rivestimento lubrificante idrofilico, radiopaco per 3 cm di lunghezza. Diametro 0,014" e lunghezza 190 cm. Punta a J e dritta.	50
53	Filo guida per angioplastica coronarica con anima a due elementi. Punta atraumatica, flessibile e durevole conservazione della forma. Tratto distale radiopaco di 3 cm. Rivestimento idrofilico polimerico. Supporto intermedio. Diametro 0,014" e lunghezza 190 cm. Punta a J e dritta.	400
54	Filo guida per angioplastica con le medesime caratteristiche del lotto 53, ma con elevato supporto, estremità distale ad elevato controllo di torsione e tratto radiopaco di 4.5 cm.	30
55	Prolunghe adattabili alle guide descritte al lotto 51,52,53,54 del diametro di 0,014" e della lunghezza di 145 cm	20
56	Filo guida per angioplastica con supporto differenziale per attraversamento di strutture anatomiche semplici. Anima unica con tre gradi di rastrematura e tratto distale avvolto in materiale radiopaco e biocompatibile per tre cm. Deve essere disponibile anche con la configurazione con markers radiopachi di dimensione nota per la misurazione della lunghezza delle lesioni. Diametro 0,014" e lunghezza 195 e 300 cm.	50

Lotti	Descrizione	Quantità
57	Filo guida per angioplastica coronarica ad elevato controllo di torsione (con risposta di torsione 1:1) con anima ad elemento unico dal tratto iniziale fino alla punta e tratto distale con rivestimento idrofilico polimerico per un accesso agevole alle lesioni, radiopaco per 3 cm e marker in oro di 2 mm per una migliore visibilità e misurazione della lesione. Tale guida deve possedere vari gradi di supporto e in particolare extrasupporto per occlusioni croniche totali. Diametro 0,014" e lunghezza 190 e 300 cm. Punta dritta e punta a J e di prolunga della guida.	50
58	Filo guida per PTCA costituito da filo in acciaio a corpo unico ricoperto da polimero idrofilico protettivo ad alta resistenza, anti attrito, per l'attraversamento di lesioni strette e complesse. Supporto leggero e moderato. Diametro 0,014". Lunghezza di 185 cm e 300 cm. Possibilità di punta a J o dritta e di prolunga della guida.	100
59	Catetere a palloncino per angioplastica coronarica semicompiante monorail e "over the wire" con le seguenti caratteristiche: tutte le aree di giunzione devono essere saldate al laser per avere profili estremamente bassi e nessun gradino. Punta saldata al laser per una maggiore flessibilità e robustezza e basso profilo. Materiale del corpo distale del catetere che garantisca una migliore capacità di seguire le tortuosità e attraversare le lesioni. Doppio marker in oro pressato sul corpo catetere per un miglior profilo. Lung. 9-12-15-20-25-30. Diam. 1.5 (solo per lung. 15-20) – 2.0-2.25-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0. Compatibilità con filo guida 0,014".	250
60	Catetere a palloncino per angioplastica coronarica semicompiante monorail con le seguenti caratteristiche per un agile accesso alle lesioni più distali: punta distale soffice con basso profilo di ingresso. Pallone con rivestimento idrofilico. Doppio marker, in polimero contenente tungsteno per una migliore visibilità, agli estremi del pallone. Misure: lunghezza 8, 20, 25,30 mm con diametri da 1.5 a 4.0 mm; lunghezza 12,15 mm con diametro da 2.0 a 4.0 mm; Compatibilità con filo guida 0,014".	150
61	Cateteri a palloncino per angioplastica semicompiante, a scambio rapido (monorail), lunghezza 138 cm (escluso il palloncino), compatibile con filo guida 0,014". Basso profilo della punta. Lunghezze richieste: 6-12-15-20-25-30 mm. Diametri richiesti: da 1.5 a 4.0mm (con quarti di misura). Possibilità di praticare kissing balloon technique con 2 palloni in catetere guida da 6F.	150
62	Cateteri a palloncino per angioplastica monorail non complianti a basso profilo senza ipotubo, ma con anima metallica di supporto antipiegamento, gonfiabili ad alta pressione, con punta rastremata in materiale morbido, di diametro (da 1.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 9/10 mm a 30 mm) con doppio marker per un corretto posizionamento. Compatibilità con guida 0.014".	50
63	Catetere dilatatore tipo "cutting - balloon" con meccanismo a doppia guida per dilatazione controllata a doppio binario. Markers radiopachi sulla pullwire.	20
64	Catetere dilatatore non complianti dotato di microlame (n° 3 per i diametri sino a 3.25 e n° 4 per i diametri 3.5-4.0) che incidono la placca annullando il barotrauma della parete vasale, da utilizzare nelle lesioni resistenti, piccoli vasi, biforcazioni e lesioni fibrotiche. Lunghezza aterotomi 6- 10-15. Diametro pallone 2.0-2.5-2.75.-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0.	30
65	Endoprotesi vascolari in acciaio inox medicale tipo 316 L con nuovo design "bi-axial" per fornire equilibrio tra flessibilità e forza radiale. Premontato su pallone da PTCA. Lunghezze 8-12-16-20-24-28-32 mm, diametri 2,25-2,5-2,75-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 mm	130

Lotti	Descrizione	Quantità
66	Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cobalto, modulare con struttura a singoli elementi sinusoidali. Non magnetico. Elevata resistenza radiale. Lunghezze 8-12-14-18-24 mm, diametri 2,25 - 2,5 - 2,75 mm. Premontato su palloncino da PTCA . Markers prossimalmente e distalmente allo stent. Minimo grado di recoil, limitato accorciamento. Elevata flessibilità longitudinale. Protezione accesso ai rami collaterali.	50
67	Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cobalto, modulare con struttura a singoli elementi sinusoidali. Non magnetico. Elevata resistenza radiale. Lunghezze 9-12-15-18-24-30 mm, diametri 3,0-3,5-4,0-4,5 mm. Premontato su palloncino da PTCA . Markers prossimalmente e distalmente allo stent. Minimo grado di recoil, limitato accorciamento. Elevata flessibilità longitudinale. Protezione accesso ai rami collaterali.	100
68	Endoprotesi vascolari coronariche realizzate in acciaio inossidabile 316L ricavato da un singolo cilindro tagliato con laser. Deve avere flessibilità, elevata conformabilità ed una copertura ideale delle pareti vasali. Stent premontato su palloncino semicompiante con spalla corta. Presenza di markers radiopachi in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilità con filo guida 0,014". Lunghezze 8-13-18-23-28 mm, diametri da 2,25 a 2,5 mm.	50
69	Endoprotesi vascolari coronariche realizzate in acciaio inossidabile 316L ricavato da un singolo cilindro tagliato con laser. Deve avere flessibilità, elevata conformabilità ed una copertura ideale delle pareti vasali. Stent premontato su palloncino semicompiante. Presenza di markers radiopachi in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilità con filo guida 0,014". Lunghezze 8-13-15-18-23-28-33-38 mm, diametri da 2,75 a 4,0 mm.	100
70	Endoprotesi vascolari coronariche realizzate in acciaio inossidabile 316L ricavato da un singolo cilindro mediante intaglio al laser . Deve avere flessibilità e conformabilità con ridotta superficie non supportata per una maggiore copertura delle pareti vasali caratteristica necessaria in una lesione da bypass venoso. Stent pre-montato su un palloncino con markers radiopachi posti in posizione prossimale e distale allo stent. Compatibilità con filo guida 0.014". Lunghezze di 13-18- 28- 38mm, diametri da 4.5-5.0mm (espandibile fino a 5.5mm).	50
71	Endoprotesi coronariche in acciaio inossidabile slotted tube con ricopertura in ProBio; catetere ipotubo compatibile con cateteri guida 5F. Premontato su pallone semicompiante. Maglia dello stent con radiopacità maggiorata alle estremità. Possibilità di scelta per vasi di normali dimensioni (da 2,5 a 4 mm di diametro), che per i piccoli vasi (diametri di 2,00; 2,25; 2,5 mm) ed i grandi vasi (diametri da 4,5 a 5 mm). Tutte le lunghezze disponibili.	100
72	Endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) ricavate da un singolo tubo mediante taglio laser con disegno che conferisca flessibilità senza limitare la trukability, rivestito di phosphoricolina e pertanto altamente emocompatibile, premontato su pallone a miscela di nylon con profili contenuti.	40
73	Endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di PACLITAXEL premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.25 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 32 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".	60

Lotti	Descrizione	Quantità
74	Endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) rivestite di SIROLIMUS premontate su palloni a basso profilo, di diametro (da 2.5 mm a 4.0 mm) e lunghezza variabile (da 8 mm a 23 mm). Presenza di markers sul pallone all'estremità dello stent per un corretto posizionamento. Ottimale flessibilità, conformabilità, radiopacità e facile accesso ai collaterali. Compatibilità con guida 0.014".	460
75	Endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) ricavate da un singolo tubo mediante taglio laser, rivestito di phosphorilcolina, precaricato con dexamethasone. Facile accesso ai collaterali.	20
76	Endoprotesi vascolari coronariche metalliche (stent) tubolare, in nitinol, autoespandibile, rivestito di due strati di ePTFE tubolari con sistema di posizionamento tipo Monorail, con marker radiopachi per il corretto posizionamento, di diametro (4-5mm) e lunghezza (da 20 a 45 mm) variabili. Sistema di bloccaggio per evitare il rilascio involontario. Compatibilità con guida 0.014".	10
77	Catetere multifunzione atto allo scambio della guida , misurazione distale delle pressioni e infusioni distali. Lunghezza superiore a 130 cm	50
78	Dispositivo atto al recupero di frammenti di cateteri o stent nell'albero vascolare costituito da filo guida con memoria di curva dotato di loop terminale e con diametri dell'ansa , lunghezze e frenchiaggio variabili.	5
79	Dispositivo atto al recupero di frammenti di cateteri o stent nell'albero vascolare costituito da catetere in nylon radiopaco e dotato di ansa metallica manovrabile dall'esterno per poter aprire e chiudere il prensile.	5
80	Sistema di occlusione distale con aspirazione dei trombi costituito da: filo guida per angioplastica di diametro 0.014" con palloncino distale (profilo massimo 0.028") idoneo ad occludere il flusso ematico in vasi di diametro compreso tra 2mm e 5mm. Siringa di gonfiaggio-sgonfiaggio millimetrata per la determinazione esatta del diametro di espansione finale del palloncino. Il sistema viene completato da un catetere di aspirazione e da una siringa con sistema di creazione/mantenimento "vuoto" per rimuovere eventuali trombi o frammenti rilasciati durante procedure di angioplastica e stent.	10
81	Sistema di protezione d'organo da utilizzarsi per ridurre il rischio embolico durante procedura di angioplastica costituito da un filo guida in acciaio da 0,014" rivestito di PTFE con punta floppy radiopaca e cestello con anello radiopaco e corpo del filtro da esso indipendente in poliuretano, con adattabilità che consenta adeguata apposizione alle pareti anche per vasi di differenti diametri.	10
82	Dispositivo di emostasi per accessi vascolari con sistema di ancoraggio riassorbibile costituito da un tappo di collagene	100
83	Dispositivo di emostasi per accessi vascolari costituito da un cerotto morbido non tessuto in biopolimero caricato positivamente. Tale sistema, di uso topico, velocizza l'emostasi e riduce i tempi di compressione manuale e meccanica, anche con sangue eparinizzato e senza fibrina.	300
84	Guide per misurazione di pressione (pressure wire)	50
85	cateteri per contropulsatore aortico compatibili con contropulsatore Arrow ACAT-ONE Plus	10
86	Bombole di elio per contropulsatore aortico compatibile con contropulsatore Arrow ACAT-ONE Plus	10
87	Kit completi per pericardiocentesi	20

ART. 3
CAMPIONATURA ATTESTAZIONI ED ALLEGATI

Entro i termini fissati per la presentazione dell'offerta, al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato per l'ammissione alla gara, le ditte concorrenti devono produrre:

- 1) **Copia dell'offerta (senza prezzi)**, con i riferimenti ed i numeri relativi ad ogni lotto, e completa dei codici o marche di ogni prodotto offerto;
- 2) **Campionatura di ogni prodotto offerto** nella quantità di almeno n° 1 pz.; sui campioni deve farsi riferimento al lotto. Si chiede la campionatura per tutti i lotti **escluso il lotto 86 bombole di elio** per il quale è sufficiente la documentazione tecnica.
- 3) **Depliant e/o scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata, di ciascun prodotto offerto**, ove devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche richieste.
In ogni caso dal campione o dalle schede devono esser rilevabili i seguenti dati:
 - Ditta fabbricante, denominazione e sede
 - Confezionamento proposto
- 4) **Certificazione CE** per tutti i dispositivi medici offerti di conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
- 5) **Il presente Capitolato Speciale (con esclusione degli allegati 1, 1bisA, 1bisB) ed il Capitolato Generale debitamente** firmati e possibilmente timbrati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
- 6) **Autodichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità, pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità.

Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente negli allegati 1, 1bisA, 1bisB, al presente capitolato.

Le Ditte devono utilizzare l'allegato di proprio interesse, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.

L'allegato 1 deve essere utilizzato dalle Ditte individuali o dalle Società, Consorzi o Cooperative che partecipano all'appalto singolarmente.

Gli allegati 1bisA e 1bisB devono essere utilizzati dalle Ditte che partecipano all'appalto in associazione temporanea di impresa (ATI).

In tal caso l'allegato 1bisA deve essere utilizzato dalla Ditta mandataria capogruppo.

L'allegato 1bisB deve essere utilizzato da ciascuna Ditta "mandante" costituente l'ATI o il consorzio provvisorio.

Relativamente a ciascuna Ditta costituente l'ATI deve essere individuata la tipologia di attività o fornitura di competenza.

Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia, possibilmente, le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.

L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale.

- 7) **Il modello GAP**, qui allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di ATI deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per "volume affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.

Si informa che la **cauzione provvisoria**, di cui all'art. 4 punto 3 del Capitolato Generale, **non è dovuta**.

Il mancato invio, anche di uno solo dei documenti e di parte o di tutta la campionatura richiesta, è motivo di esclusione della Ditta per l'intera gara oppure limitatamente per quei lotti carenti di documentazione o di campioni.

La busta contenente l'offerta economica, pena l'esclusione, non dovrà contenere altri documenti. La scheda, le dichiarazioni e la documentazione, richieste nel presente articolo (dal n° 2 al n° 7), non devono essere inseriti nella busta dell'offerta.

La busta dell'offerta e la documentazione richiesta dovranno essere messe dentro un altro plico più grande e di adeguato spessore, all'esterno del quale, oltre l'indirizzo, deve essere riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonché la dicitura: "Offerta per l'appalto di somministrazione di dispositivi medici e materiale per emodinamica".

Si specifica sin da ora che, in sede di gara, saranno escluse le offerte i cui campioni o schede tecniche non rispondono alle caratteristiche indicate dall'Azienda U.S.L.

Verranno ammessi alle successive fasi del procedimento di gara solo i lotti che presentino esaustiva documentazione.

Inoltre si fa presente che:

- a) i campioni, in caso di prova, non possono essere restituiti: pertanto gli stessi devono essere ceduti a titolo gratuito;
- b) i campioni delle Ditte aggiudicatrici rimangono depositati per tutto il periodo del contratto di fornitura al fine di verificare la conformità delle singole consegne agli stessi.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi al campione, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione il la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.

Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo sui nuovi campioni (che la Ditta aggiudicataria deve premunirsi di inviare) da parte della Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere, per ciascun lotto cui la Ditta concorre, i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle diverse Farmacie Ospedaliere dell'Azienda.

Si precisa che i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (incluso il costo del lavoro) e che, ai sensi della Legge 7 novembre 2000 n° 327, art. 1, comma 3, in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte, l'Azienda U.S.L. è tenuta a considerare i costi relativi alla sicurezza.

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura, così come indicato così come indicato nel precedente art. 2. Nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l'offerta per tutti i prodotti compresi nel lotto medesimo, pena l'esclusione limitatamente al lotto per il quale l'offerta risulta incompleta.

Ogni lotto è inscindibile.

Inoltre nell'offerta le ditte devono espressamente indicare:

- a) **il codice del prodotto offerto (corrispondente al campione e alla scheda tecnica);**
- b) **la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.**

Il prezzo di questa aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

ART. 5

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata, per singolo lotto, in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art. 19 punto 1b D.L. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98) per il lotto stesso, tenuto conto del prezzo e della qualità del materiale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati al prezzo ed alla qualità:

- a) **prezzo:** **punti 50**
b) **qualità:** **punti 50**

I suddetti elementi saranno valutati come segue:

a) **prezzo:** i 50 punti saranno attribuiti alla Ditta che presenta il prezzo più basso; ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 50, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{\text{X (minor prezzo)} \times 50}{Y}$$

b) **qualità:** alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti **50**
che si ottengono dalla somma dei seguenti parziali:
- qualità del materiale in relazione all'utilizzo del dispositivo richiesto (set, Kit o altro) fino a punti **20**
- funzionalità, completezza, confezionamento del dispositivo set o Kit richiesti, in relazione all'utilizzo finale del bene richiesto fino a punti **30**

Il lotto, per il quale la Ditta non raggiunge il punteggio minimo di qualità, relativo all'insieme delle caratteristiche tecnico-qualitative, corrispondenti ai 30/50 del massimo punteggio totale, non sarà ammesso alla gara.

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.

Il giudizio di idoneità sarà espresso da un'apposita Commissione tecnica.

Il giudizio di idoneità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica:

- la Commissione, infatti, procede in seduta pubblica all'esame della documentazione ed all'ammissione delle Ditte alla successiva fase della gara;
- la Commissione procederà poi, in seduta privata, all'esame e alla valutazione tecnica della campionatura e documentazione tecnica presentata dai concorrenti;
- in seduta pubblica, avverrà l'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata.

In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Tuttavia, l'Azienda potrà non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.

Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti.

ART. 6

STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a €.10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

ART. 7

CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda USL 7.

Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco.

La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di gg. 15 dalla data di ricevimento dell'ordine.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.

Sarà rifiutato, pertanto la Ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

Il materiale consegnato deve corrispondere ai campioni forniti ed alle schede tecniche presentate.

ART. 8

MODALITA' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dai Servizi di Farmacia dell'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.

La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.

Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banca Popolare di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine s'intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).

Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura".

Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 9

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate agli artt. 2 (allegato) e 3 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto dal Capitolato Generale.

In tal caso l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.

In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

ART. 10

CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, al campione offerto, al depliant e schede tecniche presentate, ed ai codici riportati in offerta (sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi di qualità), l'Amministrazione li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato Generale.

Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 11

INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s'intendono modificate come segue:

- A) per consegne effettuate oltre il termine dei 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine (precedente art. 7), ma entro il termine di 30 giorni lavorativi (sempre dalla data dell'ordine), sarà applicata una penale di € 26,00 (diconsi euro ventisei/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;
- B) per consegne effettuate dopo i 30 giorni, e per ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di adire alla disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all'incameramento della cauzione definitiva e con l'automatica cancellazione del fornitore dall'Albo dei fornitori per anni cinque.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all'Azienda, e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell'Azienda, della ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali.

ART. 12

NOTIFICHE – CONTENZIOSO

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

La ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Cagliari.

E' fatto assoluto divieto di ricorrere all'arbitrato.

ART. 13

NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

ALLEGATO 1**(Modello da utilizzare in caso di partecipazione singola)****AUTODICHIARAZIONE**
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di *(titolare o rappresentante legale)* _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati *(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)*:

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- attività esercitata *(specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta)* _____
- forma _____ giuridica della Ditta concorrente *(indicare la forma giuridica)* _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono *(indicare nominativi ed esatte generalità)*, nonché poteri loro conferiti *(in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)*: _____

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello **(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)** Registro prefettizio _____ Schedario generale della cooperazione _____e concorre - partecipando come consorzio - per le seguenti Ditte consociate *(indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta)*: _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
 - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
 - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) non partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI) o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in ATI o consorzio;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
 - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
 - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni *(la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante)*:
 - [1]** non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 - [2]** non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [3]** ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - [4]** ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- y) non sussistono a suo carico:

- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (descrizione delle attività o forniture in subappalto) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____
(ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- cc) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- dd) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ee) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- ff) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

(Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e cc) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", dd) "fornitura apparecchiature" ed ee) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

ALLEGATO 1 bis - A**(Modello da utilizzare dalla
Capogruppo/mandataria in caso di ATI)****AUTODICHIARAZIONE**
(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di *(titolare o rappresentante legale)* _____ della
ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____

costituita Capogruppo dell'Associazione temporanea di imprese (ATI), in capo alla quale insiste la parte di
fornitura/servizio di _____, composta da:

1. Ditta: _____
con sede a _____ via _____, C.F. _____
alla quale è affidata la fornitura/servizio di _____
2. Ditta: _____
con sede a _____ via _____, C.F. _____
alla quale è affidata la fornitura/servizio di _____
3. Ditta: _____
con sede a _____ via _____, C.F. _____
alla quale è affidata la fornitura/servizio di _____

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del
medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale
delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati *(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati
d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)*:

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- attività esercitata *(specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta)* _____
- forma giuridica della Ditta concorrente *(indicare la forma giuridica)* _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono *(indicare nominativi ed esatte generalità)*, nonché poteri loro conferiti *(in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)*: _____

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello **(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)** Registro prefettizio _____

2) Schedario generale della cooperazione _____
e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta): _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____

C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____

- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adottata dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
 - non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
 - non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
 - si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
 - concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante):

- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- y) non sussistono a suo carico:
- le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (descrizione delle attività o forniture in subappalto) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____ (ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
- ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 - ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

 (Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- E' inoltre motivo di esclusione la mancata produzione della dichiarazione da parte delle Ditte Mandanti di cui al Fac-simile Allegato 1bis-B
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi. Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

ALLEGATO 1 bis - B**(Modello da utilizzare da ciascuna
Ditta mandante in caso di ATI)****AUTODICHIARAZIONE****(artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445)**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____ n° _____

C. F. _____, in qualità di *(titolare o rappresentante legale)* _____

della ditta _____

con sede a _____ CAP _____, via _____

C.F. _____ Part.IVA _____ Telef. _____ Fax _____

in qualità di Ditta Mandante, relativa alla parte di fornitura/servizio di _____

costituitasi in Associazione temporanea di imprese (ATI) con la Mandataria "Capogruppo" della Associazione _____ temporanea di imprese (ATI),
 Ditta _____ avente sede a _____,
 in via _____ n. _____ C.F. _____

rappresentata dal Sig. _____

ai fini dell'ammissione all'appalto indetto dall'Azienda USL n. 7 di Carbonia per la fornitura di _____

valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR suddetto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR, ed informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, che:

- la raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l'esclusiva finalità di consentire un regolare svolgimento della gara e saranno trattati in modo lecito, in base al principio di correttezza e comunque nel rispetto della legge 675/96;
- la raccolta dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'adempimento delle disposizioni contenute nei capitolati di gara;
- la mancata trasmissione dei dati personali rende nulla la presente dichiarazione;
- i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi previsti o imposti dalla legge secondo le modalità dettate;
- il sottoscritto, titolare dei dati personali, dispone delle facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/69;
- il titolare del trattamento dei dati, per tutti i fini di legge, è: Azienda U.S.L. 7, via Dalmazia 83, 09013 Carbonia (CA)

DICHIARA

che la Ditta sopra individuata

a) è in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio di _____ o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane ed attesta i seguenti dati *(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo e Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)*:

- numero d'iscrizione: _____
- data di iscrizione _____
- durata della Ditta/data termine: _____
- attività esercitata *(specificare ed evidenziare quanto coerente con la tipologia di fornitura relativa al lotto o ai lotti per cui si intende presentare offerta)* _____
- forma giuridica della Ditta concorrente *(indicare la forma giuridica)* _____
- organi di amministrazione, persone che li compongono *(indicare nominativi ed esatte generalità)*, nonché poteri loro conferiti *(in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)*:

b) in caso di Cooperative o di Consorzio di Cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello **(barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione)**

1 Registro prefettizio _____

2 Schedario generale della cooperazione _____

e concorre – partecipando come consorzio – per le seguenti Ditte consociate (*indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta*): _____

e in caso di aggiudicazione l'appalto sarà affidato alla propria Consociata _____;

- c) autorizza il sottoscritto a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta offerente con sede a _____ CAP _____, via _____ n° _____
C.F. _____ Part.IVA: _____ Telef. _____ Fax _____
- d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19/03/1990, n. 55;
- f) non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di cessazione o di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di non avere presentato domanda di concordato e di non essersi verificate procedure di fallimento e concordato nell'ultimo quinquennio anteriore la data fissata per la gara d'appalto, né di averle in corso;
- g) nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotta dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
- j) non si è resa inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
- k) non si è resa colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti;
- l) non si è resa colpevole di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) nell'esecuzione di forniture affidate dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia:
- non si è resa inadempiente circa gli obblighi derivanti dalle aggiudicazioni di pubbliche forniture,
- non ha commesso grave negligenza o malafede;
- n) è in grado di effettuare la fornitura/servizio oggetto di appalto, e possiede la capacità economica e finanziaria, i mezzi, l'organizzazione e le attrezzature adeguate ad assicurare, con diligenza e puntualità, gli adempimenti contrattuali ed il regolare svolgimento delle forniture/servizio in appalto;
- o) non si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive integrazioni e modificazioni;
- p) ha preso visione, tramite i propri rappresentanti, dei locali, delle attrezzature/apparecchiature ed impianti, nonché di tutte le altre circostanze e situazioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, come ogni altro elemento utile per la formulazione dell'offerta, che possono avere influito e che possano influire sulla determinazione del prezzo e di conoscere ed accettare tutte le condizioni, generali e speciali, che regolano la realizzazione dell'appalto, ritenendo remunerativa l'offerta economica praticata;
- q) ha preso piena e totale cognizione della documentazione di gara ed accolto tutte le condizioni contrattuali previste dal capitolato speciale d'appalto e riconosce che il contenuto della documentazione, delle specifiche tecniche e del capitolato speciale d'appalto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara, accettandole integralmente, senza riserva alcuna, anche in ossequio al disposto degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- r) considera incluso nell'importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla lettera di invito, dalle specifiche tecniche e dal capitolato speciale d'appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- s) si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare alle Aziende sanitarie contraenti o a terzi durante l'esecuzione dell'appalto e per effetto di questo;
- t) non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- u) partecipa alla gara in associazione temporanea di impresa (ATI), impegnandosi a non partecipare alla medesima in qualunque altra forma individuale e/o associata;
- v) si impegna a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di assegnazione dell'ordine, a non compiere azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
- w) in caso di aggiudicazione:
- si impegna a sottoscrivere gli atti contrattuali, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge;
- concorda che, ai sensi del 1 comma dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 23, eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti sono dovuti nella misura legale;
- x) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999 n°68, ed attesta, ai sensi dell'art. 17 della citata Legge, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (*la Ditta, pena l'esclusione, deve apporre una crocetta in uno dei quattro punti sottostanti, o in alternativa deve presentare una dichiarazione a sé stante*):

- [1] non è soggetta alla normativa, in quanto con meno di 15 dipendenti;
 [2] non è soggetta alla normativa, in quanto, pur compresa tra 15 e 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 [3] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto, compresa tra 15 e 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 [4] ha ottemperato all'obbligo di legge, in quanto con più di 35 dipendenti;
- y) non sussistono a suo carico:
 - le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
 - l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.
- z) intende far ricorso al subappalto, secondo le norme vigenti, affidando le seguenti attività o forniture (descrizione delle attività o forniture in subappalto) _____, per un valore pari al 30% del totale dell'appalto (a discrezione del dichiarante possono essere indicati, in questa sede, i dati relativi alla Ditta in subappalto: ragione sociale, codice fiscale-partita I.V.A., indirizzo etc...);
- aa) dispone di ulteriori sedi in _____ via _____ (ripetere tante volte quante sono le sedi)
- bb) dispone della seguente organizzazione:
 ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
 ★ n. _____ dipendenti con qualifica di _____
- cc) che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a costituire formalmente l'ATI e si conformerà alla disciplina di cui all'art. 10 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n° 358, obbligandosi a produrre, prima della stipula contrattuale, formale atto notarile conforme alla presente dichiarazione;
- dd) nell'eventualità che ne sussista la fattispecie, si trova nelle condizioni di poter stipulare contratti di appalto per servizi non soggetti alla disciplina dell'art. 3 della Legge 23/10/1960 n. 1369 e di produrre, in caso di aggiudicazione, apposita certificazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro;
- ee) relativamente alla fornitura di apparecchiature, garantisce la fornitura di ricambi originali per la durata di anni 10 (dieci) dalla data di appalto e si impegna a sottoscrivere contratto di manutenzione integrale e quinquennale che consenta il mantenimento dei requisiti di legge secondo le condizioni previste nel Capitolato Speciale;
- ff) nella circostanza in cui l'appalto preveda l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche e di installazione, queste saranno effettuate secondo le norme vigenti, mediante personale in regola con gli specifici Contratti di Lavoro, con le norme assistenziali e previdenziali e sotto la propria responsabilità;
- gg) se richiesto dal Capitolato Speciale, si impegna a produrre, in caso di aggiudicazione, il piano di sicurezza in adempimento alle normative vigenti, ovvero alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale di appalto.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il lotto unico, pur nella eventualità che comprenda più beni, non è scindibile.

Letto, approvato e sottoscritto

_____ li _____

Il Dichiarante

 (Timbro e firma leggibile)

N. B.:

- Pena l'esclusione, la presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante e deve essere resa da ciascuna Ditta "Mandante" costituente l'ATI.
- In caso di sottoscrizione da parte di procuratore "ad negotia", pena l'esclusione, deve essere allegata anche originale o copia autentica della Procura notarile.
- La mancanza, tra i documenti prodotti, della presente autodichiarazione, come anche l'incompletezza della sua compilazione, sarà motivo di esclusione della Ditta partecipante alla gara.
- Il presente modello "Fac simile" è solo orientativo. La dichiarazione deve essere eventualmente integrata da ulteriori specifiche richieste previste dal Capitolato Speciale.

Possono essere omesse, se non sussistono i presupposti di necessità, le dichiarazioni contenute nelle lettere b) "consorzio", z) "subappalto" e dd) "Legge 1369/60", questa ultima dovuta per i servizi.

Si consiglia, per evitare errori interpretativi, di rendere comunque le dichiarazioni contenute nelle lettere e) "divieto intestazione fiduciaria", ee) "fornitura apparecchiature" e ff) "esecuzione opere edili ed impiantistiche".

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE		
	Partita Iva (*)	
Ragione sociale (*)		
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)		Prov (*)
Sede legale (*)		CAP/ZIP
Codice attività (*)	Tipo Impresa (*) Singola <input type="checkbox"/>	Consorzio <input type="checkbox"/>
Ragg. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>		
Volume affari	Capitale sociale	Tipo Divisa Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>

N.B.

- 1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
- 2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

li

Il Dichiarante

(Timbra e firma leggibile)

Documento composto di
n° 34 pagine

Joges

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n° 9 DTC. 2004

N. *2715* DEL

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

