## Servizio Sanitario Regione Sardegna

## Azienda U.S.L. nº 7

Carbonia	Ca.	rbc	n	ia	
----------	-----	-----	---	----	--

			Deliberazione nº	<u> </u>
adottata da Direttore Generale in data	2 5 GEN.	2005		
adottata da Bilottoro Cortorato in adia ,		·····	<del></del>	

Oggetto: Acquisto Ventilatore amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del PO CTO. Aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Draeger Medical Italia.

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:

## Richiamata

la Delibera nº 1797 del 29.07.2004 con la quale l'Azienda ha ratificato i verbali, in data 12.07.2004 e 26.07.2004, della commissione di aggiudicazione della trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento della fornitura di n° 1 ventilatore amagnetico per il Servizio di RMN del PO CTO:

#### Atteso

che:

- Con il surrichiamato atto l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione provvisoria con riserva in favore della Ditta Draeger Medical Italia per la fornitura di nº 1 Ventilatore per anestesia amagnetico Titus MRI - con carrello - Ventilog C MRI - PM 8050 MRI a € 36.000,00 + IVA 20%;
- L'aggiudicazione definitiva era subordinata alla verifica in vivo dell'apparecchiatura oggetto di affidamento provvisorio;

Visto

il verbale della commissione di aggiudicazione in data 16.12.2004, concernente la verifica in vivo dell'apparecchiatura in argomento;

Preso atto

che la commissione ha sciolto positivamente la riserva in favore della Ditta Draeger Medical Italia:

Dato atto

che, nelle more di ratifica del succitato verbale, la Ditta Datex Ohmeda, con nota Prot. ASL 291 del 10.01.2005, ha avanzato opposizione relativamente alla conformità dell'apparecchio oggetto di aggiudicazione provvisoria;

Preso atto

che in merito, la Commissione di aggiudicazione si è riunita in seduta privata in data 13.01.2005, redigendo apposito verbale;

Constatato

che la Commissione, dopo attento riesame della documentazione, ha confermato la proposta di aggiudicazione di cui ai precedenti verbali della Commissione medesima;

## Propone

di adottare apposito atto deliberativo che disponga l'aggiudicazione definitiva della fornitura del ventilatore amagnetico in favore della Ditta Draeger Medical Italia, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione in data 16.12.2004 e successivo verbale in data 13.01.2005;

## Il Direttore Generale

Dato atto

dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

# Servizio Sanitario Regione Sardegna Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

segue Deliberazione

86 del 25 GEN, 2005

### **DELIBERA**

## Per le motivazioni esposte in premessa

- di ratificare gli allegati verbali in data 16.12.2004 e 13.01.2005 della commissione di aggiudicazione per la fornitura di n° 1 ventilatore amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del PO CTO;
- b di disporre l'affidamento definitivo in favore della Ditta Draeger Medical Italia come segue:
  - n° 1 Ventilatore per anestesia amagnetico Titus MRI con carrello Ventilog C MRI PM 8050 MRI a € 36.000,00 + IVA 20%

di confermare, così come già disposto con Delibera n° 1797 del 29.07.2004, l'imputazione della spesa complessiva di € 43.200,00 IVA vigente compresa, sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale – disponibilità PP.II.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADDIA. Ventura / Www. Lu.

Il Direttore Generale

Dr. Emilio Simeone

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 86 del 25 GEN. 2005						
è stata pubblicata						
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7						
a partire dal 2 5 6EN. 2005 al <u>5 8 F.F.R.</u> 2005						
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi						
ed è stata posta a disposizione per la consultazione						
Il Responsabile del Servizio Affari Generali VINOSSIVO VINOSSIVO 1 3 10						

Resp.le Radiologia CTO

Resp.le Anestesia/Rianimazione S.Barbara

Allegati nº

Destinatari:

Bilancio

Acquisti

Collegio dei sindaci

**Controllo Gestione** 

## SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

## AZIENDA U.S.L. N°7

## CARBONIA (CA)

Oggetto:

Trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di n° 1 Ventilatore per anestesia amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del PO CTO.

Verbale di visità e sopralluogo.

Addì 16 del mese di dicembre dell'anno 2004 alle ore 12.00 nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 77/2004 del 30.06.2004, presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta come segue:

Dr. Antonio Farci

Componente

Dr. Carlo Montaldo

Componente

Sig.ra Alessandra Ventura

Segretario

per l'aggiudicazione definitiva, a seguito di verifica "in vivo", dell'apparecchiatura oggetto di fornitura e per la quale la Commissione medesima con verbale in data 26.07.2004 ha proposto l'aggiudicazione provvisoria con riserva in favore della Ditta Draeger Medical Italia.

## Premesso:

 che l'Azienda con atto n° 1797 del 29.07.2004 ha ratificato i verbali della commissione di aggiudicazione in data 12.07.2004 e 26.07.2004, disponendo contestualmente l'aggiudicazione provvisoria con riserva in favore della Ditta

1

Pledue

Draeger Medical Italia per la fornitura di n° 1 Ventilatore per anestesia amagnetico Titus MRI - con carrello - Ventilog C MRI - PM 8050 MRI a €.36.000,00 + IVA 20%;

- l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in vivo dell'apparecchiatura oggetto di offerta, per i quali i componenti tecnici la commissione di gara devono stilare apposita relazione tecnica che confermi la rispondenza dell'apparecchio;
- la Ditta Draeger Medical Italia, opportunamente interpellata, ha comunicato che l'apparecchiatura oggetto di aggiudicazione provvisoria, poteva essere visionata presso il Servizio di Risonanza Magnetica dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.

II Dr. Antonio Farci, per delega dei componenti la Commissione, in data 09.12.2004 si è recato nella struttura indicata dalla Ditta per la verifica "in vivo". In merito ha redatto apposita relazione, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante.

Il Dr. Farci dopo attento esame ha ritenuto che il ventilatore oggetto di aggiudicazione provvisoria corrisponde alle caratteristiche richieste per l'utilizzo in Risonanza Magnetica.

Per quanto sopra esposto la Commissione non può che far proprie le determinazioni del sanitario, componente tecnico incaricato della commissione, e pertanto scioglie la riserva in favore della Ditta Draeger Medical Italia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Glenauche Verling

# SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N° 7 – CARBONIA (CA)

Sede legale e Amministrativa Via Dalmazia – Carbonia

Carbonia, 10.12.2004

Alla c. a. Presidente Commissione Geom. Gerolamo Agulli.

Sede

Oggetto: Relazione verifica in vivo ventilatore per anestesia amagnetico "Titus MRI Ventilog CMRI - PM8050 MRI.

Il giorno 09.12.2004, presso il Servizio di Risonanza Magnetica del PO San Francesco di Nuoro, il sottoscritto, per delega della Commissione di gara, ha verificato l'apparecchiatura oggetto di aggiudicazione provvisoria pervenendo alle seguenti conclusioni:

- Le precisazioni della Ditta Draeger Medical Italia durante la trattativa corrispondono a quanto rilevato durante la verifica;
- Per quanto riguarda al PEEP, pur non essendo elettronica come richiesto, non influenza la funzionalità delle prestazioni del ventilatore;
- La concertina neonatale, come specificato dalla Ditta, è inclusa nella fornitura.

In definitiva, si ritiene che il ventilatore corrisponda alle caratteristiche richieste per l'utilizzo in Risonanza Magnetica.

Il Componente Tecnico la Commissione

Dr. Antonio Farci

## SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA

## AZIENDA U.S.L. N°7

## CARBONIA (CA)

Oggetto:

Verbale n° 4 della Commissione di aggiudicazione della trattativa privata ad offerte plurime per la fornitura urgente di n° 1 Ventilatore per anestesia amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del PO CTO.

Addì 13 del mese di gennaio dell'anno 2005 alle ore 12.00 nella sede della USL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 77/2004 del 30.06.2004, presieduta dal Geom. Gerolamo Agulli e composta come seque:

Dr. Antonio Farci

Componente

Dr. Carlo Montaldo

Componente

Sig.ra Alessandra Ventura

Segretario

La Commissione si è riunita a seguito della nota della Ditta Datex Ohmeda, Prot. ASL n° 291 del 10.01.2005, con la quale evidenzia che il ventilatore "Ventilog C MRI-PM8050MRI", per il quale la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Draeger Italia, non presente, le caratteristiche minimali richieste.

La commissione nel prendere atto di quanto suesposto procede ad un attento riesame della documentazione presentata.

Premesso che la commissione in prima seduta, dall'esame delle offerte pervenute rilevava che l'apparecchiatura offerta della ditta Datex Ohmeda presentava

Newbure

Ar M

caratteristiche perfettamente corrispondenti alle indicazioni fornite dall'Azienda, mentre l'apparecchiatura offerta dalla Ditta Draeger Italia presentava alcuni scostamenti dalle suddette indicazioni. In merito l'Azienda ha proceduto sia ad acquisire ulteriore documentazione per la valutazione (note Ditta Draeger Italia Prot. ASL 1630 del 13.07.2004 e Prot. ASL 1688 del 23.07.2004) sia mediante un esame dell'apparecchiatura in vivo, come risulta dal verbale in data 16.12.2004. La commissione esaminando l'opposizione oggetto del presente verbale, avanzata dalla Ditta Datex Ohemda relativamente all'apparecchiatura offerta dalla Ditta Draeger Italia, rileva quanto segue per ciascun punto sottolineato dalla Ditta

a) Contrariamente a quanto asserito dalla Ditta, l'apparecchio, anche se parzialmente, risulta controllato elettronicamente. La commissione, poiché il Capitolato non precisa quali siano le modalità del controllo elettronico, ritiene valido l'apparecchio.

come "mancata conformità":

- b) Non appare assolutamente veritiera l'asserzione della Ditta, in quanto l'apparecchiatura offerta permette la ventilazione per pazienti adulti, pediatrici e neonatali.
- c) Appare non pertinente l'asserzione che l'apparecchio non presenta le tecniche ventilatorie CMV; PCV; manuale e spontanea. L'invito di gara prevedeva di fatto la "possibilità" e non la "obbligatorietà. In ogni caso il Dr. Farci, sanitario utilizzatore, dichiara che l'apparecchio consente l'effettuazione di tali tecniche.
- d) La commissione accerta che l'apparecchio della Ditta Ditta Draeger presenta la Peep pneumatica e non elettronica.
- e) Non risponde al vero l'asserzione che l'apparecchio non permette l'alloggiamento di due vaporizzatori in quanto la Ditta Draeger attesta che

She we de the

J. M. M.

l'apparecchio include il posizionamento per un vaporizzatore in uso ed uno in parcheggio.

- f) Non appare pertinente l'asserzione che l'apparecchio non possiede l'allarme campo magnetico, atteso che, come da ulteriore dichiarazione della Ditta Draeger, essendo l'apparecchio completamente amagnetico, può essere posizionato anche in prossimità del nucleo, e pertanto non necessita di alcun allarme.
- g) Non appare peraltro pertinente l'indicazione di carenza di batteria interna, in quanto l'apparecchio offerto, operando mediante sistema pneumatico, quindi in carenza di alimentazione elettrica, non necessita di batteria.

Per concludere, dalla disamina degli elementi opposti dalla Ditta Datex Ohmeda, si evidenzia che l'unico elemento dell'apparecchio non perfettamente rispondente, che può assumere una certa rilevanza, è la presenza della Peep pneumatica anziché elettronica. In merito la commissione precisa che tale elemento, in considerazione della inconsistenza funzionale tra le due tipologie di Peep, appare non tale da comportare l'esclusione dell'apparecchio per mancata conformità.

La commissione peraltro evidenzia che, se l'affidamento fosse stato previsto sulla base del punteggio qualità/prezzo, sarebbe stata in grado di attribuire un differente punteggio alle due Ditte sulla base delle precisazioni e valutazioni anzidette, ma ribadisce, che trattandosi di gara al prezzo più basso, non rileva la possibilità di legittima esclusione dell'apparecchio offerto dalla Ditta Draeger Italia.

La commissione, consapevole dell'urgenza che riveste l'acquisizione dell'apparecchiatura oggetto di contestazione, ne propone pertanto l'acquisto urgente, per poter dare esecuzione agli esami RNM, confermando contestualmente la proposta di aggiudicazione di cui ai precedenti verbali della

) Value

commissione medesima.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

COMMISSIONE

IL SEGRETARIO

Plenaudre Venlung.




AZ. U.S.L. N°7 CARBONIA SERVIZIO ACQ. BENI E SE PERVENUTO

PROT

10/01/05

Now
Part of the
CE family



Spett. Azienda USL 7 Carbonia

Oggetto: Trattativa privata plurima per la fornitura urgente di n1 ventilatore per Anestesia amagnetico per il Servizio di Risonanza Magnetica del P.O. CTO. Vs.prot. n.2765 del 18 giugno 2004.

In riferimento al Vs. Verbale n.2 del 26 luglio 2004 in cui si "propone l'aggiudicazione provvisoria con riserva in favore della ditta Drager" che offre il ventilatore Titus MRI con carrello Ventilog C MRI-PM8050 MRI:

si porta a conoscenza della commissione di aggiudicazione che il ventilatore in oggetto NON presenta le caratteristiche minimali come evidenziato al punto n.2 della Vs. richiesta di preventivo-trattativa privata plurima relative al lotto unico n.1, e più precisamente il ventilatore offerto:

- NON è controllato elettronicamente
- NON permette la ventilazione per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- NON presenta le tecniche ventilatorie CMV; PCV; manuale e spontanea
- NON presenta la Peep elettronica
- NON permette l'alloggiamento di due vaporizzatori
- NON è completo di allarme per campo magnetico
- NON possiede batteria interná

Si chiede pertanto di non proseguire con l'aggiudicazione provvisoria in oggetto.

A Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti,

Segrate, 27 dicembre 2004-12-27

Nicola Rossi Business Arca Manage ALLEGAD ALLA DELIBERAZIONE

LI DIASTO DEL

MOSSIO DEL