

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n°7
Carbonia

Deliberazione n°

821

adottata dal Direttore Generale in data - 6 LUG. 2006

OGGETTO: Trattativa diretta per la fornitura di Strumento stimolatore nervino per U.O. di Chirurgia Pediatrica P.O. F.Ili Crobu - Affidamento a favore della Ditta FIAB

Su proposta del Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che:
- con delibera n° 654 del 26.05.06, veniva autorizzato l'acquisto a mezzo trattativa privata per la fornitura di n° uno stimolatore nervino necessario alla U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. F.Ili Crobu, a seguito di richiesta specifica del Resp.le Pediatria P.O. F.Ili Crobu;

Atteso che in esecuzione del succitato atto, con nota prot. n°2096 del 05.05.06, è stata inviata richiesta di preventivo alla Ditta FIAB, quale unica Ditta fornitrice di quanto richiesto;
- entro il suddetto termine la Ditta ha inviato la propria offerta;
La Ditta ha offerto quanto richiesto;

PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs.358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della ditta succitata;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile de Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

➤ Di disporre a seguito di trattativa diretta la fornitura in favore della Ditta FIAB, la fornitura di :

N°1 STIMOLATORE NERVINO cod. F1745 NEUROPACER – completo di elettrodo attivo ed ago di riferimento – conf. da 10 unità indivisibile € 50,00 + IVA 20%

totale fornitura € 500.00, + IVA 20%

CF

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n°7
Carbonia

segue deliberazione 821 del

6 LUG. 2006

- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura delle articolazioni organizzative utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- Di imputare la spesa complessiva di **€ 500,00 oltre l'IVA 20%**, sulla classe di costo 420100009 del piano dei conti aziendale bilancio di competenza ;

10/07/06


Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/ A. FODDIS

ADD/RTiddia



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n°7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 821 del -6 LUG. 2006


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal -6 LUG. 2006 19 LUG. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
D.ssa M.T. Garau



Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Responsabile Ufficio Centralizzato ordini Farmacia

Responsabile Area Funzionale Farmacia Ospedaliera

Servizio Farmacia P.O. F.lli Crobu

Dr. S. Licciardi

FL/COMM/368
09 GIUGNO 2006

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE 7
Servizio Acquisti
Via Dalmazia
09013 - CARBONIA

Oggetto: offerta per la fornitura di STRUMENTO STIMOLATORE NERVINO per U.O.
Chirurgia Pediatrica P.O. F.lli Crobu

Il sottoscritto Alberto Calabrò nato a Firenze il 03 Settembre 1964 e residente a Vicchio - Via Piazzano 55 legale rappresentante della società FIAB SpA con sede legale in Vicchio (FI) Via P. Costoli n. 4 - codice fiscale e P.IVA 01835220482 - Sede dell'Imposte Dirette: Borgo San Lorenzo (FI) Iscritta all'albo fornitori della regione Toscana al n. 21507 - avendo ricevuto la lettera di invito di cui all'oggetto presenta offerta per quanto segue:

PRODOTTI ORIGINALI FIAB

nr. 1 STIMOLATORE NERVINO
ns. cod. **F 1745 - NEUROPACER** - Stimolatore nervino autoalimentato sterile completo di elettrodo attivo ed ago di riferimento. Confezione indivisibile da 10 unita'.
Prezzo Unitario € 50.00 (cinquanta) + IVA


In allegato si rimette quanto segue:

- ❖ scheda tecnica del prodotto offerto
- ❖ Dichiarazione di Conformità CE
- ❖ lettera di invito debitamente controfirmata

In fede

FIAB SpA


Consigliere Delegato
Alberto Calabrò



50 €

NEUROPACER


STIMOLATORE NERVINO MONOUSO STERILE DISPOSABLE STERILE NERVE STIMULATOR



NEUROPACER è un dispositivo monouso, sterile, alimentato a batteria. È stato progettato per l'identificazione di nervi motori esposti durante operazioni chirurgiche al fine di ridurre il rischio di danno accidentale. Neuropacer è indicato in particolare nella chirurgia della testa, del collo, della mano e in chirurgia plastica. Il dispositivo è completo di sonda (elettrodo attivo) e ago di riferimento sottocutaneo. È provvisto di un sistema di sicurezza per l'attivazione del dispositivo solo prima dell'uso. La corrente di tipo alternato pulsato permette una stimolazione efficace e sicura.

NEUROPACER is a sterile battery operated disposable device. It has been developed for identification of exposed motor nerves during microsurgery operations to avoid risks of unwanted damages. Neuropacer is particularly indicated for plastic surgery and surgery of the head, neck and hands. The device is supplied complete with an active electrode and a subcutaneous reference needle. A safety system permits the activation of the device only immediately before use. An alternating and pulsating current guarantees a safe and effective stimulation.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO – MODEL	F1745
CONDIZIONI D'USO – CONDITION FOR USE	Funzionamento continuo - <i>Device for continuous functioning</i>
USCITA A VUOTO – NO LOAD OUTPUT	 <p>TOLLERANZA / TOLERANCE: ±10%</p>
CORRENTE MASSIMA DI CORTO CIRCUITO MAX SHORT CIRCUIT CURRENT	0,6 mA ± 10%
ALIMENTAZIONE – POWER SUPPLY	2 batterie D357H da 1,5 V – 2 D357H 1,5 Volt batteries
LUNGHEZZA – LENGTH	150 ± 2 mm
DIAMETRO – DIAMETER	18 ± 0,5 mm
ANGOLO DELLA SONDA ACTIVE ELECTRODE ANGLE	30° ± 15%
DIAMETRO PUNTA SONDA DIAMETER ACTIVE ELECTRODE TIP	0,2 ± 0,05 mm
LUNGHEZZA DEL FILO + AGO LENGTH OF WIRE + NEEDLE	725 ± 30 mm
STERILIZZAZIONE – STERILISATION	Ossido di Etilene – ETO gas
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIA device EN 60601-1: Apparecchio ad alimentazione interna con parti applicate di tipo BF EN 60601-1: Internal supply device, type of applied parts BF

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Confezionato in blister singolo <i>Singly packaged in blister</i>
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	10 blister in scatola di cartone <i>10 blisters in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO E USO OPERATING, STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS	Temperatura: +0°C ++50°C – Umidità relativa: 20% + 80% <i>Temperature: +0°C + +50°C – Relative humidity 20% + 80%</i>
SCADENZA – EXPIRY	24 mesi dalla data di produzione - <i>24 months from production date</i>

52200040BR4F