

Deliberazione n. 1183

adottata dal Direttore Generale in data 17 NOV. 2006

Oggetto: *Autorizzazione cottimo fiduciario per la fornitura urgente di n° 1 Bilirubinometro per l'U.O. di Pediatria del PO F.Ili Crobu.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

- Vista** la nota del Resp.le dell'U.O. di Pediatria del PO F.Ili Crobu, Dr. G. Piras, Prot. 66/06 del 31.08.2006, con la quale chiede l'acquisizione urgente di n° 1 Bilirubinometro;
- Atteso** che la richiesta è motivata dalla necessità di dotare l'U.O. di un nuovo apparecchio, atteso che quello in dotazione è stato dichiarato fuori uso;
- Preso atto** della nota Prot. UOTS 50/2006 del 21.09.2006, con la quale il referente dell'U.O. Tecnologie Sanitarie – Consorzio Metis – Ing. C. Mura, propone la sostituzione dei bilirubinometri aziendali, dando la priorità a quelli presenti nei presidi ospedalieri di Iglesias;
- Preso atto** che il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole;
- Accertato** che per la tipologia della fornitura non si dispone di scorte di magazzino;
- Atteso** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;
- Ritenuto** urgente ed indispensabile garantire la fornitura al fine di assicurare la continuità dell'assistenza e non provocare l'interruzione del servizio;
- Tenuto conto** che la spesa presuntiva ammonta a circa € 4.000,00+ IVA di legge;
- Atteso** che i costi e i tempi di procedura non consentono il ricorso a pubblico appalto, per il quale dato l'importo della fornitura, si avrebbe solo un maggior esborso per l'Azienda;
- Rilevato** che l'acquisto di che trattasi può essere esperito legittimamente mediante una procedura negoziata;
- Visto** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, che testualmente recita " ...*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";
- Visto** inoltre, l'art. 44 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, che ammette il ricorso alla procedura negoziata per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi, al netto dell'IVA, non siano superiori a **€.103.291,37**;
- Rilevato** che per l'acquisto di che trattasi non risulta apposito finanziamento, né disponibilità alcuna sulle quote per le urgenze dei Piani di Investimento, e pertanto l'unica copertura finanziaria resterebbe quella del bilancio corrente;

Propone

sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/06 e l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998:

- L'adozione di regolare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto di n° 2 Cardiotocografi per l'U.O. di Ostetricia/Ginecologia del PO Sirai mediante la procedura del cottimo fiduciario, sulla base delle vigenti norme, ritenuti applicabili l'art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/06 e l'art 44 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98L'adozione 'indizione autorizzazione all'acquisto di n° 2 Cardiotocografi per l'U.O. di Ostetricia/Ginecologia del PO Sirai mediante la procedura del cottimo fiduciario;
- L'approvazione della lettera d'invito;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Ritenuto applicabile l'art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/06 e l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.1998;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- ▶ di autorizzare formalmente, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 44 del Regolamento di Contabilità Aziendale approvato con Delibera n° 1692 del 07.10.98, la procedura del cottimo fiduciario per la fornitura di: n° 1Bilirubinometro per l'U.O. di Pediatria del PO F.lli Crobu;
- ▶ di approvare l'allegato lettera d'invito;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata;
- ▶ di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 10.000,00 oltre l'IVA di legge sulla classe di costo 020300004 del piano dei conti aziendale – Bilancio di competenza;
- ▶ di dare atto l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP, in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/FODDIS

ADD/A. Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Baranu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1183 del 17 NOV. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 NOV. 2006 al 14 DIC. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia
U.O. Pediatria F.lli Crobu Iglesias
U.O. Pediatria (Responsabile Dott. Gian Piero Piras)
Tel. 0781/3922462 Fax 0781/3922538

Iglesias, 31.08.2006
Prot. n° 66/06

Al Direttore Generale ASL 7
Dr. Barranu

Al Direttore Amministrativo ASL 7
Dr. Salis

Al Direttore Sanitario ASL 7
Dr. Chessa

e.p.c. Al Resp. Ufficio Acquis. Beni

Oggetto: Richiesta acquisto Bilirubinometro.



Essendo stato dichiarato il fuori uso del bilirubinometro (Ditta Bertocchi) in dotazione all'U.O. Pediatrica del P.O. "F.lli Crobu" si chiede l'acquisto di una nuova apparecchiatura.

Il bilirubinometro, strumento di uso molto frequente ed utile particolarmente per seguire l'ittero dei neonati, permette la determinazione per via colorimetrica della concentrazione della bilirubina sierica.

Cordiali Saluti

Il Responsabile U.O. Pediatria
(Dr. G.Piero Piras)

Handwritten notes:
19/08/06
Dott. G. Piras
DIRETTORE SANITARIO
pendente
in data 27/9/06

12/17/06

Bertocchi S.r.l. Elettromedicali

Off. Amministrativo Magazzino Stabilimento: Via De' Beranzani, 8 a/b/c • 26100 CREMONA • Tel. 0372 471533
e-mail: commerciale@giacomobertocchi.it

Spett. le
AZIENDA U.S.L. N. 11 CARONIA
Distretto di Iglesias
Ufficio Assistenza Apparecchiature


C.A.: Sig. Alassai (no. 2) ASAS
Fax: 0781/392781

Cremona, 4 settembre 2006

Oggetto: Vs. prot. 126/17/06 del 27/08/06

Con la presente siamo a comunicare, in merito alla Vs. richiesta citata in oggetto, la non riparabilità dell'apparecchiatura OR 13 n. mat. 11733/98, causa vetustà della stessa ed usura dovuta al massiccio utilizzo per diversi anni.

A Vostra disposizione per quanto altro si rendesse necessario in merito, salutiamo cordialmente



Bertocchi S.r.l. Elettromedicali
Ufficio Commerciale

Berto Legales - Via Ansteto Rodano, 21 • 26100 CREMONA • Cap. soc. ED. 600.000 LV • Igit. C.C.I.A.A. CR 97499/97 • R.E.A. 148291/CR • P.Na 01145580165

Esclusivista prodotti: Giacomo Bertocchi s.n.o.
Cremona • Italy



Bertocchi S.r.l. Elettromedicali

Off. Amministrativo Magazzino Stabilimento: Via Da Baronzani, 9 a/p/o • 26100 CREMONA • Tel. 0372 471533 • Fax 0372 471533
e-mail: commerciale@giacomobertocchi.it

Spett. le
AZIENDA U.S.L. ... BRESCIA
Distretto di Iglesas
Ufficio Assistenza ...

C.A.: Sig. Alessandro ...
Fax: 0761/392321

Sede Legale: Via Andrea Barbano, 21 • 26100 CREMONA • Cap. soc. 20.000.000 I.V. • Iscr. C.C.I.A.A. CR 3742037 • R.E.A. 146291 CR • P.Iva 01146560185

Cremona, 4 settembre 2006

Oggetto: ns. comunicazione di non riparabilità data odierna


Con la presente siamo a trasmettere, facendo seguito alla ns. citata in oggetto, l'offerta di adeguamenti/aggiornamento tecnologico della Vs. apparecchiatura GB 13 A.

PROT N 232/P/06

Si tratta di intervenire sulla componentistica elettrica, elettronica e sulla struttura meccanica in modo da portare l'apparecchiatura ad assumere le caratteristiche tecniche ed estetiche del tutto simili al bilirubinometro mod. GB13/B nella configurazione base o in quella con stampante incorporata.
L'importo dell'intervento franco Vostro Ente, senza alcun onere aggiuntivo, è di € 2.200,00 per il bilirubinometro senza stampante, di € 2.600,00 per il bilirubinometro con stampante incorporato (il prezzo del bilirubinometro mod. GB 13/B nuovo è di € 4.100,00 senza stampante, di € 4.500,00 con stampante incorporata).


Condizioni:
CONSEGNA: entro 40 gg. dal ricevimento dell'ordine definitivo.
TRASPORTO: A nostro carico.
I.V.A. 20% A Vostro carico non compresa nel prezzo.
PAGAMENTO: R. D. 30 gg. f. m. d. i.

Sempre a completa disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, vi ringraziamo per l'occasione per salutare distintamente.


Giacomo Bertocchi S.r.l. Elettromedicali
Presidente del C.D.A.
Via Andrea Barbano

Esclusivista prodotti: Giacomo Bertocchi s.r.l. Cremona - Italy





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL 7 CARBONIA – IGLESIAS

Prot. UOTS 50 / 2006

Carbonia 21 SET 2006

All'attenzione

Dott.ssa Foddis Agnese
Responsabile U.O. A.B.S.

Sig.ra Ventura Alessandra
Ufficio Gare ASL 7

E p.c. **Dr. Chessa Pietro**
Direttore Sanitario ASL 7

LORO SEDI

AZ. U.S.L. N°7
CARBONIA
SERVIZIO ACQ. BENI E SERV.
PERVENUTO

PROT. 880 - 21/9/06

Alessandra

OGGETTO: dichiarazione Bilirubinometro Bertocchi

Preso visione della richiesta di intervento tecnico n° 126/IT/06 del 27 giugno 2006, riguardante un bilirubinometro marca *Bertocchi* modello *GB 13/A* in dotazione alla sezione Nido del P.O. S.Barbara (motivo della richiesta: *valore falsato nella lettura della bilirubina - fisso a 15.4*), i tecnici della U.O. Tecnologie Sanitarie hanno provveduto ad inviare la suddetta apparecchiatura presso i laboratori della Ditta costruttrice a Cremona.

La Ditta risponde in data 04 settembre 2006 dichiarando la non riparabilità dell'apparecchiatura causa vetustà della stessa ed usura dovuta al massiccio utilizzo per diversi anni.

Contestualmente la Ditta con suo Prot. 232/P/06 propone un offerta di adeguamento e/o aggiornamento tecnologico.

Si fa presente che in totale nella ASL 7 esistono quattro bilirubinometri, tutti marca Bertocchi modello GB 13/A in dotazione a:

Unità Operativa	Inventario METIS	Matricola	Note
Nido Pediatria P.O. Sirai	10550	13754/01	
Nido Pediatria P.O. Sirai	10598	13882/01	
Nido Pediatria P.O. S.Barbara	11175	11733/98	In Ditta
Nido Pediatria P.O. Crobu	In prestito al P.O. S.Barbara

Considerato che:

- a Iglesias esiste tuttora un solo bilirubinometro funzionante situato presso il P.O. S.Barbara (in prestito dal P.O. Crobu);
- i capillari col sangue da esaminare vengono trasportati in auto dal P.O. Crobu al P.O. S. Barbara e questo comporta sia un allungamento dei tempi dell'esame sia il rischio di un'eventuale rottura dei capillari stessi;

I.O. TECNOLOGIE SANITARIE - CONSORZIO METIS Tel. +39(0)781 661167 Fax +39 (0)781 661167

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL 7 Sede Legale via Dalmazia 83 – 09013 Carbonia (Italia) – Codice Fiscale P.I. 02315520920

Consegnato il 20/9/06



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL 7 CARBONIA – IGLESIAS

- questa apparecchiatura è di vitale importanza nella routine clinica di una U.O. quale il Nido;
- l'Amministrazione sta procedendo a stilare un piano di rinnovamento tecnologico delle apparecchiature

si chiede di voler prendere in considerazione la sostituzione dei bilirubinometri, dando la priorità alle apparecchiature presenti nei presidi ospedalieri di Iglesias.

In attesa di riscontro e a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

U.O. Tecnologie Sanitarie
Ing. Christian Mura

N° _____ PROT.

Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. AR

OGGETTO: *Richiesta di preventivo – Procedura negoziata per la fornitura di n°1 Bilirubinometro per l'U.O. di Pediatria del PO F.lli Crobu.*

Coerentemente alla Delibera n° _____ del _____ la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una procedura negoziata per l'acquisizione di quanto segue:

• **N° 1 Bilirubinometro**

Caratteristiche:

1. Determinazione per via colorimetrica della bilirubina sierica totale, espressa in mg% attraverso l'esame di un capillare di sangue centrifugato da 10 µl. Lettura dati mediante un visore, in via immediata mediante circuito ottico-elettronico;
2. Lo strumento deve essere immediatamente utilizzabile dopo l'accensione;
3. Calibrazione automatica dell'apparecchio
4. Ripetute letture in rapida successione dello stesso campione per fornire risultati sovrapponibili (variazioni inferiori a 0.5mg%);

A) Formulazione dell'offerta

L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere:

il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, praticato per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo e ogni accessorio per il perfetto funzionamento ed alloccamento, anche se non espressamente elencato.

In caso di discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'offerta deve essere inoltre corredata di:

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.
I depliant, qualora non avessero riportati a stampa i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenente i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario dell'offerta. Devono comunque esser ben individuate le caratteristiche richieste.
3. dichiarazioni di rispondenza delle apparecchiature alle norme comunitarie e nazionali.
La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E'** **MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**
4. Copia dell'offerta economica **SENZA PREZZI**, contenente l'elenco delle attrezzature e del materiale oggetto di offerta, **RIPORTANTE MARCA E MODELLO**, con riferimento e

luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

F) Stipula del contratto e garanzia di esecuzione

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di una "garanzia di esecuzione" nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione della "garanzia di esecuzione", da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

La "garanzia di esecuzione" è infruttifera.

La "garanzia di esecuzione" è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

G) Esecuzione della fornitura

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione.

L'espletamento dell'adempimento contrattuale dovrà avvenire in un'unica soluzione per o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nei termini di **giorni 30 (trenta)** dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli. Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

- ▶ libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
- ▶ dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui sono specificate:
 - le normative di riferimento per la sua costruzione;
 - le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina.
 - anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero della serie o matricola deve essere riportato anche con targa punzonata sull'apparecchio;

N.B. - I°) Le autocertificazioni debbono essere corredate da foglio di collaudo con l'indicazione delle prove e dei lavori riscontrati sul prototipo per gli apparecchi elettrici e sulle singole unità per le apparecchiature elettromedicali. Le autocertificazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell' 46 del DPR n° 445 del 28.12.2000.

II°) Le apparecchiature costruite fuori della CEE devono riportare serigrafato in modo indelebile, il nominativo dell'importatore; per le apparecchiature CEE deve essere riportato il nome del produttore. Le documentazioni richieste nel precedente punto 2 dovranno essere corredate da traduzione in lingua italiana. Le serigrafie ed i manuali tecnici operativi, nonché le istruzioni di uso dovranno essere tradotte in lingua italiana. Si prescrive comunque che le apparecchiature non conformi alle norme IEC ma conformi alle norme nazionali, secondo quanto sopra previsto, debbano essere dotati di 2 (due) fusibili ed interruttore unipolare e sulle stesse deve essere serigrafato il tipo e la classe di appartenenza (B-BF-CF - I° - II° - III°).

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

Le apparecchiature e le attrezzature non passano in proprietà dell'Azienda USL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.

Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura e/o attrezzatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.

Il fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna basata su accordi verbali.

H) Collaudo

Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.

Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Azienda ASL.

I) Inadempienze e penalità'

Il fornitore che consegna la merce aggiudicata di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda USL potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
- b) rifiutare la merce senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale di deposito cauzionale.

La merce fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della ditta fornitrice che ne deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).

Qualora la merce rifiutata non fosse tempestivamente ritirata dal fornitore, l'Azienda USL non risponderà della sua perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.

A carico del fornitore, che non consegna la merce nei modi e nei tempi stabiliti, l'Azienda USL può applicare, in sede di prima applicazione, una penale nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% (dieci per cento) a un massimo del 20% (venti per cento) in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda USL alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

L) Pagamento delle fatture

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo sempreché il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1°

comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

M) Controversie

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A.R.

La Ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D.Lgs 163/06).

N) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

ADD/A. Ventura

invito procedura negoziata Cardiocografo

comma del D.Lgs. n° 231 del 09.10.2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

M) Controversie

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta e notificate a mezzo Racc. A.R.

La Ditta elegge, ai fini contrattuali e legali, il proprio domicilio legale in Carbonia.

Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 244 D.Lgs 163/06).

N) Norme di rinvio

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

ADD/A. Ventura

invito procedura negoziata Bilurubinometro