

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Deliberazione 1312 del 22 MAR. 2001

OGGETTO: manutenzione urgente apparecchiatura sanitaria.

PULSOSSIMETRO OXIPAC 2000 marca DRAGER ITALIANA S.R.L. matr. 370 32 5743
U.O. di Pediatria del P.O. F.lli Crobu

II DIRETTORE GENERALE


- acquisita** la formale richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria del P.O. F.lli Crobu Dr. Scarpa, con la quale richiede la manutenzione urgente del PULSOSSIMETRO OXIPAC 2000 marca DRAGER ITALIANA S.R.L. matr. 370 32 5743, confermata dalla Direzione Sanitaria Aziendale;
- atteso** che devesi confermare l'urgenza della manutenzione dell'apparecchiatura dell'Unità Operativa di Pediatria, affidata ai sensi dell'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgs. 157/95 e successive integrazioni;
- considerato** che il Servizio Acquisti ha provveduto per gli adempimenti di competenza per garantire al continuità operativa, individuando la Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE S.R.L.;
- sentito** il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali autorizzazione di intervento tecnico presso la Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE S.R.L.;
- confermare che il costo presuntivo, da conguagliare a consuntivo, ammonta a £. 1.280.000, Euro 661,06, oltre l'iva al 20% da imputarsi sulla classe di costo 540500010 del piano dei conti Aziendale;
- demandare al **Capo Servizio Acquisti** di provvedere agli adempimenti di competenza;
- determinare che il **Capo Servizio Bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

DIR AMM.
DIR. SAN/
ACQ/AGULLI

Il Direttore Generale
SIMEONE




Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,

per dieci giorni, a decorrere dal 22 MAR. 2001 fino al 31 MAR. 2001

Il Responsabile di procedimento
Carta



Il Responsabile Servizio
Affari Generali



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7

Via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia

Prot. n° 564/ABS/20.03.01

Carbonia, 20.03.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

SEDE

OGGETTO: intervento manutentivo urgente su apparecchiatura sanitaria.

PULSOSSIMETRO OXIPAC 2000 marca DRAGER ITALIANA S.R.L. matr. 370 32 5743

Vista la richiesta del Responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria del P.O. F.lli Crobu di Iglesias tendente ad ottenere l'urgente manutenzione dell'apparecchiatura PULSOSSIMETRO OXIPAC 2000 marca DRAGER ITALIANA S.R.L. matr. 370 32 5743 in dotazione al reparto;

Recepito che la Direzione Sanitaria dell'Azienda ha confermato l'urgenza dell'intervento per cui, sulla base dell'organizzazione aziendale, finalizzata ad evitare l'interruzione di un pubblico servizio e tanto più la mancata assistenza all'utente, l'Ufficio ha attivato immediatamente le procedure per evitare il prolungarsi dell'inattività del bene;

Considerato che trattasi di apparecchiatura sanitaria sottoposta a vincoli di legge sulle verifiche periodiche nonché sulla regolarità/conformità dei parametri di funzionalità imposti dalle case costruttrici per cui, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di unicità dell'intervento che solo una Ditta può garantire con certezza di competenza, ricambi originali e mantenimento delle garanzie del costruttore, così come previsto dall'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgv. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;


Precisato che il Sig. Alessandro Portas, addetto al settore manutentivo dei beni mobili, che sottoscrive la presente per conferma, ha espletato gli adempimenti di rito individuando la ditta manutentrice, indicata dalla Ditta costruttrice/fornitrice, nella Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE S.R.L. alla quale è stata inoltrata la richiesta di intervento urgente, si propone l'adozione del presente atto.

L'ADDETTO AL
SERVIZIO MANUTENTIVO

Alessandro Portas

Il Resp. le Sery. Acquisti

G. AGULI



Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Codice Fiscale P.I. 02261310920

Distretto di Iglesias

Via S. Leonardo 1 Iglesia

Ufficio Assistenza Apparecchiature

Tel. 0781/3922386 - Fax 3922844

Oggetto: Richiesta di intervento tecnico

INTERVENTO TECNICO IN SEDE	<input type="checkbox"/>	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/>
INVIO APPARECCHIATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	IN GARANZIA	<input type="checkbox"/>

ID	42	n° Richiesta	42/01/IT	Data	02/03/01
Ditta Assistenza	ELETTRONICA PROFESSIONALE				
Indirizzo	VIA RE DI PUGLIA, 124 CAGLIARI				
Telefono	070/275080				
Fax	070/275112				

Apparecchiatura	PULSOSSIMETRO OXIPAC 2000.
Marca	DRAGER ITALIANA S.R.L.
Matricola	370 32 5743
Presidio	F.LLI CROBU
Unità Operativa	PEDIATRIA
Guasto	SATURAZIONE NON CORRETTA E MOLTO VARIABILE
Note	SI PREGA INVIARE DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA ASSISTENZA TECNICA.

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE

SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGRUO RIPETTO AL VALORE DI ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (MAX 20% DEL PREZZO DI LISTINO), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO NON SARA' RICONOSCIUTO ALCUN ONERE, OLTRE A QUELLI DI VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE AI NUMERI SOPRA INDICATI, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

NOTE: PREGASI TRASMETTERE VIA FAX LA DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA DELLA DITTA PRODUTTRICE DELL'APPARECCHIATURA. IN DIFETTO, SE NON RISULTASSE GIA' AGLI ATTI, SARANNO SOSPESI, SINO ALLA PRODUZIONE, I TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FATTURAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO.

DISTINTI SALUTI

L'IMPIEGATO ADDETTO



venerdì 2 marzo 2001

Pagina 1 di 42

Assistenza Apparecchiature/Uff.Tecnico Iglesias/Alessandro Portas




ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:
 SASSARI - Strada Statale Sassari-Fertilio Km. 2,200 - Tel. 079/2637300 - Fax 079/262574
 C.C.I.A.A. SS 66846 - Tribunale SS 4280
 C.I. - I.F.A. 0027710909 - Cap. sociale 30.000.000
 Filiale: CAGLIARI - Via Montecchia, 22 - Tel. 070/275080 - Fax 070/275112
 E-mail - elprof@elprof.it
 Sito Internet - http://www.elprof.it


Cagliari 09/03/01

Spett.le
 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 7
 Via DALMAZIA
 09013 CARBONIA

c.a. DELL'UFFICIO TECNICO

Vs. Rif FAX 42/01/IT 02.03.01
 Ns.Rif. PREV N° CA 127W/ Te04 /STC2

Oggetto : RIPARAZIONE PULSOSSIMETRO OXIPAC 2000 DRAGER S/N 370325743

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla vostra richiesta di preventivo di quanto a margine ci è gradito rimetterVi di seguito la nostra migliore offerta per:

Descrizione lavori:

Analisi del guasto, sostituzione quanto sotto descritto, esecuzione test di controllo. Strumento in dotazione della Pediatria dell'Osp. F.lli Crobu di Iglesias.

Descrizione	Q.tà	Pr.unitario	Totale
EXTENSION CABLE	1,	410.000,	410.000,
CHILDREN SENSOR	1,	520.000,	520.000,
ORE DI LAVORO	2,	175.000,	350.000,

Totale IVA Esclusa £ 1.280.000

Si prega di indicare in ordine quale procedura seguire qualora nel corso dell'intervento intervenissero variazioni nel numero di ore e/o di ricambi preventivati :

- 1) Sospendere la riparazione ed emettere nuovo preventivo
- 2) Completare la riparazione e fatturare a consuntivo
- 3) Altro da specificare

In mancanza di Vs. esplicita indicazione verrà adottata la procedura di cui al precedente punto 1

Note:

Validità Offerta :30 giorni data offerta
 Termini di Pagamento :90 giorni data fattura

In attesa di ricevere Vs. gradita conferma , cogliamo l'occasione per porgere i ns. più distinti saluti

 Elettronica Professionale Srl

AZIENDA U.S.L. N°7

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261210925

IGLESIAS, 27.2.01

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO

CROBU

SERVIZIO /REPARTO:

ANATOMIA

TELFONO N°

0781 392 2462

FAX N°

0781 392 2538

A:

UFFICIO TECNICO

PRESIDIO OSPEDALIERO

F.LLI CROBU

TEL. 392404

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO URGENTE DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA
SU APPARECCHIATURE NON COPERTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA

APPARECCHIATURA:

ALLI OSMETRO

220 per Haliene 721.

MODELLO:

OXIPAC 2000

MATRICOLA:

370 32 5243


ANOMALIE
RISCONTRATE:

Saturazione non costante @


molto variabile

N.B.: SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE.

VISTO DEL DIRIGENTE MEDICO
DEI P.A. 00



IL RESP.LE DEL SERVIZIO/REPARTO



(FIRMA CHIARA E LEGGIBILE)

ALL'UFFICIO TECNICO P.O. S. BARBARA
ASSISTENZA APPARECCHIATURE

VERIFICATA L'APPARECCHIATURA IN OGGETTO SI COMUNICA CHE:

LA RIPARAZIONE E' STATA EFFETTUATA IN DATA _____

OCCORRE L'INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA DELLA DITTA SPECIALIZZATA

L' OPERAIO TECNICO

DATA, 27/02/2001

IL RESP.LE DELL'UFFICIO TECNICO
P. OSPEDALIERO F.LLI CROBU

