Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Deliberazione 1903 del 18 GIU. 2001

Oggetto: Pubblico incanto per la fornitura triennale in Service di reagenti e strumentazione per ricerche allergologiche e studio dell'autoimmunità: rettifica Capitolato Speciale.

Il Direttore Generale

acquisito l'atto deliberativo **1489/2001**.

vista la nota prot. n° 46-01/LAB del 12/06/2001, con cui il Responsabile del Laboratorio di Carbonia, Dr. Coghe, richiede che il lotto 2 del Capitolato Speciale approvato con la delibera sopra citata, sia suddiviso in due lotti distinti, un lotto per ciascun gruppo di fornitura in virtù della diversa tipologia metodica prevista;

ritenuto di dover modificare il Capitolato Speciale approvato con la delibera 1489 del 17/04/2001 con la suddivisione del Lotto 2 in due lotti distinti, rispettivamente Lotto 2 e 3, confermando le restanti disposizioni in esso contenute;

sentito il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario

DELIBERA

- modificare il Capitolato Speciale della gara a pubblico incanto per la fornitura triennale in Service di reagenti e strumentazione per ricerche allergologiche e studio dell'autoimmunità, suddividendo il Lotto 2 in due lotti distinti per gruppo di fornitura.
- dare atto che l'allegato Capitolato Speciale sostituisce il precedente approvato con delibera n° 1489 del 17/04/2001.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA Azienda U.S.L. n° 7 CARBONIA

Il Direttore Generale
Simeone

DIRAMM
DIRSAN
ACQ/Agulli
SETT./Prevosto

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° 1903 /2001 risulta affissa all'albo legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 18 GIU. 2001 al 27 GIU. 2001

Il Responsabile Affari Generali

Il Responsabile del procedimento
Carta

U.O. di PATOLOGIA CLINICA
Lab. Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
Az. USL n° 7-Carbonia- P.O. Sirai
Primario : Dr. Ferdinando Coghe

Pervenuto ASS 12.06.01 N. 1172

Carbonia, li 12-06-01

Prot. N° 46-01/LAB

Al Sig. Responsabile del Servizio Acquisti
S E D E

Oggetto: Capitolato per la fornitura di reagenti per **AUTOIMMUNITA'**

In riferimento alla gara per la fornitura di reagenti per lo studio dell'autoimmunità, nello specifico il **LOTTO n° 2**, si precisa che, per la tipologia delle metodiche richieste, l'aggiudicazione non dovrà essere per lotto intero, ma per ciascun gruppo di fornitura separatamente.

Distinti saluti.

Il Primario del laboratorio
Ferdi Coghe

Servizio Sanitario Regione Sardegna
AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 7
Via Dalmazia 83 – Tel. 0781 6681
09013 CARBONIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI REAGENTI E STRUMENTAZIONE PER RICERCHE ALLERGOLOGICHE E STUDIO DELL'AUTOIMMUNITA'

ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura in "Service" di strumentazione e reagenti per lo studio delle malattie allergiche e delle malattie autoimmunitarie, occorrenti al Laboratorio per un periodo di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione.

Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l'interruzione dell'attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale.

ART. 2
QUANTITÀ' DI FORNITURA

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, nel limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.
I quantitativi potranno essere ulteriormente ridotti nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria a seguito di manovre di contenimento della spesa operata dallo Stato o dalla Regione Sardegna.
I tipi e i quantitativi elencati nel presente articolo saranno assunti quale base di calcolo per la valutazione delle offerte economiche per l'appalto che si va ad espletare.

LOTTO 1

La Ditta deve fornire, mediante "Service", idonea strumentazione completamente automatica, di recente tecnologia e introduzione sul mercato, con PC completo di programma idoneo all'esecuzione dei test e alla loro refertazione, con stampante e relativi nastri o cartucce e carta a modulo continuo, i reagenti, i controlli, i calibratori, l'assistenza tecnica "full-risk" e quant'altro necessario all'esecuzione dei test di seguito elencati, da eseguirsi con metodologia ***in fase solida o in chemiluminescenza.***
Il fabbisogno annuo presunto di ***IgE*** *specifiche è di* ***6000*** *test.*
Al fine di consentire di evadere le richieste, deve essere possibile scegliere, tra le diverse ***IgE*** *specifiche indicate di seguito:*

ACARI

1) *Dermatophagoides Pteronyssinus*
2) *Dermatophagoides Farinae*

ALBERI

1) *Ginepro Sabina*
2) *Olivo*
3) *Eucalipto*
4) *Cipresso Mediterraneo*

ALIMENTI

1) *Albume*
2) *Latte*
3) *Granoturco*
4) *Grano*
5) *Pesce*
6) *Avena*
7) *Segale*
8) *Riso*
9) *Piselli*
10) *Arachidi*
11) *Nocciole*
12) *Mandorle*
13) *Semi di Soia*
14) *Gamberi*
15) *Pomodori*
16) *Formaggio Dolce*
17) *Formaggio Fermentato*
18) *Carote*
19) *Arance*
20) *Mitili*
21) *Fragole*
22) *Mela*
23) *Tuorlo*
24) *Alfa Lattoglobulina*
25) *Beta Lattoglobulina*
26) *Caseina*
27) *Glutine*
28) *Aragosta*
29) *Noci*
30) *Pesca*

EPITELI

1) *Gatto*
2) *Cavallo*
3) *Mucca*
4) *Forfora di cane*
5) *Piume d'oca*
6) *Capra*
7) *Pecora*
8) *Forfora di gatto*
9) *Coniglio*
10) *Lana di pecora*

ERBE VARIE

1) *Ambrosia Elator*
2) *Assenzio Selvatico*
3) *Margherita dei Prati*
4) *Parietaria Officinalis*
5) *Paritaria Giudaica*
6) *Ortica*
7) *Lanciuola*

GRAMINACEE

1) *Erba Mazzolina*
2) *Coda di topo*
3) *Gramigna (Poa pretensis)*
4) *Bambagione*
5) *Grano*
6) *Paspalum Notatum*
7) *Paleo dei prati*
8) *Segale*

INSETTI

1) *Apis mellifera*
2) *Vespula Species*
3) *Zanzara*

MUFFE - LIEVITI

1) *Penicillum notatum*
2) *Cladosporium herbarium*
3) *Aspergillus fumigatus*
4) *Mucor racemosus*
5) *Candida albincans*
6) *Alternaria alternata*

POLVERI DI CASA

1) *Polvere di Casa*

FARMACI

1) *Amoxicillina*
2) *Cefalosporina*
3) *Ampicillina*

A) ***Allergeni:***
sarà facoltà del Laboratorio Analisi specificare in sede d'ordine le diverse quantità per tipo di allergene.
La ditta, inoltre, deve presentare catalogo aperto per eventuali allergeni non menzionati nell'elenco, precisando in offerta la percentuale di sconto praticata sui prezzi di listino, valida per tutti gli allergeni commercalizzati.

B) ***Strumentazione:***
deve avere le seguenti caratteristiche minime, fatta eccezione la possibilità di diluizione del campione:

1. *Strumento automatico, completo di software gestionale*
2. *deve essere in grado di campionare da tubo primario*
3. *deve essere di dimensioni ridotte*
4. *il sistema di campionamento deve essere costituito da siringhe di precisione*
5. *deve essere costruito in modo da evitare il carry-over campione-campione*
6. *deve tenere in memoria le curve di calibrazione (ottenute per gruppi omogenei di allergeni) per un congruo periodo di tempo, in modo da eliminare la necessità di esecuzione di una calibrazione per ogni seduta analitica*
7. *devono essere possibili curve di calibrazione specifiche per le diverse famiglie di allergeni*
8. *possibilità di esecuzione anche di un singolo test alla volta senza dover eseguire necessariamente una routine*
9. *possibilità di esecuzione di differenti* ***IgE specifiche*** *simultaneamente*
10. *possibilità di alloggiare a bordo almeno 30 campioni contemporaneamente*

11. possibilità di avere in linea almeno 70 differenti allergeni contemporaneamente
12. possibilità di interfacciamento con eventuale computer gestionale del laboratorio
13. eventuale possibilità di diluizione automatica dei campioni
14. stampa automatica dei risultati e contemporanea visualizzazione su monitor
15. archivio pazienti adeguato
16. controllo di qualità
17. marchio CE
18. lettore di codice a barre

C) ***L'assistenza tecnica*** *deve prevedere oltre alle normali manutenzioni periodiche, gli interventi straordinari in numero illimitato, i pezzi di ricambio e gli aggiornamenti tecnologici.*

LOTTO 2

La ditta deve fornire i reagenti e le quantità annue presunte sottoelencate, occorrenti per lo studio delle malattie autoimmunitarie

Test con metodica "immunoenzimatica"

*1) **ENA Profile**, che consenta idoneo studio del LES, della S. di Sjogren, della sclerosi sistemica progressiva, di dermatomiosite e polimiosite. Il test possibilmente deve essere leggibile direttamente, in caso contrario deve essere fornito con idoneo lettore, deve essere costruito in modo tale da potersi separare in singoli strip; inoltre, deve consentire di testare in un solo tempo e su pozzetto dedicato i seguenti parametri:*
ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-I, Centromero
*il fabbisogno annuo presunto è di **300 test***

*2) **ANA Profile**, utile studio del LES, della S. di Sjogren, della sclerosi sistemica progressiva, di dermatomiosite, di polimiosite, di S. di Sharp, di cirrosi biliare primitiva (PBC). Il test possibilmente deve essere leggibile direttamente, in caso contrario deve essere fornito con idoneo lettore, deve essere costruito in modo tale che la micropiastra si possa separare in singoli strip; inoltre, i vari pozzetti, ognuno specificamente per un parametro, devono essere testabili in contemporanea per:*
ss DNA, ds DNA, istoni, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-I, Centromero, AMA-M2
*il fabbisogno annuo presunto è di **100 test***

*3) **Anti-Cardiolipina screening (IgG-IgA-IgM)**, idoneo studio a testare in un singolo pozzetto gli anticorpi IgG, IgA e IgM rivolti contro l'antigene cardiolipinico.*
Il test deve essere possibilmente adatto alla lettura diretta;
*il fabbisogno annuo presunto è di **200 test***

LOTTO 3

La ditta deve fornire i reagenti e le quantità annue presunte sottoelencate, occorrenti per lo studio delle malattie autoimmunitarie

Test con metodica "immunofluorescenza indiretta" (IFA)

*1) **Ds-DNA:** il kit su vetrino deve utilizzare come substrato **Crithidia luciliae:***
*il fabbisogno annuo presunto è di **300 test***

*2) **ANA:** test di screening per lo studio delle malattie reumatiche, eseguibile mediante kit con **cellule HEP-2:***
*il fabbisogno annuo presunto è di **600 test***

*3) **AMA-M2 (anticorpi antimitocondrio-M2):** test di screening per lo studio della cirrosi biliare primitiva (PBC) mediante determinazione di anticorpi antimitocondrio degli epatociti, che includa il sottotipo M2:*
*il fabbisogno annuo presunto è di **100 test***

*4) **Anticorpi anti LKM-1):** test idoneo allo studio delle epatiti autoimmuni (tipo II):*
*il fabbisogno annuo presunto è di **100 test***

*5) **ASMA (anticorpi antimuscolo liscio):** per la determinazione degli anticorpi antimuscolo liscio:*
*il fabbisogno annuo presunto è di **100 test***

*6) **C-ANCA e P-ANCA:** per la determinazione in un unico vetrino degli anticorpi contro il citoplasma dei granulociti:*
*il fabbisogno annuo presunto è di **100 test***

Tutti i reagenti offerti per i Lotti 2 e 3 devono avere una pezzatura ridotta e una scadenza adeguata, talchè non si determinino sprechi o ne risulti condizionata l'organizzazione del lavoro del laboratorio.
La ditta aggiudicataria dei Lotti 2 e3 deve fornire il supporto tecnico scientifico necessario affinchè gli utilizzatori del Kit possano eseguire le sedute analitiche senza inconvenienti di sorta; a tal fine sarà obbligatorio addestrare il personale del laboratorio (almeno due operatori) mediante corso specifico.

ART. 3
CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche fissate nel precedente art. 2 , oltre ad essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'Azienda si riserva di accertare la rispondenza ai requisiti previsti nell'arco di mesi 3 (tre) dall'inizio della fornitura mediante dettagliata specifica relazione tecnica da parte del responsabile del servizio di laboratorio per i quali i diversi reattivi sono occorrenti.
In caso di relazione negativa, senza alcuna formalità, l'Azienda revocherà l'affidamento provvisorio procedendo ad affidamento in favore del secondo migliore offerente.
In caso di contestazione il giudizio è rimesso al collegio arbitrale di 3 membri (uno a scelta dell'Azienda, uno a scelta della ditta ed uno concordato fra le parti).
Per quanto sopra in sede di aggiudicazione si procederà ad affidamento provvisorio.
La ditta fornitrice risponde dei danni comunque arrecati alle persone e cose provocati da difetti della fornitura.
Le Ditte concorrenti dovranno, a loro spese, consentire al personale del laboratorio preposto alla valutazione tecnica dei prodotti e delle apparecchiature offerte, la visione e la prova del materiale in esame, qualora ciò venga ritenuto necessario.

ART. 4
ATTESTAZIONI ED ALLEGATI

Al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato per l'ammissione alla gara le ditte concorrenti devono, inoltre, produrre quanto di seguito indicato, ***tutto in lingua italiana, pena l'esclusione:***

1) ***Scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata, per ciascun reattivo offerto per il Lotto 1, contenente i seguenti dati:***
   1) *nome del reattivo*
   2) *ditta produttrice*
   3) *numero di determinazioni per confezione*
   4) *tempi di incubazione*
   5) *temperature di incubazione e volumi*
   6) *principio del metodo di determinazione*
   7) *eventuali interferenti sulla metodica*
   8) *necessità di pretrattamento del campione*
   9) *numero di calibratori*
   10) *campione su cui è applicabile la metodica (siero, plasma, ecc.)*
   11) *sensibilità del test*
   12) *specificità del test*
   13) *se pronto all'uso*
   14) *stabilità del reagenti on-board*
2) ***Scheda tecnica e metodologica, debitamente firmata e timbrata,*** *di ciascun reagente offerto per i Lotti 2 e 3, contenente le informazioni necessarie per valutare la rispondenza a quanto richiesto, nonché le qualità proprie del prodotto offerto.*
3) ***La scheda di sicurezza*** *di ciascun reagente offerto per il Lotto 1, redatta a norma di legge, contenente tutte le informazioni necessarie a prevenire rischi per il personale e un corretto smaltimento dei residui di lavorazione, e cioè:*
   - *denominazione della sostanza, nonché la sua formulazione*

- *caratteristiche di pericolosità proprie della sostanza in questione (infiammabile, caustica, esplosiva ecc.)*
- *principali caratteristiche tossicologiche*
- *possibili vie di contatto e contaminazione*
- *misure precauzionali da adottarsi tassativamente durante la manipolazione delle sostanze di cui sopra*
- *misure di primo soccorso da adottare in caso di incidentale contaminazione.*

4) ***La scheda di sicurezza** di ciascun reagente offerto per i Lotti 2 e 3, redatta a norma di legge, contenente le seguenti informazioni:*
   - *nome della sostanza*
   - *natura della sostanza (infiammabile, caustica, esplosiva ecc.)*
   - *possibili vie di contaminazione accidentale*
   - *misure di primo soccorso da adottare in caso di incidentale contaminazione*
   - *modalità di smaltimento dei reflui di lavorazione.*
5) ***Dichiarazione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dalla quale risulti:***
   - ***se la Ditta è produttrice del prodotto offerto, ovvero indicare il produttore;***
   - ***il nome e indirizzo del deposito a cui inviare gli ordini e la ragione sociale di chi emette la fattura.***
6) ***Depliant, scheda tecnica e manuale operativo** dell'apparecchio offerto, per il Lotto 1, ed eventualmente per il lettore offerto per il Lotto 2, ai sensi degli articoli 2 e 5, da cui si possano dedurre le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, ivi comprese le dimensioni, riportate nel precedente art. 2. Dal depliant o dalla scheda tecnica deve risultare la rispondenza della strumentazione offerta alle norme comunitarie e nazionali vigenti, il possesso del marchio CE e la conformità alle norme di sicurezza.*
7) ***Elenco di eventuali laboratori** ove sono installate e funzionanti le apparecchiature offerte.*
8) ***Catalogo** originale dei prodotti offerti.*
9) ***Listino prezzi Ufficiale della ditta fabbricante o importatore nazionale. Il listino prodotto deve essere timbrato e firmato. Il listino può sostituire il catalogo nella eventualità che riporti la descrizione del prodotto.***
10) ***Copia dell'offerta economica, in carta semplice, senza l'indicazione dei prezzi.***
11) ***Dichiarazione, in carta semplice,** con la quale la Ditta assicura, a proprie spese, i corsi di addestramento per il personale del laboratorio, indicando tutte le relative modalità.*
12) ***Dichiarazione , in carta semplice,** con la quale la Ditta assicura, a proprie spese, la visione e/o la prova di reagenti e macchine offerte.*
13) ***Dichiarazione, in carta semplice, riguardante l'assistenza tecnica per il Lotto 1 ed eventualmente per il lettore offerto per il Lotto 2 , in cui sia specificato:***
   - *sede operativa in cui è ubicata l'agenzia che fornisce l'assistenza tecnica*
   - *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
   - *tempo di intervento dalla chiamata*
   - *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*
   - *possibilità di usufruire del servizio di assistenza tecnica nei giorni prefestivi.*
14) ***Dichiarazione in carta semplice, non autenticata,** comprovante l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.*
15) ***Cauzione provvisoria pari a £. 1.000.000 (un milione).***

Carenza della documentazione di cui sopra, se ritenuta motivatamente sostanziale dalla Commissione, può costituire motivo di esclusione insindacabile.

La ditta verrà ammessa alle successive fasi del procedimento di gara solo se presenta esaustiva documentazione.

La ditta potrà presentare eventuali certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ai sensi UNI EN 45000 e successive modificazioni, che saranno oggetto di valutazione nell'attribuzione del punteggio di qualità.

Le schede e le dichiarazioni richieste nel presente articolo devono essere inserite nel plico contenente la restante documentazione elencata nell'art. 4 del Capitolato Generale e non nel plico più piccolo che deve contenere solamente l'offerta economica.

ART. 5
CONDIZIONI DI OFFERTA

La ditta deve proporre, in offerta, la dotazione di apparecchiature in grado di fornire una refertazione completa, per l'utilizzo dei reattivi oggetto di appalto, secondo le esigenze individuate nel precedente art. 2.

L'apparecchiatura si intende fornita in uso gratuito in ottemperanza alle norme vigenti con garanzia totale (assicurativa) sino alla scadenza del contratto. L'apparecchio si intende fornito funzionante, chiavi in mano.

La ditta, per gli apparecchi proposti deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire la continuità delle analisi. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi.

Se la mancata osservanza della prescrizione del cpv. precedente comporta l'inutilizzo del reagente e la sospensione degli esami, ovvero l'acquisto su piazza, la ditta è soggetta alle penalità (oltre che la non liquidità del prodotto fornito) pari al 100% del valore della fornitura oltre che gli addebiti per eventuale fermo delle apparecchiature, come di ogni e qualunque onere per la ricerca e l'acquisto su piazza, fatti salvi i danni in capo all'Azienda.

La ditta deve inoltre assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto.

Resta inteso che l'Azienda corrisponderà il solo prezzo dei reagenti effettivamente forniti, così come elencati nel precedente art. 2.

Resta peraltro stabilito che il fermo derivante da guasti di uno degli apparecchi forniti per l'utilizzazione del materiale in appalto può determinare la contestuale riduzione della fornitura proporzionale al numero dei giorni di fermo, senza che per tale riduzione la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o rimborso atteso che la riduzione discende da fermo delle macchine stesse.

La mancata presentazione dell'apparecchiatura, invalida l'offerta.

ART. 6
DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere:

a) ***i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere****, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata* ***nei depositi del magazzino dell'Azienda.***

b) ***la percentuale di sconto sui prezzi di listino****.*

Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura (ed anche a determinazione e/o ml, precisando le determinazioni e/o ml ottenibili o contenuti in ciascuna confezione) così come indicato nell'art. 2.

Si comunica che i prezzi offerti devono essere onnicomprensivi (incluso il costo del lavoro) e che, ai sensi della Legge 7 novembre 2000, n° 327, art. 1, comma 3, nella valutazione dell'anomalia delle offerte, l'Azienda è tenuta a considerare i costi relativi alla sicurezza.

Ogni lotto è inscindibile.

Il prezzo unitario può essere indicato in lire o in euro, a scelta del concorrente.

Si fa presente che :

a) l'opzione della denominazione in euro espressa dall'offerente è irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l'Azienda e l'offerente;

b) l'opzione espressa in lire dall'offerente può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in euro

Nella fase di comparazione dei prezzi saranno convertiti gli importi dall'euro alla lira ai fini dell'esame interno delle offerte e quindi dell'aggiudicazione secondo le norme dettate dal D.P.R. del 21 gennaio 1999, n. 22.

Nell'offerta devono essere indicati anche ***tutti i ricambi e materiali d'uso e consumo (nessuno escluso) occorrenti per l'utilizzo dei reagenti oggetto d'acquisto, non compresi nel kit, ma necessari per la corretta esecuzione delle analisi, specificando le relative quantità.***

Inoltre, nell'offerta relativa al Lotto 1, la ditta concorrente deve dichiarare che, in caso di aggiudicazione, garantirà il pannello indicato all'art. 2, precisando che la percentuale di sconto

praticata su prezzi di listino è valida anche per gli allergeni commercializzati non elencati nel presente capitolato.

Il prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura.

ART. 7
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura è aggiudicata:

I) per il Lotto 1

*a favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19 punto **1b** D.L. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98), attribuendo i seguenti punteggi:*

A) Prezzo: punti 50/100;

B) Qualità: punti 50/100.

A) Prezzo: *al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti* ***50***
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra ***0 e 50***
in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

Punti di Y (prezzo da assumere a paragone)= X(prezzo più basso) x 50 / Y (prezzo superiore)

B) Qualità: *per la qualità, sulla base dello specifico utilizzo di ciascun reagente, l'attribuzione dei **50** punti sarà effettuata sulla valutazione dei seguenti parametri:*

- ***1) qualità, manualità e facilità d'uso dell'apparecchio fino a punti 16***
  (qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 9/16 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara);
- ***2) compatibilità con l'organizzazione del Laboratorio fino a punti 18***
  (qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 10/18 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara);
- ***3) qualità e valore tecnico dei reagenti fino a punti 16***
  (qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 9/16 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara).

II) per il Lotto 2 e il Lotto 3

*a favore della Ditta che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19 punto **1b** D.L. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98), attribuendo i seguenti punteggi:*

C) Prezzo: punti 50/100;

D) Qualità: punti 50/100.

A) Prezzo: *al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti* ***50***
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra ***0 e 50***
in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

Punti di Y (prezzo da assumere a paragone)= X(prezzo più basso) x 50 / Y (prezzo superiore)

B) Qualità: *per la qualità, sulla base dello specifico utilizzo di ciascun reagente, l'attribuzione dei **50** punti sarà effettuata sulla valutazione dei seguenti parametri:*

- ***qualità e valore tecnico dei reagenti fino a punti 50***
  (qualora la Ditta non raggiunga il punteggio minimo corrispondente ai 36/50 del massimo punteggio, non sarà ammessa alla gara).

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione dei punteggi di qualità saranno espressi da un'apposita Commissione tecnica.

L'aggiudicazione sarà proposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.

Il giudizio di idoneità e l'attribuzione del punteggio di qualità precederà l'apertura e la lettura dell'offerta economica:

- *la Commissione, infatti, procede in seduta pubblica all'esame della documentazione ed*

all'ammissione delle Ditte alla successiva fase della gara; saranno, pertanto, ammessi alle successive fasi del procedimento di gara solo i Lotti che, a giudizio della Commissione, presentino esaustiva documentazione;

- *la Commissione procederà poi, in seduta privata, all'esame e alla valutazione tecnica delle schede tecniche e della documentazione presentata dai concorrenti;*
- *in seduta pubblica, avverrà l'apertura delle offerte economiche previa lettura del verbale della seduta privata.*

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
In deroga a quanto previsto all'art. 12 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della congruità del prezzo.

L'Azienda, inoltre, potrà non procedere all'aggiudicazione di quei lotti, per i quali si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.
Nell'ipotesi di offerte uguali (punteggio prezzo-qualità) si procederà:

- *richiedendo ai concorrenti, qualora siano presenti alla seduta di aggiudicazione muniti di procura, un miglioramento dell'offerta;*
- *richiedendo uno sconto per iscritto nel caso in cui uno solo o nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla gara.*

ART. 8
STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.
Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della ditta.

ART. 9
CONSEGNA

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda.
Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco.
L'apparecchiatura deve essere consegnata, installata e collaudata entro gg. 30 (trenta) dalla data di ricevimento del primo ordine di fornitura. I reagenti di volta in volta ordinati devono essere consegnati entro il termine di gg. 5 (cinque) dalla data di ricevimento dell'ordine.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo.
Sarà rifiutato, pertanto la ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.
Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.

ART. 10
MODALITÀ' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne.
La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.
Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 38 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:

"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banca di Sassari - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura).
Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura".

ART. 11
CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dall'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.
In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della ditta inadempiente.

ART. 12
CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda può procedere a norma del Capitolato Generale.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 13
NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.