Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

Deliberazione n° 2886

adottata dal Direttore Generale in data - 8 NOV. 2001

OGGETTO: *Indizione trattativa plurima per la fornitura urgente di un'autoclave per l'Emergenza Bioterrorismo. Autorizzazione alla procedura di acquisto*

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

Esaminata la nota prot. 5079 del 31.10.01 a firma del Coordinatore del Comitato per l'emergenza bioterrorismo, Dr. Angelo Biggio, tendente ad ottenere con la massima urgenza, l'acquisto di una autoclave per il laboratorio analisi del P.O. S. Barbara;

Atteso che il Dr. Biggio motiva la necessità di disporre urgentemente dell'autoclave al fine di poter far fronte ad eventuale materiale potenzialmente contaminato da spore di antrace, in attuazione alle Disposizioni emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Interno, allegate alla presente per costituirne parte integrante;

Tenuto conto che l'Azienda intende assicurare la fornitura di quanto necessita con la massima urgenza, per cui, l'unica procedura legittima appare il ricorso all'art. 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda, che ammette la trattativa privata ad offerte plurime per i contratti di fornitura di beni e servizi i cui importi non siano superiori a £ 200.000.000;

Considerato che la spesa presuntiva per la fornitura di che trattasi è di circa £ 10.000.000 oltre l'IVA di legge, che rientra nelle acquisizioni in C/Capitale;

PROPONE

Di adottare apposito atto deliberativo ritenuto applicabile l'art. 44 del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda, di indizione di trattativa privata ad offerte plurime, con procedura di urgenza, con l'imputazione della spesa sulla quota di £ 2.000.000.000 P.I. 2001, non vincolata, nonché l'approvazione della lettera di invito alle seguenti Ditte:
VAES – PBI – FOLABO – FEDEGARI – ELETTROMEDICAL – PRODIFARM – ORION – TEMOSA – ANALITICA DE MORI -

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile Servizio Acquisti;

Tenuto conto della disposizione del Ministero della salute, sulle procedure da adottare per la gestione di materiale potenzialmente contaminato da spore di antrace, per cui si rende necessario garantire la totale assistenza per la sicurezza pubblica e Difesa civile;

constatata la necessità di acquisire urgentemente, un'autoclave, attraverso il ricorso di una trattativa privata plurima per consentire il trattamento termico del materiale eventualmente infetto;

ritenuto applicabile l'art. 44 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità Aziendale che consente gli acquisti a trattativa privata plurima per forniture non eccedenti i 200 milioni;

Sentito il Direttore Amministrativo nonché il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- Di autorizzare formalmente l'attivazione di una trattativa plurima con procedura di urgenza, per

assicurare la necessità dell'autoclave richiesta;

- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione da inoltrare alle seguenti Ditte: VAES – PBI – FOLABO – FEDEGARI – ELETTROMEDICAL – PRODIFARM – ORION – TEMOSA – ANALITICA DE MORI -

- Di approvare l'allegata lettera di invito, contenente le clausole contrattuali;

- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata plurima;

- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 10.000.000 oltre l'IVA vigente compresa, pari a Euro 5.164,57 sulla classe di costo 020700002 piano dei conti aziendale – P.I. 20001 quota non vincolata.

IL Direttore Generale
E. Simeone

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

ADD/*R. Tiddia*

Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2886 del - 8 NOV. 2001

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 9 NOV. 2001 al 2 3 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Coord. Comitato Aziendale
emergenza Bioterrorismo

Azienda unità sanitaria locale n°7
Carbonia

N°_____PROT. Carbonia

Servizio Acquisti

Racc. AR

OGGETTO: Richiesta di preventivo - Trattativa privata plurima per la fornitura di un'autoclave per il Servizio di Emergenza Bioterrorismo.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2001, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata ad offerte plurime per l'affidamento di quanto spevcificato nell'**Allegato 1** alla presente.

a) Formulazione dell'offerta

L'offerta , redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.L'Offerta deve essere contenuta in plico separato e non contenente altri documenti, certificati, depliant, e schede.

L'offerta deve contenere il prezzo unitario espresso in cifre e in lettere, in lire o in euro, a scelta del concorrente, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nel prezzo unitario della merce è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà esere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, dello scarico presso i magazzini dell'Azienda USL 7, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA, compresa l'installazione, il collaudo, e ogni altro accessorio per il perfetto funzionamento ed allocamento, anche se non espressamente elencato.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

L'Offerta deve essere inoltre corredata di :

1. uno o più depliant illustrativi con le principali funzioni e caratteristiche. In tale depliant devono essere chiaramente individuati marca e modello.
   I depliant qualora non avessero riportati a stampa, i dati della Ditta concorrente, devono obbligatoriamente contenere un'etichetta (o timbro) individuabile la Ditta proponente, debitamente firmata.
2. per ciascun bene deve essere fornita una scheda tecnica in lingua italiana, pena l'esclusione, contenete i principali dati tecnico costruttivi e funzionali del bene. La scheda deve essere timbrata o firmata dallo stesso firmatario del'offerta. Devono comunque essere ben individuate le caratter5istiche minimali richieste.
3. diachiarazione di rispondenza dell'Apparecchio alle norme comunitarie e nazionali.
4. copia integrale dell'offerta economica **con esclusione dei valori economici (prezzi)** che devvono risultare esclusivamente dall'offerta economica contenuta nel plico separato. La presenza dei valori economici **è motivo di esclusione.**

Si precisa che è ammessa una sola offerta alternativa. Le offerte alternative eccedenti non saranno valutate.

La mancanza delle dichiarazioni di rispondenza a norme, cui l'apparecchio è soggetto **E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

5. Eventuale dichiarazione dei sistemi di qualità rilasciata, ai sensi delle norme europee serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della UNI EN 45000 e successive modificazioni;
6. Copia della presente lettera di invito timabrata e firmata in ogni suo foglio in segno di piena e totale visione e approvazione.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di una autoclave** "
e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Casella Postale 122 , 09013 CARBONIA:

B) Condizioni di fornitura

La fornitura si intende ***"chiavi in mano"***, compreso qualunque onere di trasporto, e ove è prevista l'installazione, accessori e raccordi di linee nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che all'atto della fornitura, deve essere indicato l'anno di fabbricazione dell'apparecchiatura fornita, il modello, e il numero di serie. L'Azienda, indipendentemente dal modello proposto in offerta, rifiuterà la consegna di apparecchi che risultino già superati tecnologicamente, al momento della trattativa e per i quali la medesima Ditta ha posto in commercio prima della fornitura modelli più avanzati. In tal caso l'affidamento sarà revocato.
Con la presentazione dell'Offerta la Ditta si impegna a garantire, oltre all'installazione e collaudo, un corso di aggiornamento del personale presso la sede dell'Azienda USL per l'utilizzazione dell'apparecchiatura.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

C) Aggiudicazione della fornitura.

L'Offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata, L'Azienda si riserva il diritto per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.
L'Azienda si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio di adire o meno all'aggiudicazione definitiva. In particolare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16, punto 1, lett. b) del D. Lgs n°358 (art. 19 lett. b) del D. Lgs. 402/98 del 24/07/92 con i criteri sotto fissati:

A. PREZZO PUNTI 50/100

B. QUALITA' PUNTI 50/100

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata come segue:

A. <u>PREZZO</u> : alla Ditta che presenta il minor prezzo in assoluto sarà attribuito il punteggio massimo di 50/100 chiamando X il minor prezzo ed Y il prezzo superiore.
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra 0 e 50 in modo proporzionale alla differenza di prezzo;
Il punteggio alle Ditte sarà pertanto attribuito come segue:

$$\text{PUNTI DI Y} = \frac{X \times 50}{Y}$$

B. QUALITA' : sarà attribuito il punteggio che discende dalla elencazione delle specifiche caratteristiche dell'apparecchiatura proposta, punteggio che dovrà essere confortato dalla descrizione delle peculiarità ed evidenziazioni di particolarità oggettive.

La valutazione della apparecchiatura offerta sarà riportata in funzione dei seguenti coefficienti:

B1: TECNOLOGIA e qualità costruttiva e di composizione dell'apparecchiatura/attrezzatura offerta legata ad una completezza degli accessori d'uso valutando le migliorie rispetto alle caratteristiche base indicate nell'Allegato 1 alla presente.
PUNTI DISPONIBILI: 40/50
(all'atto dell'attribuzione del punteggio saranno evidenziate le differenziazioni rilevate in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi offerti).
Si terrà conto anche dell'anno di immissione in commercio.
Nell'attribuzione del punteggio si prenderà in considerazione se la ditta è già in possesso o meno delle certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ai sensi UNI EN 4500 e successive modificazioni.- a tal fine, la Ditta "DEVE PRODURRE IDONEO CERTIFICATO (in originale o in copia conforme");

B2: CARATTERE estetico funzionale, di maneggevolezza e facilità d'installazione e d'uso.
PUNTI DISPONIBILI 5/50 - (come il precedente punto B1 in verbale devono essere evidenziate le differenze).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio per tecnologia, qualità e carattere estetico e funzionale, la commissione può disporre l'esame dell'apparecchio offerto installato presso struttura pubblica anche mediante prova pratica.
Per tale motivo la Ditta offerente deve indicare con un elenco a parte in quale struttura più prossima trovasi installato e funzionante l'impianto proposto. (Non sono ammessi impianti similari fatta eccezione per impianti di nuova produzione, nel qual caso la ditta dovrà rendersi disponibile alla prova anche presso propria struttura).

B3:CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA: che garantisca il mantenimento della marcatura CE
PUNTI DISPONIBILI 5/50
Poiché appare inconfutabile che un Centro di assistenza tecnica in Sardegna può garantire maggior tempestività di intervento sono attribuiti punti 5 alle ditte che hanno Centro di assistenza in Sardegna e punti 1 alle altre. La commissione può adottare metodi e criteri per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore della Ditta che più si avvicina al punteggio massimo di 100/100.
Il punteggio di qualità è attribuibile solo alle caratteristiche migliorative a quelle minimali fissate nell'**Allegato 1** alla presente.
Ad insindacabile giudizio dell'Azienda USL, la fornitura può essere aggiudicata anche in presenza di una un'unica offerta valida, dopo attenta valutazione sulla congruità del prezzo offerto.
E' ammessa una sola offerta alternativa.
Nell'ipotesi di offerte uguali si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle ditte interessate.
L'esclusione dell'apparecchio per mancata rispondenza alle caratteristiche tecniche minimali previste nell'**Allegato 1** è insindacabile.

D) Garanzia
Non deve essere inferiore ad anni 1 (uno): di tipo manutentivo ed assicurativo (totale) eseguita a domicilio dell'Azienda USL. nella sede in cui è dislocato il bene, con interventi, nelle 72 ore (escluse festività ma comprese le prefestività) decorrenti dalla richiesta telefonica fax o fonogramma, fatte salve condizioni più favorevoli. in ogni caso di mancato intervento, ovvero di interventi eccedenti le 72 ore (o condizioni più favorevoli), sarà applicata la penale del 5%, computata sul 10% del valore di acquisto del bene; la terza infrazione dà luogo all'applicazione della penale del 10% computato sempre sul valore sopra indicato. La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo. La cauzione definitiva resta vincolata fino alla scadenza della garanzia.

F) Stipula del contratto e deposito cauzionale
L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.
Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.
Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a venti milioni di lire (£ 20.000.000), I.V.A. vigente inclusa.
L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.
La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.
Il deposito cauzionale è infruttifero.
Il deposito cauzionale e svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

G) Esecuzione della fornitura
L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolare ordinativo debitamente sottoscritto e numerato. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti.
La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi e luoghi, indicati nell'ordinazione. L'espletamento dell'adempienza contrattuale, dovrà avvenire in unica soluzione o altrimenti specificato nella lettera d'ordine, da effettuarsi nel termine di 20 (*venti)* giorni dalla data di notifica dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Prima del collaudo la Ditta aggiudicataria deve fornire i seguenti elementi:

1) libretto riportante le caratteristiche tecniche e le condizioni d'uso;
2) dichiarazione rilasciata dal costruttore, di conformità alle normative vigenti, in cui sono specificate:
   - le normative di riferimento per la sua costruzione;
   - le indicazioni per la manutenzione ordinaria della macchina;
   - anno di fabbricazione dell'apparecchio fornito e il numero della serie o matricola deve essere riportato anche con targa punzonata sull'apparecchio;

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.
Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.
Le consegne devono essere effettuate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso i magazzini dell'Azienda.
All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.
In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).
Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.
Le apparecchiature passano in proprietà dell'Azienda USL e quindi i fornitori non acquistano il diritto al pagamento qualora siano contestati.
Eventuali sostituzioni qualitative dell'apparecchiatura potranno essere rese possibili solo dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo da parte dell'Azienda USL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.
Il fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa su accordi verbali.

H) Collaudo
Il montaggio, l'assemblaggio ed il collaudo in opera sono a carico della Ditta.
Il collaudo deve compiersi entro 15 (quindici) giorni dal termine fissato per la consegna, previo avviso. Il collaudo deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL.

I) Inadempienze e penalità
Il fornitore che consegna apparecchiature di qualità non conforme a quella stabilita. contravviene ai patti stabiliti. In tal caso la nostra Azienda USL potrà a suo insindacabile giudizio:
a) rifiutare l'apparecchiatura, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
b) rifiutare l'apparecchiatura senza chiedere la sostituzione, considerare risolto il contratto, cancellare la stessa Ditta dall'Albo fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale.
L'apparecchiatura fornita e contestata resta depositata nell'Azienda USL a disposizione della Ditta che deve curarne l'immediato ritiro a suo rischio e spese nel termine perentorio massimo di giorni 7 (sette).

Qualora l'apparecchiatura rifiutata non fosse tempestivamente ritirata dal fornitore, l'Azienda non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia né il fornitore potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.
A carico del fornitore, che non consegna le apparecchiature nei modi e tempi dovuti, l'Azienda può applicare in sede di prima applicazione, una penale nella misura del 5& dell'importo della mancata fornitura per ogni giorno di ritardo. La penale sarà elevata da un minimo del 10% a un massimo del 20% in misura crescente per le infrazioni successive alla prima, salvo la facoltà dell'Azienda, alla terza infrazione di dichiarare il contratto "ipso iure" risolto per fatto e per colpa del fornitore ed in danno al medesimo.

L) Pagamento delle fatture
Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce. Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.
In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiaro che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

M) ***Controversie***
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

N) ***Norme di rinvio***
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti

IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/*R. Tiddia*

Ind plu autoclave urgente .doc

ALLEGATO 1

N° 1 AUTOCLAVE ***per il Laboratorio di Analisi del P.O. S. Barbara***

L'Autoclave in argomento deve possedere pena l'esclusione, le seguenti caratteristiche:

- autoclave da pavimento a caricamento verticale completamente automatica, termoregolata e controllata da microprocessore;
- possibilità di programmare diversi tempi e temperature memorizzando i vari cicli di uso più comune (ciclo a 120° C/1 Atm/20' - ciclo a 134° C/2 Atm/20');
- valvola per l'eliminazione dell'aria presente in caldaia e delle prime condense ;
- costruzione in acciaio inox;
- capienza di 70 – 100 lt.;
- coperchio chiusura di sicurezza e guarnizione;
- temperatura di esercizio tra 100 e 138° C con pressione massima di 2,5 Atm;
- sonda per la rilevazione della temperatura;
- valvola di sicurezza tarata a 2,5 Atm;
- valvola di sfogo aria e condensa;
- rubinetto per lo scarico completo dell'acqua in caldaia;
- manometro verifica pressione esercizio;
- alimentazione 220 V / 50 Hz/ 2200 W;
- marchio CE

Documento composto di
n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
2886 del - 8 NOV. 2001

Il Segretario Amministrativo Il Direttore Generale

Il Presidente

SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n. 1
CARBONIA