REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Gara d'appalto procedura aperta per fornitura triennale di dispositivi diversi con service delle relative apparecchiature (sistemi per la terapia antalgica, pompe infusionali, pompe siringa e pompe per nutrizione enterale).

GARA N. 446558

AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE

L' ASL n° 7 di Carbonia ha disposto la rettifica del Capitolato Speciale come di seguito indicato:

LOTTO 2 – CIG 0373866BF8
La caratteristica tecnica indicata a pag. 2 voce a) Pompe infusionali in service punto 3: "*Velocità di infusione impostabile 0,1 – 1200 ml/h circa (+/ - 100 ml)"*

è così rettificata:

"Velocità di infusione da 0,1 – 1000 ml/h circa con valore massimo preferibilmente di 1200 ml/h"

LOTTO 3 – CIG 0373868D9E
La caratteristica tecnica indicata a pag. 2 voce a) Pompe infusionali per reparti specialistici in service punto 3: "*Velocità di infusione impostabile 0,1 – 1200 ml/h circa (+/ - 100 ml)"*

è così rettificata:

"Velocità di infusione da 0,1 – 1000 ml/h circa con valore massimo preferibilmente di 1200 ml/h"

LOTTO 4 – CIG 0373869E71
Le caratteristiche tecniche indicate a pag. 3 per la voce a) Pompe siringa in service sono rettificate come segue:

- punto 5: "gamma di flussi da 0,1 a 1200 ml/h " è sostituito da **" gamma di flussi da 0,1 a 1000 ml/h circa con valore massimo preferibilmente di 1200 ml/h";**
- punto 7: " Utilizzo diverse capacità delle siringhe (5 -10 – 20 – 30 – 50) con riconoscimento automatico della siringa utilizzata" è sostituito da "**utilizzo di siringhe di diversa capacità sino almeno 50 cc";**
- punto 7: "Compatibilità con siringhe di diverse marche tipo e capacità" è **eliminato.**

ULTERIORE PRECISAZIONE
Le apparecchiature devono essere fornite in service con corresponsione da parte della ASL alla ditta aggiudicataria del costo dei soli consumabili richiesti. Ogni eventuale riferimento al noleggio è da intendersi come mero refuso.

F.to Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida