



AVVISO DI PRECISAZIONI

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta per fornitura di dispositivi medici e materiale per emodinamica - Gara n° 842050

In riferimento alla gara in oggetto è stato riscontrato un refuso nelle specifiche tecniche dei **Lotti 61 e 62** la cui formulazione esatta è di seguito riportata:

CIG	Lotto	DESCRIZIONE PRODOTTO	Quantità annua
08183278CB	61	Endoprotesi vascolari coronariche in lega a base di cromo-cobalto e struttura ad anelli sinusoidali. Diametri 2.25,2.5, 2.75 con Lunghezze 8,12, 14, 18,22,26 e 30 mm. Diametro 3,3.5,e 4 mm con lunghezze 9,12, 15, 18, 22, 26 e 30 mm. Compatibile con catetere guida 5 F per tutti i modelli, 6F per la tecnica Kissing balloon con uno stent e un pallone e 7F per la tecnica "kissing stenting".	140
0818358262	62	Stent coronarico in cromo cobalto L605, premontato su delivery Rx ritagliato da un unico tubo metallico. Profilo di superamento non superiore a 0.035" (per diametro di 3.0mm). Diametri da 2.5,2.75,3,3.5 e 4 mm. Lunghezze 8,13, 16,19, 25mm.	85

La presente comunicazione dovrà essere presentata firmata per presa visione e accettazione unitamente ai Capitolati Speciale e Generale, ai sensi del punto 3 dell'art.3 del Capitolato Speciale.

Si confermano le altre prescrizioni del Capitolato Speciale di gara.

*F.TO IL RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI
Dr.ssa Agnese Foddis*