AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 11 LUGLIO 2012

OGGETTO DELLA GARA: fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica nucleare di gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi-Esaote, modello Airis II, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare alla realizzazione l'idoneità edilizia richiesta dal D.M. 2.08.1991 – CUP F88G10000640006 CIG 4205129639".

In riferimento alla gara in oggetto ed in funzione di uno specifico quesito del 9.07.2012, acquisito al protocollo aziendale al n° 14492 del 10.07.2012, che resta custodito agli atti del procedimento e che:

- chiede di voler confermare che oltre all'omogeneità sulle sfere da 10, 20 e 30 cm, richiesto al punto A.1 di pag 7 del Disciplinare di Gara, debba essere indicata anche l'omogeneità sulle sfere da 40, 45 e 50 cm,
- chiede di precisare se i software per DTI, fMRI e Spettroscopia debbano essere o meno inclusi sia nella consolle principale che nella consolle secondaria,

si comunicano le seguenti precisazioni.

L'omogeneità del campo magnetico afferisce all'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica e rientra nella specificazione delle parti costituenti la tecnologia oggetto della fornitura prevista in appalto. Le aspettative della Stazione Appaltante sono volte all'individuazione di quelle caratteristiche, dichiarate minime indicative, presenti nel Disciplinare di Gara - Capitolato Speciale, Art. 4, requisiti R1), punto A.1), che prevedono che il concorrente debba indicare l'Omogeneità del campo magnetico su sfere da 10/20/30 cm. Il concorrente che intenda rappresentare dati caratteristici e/o elementi di valenza particolarmente significativa può liberamente inserire valori di omogeneità aggiuntivi a quelli riferibili alle sfere dichiarate come minime (10/20/30 cm).

L'architettura del sistema riconducibile alla consolle principale e/o host computer presente nel Disciplinare di Gara - Capitolato Speciale, Art. 4, requisiti R1), punto A.6), contempla che tutti i software necessari al processamento e alla rappresentazione di esami specifici dedicati, devono essere compresi nella fornitura. Secondo una delle tre soluzioni rappresentate nel punto A.6) e con riferimento allo specifico quesito, questi software potranno risiedere in una seconda postazione o consolle secondaria, distinta fisicamente dalla prima che, in tal caso, funzionerà come consolle principale o host computer, secondo la specificazione riportata alla lettera C). Solo nel caso in cui il sistema proposto in offerta non renda possibile sia l'elaborazione che la visualizzazione dedicata delle immagini, secondo le diverse modalità di esame, dalle diverse postazioni di refertazione abilitate nell'ambito del RIS/PACS, è previsto che il sistema, per la sua piena funzionalità, debba necessariamente prevedere l'utilizzo di una seconda consolle di visualizzazione ed elaborazione; pertanto sia nella consolle principale

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
www.aslcarbonia.it

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Tel. 0781 6683375/3487
Fax. 0781 6683488/3485
e-maill: cristian.cocco@aslcarbonia.it

o host computer che nella seconda consolle dovranno sicuramente risiedere i Software di elaborazione DTI (Fiber Tracking), fMRI (funzionale) e Spettroscopia.

Data, 11 LUG. 2012

Il responsabile del procedimento
Ing. Cristian Cocco

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781/6681
Fax 0781 6683506
www.aslcarbonia.it

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica
Tel. 0781 6683375/3487
Fax. 0781 6683488/3485
e-maill: cristian.cocco@aslcarbonia.it

A) Con riferimento al Disciplinare di gara all'**Art.4 –Requisiti funzionali dei beni e delle prestazioni oggetto del contratto,** viene richiesto:

- al punto A) di pag. 7, che il Tomografo a Risonanza Magnetica debba permettere l'esecuzione di esami **"Total Body"**
- al punto A.4) che le bobine dovranno consentire l'esecuzione degli esami , tra gli atri, anche dei distretti **addome/pelvi/torace**
- al punto A.5 che la tecnologia offerta dovrà essere , in ogni caso, implementabile con le seguenti dotazione: 1. Trattografia...2 **Whole Body RM**...

chiediamo conferma che oltre all'omogeneità sulle sfere da 10, 20 e 30 cm, così come richiesto al punto A.1 di pag. 7, debba essere indicata **anche l'omogeneità sulle sfere da 40, 45 e 50 cm**, solitamente oggetto di valutazione delle caratteristiche del magnete e notoriamente di particolare rilevanza nelle applicazioni con magnete cilindrico da 1,5T , laddove venga richiesta l'applicazione del campo di vista superiore a 30 cm come ad esempio negli studi in campo Body, Oncologico e della Colonna. Questo sia nell'interesse dell'Ente che potrebbe così meglio valutare le offerte in funzione delle proprie necessità cliniche, sia nei confronti delle soluzioni tecnologiche proposte, laddove queste presentino una omogeneità particolarmente apprezzabile oltre la sfera da 30 cm .

B) Nel Disciplinare di gara all' **Art.4 –Requisiti funzionali dei beni e delle prestazioni oggetto del contratto** ,nell'ambito del punto **A.6 Consolle principale c/o host computer,** a pag. 10 relativamente ai software di elaborazione si richiede che questi, qualora fossero garantiti in una seconda postazione o consolle secondaria, quest'ultima dovrà includere tra le caratteristiche minime anche i software di elaborazione :

- DTI (Fiber traking)
- fMRI (funzionale)
- Spettroscopia

Si richiede pertanto di meglio specificare se i software per fMRI e Spettroscopia debbano essere o meno inclusi anche nella parte di acquisizione, in quanto non citati precedentemente