



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia**

OGGETTO: “Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e attrezzature per il Centro Trasfusionale Aziendale - Gara N. 5030136”.

Riscontro Chiarimenti

Richiesta di chiarimento n°1

Rif. Lotto 5

Per agitatori piastrinici si devono intendere i soli agitatori o gli incubatori con il proprio agitatore compatibile?

Risposta al chiarimento n°1

Si devono intendere gli agitatori con gli incubatori compatibili.