



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia**

OGGETTO: “Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature e attrezzature per il Centro Trasfusionale Aziendale - Gara N. 5030136”

Riscontro Chiarimenti

Richiesta di chiarimento n°4

Rif. Lotto 7

Si prega di verificare che legge 606 sia compatibile con il discorso dei filtri HEPA. Potrebbe essere sufficiente dichiarare che i nostri filtri Hepa sono HEPA H14 secondo la normativa EN1822?

Risposta al chiarimento n°4

È sufficiente dichiarare che i filtri Hepa sono HEPA H14 secondo la normativa EN1822.