REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI CHIRURGICHE
GARA N° 5174643

RISCONTRO CHIARIMENTI

RIF. LOTTO 4

A seguito di richiesta di chiarimenti relativamente al lotto 4 si comunica che lo stesso deve intendersi così modificato:

LOTTO 4 –
CIG [52948242FD]
Espansore e Protesi per ricostruzione mammaria
Campioni da inviare: 1

A) L'espansore, completo di disco magnetico e del relativo rilevatore, deve essere compreso tra 250 e 800 cc di volume circa e possedere valvola di riempimento incorporata facilmente individuabile, anello perivalvolare palpabile, con vari diametri e gradi di proiezione e altezza, a superficie testurizzata; **n° 10 pz.**

B) La protesi mammaria anatomica in gel di silicone altamente coesivo, con punti di repere visibili per l'orientamento e superficie testurizzata, *con il maggior numero di misure e proiezioni"*; **n°10 pz.**

C) Sizer per il dimensionamento delle protesi, sterili risterilizzabili nelle tipologie e forme di cui al punto B) **n° 5 pz.**

D) Protesi mammaria ad espansione anatomica tipo Becker corredata di valvola asportabile e tubicino. Superficie esterna con micro testurizzazione a stampo. Involucro esterno in triplice strato differenziato con parte interna espandibile tramite iniezioni di soluzione fisiologica e lume interno contenente gel di silicone pari al 25 – 50% del volume complessivo della protesi.
Tubo di riempimento removibile con doppia valvola auto sigillante. Le protesi devono essere disponibili in misure variabili, oscillanti tra 150 cc e 800 **n° 5 pz.**

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA