



AVVISO DI PRECISAZIONI N. 3

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta per fornitura dispositivi medici diversi con service delle relative apparecchiature (sistemi per la terapia antalgica, pompe infusionali, pompe siringa e pompe per nutrizione enterale). Gara N. 5256043

In riferimento all'appalto in oggetto si comunicano le seguenti precisazioni sulla base dei quesiti presentati da operatori economici:

QUESITO 1

LOTTO 2

Deve essere offerto il sensore di gocce?

RISPOSTA

Il capitolato tecnico tra le caratteristiche delle Pompe infusionali prevede quanto segue:
“Cause di allarme visualizzate in formato testo e in lingua italiana sul display e allarme acustico con allarmi per occlusione, gocciolamento, aria nel circuito, raggiungimento del volume preselezionato, accumulatore scarico”.

QUESITO 2

LOTTO 2

Deflussore per lipidi: deve essere dotato di filtro da 1,2 micron? Deve essere PVC free?

RISPOSTA

Il filtro deve essere compatibile con le emulsioni lipidiche, i materiali deve essere compatibili con le emulsioni lipidiche, PVC privo di ftalati o altro materiale.

QUESITO 3

LOTTO 3

Che cosa si intende con set a 1 via? 1 via significa accesso per linea secondaria?

RISPOSTA

Si intende una via oltre la principale – 2 vie oltre la principale....

QUESITO 4

LOTTO 3

Che cosa si intende per set in poliuretano e polietilene? Sono deflussori o linee secondarie? Quali caratteristiche devono avere?

RISPOSTA

Si intendono deflussori in poliuretano e polietilene per la somministrazione di farmaci particolari come richiesto nelle schede tecniche dei farmaci.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Ulteriori chiarimenti:

- Capitolato Speciale pag. 5 la numerazione della documentazione richiesta presenta un refuso (si passa da n° 3 a n° 8). I numeri 8 e 9 corrispondono ai punti n° 4 e n° 5.

- Capitolato Speciale art. 7 (pag. 9) il punto 3 “*carezza della campionatura richiesta all’art. 5*” è **da ritenersi annullato in quanto in fase di offerta non è richiesta campionatura**

UFFICIO GARE

Carbonia 29/11/2013