

AVVISO DI ANNULLAMENTO LOTTO E PRECISAZIONI

GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA TERRENI DI COLTURA E REAGENTI IN MICROBIOLOGIA - GARA N° 5304736

In riferimento all'appalto in oggetto, si comunica che con delibera n° 2068 del 11/12/2013 è **stato disposto l'annullamento del Lotto 49** - CIG 544115357F "Sistema per identificazione batterica con tecnologia Maldi-Tof".

Si comunicano inoltre i seguenti chiarimenti:

Ouesito 1)

Lotto 4 - CIG 544050813B

A) Terreni di coltura in piastre pronte all'uso

Si chiede se per quanto richiesto alla voce 17: Terreno selettivo per Campylobacter (Skyrrow), possa essere offerto un terreno equivalente altrettanto selettivo per Campylobacter.

Risposta quesito 1)

si può accettare l'offerta del terreno equivalente

Ouesito 2)

Lotto 4 - CIG 544050813B

A) Terreni di coltura in piastre pronte all'uso

Si chiede se quanto richiesto per le voci 29 e 46, si intenda lo stesso terreno (selettivo per dermatofiti), per cui non considerare una delle due voci ed eventualmente a quale quantitativo doverci riferire.

Risposta quesito 2)

voci 29/46 si conferma quanto richiesto in capitolato con i due terreni distinti e due quantitativi diversi.

Ouesito 3)

Lotto 4 - CIG 544050813B

A) Terreni di coltura in piastre pronte all'uso

Si chiede se quanto richiesto per le voci 27 e 35, si intenda lo stesso terreno (selettivo e differenziale per E. Coli 0157), per cui non considerare una delle due voci ed eventualmente a quale quantitativo doverci riferire.

Risposta quesito 3)

deve intendersi annullata la voce 35 - si conferma la voce 27.

Quesito 4)

Lotto 4 - CIG 544050813B

A) Terreni di coltura in piastre pronte all'uso

Si chiede se per quanto riguarda la voce 41, possa essere offerto un terreno selettivo cromogeno.

Risposta quesito 4)

non può essere offerto un terreno cromogeno

Quesito 5)

Lotto 4 - CIG 544050813B

B) Terreni di coltura pronti all'uso in provette

Si chiede se quanto richiesto per le voci 8 e 15, si intenda lo stesso brodo (selettivo per Trichomonas), per cui non considerare una delle due voci ed eventualmente a quale quantitativo doverci riferire.

Risposta quesito 5)

deve intendersi annullata la voce 15 - si conferma la voce 8.

Ouesito 6)

Lotto 4 - CIG 544050813B

B) Terreni di coltura pronti all'uso in provette con le caratteristiche generali di seguito indicate.

Si chiede se per quanto richiesto alla voce 14 Brodo selettivo per streptococco, si voglia intendere il terreno Todd Hewitt Broth, richiesto alla voce 1. Se così fosse, chiediamo quale voce considerare e il corrispettivo quantitativo.

Risposta quesito 6)

deve intendersi annullata la voce 14 - si conferma la voce 1.

Ouesito 7)

Lotto 16 - CIG 544077118BE

Sistema Automatico per Emocolture

Si chiede se i quantitativi annui dei test richiesti alla pagina 12 del capitolato tecnico, siano da intendersi per ciascuno dei laboratori di Iglesias e Carbonia oppure siano da considerarsi come quantitativi complessivi dei due laboratori.

Si chiede di verificare se sia corretto il quantitativo richiesto di aghi sterili per subcoltura dei flaconi

positivi.

Risposta quesito 7)

Lotto 16 - CIG 544077118BE

I quantitativi sono corretti in quanto si intendono per la Microbiologia Aziendale centralizzata. Per quanto attiene gli aghi è stato riscontrato un errore di stampa nella richiesta.

I quantitativi sono da intendersi nº 1.000 /anno

Ouesito 8)

Lotto 37 - CIG 5440967BFF

Test per identificazione diretta Streptococcus agalactiae (...)

Si chiede se si intenda richiedere un terreno liquido selettivo in provetta che consenta l'identificazione dello Streptococcus agalactiae ed in aggiunta anche il test di agglutinazione al lattice, come test di conferma.

Risposta quesito 8)

Si

Quesito 9)

Lotto 48 - CIG 5441140AC3

Test di sensibilità in gradiente di concentrazione degli antibiotici (E-test)

Visto che vengono richieste confezioni da 10 strisce per alcuni antibiotici, e da 30 strisce, per altri; si chiede se possano essere accettati entrambi i confezionamenti per tutti gli antibiotici richiesti.

Risposta quesito 9)

Si possono essere accettati

F.to RESP.LE DEL PROCEDIMENTO Dr. Carlo Contini