AVVISO PRECISAZIONI N° 3

GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA TERRENI DI COLTURA E REAGENTI IN MICROBIOLOGIA - GARA N° 5304736

In riferimento all'appalto in oggetto, si comunicano i seguenti chiarimenti:

Quesito 13
LOTTO 15 - CIG 5440697D2F - Kit analisi sangue occulto fecale (FOB)
Il cutoff pari a 30 ng/ml è considerato requisito indispensabile o può essere accettato il cutoff di 50 ng/ml, usato frequentemente in questo tipo di indagine?
Risposta quesito 13
Il capitolato prevede concentrazioni PARI O SUPERIORI A 30NG/ML

Quesito 14
LOTTO 25 - CIG 5440840334 - Test rapido in elisa con card per la ricerca qualitativa di clamidya trachomatis determinazione diretta su card di Clamydia trachomatis antigene nell'endocervice e nell'uretra, mediante test immunoenzimatico, su tampone uretrale o cervicale completo di controllo positivo.
Cosa si intende per "ELISA rapido"?
Risposta quesito 14
il test con card (immunocromatografico) è per sua definizione un test rapido

Quesito 15
LOTTO 32 - CIG 5440912E9B - Test per la ricerca di antigeni di Rotavirus e Adenovirus, test imunocromatografico rapido per la ricerca qualitativa di antigeni nelle feci, per l'adenovirus anche su campioni respiratori e campioni oculari , completo di sistema di trasporto e filtrazione materiale, comprensivo di controlli
La possibilità di eseguire l'indagine su tampone oculare è ritenuta requisito indispensabile? Per quanto concerne l'indagine di adenovirus respiratorio, è possibile fornire un kit separato validato per tampone/lavaggio nasale, garantendo che entrambi i prodotti, kit per la ricerca di rota/adeno fecali e kit per la ricerca di adenovirus respiratorio, siano prodotti dalla stessa Casa e il protocollo di esecuzione del test sia identico per entrambi i campioni biologici?
Risposta quesito 15
Si accetta la proposta

Quesito 16
LOTTO 33 - CIG 54409237B1 - Test rapido rapido immunocromatografico per l'identificazione degli antigeni di Helicobacter Pilori per la ricerca e identificazione in campioni fecali, deve prevedere anche il sistema di raccolta e conservazione delle feci, nonché il controllo positivo.
Per quanto tempo è richiesta la conservazione del campione all'interno del dispositivo di raccolta?
Risposta quesito 16
Il campione deve essere processato nel più breve tempo possibile,evitando la conservazione , laddove eccezionalmente fosse necessario non deve superare i tre giorni a temperatura di 2° -8° C

Quesito 17
LOTTO 34 - CIG 54409405B9 - Test per la ricerca della tossina A e B di Clostridium difficile in campioni fecali Identificazione rapida su card (EIA o immunocromatografia) ed eventuale sistema di trasporto.
A quale sistema di trasporto si fa riferimento? Quali sono le esigenze di trasporto/conservazione del campione?
Risposta quesito 17

Può essere utilizzato un comune contenitore per feci

Quesito 18

LOTTO 35 - CIG 5440948C51 - Legionella Pneumophila test rapido per la ricerca di antigeni su urine metodica immunocromatografica. Il kit deve essere completo dei controlli e deve essere dotato di sistema per la concentrazione del campione in centrifuga .

La richiesta di un sistema per la concentrazione del campione in centrifuga è da considerarsi un requisito indispensabile?

Risposta quesito 18

Sì

Quesito 19

LOTTO 39 - CIG 5440909C22 Kit per la rilevazione Tossina Coli O157 Identificazione rapida su card. Considerando che il lotto 41 è relativo alle shiga toxins (prodotte anche da coli O157), il test in oggetto è riferito alla ricerca dell'antigene o è confermata la dicitura "tossine"?

Risposta quesito 19

Il lotto 39 è da intendersi annullato

Quesito 20

LOTTO 43 - CIG 5441066DB1 - Test immunocromatografico rapido in formato card per la rilevazione di antigeni Campylobacter Jejuni e Coli, basato su anticorpi monoclonali , validato per l'utilizzo sia su campioni fecali non preservati che su campioni fecali in terreno di trasporto Cary Blair. Il test deve essere fornito con il sistema di trasporto

La possibilità di eseguire il test su campioni fecali in terreno di trasporto Cary Blair è da considerarsi requisito indispensabile?

Risposta quesito 20

Non è indispensabilè, può essere utilizzato in entrambe le maniere

Quesito 21

Lotto 4A pos. 42 Agar helicobacter pylori

Si richiede specificare l'utilizzo per determinare la tipologia di terreno da offrire

Risposta quesito 21

Per determinazione Helicobacter pylori

Quesito 22

Lotto 4 sub a pos. 2 e pos.38

Trattasi del medesimo terreno. Si richiede confermare offerta per entrambe le posizioni.

Risposta quesito 21

Trattasi di due terreni distinti

F.to RESP.LE SERVIZIO ACQUISTI

Carbonia 07/01/2014