



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Oggetto: Procedura aperta Gara n° 5855555 - CIG 604047232F – affidamento triennale con opzione di rinnovo annuale della fornitura con la forma del noleggio di un sistema per la litotrissia extracorporea da destinarsi al Servizio di Urologia del P.O. Sirai di Carbonia.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N° 2

Quesito

Vi comunichiamo che le seguenti caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato di gara: "erogazione della terapia ad alta frequenza minimo 6 Hz e ancora "fuoco variabile, minimo n. 3 fuochi a seconda della localizzazione del calcolo", contrariamente alle disposizioni che regolano il libero mercato, individuano una sola tipologia di apparecchiatura per litotrissia extracorporea e pertanto una sola ditta fornitrice (Wolf mod. Piezolith).

... Per quanto concerne la frequenza di emissione delle onde d'urto, facciamo semplicemente riferimento alle linee guida ESWL della Società Italiana di Urologia, che indicano di effettuare i trattamenti con onde d'urto extracorporee ad una frequenza massima pari a 1,5 colpi al secondo ... Pertanto, non possono essere esclusi sistemi in grado di erogare fino anche a 240 colpi al minuto (4 al secondo), rispondendo in toto alle esigenze necessarie. ...

Pertanto ... siamo a chiedere di effettuare una semplice modifica alle caratteristiche di capitolato, richiedendo quindi un numero di fuochi almeno non inferiore a due ed una frequenza massima di almeno 4 Hz.

Risposta:

A seguito di verifica del Servizio utilizzatore, si confermano le specifiche tecniche riportate in Capitolato Speciale di gara, senza apportare nessuna modifica e/o variazione.

Saranno, quindi, valutate le offerte di apparecchi che rispondono alle caratteristiche prestazionali minime, indicate in Capitolato Speciale.

Con la pubblicazione dei chiarimenti e/o precisazioni sopra riportati, si intende scaduto il termine ultimo utile per la presentazione di nuove richieste di chiarimenti e/o precisazioni, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel bando di gara (Sezione VI.3).

Carbonia, 02/02/2015.

Il Resp.le del Procedimento
Dott. Carlo Contini