



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 27/03/2015

OGGETTO: Gara a procedura aperta fornitura reagenti per Centro Trasfusionale - Gara N° 5926393

IN MERITO AL LOTTO 1

Quesito 18

Nel capitolato tecnico è prevista l'inclusione di programmi di VEQ esterna per la durata del contratto. Desideriamo solo specificarVi che la corretta dizione di questo capitolo dovrebbe essere "EQA", poiché modernamente sono inclusi in questo tipo di programmi aspetti di tipo educativo e formativo non inclusi negli obsoleti programmi VEQ.

Risposta quesito 18

Il punto 15 (pag. 3 Capitolato Tecnico) specifica quanto attualmente sufficiente in Italia. I test EQA, senza'altro molto importanti, sono test richiesti dal Ministero della Salute Inglese che potrebbero essere utilizzati anche in Italia anche se non obbligatoriamente. Gli operatori economici possono offrirli ma non sono indispensabili.

Quesito 19

Si chiede di confermare che la voce 16 della Tabella "Tipo di analisi" di pag. 3 del capitolato significa che i numeri di campioni/anno ivi elencati sono già compresi dei test di controllo di qualità i cui kit sono da indicarsi alla voce 14.

Risposta quesito 19

I controlli di qualità interni vengono effettuati su ogni lotto di siero. La quantità di reagenti da utilizzare è talmente esigua da non giustificare il quesito posto.

ULTERIORI PRECISAZIONI LOTTO 1

Ad ulteriore chiarimento di quanto pubblicato nell'avviso di chiarimenti del 17/03/2015 in risposta al quesito 1), si specifica che le apparecchiature previste in dotazione al Centro di Carbonia possono eventualmente non essere identiche in termini di prestazioni, più esattamente possono essere valutate apparecchiature con prestazioni anche superiori. Tuttavia al fine di rendere omogenea la gestione è preferibile che gli apparecchi siano del medesimo produttore, presentino le stesse modalità di utilizzo, siano riconducibili ad unico centro di assistenza, tali da agevolare l'utilizzo da parte del personale addetto.

IN MERITO AL LOTTO 3

Quesito 1

Tra le caratteristiche indispensabili viene richiesta la capacità di determinare il valore dell'emoglobina entro 2 secondi. A nostro parere questa caratteristica risulta essere limitativa della concorrenza in quanto identifica il prodotto commercializzato da una sola azienda. Vi preghiamo di considerare altre tolleranze in modo permettere una più ampia partecipazione al lotto.

Risposta quesito 1

Il punto delle caratteristiche del Lotto 3 è modificato come segue:

1. Capacità di determinare il valore di Emoglobina **preferibilmente** entro due secondi

Si precisa, inoltre, che questa Azienda, non intende procedere a rinvio dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte che sono confermati, come da bando di gara, alle ore 13 del 10/04/2015.

IL RUP
Dott. Carlo Contini



Carbonia 27/03/2015

