REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Adottata dal Direttore Generale in data 29 DIC. 2011 Deliberazione n. 1181

Oggetto: affidamento diretto intervento di assistenza tecnica urgente sul Sistema per Fluorangiografia marca Topcon mod. TRC 50 L, in dotazione all' U.O. di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias - Ditta A.B. Med. - C.I.G. Z9902E4A01

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

PREMESSO che questa Azienda possiede un Sistema completo per Fluorangiografia, per esami diagnostici del circolo vascolare della retina, marca Topcon mod. TRC 50 LX, acquisito con delibera di aggiudicazione n° 3157 del 24/12/2002 ed assegnato in uso all'U.O. di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;

DATO ATTO che con una specifica segnalazione del Responsabile dell' U.O. di Oculistica, si comunica l'esistenza di un un'anomalia nell'acquisizione delle immagini, che non permette la corretta esecuzione degli esami, e si chiede la riparazione urgente del Sistema in oggetto;

CONSIDERATO che i tecnici del Consorzio Metis, interpellati per provvedere alla riparazione dell'apparecchiatura, data la specialità dell'intervento tecnico necessario, hanno ritenuto essenziale inoltrare una richiesta di assistenza alla casa madre;

ACCERTATO che la Ditta A.B. Med, come risulta dalla dichiarazione della ditta produttrice, detiene l'esclusività per la distribuzione e manutenzione delle apparecchiature marca Topcon;

PRECISATO che la Ditta, contattata dall'ufficio addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica, il 2.12.2011 segnala la rottura della telecamera Magaplus 65262 e propone un preventivo di spesa per la riparazione, allegato al presente atto, che prevede le seguenti 4 diverse opzioni:

- 1^ opzione: riparazione della telecamera al costo di € 11.070,00 i.v.a. esclusa, con garanzia di un anno, comprensivo di installazione e manutenzione del sistema e ripristino del computer in blocco;
- 2^ opzione: sostituzione della telecamera con un nuovo modello ES 3000 al costo di € 26.270,00 i.v.a. esclusa, comprensivo di installazione e manutenzione del sistema e ripristino del computer in blocco;
- 3^ opzione: upgrade del P.C. e software e sostituzione della telecamera con una mod. Stingray allied al costo di € 22.800,00 i.v.a. esclusa, comprensivo di installazione e manutenzione del sistema;
- 4^ opzione: aggiornamento tecnologico del sistema con sostituzione testa retino grafo con nuovo modello Topcon Dx e aggiornamenti sw e upgrade del p.c. al 2011 al costo di € 132.000,00 con permuta del Sistema TRC 50 valutato € 45.000,00. Totale della revisione € 87.000,00 i.v.a. esclusa;

ESAMINATO il preventivo, considerata l'entità della spesa da sostenere in riferimento allo stato d'uso della tecnologia e ritenuto di limitare i servizi di ripristino alla riparazione della telecamera ed ai servizi strettamente necessari meglio precisati con la 1^ opzione;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue deliberazione n. 1181
29 DIC. 2011

VISTO il D. lgs 163/2006, art. 57 lett. b) che consente, "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato";

PROPONE

al fine di procedere alla rimessa in pristino della tecnologia ed evitare discontinuità nel servizio erogato, l'affidamento diretto alla ditta A.B. Med, secondo le specifiche indicate all'opzione n. 1 del preventivo di spesa del 2.12.2011, la manutenzione e assistenza tecnica sul Sistema per Fluorangiografia marca Topcon mod. TRC 50 L, in dotazione all' U.O. di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- autorizzare il preventivo di spesa della Ditta A.B. MED., 1^ opzione, per un importo complessivo di € 13.394,70 i.v.a al 21% compresa, completo di installazione e manutenzione del sistema di Fluorangiografia Topcon mod. TRC 50 LX matr. 197504 in dotazione all'U.O. di Oculistica del P.O. C.T.O. di Iglesias;

- di imputare la spesa sul piano dei conti aziendale al cod. n. 0507020103 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo cod. 10531001;

- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa liquidazione della medesima a cura del dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

Il DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Frailis

Ufficio I.C. Ing. C. Cocco

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,

ATTESTA CHE LA DELIBERAZIONE

N. 1181 *DEL* 29 DIC. 2011

È STATA PUBBLICATA

NELL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA USL N. 7

A PARTIRE DAL 30 DIC. 2011 *AL* 13 GEN. 2012

RESTERÀ IN PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

ED È STATA POSTA A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE

Il Responsabile del Servizio
AFFARI GENERALI

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati n. 01

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Affari Generali

Servizio Bilancio

Ufficio Ingegneria Clinica

All.0.1

A.B.MED. S.A.S.
Via Santa Maria Chiara 159 1° piano
09134 PIRRI (CA)Tel.070.524022-500011
@ : abmed@tiscalinet.it

Da / From	
Data / Dat	**2 dicembre 2011**
rif	

da

SPETT

AZIENDA SANITARIA LOCALE
N°7 CARBONIA
DISTRETTO IGLESIAS
UFFICIO ASSISTENZA APPARECCHIATURE

ATT.NE SIG PORTAS

Oggetto : vs richiesta 281 it\11 del 12\09\2011

Spett.Ufficio Tecnico

come da accordi le allego relazione su assistenza tecnica Vostra apparecchiatura fluorangiografo TopCon LX(apparecchiatura fuori produzione prezzo di listino al momento dell'acquisto euro 130.000,00):
L'apparecchiatura lamenta la rottura della telecamera megaplus cod.65262

1°opzione ——▷ VISTO SI AUTORIZZA

riparazione telecamera al costo di euro 7.800,00 con una garanzia di un anno piu euro euro 3270,00 per lavori di manutenzione ordinaria e rimontaggio del sistema compreso il ripristino del computer in blocco

2°opzione
sostituzione telecamera con nuovo modello ES 3200 al costo di euro 23.000,00 euro (con questa telecamera di ultima generazione aumenterebbe notevolmente la qualita' dell'immagine),piu euro euro 3.270,00 per lavori di manutenzione ordinaria e rimontaggio del sistema compreso il ripristino del computer in blocco

3°opzione
Upgrade personal computer ,software e sostituzione telecamera con Stingray allied al costo di euro 22.800,00 comprensivo di tutti i lavori necessari al ripristino e alla manutenzione ordinaria.

4° opzione
Aggiornamento tecnologico con sostituzione testa retinografo con nuovo modello Top Con Dx e aggiornamenti sw e upgrade computer al 2011, al costo di euro 132.000,00 meno le parti ritirate del vs sistema valutate fino a dicembre2011 euro 45.000,00 Totale della revisione euro 87.000,00
(in questo modo il sistema sarebbe aggiornato al 2011 e avrebbe anche il nuovo tipo di acquisizione con autofluorescenza)
Si precisa che ai prezzi indicati bisognera' aggiungere l'iva (21%)
Restiamo in attesa di una Vs risposta e disposizione per ulteriori specifiche
distinti saluti