



14 NOV. 2012

Deliberazione n. 1594

Adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: dispositivi endoscopici per i Servizi di Endoscopia Digestiva, di Broncoscopia ed O.R.L. della ASL 7 Carbonia. Riscatto delle apparecchiature e delle attrezzature post-noleggio e attivazione contratto di manutenzione.

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica

PREMESSO

che la ASL Carbonia:

- con la Delibera n° 1345 del 28.12.2007 ha ratificato i verbali della Commissione di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura triennale, in noleggio, di apparecchiature endoscopiche per i MM.OO. di Endoscopia Digestiva di Carbonia e di Iglesias e per l'U.O. di Pneumologia di Iglesias aggiudicando l'acquisizione alla Olympus Italia s.r.l.,

- che con l'aggiudicazione di cui sopra, oltre all'identificazione dei prodotti a noleggio, resta stabilito:

- l'importo complessivo dell'aggiudicazione triennale, pari a € 837.574,12, riconducibile per € 559.011,66 a costi di apparecchiature, per € 33.890,16 a oneri di dilazione triennale e per € 244.672,32 a costi di assistenza tecnica full risk triennale,
- il costo presunto dei beni consumabili pari a € 35.381,61,
- il costo totale del riscatto delle apparecchiature pari a € 999,88,
- il valore della permuta delle apparecchiature di proprietà della ASL Carbonia, pari a € 30.000,00;

- con la Delibera n° 359 del 2.04.2008 ha aggiudicato alla Olympus s.r.l. la procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura triennale, in noleggio, di apparecchiature/attrezzature per l'U.O. di Pneumologia di Iglesias e per la Divisione di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai di Carbonia,

- che con l'aggiudicazione di cui sopra, oltre all'identificazione dei prodotti a noleggio, resta stabilito:

- l'importo complessivo dell'aggiudicazione triennale, pari a € 155.429,18, riconducibile per € 107.612,18 a costi di apparecchiature e per € 47.817,00 a costi di assistenza tecnica full risk triennale,
- il costo totale del riscatto delle apparecchiature pari a € 125,35 oltre IVA di legge (di cui € 84,35 riconducibili all'U.O. di Pneumologia di Iglesias ed € 41,00 riconducibili alla Divisione di Medicina/Pneumologia del P.O. Sirai);

- con la Delibera n° 863 del 15.07.2008 ha introdotto delle variazioni in aumento alle forniture di cui alle delibere 1345/2007 e 359/2008, inerenti il noleggio di due armadi portaendoscopi, uno a 6 ed uno a 4 posti, con un incremento di spesa triennale di € 8.469,04 IVA inclusa interamente riconducibile ad oneri di noleggio;

- con la Delibera n° 513 del 18.05.2009 ha introdotto delle nuove variazioni in aumento alle forniture di cui alle delibere 1345/2007, 359/2008 e 863/2008, inerenti sia il noleggio biennale di un aspiratore che la fornitura di materiale di consumo;

-- che con l'aggiudicazione di cui sopra, oltre all'identificazione dei prodotti a noleggio, resta stabilito:

- l'importo complessivo dell'aggiudicazione biennale, pari a € 1.791,74 IVA esclusa, interamente riconducibile al noleggio dell'aspiratore,
- il costo presunto dei beni consumabili dedicati ai videobroncoscopi pari a € 7.229,87 IVA esclusa,
- il costo totale del riscatto del videobroncoscopio a noleggio, pari a € 4,01;

- con la Delibera n° 169/C del 19.11.2009 ha introdotto delle ulteriori variazioni in aumento alle forniture in noleggio di cui alla delibere 1345/2007, inerenti il noleggio della durata di 14 mesi di apparecchiature endoscopiche da destinarsi all'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. C.T.O. di Iglesias;



-- che con l'aggiudicazione di cui sopra, oltre all'identificazione dei prodotti a noleggio, resta stabilito:

- l'importo complessivo del noleggio per 14 mesi, pari a € 17.258,64 (€ 1.232,76 mensile) IVA esclusa,
- l'importo complessivo dei 14 mesi di assistenza tecnica full risk, pari a € 2.680,62 IVA esclusa,
- il costo totale del riscatto delle apparecchiature endoscopiche a noleggio, pari a € 63,23;

- con la Delibera n° 128/C del 2.02.2011 è stata introdotta una proroga trimestrale, dal 1.02.2011 al 30.04.2011, ai noleggi deliberati con le delibere 1345/2007, 863/2008 e 169/C/2009, tutti in scadenza al 31.01.2011, impegnando una spesa di proroga quantificata in € 76.863,70, IVA esclusa, di cui € 50.924,47 per costi di noleggio, € 20.963,77 per costi di assistenza full risk ed € 2.948,46 per materiali consumabili;

- con la Delibera n° 214 del 20.05.2011 è stata introdotta una proroga semestrale, dal 1.05.2011 al 31.10.2011, ai noleggi deliberati con le delibere 1345/2007, 863/2008, 359/2008, 513/2009 e 169/C/2009, in scadenza al 30.04.2011 o al 1.05.2011, impegnando una spesa di proroga quantificata in € 189.766,58, IVA esclusa, di cui € 124.565,02 per costi di noleggio, € 49.956,29 per servizi di assistenza full risk ed € 15.245,27 per acquisti di consumabili;

- con la Delibera n° 997 del 16.11.2011 è stata introdotta una seconda proroga semestrale, dal 1.11.2011 al 30.04.2012, alle medesime condizioni previste con le delibere 1345/2007, 863/2008, 359/2008, 513/2009 e 169/C/2009, in scadenza al 31.10.2011, impegnando una spesa di proroga quantificata in € 182.690,25, IVA esclusa, di cui € 124.565,02 per costi di noleggio, € 49.956,29 per servizi di assistenza full risk ed € 8.168,94 per acquisti di consumabili;

DATO ATTO

che tra le motivazioni presenti negli atti di proroga di cui sopra, è presente un rimando al rallentamento che interessa l'espletamento di una nuova gara e della contestuale esistenza di una richiesta, a firma dei Responsabili dei servizi utilizzatori delle tecnologie, che giustificava l'utilizzabilità delle tecnologie in noleggio;

CONSIDERATO

che con la delibera 878 del 21.10.2011 è stata aggiudicata una fornitura urgente, con la formula del noleggio quadriennale, di apparecchiature endoscopiche aggiuntive;

DATO ATTO

che tale ulteriore disponibilità tecnologica, aggregata a quella preesistente, rende possibile affrontare i crescenti bisogni clinico-endoscopici a prescindere da una forma di noleggio sostitutiva di quella indicata in premessa che, se riscattata ed opportunamente upgradata, può convenientemente assicurare l'adempimento dei compiti di istituto per il prossimo triennio;

DATO ATTO

che:


- il costo di riscatto della tecnologia noleggiata con gli atti in premessa è pari a € 1.192,47 (€ 999,88 delibera 1345/07, € 125,35 delibera 359/08, € 4,01 delibera 513/09, € 63,23 delibera 169/C/09)
- il costo stimabile per il noleggio annuo di una tecnologia simile a quella da riscattare si può ragionevolmente determinare superiore a quello di circa € 250.000,00 (€ 197.633,94 delibera 1345/07, € 35.870,73 delibera 359/08, € 2.823,01 delibera 863/08, € 597,25 delibera 513/09, € 14.793,12 delibera 169/C/09) sostenuto in passato;
- il costo dell'eventuale upgrade cui assoggettare la tecnologia di che trattasi è notevolmente inferiore ai costi del noleggio di un anno della medesima tecnologia;
- la Olympus Italia s.r.l. si è resa disponibile a stipulare un contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk delle tecnologie in dotazione presso la ASL Carbonia che, di fatto, conferma la coerenza del processo di utilizzazione delle tecnologie acquisite a noleggio con le delibere 1345/07, 359/08, 863/08, 513/09 e 169/C/09;



- DATO ATTO** che nell'ambito delle previsioni dei documenti posti a base dell' acquisizione riconducibili alle delibere 1345/07, 359/08, 863/08, 513/09 e 169/C/09 risultano disciplinate le modalità del riscatto;
- RITENUTO** di accordarsi, in questa fase di negoziazione, anche sul servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk delle tecnologie in dotazione;
- ACCERTATO** che agli atti del procedimento sono presenti:
- diverse offerte della OLYMPUS ITALIA s.r.l. le quali, secondo l'ultima formulazione identificata al n° 12803 del 11.06.2012 ed acquisita al Protocollo ASL al n° PI/2012/0005113 del 12.11.2012, confermano la disponibilità a stipulare un contratto di assistenza tecnica e manutenzione full risk delle tecnologie acquisite dalla ASL Carbonia con i noleggi indicati in premessa;
- il riscontro ASL PG/13733 del 29.06.2012 che comunica a OLYMPUS ITALIA s.r.l. che tutte le riparazioni richieste successivamente al 1.05.2012 (data di scadenza dei contratti in proroga) sono autorizzate nelle more della stipula di un contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo "full risk" al quale verrà riconosciuta decorrenza dal 1.05.2012 ovvero, qualora non si addivenga alla stipula di un contratto di manutenzione, potranno essere fatturate sulla base dei rapporti di intervento predisposti dai tecnici OLYMPUS debitamente controfirmati dal personale dell'ASL Carbonia;
- DATO ATTO** che trattandosi di apparecchiature ad alta tecnologia, dato il particolare uso intensivo e/o a contatto con il paziente, il cui fermo potrebbe provocare conseguenze funzionali ed economiche, è indispensabile garantire la continuità operativa dei servizi sanitari interessati mediante la stipula di un contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo "full risk";
- PRECISATO** che la proposta della OLYMPUS ITALIA s.r.l. n° 12803 e 12804 del 11.06.2012 presenta un importo annuo di € 139.043,76 a fronte di un impegno precedente di € 99.794,11 (€ 81.557,44, € 15.939,00 e € 2.297,67) e che pertanto è stata avviata una negoziazione preordinata a confermare gli importi dei precedenti affidamenti;
- DATO ATTO** che la OLYMPUS ITALIA s.r.l. con la riscrittura della nota 12803 acquisita al Prot. n° PI/2012/0005113 del 12.11.2012 ed allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha rivalutato le precedenti offerte 12803 e 12804 giungendo a specificare un canone triennale di € 299.619,27 oltre IVA che, di fatto, conferma i prezzi offerti nei contratti di manutenzione precedentemente deliberati con atti n° 1345/07, 359/08, 513/09 e 169C/09;
- VISTO** il D. lgs 163/2006, art. 57, comma 2 lett. b), che regola le acquisizioni a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara;

PROPONE

- valutata l'economicità e l'efficacia dell'iniziativa, di riscattare tutte le tecnologie oggetto delle acquisizioni a noleggio previste con le delibere 1345/07, 359/08, 863/08, 513/09 e 169/C/09 citate in premessa;
- di stipulare con la OLYMPUS ITALIA s.r.l. un contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo "full risk" agli stessi patti e condizioni previsti con le delibere di cui sopra;
- di impegnare la spesa del riscatto della tecnologia noleggiata, pari a € 1.442,89 di cui € 250,41 per IVA al 21%, e la spesa per il contratto triennale di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo "full risk", pari a € 362.539,32 di cui € 62.920,05 per IVA al 21%;
- di dare al contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo "full risk" decorrenza dal 1.05.2012 e di stabilire che nell'ambito delle "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" di cui alla L. 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni del D.L. luglio 2012, n. 95, qualora per la ASL Carbonia risulti disponibile avvalersi dei servizi Consip, a costi più vantaggiosi e a parità di servizio, si procederà a chiedere al fornitore OLYMPUS



ITALIA s.r.l. una rinegoziazione del contratto in trattazione ovvero addivenire a recesso previo preavviso;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere in merito del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di riscattare tutte le tecnologie oggetto dell' acquisizione a noleggio riconducibile alle delibere 1345/07, 359/08, 863/08, 513/09 e 169/C/09;
- di dare atto che i costi del riscatto, disciplinati nell'ambito delle delibere di affidamento del noleggio, assommano a € 1.192,47 oltre IVA;
- di stipulare con la Ditta OLYMPUS ITALIA un contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo Full Risk di tutte le Tecnologie endoscopie interessate da riscatto;
- di dare al contratto di manutenzione assicurativa e assistenza decorrenza dal 1.05.2012;
- di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Ingegneria Clinica Azienda gli adempimenti correlati al riscatto ed ai servizi di assistenza tecnica in oggetto e di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs 163/06, Responsabile del Procedimento l'Ing. Cristian Cocco;
- di demandare al Servizio AA.GG. la stipula del contratto di noleggio tra l'Azienda e la ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l.;
- di imputare la spesa necessaria per riscattare la tecnologia, pari a € 1.442,89 di cui € 250,41 per IVA al 21% sul codice del piano dei conti aziendale n. 0102020401 (attrezzature sanitarie e scientifiche) Bilancio 2012;
- di imputare i costi triennali riconducibili ai servizi di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo Full Risk di tutte le tecnologie endoscopie interessate da riscatto, determinata pari a € 362.539,32 di cui € 62.920,05 per IVA al 21%, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate) bilancio 2012 (importo pari a otto mensilità pari a € 80.564,29), 2013 (dodici mensilità pari a € 120.846,44), 2014 (dodici mensilità pari a € 120.846,44) e 2015 (quattro mensilità pari a € 40.282,15);
- di dare atto che i centri di costo su cui far gravare gli impegni suddetti sono il n. 10530801 (Endoscopia Digestiva P.O. Santa Barbara), il n. 10530901 (Endoscopia Digestiva P.O. Sirai), il n. 10531505 Otorinolaringoiatria P.O. C.T.O. Sala Operatoria, ed il n. 10521001 (Pneumologia Polo Ospedaliero Iglesias) in misura proporzionale alla dotazione strumentale in assegnazione;
- demandare al Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale per gli esercizi finanziari relativi nonché ogni onere di riallineamento del libro cespiti scaturente dalla cessazione del noleggio concomitante con il riscatto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Franco Trincas

Il Resp.le I.C. / C. Cocco



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione

n° 1594 del 14 NOV. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 15 NOV. 2012 al 29 NOV. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata
posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

allegati n. 1



Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Affari Generali Ufficio Contratti
- Ufficio di Ingegneria Clinica Aziendale
- Servizio Programmazione e Controllo

Att. 1/1

Our Vision, Our Future

ASL 7

PI/2012/ 0005113

del 12/11/2012

Mittente : Servizio tecnico-manutenitivo e log

Destinatari : OLYMPUS ITALIA SRL

Classifica : 1.4.7. Fascicolo : 2 del 2012



Spettabile
ASL 7 Carbonia
Via Dalmazia, 1
09013 Carbonia

Segrate, 11 Giugno 2012

OFFERTA N° 12803

Oggetto: CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE "FULL RISK"

Con la presente desideriamo proporVi la nostra offerta di contratto "full risk" relativa alle apparecchiature medicali OLYMPUS, in dotazione presso il Vostro Ente.

Il contratto proposto (ALLEGATO 1) prevede l'effettuazione di interventi di manutenzione preventiva ALLEGATO 3), dove le specifiche tecniche dell'apparecchiatura li richiedano ed interventi di manutenzione correttiva con lo scopo di mantenere la completa efficienza delle apparecchiature (ALLEGATO 2).

Si precisa che Olympus Italia S.r.l., in conformità alle esigenze di sicurezza e protezione, si avvale di personale altamente qualificato ed addestrato presso la Casa Madre per effettuare tutti i tipi di intervento previsti e garantisce l'utilizzo di ricambi originali.

Precisazione per gli Enti Pubblici

Richiesta C.U.P.

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico sottostante alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non sia ancora stato reso noto, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente del C.U.P. relativo alla procedura, oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione del C.U.P."

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro, e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Società Unipersonale
Unip. Procuratore
Gianfranco Ghionna

Si allega:

- Allegato 1 - Contratto di Assistenza Tecnica, Manutenzione
- Allegato 2 - Elenco strumentazione in uso e prospetto economico
- Allegato 3 - Piano di manutenzione preventiva

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

ALLEGATO 1

CONTRATTO FULL RISK DI ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE TIPO I

Il contratto ha lo scopo di mantenere la completa efficienza delle apparecchiature elencate nell'ALLEGATO 2.

Resta inteso che le stesse dovranno risultare funzionanti alla data di inizio del contratto e mantenute secondo le specifiche di utilizzo, in particolare per la disinfezione ad alto livello.

In caso di riscontro di "non riparabilità di uno strumento" durante il periodo contrattuale, si procederà all'esclusione dello stesso dal contratto e la quota residua in dodicesimi del relativo canone, sarà decurtata dall'importo totale fatturato.

Sono esclusi gli accessori, sia forniti con le apparecchiature che separatamente, i quali non prevedano possibilità di interventi manutentivi (né preventivi, né correttivi), ma solo la loro sostituzione, quali ad esempio:

- Accessori transendoscopici (pinze biottiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, anse per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.).
- Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi portaluce.
- Filtri, valvole mono e pluriuso, lampade, pulsanti, tappi e quant'altro non connesso in modo integrale agli apparecchi.

SERVIZI PROPOSTI E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Interventi di manutenzione preventiva e correttiva

I sistemi per Endoscopia e Chirurgia Olympus si compongono di apparecchiature diverse che possono essere raggruppate nelle seguenti categorie in base alle caratteristiche e alla tecnologia:

1. Sonde Endoscopiche e Laparoscopiche
2. Dispositivi elettronici per la gestione delle Immagini o chirurgici
3. Lavadisinfettatrici

Ogni tipologia richiede un diverso programma di manutenzione preventiva, e la frequenza delle visite è funzione della tipologia degli strumenti, delle modalità e frequenza d'utilizzo.

Per le tipologie 1 e 2, la manutenzione preventiva comporta la verifica funzionale e l'eventuale regolazione delle componenti dell'apparecchiatura con lo scopo di prevenirne i guasti. Precisiamo che i medesimi controlli sono eseguiti anche al termine di ogni intervento correttivo.

La manutenzione preventiva delle apparecchiature del gruppo 3 richiede la sostituzione di parti soggette ad usura ed è prescrittiva per garantire la corretta disinfezione delle attrezzature processate. La frequenza delle visite è scadenzata automaticamente dall'apparecchiatura in funzione delle ore d'utilizzo.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

Il presente contratto prevede:

- *N. 1 visita di manutenzione preventiva annuale per le tipologie 1 e 2, mentre per la tipologia 3 la frequenza delle manutenzioni dipende dalle condizioni sopra esposte;*
- *Numero illimitato di interventi su chiamata.*

Per le considerazioni sopra indicate Olympus Italia si riserva la possibilità di modificare il numero e la frequenza delle manutenzioni preventive.

E' compresa nell'assistenza anche l'eventualità di danneggiamenti accidentali causati da pazienti (morsicature) e da shock meccanici accidentali causati dal personale addetto alla pulizia degli strumenti.

2. Parti di ricambio

Il costo di tutte le parti di ricambio sostituite durante gli interventi eseguiti nell'ambito del presente contratto si deve intendere incluso nel canone ad eccezione dei costi derivanti dalla sostituzione di parti non originali Olympus.

Olympus Italia S.r.l. utilizza solamente parti di ricambio originali. L'utilizzo di ricambi originali e la riparazione delle apparecchiature da parte di personale addestrato sullo strumento specifico, garantisce che le caratteristiche e le specifiche costruttive e di sicurezza siano mantenute, e garantisce gli utilizzatori da eventuali incidenti dovuti ad apparecchiature usurate o fuori specifiche, in conformità alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

3. Danni alle persone ed alla strumentazione

Il presente contratto non include gli interventi che si rendessero necessari a causa di danni dovuti a uso improprio, negligenza o colpa grave, dolo, eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, ecc), così come sono esclusi i danni provocati dall'utilizzo di accessori non forniti da OLYMPUS.

Le parti si danno atto che Olympus Italia S.r.l non sarà tenuta responsabile di alcun danno eventualmente verificatosi in seguito ad interventi tecnici eseguiti sugli strumenti da personale non espressamente autorizzato.

L'esecuzione di interventi tecnici da parte di personale non autorizzato sugli strumenti comporterà l'esclusione della garanzia per il buon mantenimento delle caratteristiche di funzionalità e sicurezza degli apparecchi, con espressa esclusione di responsabilità per i danni eventualmente derivanti al Cliente e/o a terzi.

L'esecuzione di interventi da parte di personale non autorizzato sugli strumenti integra, altresì, una causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. La risoluzione per inadempimento deve essere comunicata da Olympus Italia S.r.l. al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

12-E-12803-Carbonia-asi7-FR-3001000, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C. F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVACNT N° 12803 DEL 11/06/12

MODELLO: _____ S/N _____

R.T. N°	1 VISITA		
DEL			

1 VERIFICA INTEGRITA' STRUTTURALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 CONTROLLO TENUTA IMPERMEABILITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 CONTROLLO ANGOLAZIONE TERMINALE E REGOLAZIONE TIRANTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CONTROLLO VALVOLA CANALE BIOPTICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 CONTROLLO INNESTO LAVAGGIO FORZATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 CONTROLLO FUNZIONALITA' TASTI DI COMANDO REMOTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLA GUAINETTA ESTERNA DEL TRATTO ANGOLABILE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE UGELLO INSUFFLAZIONE / LAVAGGIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 VERIFICA INTEGRITA' LENTINE PORTALUCE E PORTAIMMAGINE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 VERIFICA FASCIO FIBRE PORTALUCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 VERIFICA FUNZIONALE ASTINA ANGLE' (Solo Duodenoscopi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 VERIFICA FUNZIONALE ZOOM (Modelli Zoom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 CONTROLLO FUNZIONALE FONTE DI LUCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 CONTROLLO FUNZIONALE VIDEOPROCESSORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 CONTROLLO FUNZIONALE DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 CONTROLLO FINALE DI TUTTE LE FUNZIONI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LAVORO ESEGUITO

CONDIZIONE GENERALE STRUMENTO

DATA _____

FIRMA _____

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa Holding GmbH

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap. Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C. F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

ASL 7 - CARBONIA - IGLESIAS

CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK FRI

N° 12803

CODICE	MODELLO	APPARECCHIATURA	S/N	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALI
APPARECCHIATURE PER I MM.OO. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DI IGLESIAS							
N2277462	barbara	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OL.YMPUS	7783490				
N2277252	barbara	CL-V-180 FONTE DI LUCE EXERA IIXENON 300 W OL.YMPUS	7702407				
K10000287	barbara	WM-NP1 CARRELLO STANDARD CON TRASFORMATORE OL.YMPUS	2729157				
N2032460	barbara	OEVI91H MONITOR MEDICALE 19" OL.YMPUS	7723966				
N2032460	barbara	OEVI91H MONITOR MEDICALE 19" OL.YMPUS	7723966				
N2116130	barbara	GIF-N180 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 4,9 MM CANALE 2,0 MM OL.YMPUS	2801069				
N2118330	barbara	GIF-N180 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV OL.YMPUS	2705399				
N2117030	barbara	CF-Q166L VIDEOCOLON INT SONDA 12,8 MM CANALE 3,7 MM OL.YMPUS	2801727				
N2116930	barbara	CF-Q166L VIDEOCOLON LUNGO SONDA 12,8MM CANALE 3,7MM OL.YMPUS	2801881				
N2116730	barbara	CF-H180AI VIDEOCOLONSCOPIO HDTV INNOFLEX OL.YMPUS	2800878				
N2651830	barbara	SIF-Q180 VIDEOENTEROSCOPIO SINGLE BALLON	2711158				
N2652040	barbara	Unità di comando OBCU per SIF-Q180	7700413				
EO425502	barbara	ETD-3 PLUS PAA LAVADISINFETTATRICE DUE POSTI VER. PLUS-PERAC	07140582				
EO425502	barbara	ETD-3 PLUS PAA LAVADISINFETTATRICE DUE POSTI VER. PLUS-PERAC	08140584				

APPARECCHIATURE PER I MM.OO. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DI CARBONIA							
N2277462	sifrai	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OL.YMPUS	7783490				
N2277252	sifrai	CL-V-180 FONTE DI LUCE EXERA IIXENON 300 W OL.YMPUS	7702380				
K10000287	sifrai	WM-NP1 CARRELLO STANDARD CON TRASFORMATORE OL.YMPUS	2729154				
N2032460	sifrai	OEVI91H MONITOR MEDICALE 19" OL.YMPUS	7723979				
029290	sifrai	RV-5 ASPIRATORE SINGOLO OL.YMPUS	2728686				
EO424785	sifrai	DVO-1000MD MASTERIZZATORE DVD MEDICALE SONY	S010017587E				
N2116130	sifrai	GIF-N180 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 4,9 MM CANALE 2,0 MM OL.YMPUS	2701060				
N2116130	sifrai	GIF-N180 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 4,9 MM CANALE 2,0 MM OL.YMPUS	2801085				
N2116430	sifrai	GIF-Q166L VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,2 MM CANALE 2,8 MM OL.YMPUS	2703559				
N2116430	sifrai	GIF-Q166L VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,2 MM CANALE 2,8 MM OL.YMPUS	2703666				
N2116330	sifrai	GIF-H180 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV OL.YMPUS	2705406				
N1041030	sifrai	GIF-XTQ160 VIDEOGASTROSC SONDA 12,9 MM CANALE 6,0 MM OL.YMPUS	2800493				
N2117030	sifrai	CF-Q166I VIDEOCOLON INT SONDA 12,8 MM CANALE 3,7 MM OL.YMPUS	2800495				
N2117030	sifrai	CF-Q166I VIDEOCOLON INT SONDA 12,8 MM CANALE 3,7 MM OL.YMPUS	2801725				
N2116730	sifrai	CF-H180AI VIDEOCOLONSCOPIO HDTV INNOFLEX OL.YMPUS	2801718				
EO425505	sifrai	TJF-160VR VIDEOD. V.SCOPE CSTARTER KIT SONDA 11,3MM C.4,2MM	2801716				
EO425502	sifrai	ETD-3 PLUS PAA LAVADISINFETTATRICE DUE POSTI VER. PLUS-PERAC	07140577				
EO425502	sifrai	ETD-3 PLUS PAA LAVADISINFETTATRICE DUE POSTI VER. PLUS-PERAC	08140587				

APPARECCHIATURE PER IL U.O. DI PNEUMOLOGIA DI IGLESIAS (EX CROBU)									
N2117560	BF-P180 VIDEOBRONCO EXERA II SONDA 4.9 MM CANALE 2.0 MM OLY	2801080							
N2117690	sostituto successf BF-1T180 VIDEOBRONCO EXERA II SONDA 6.0 MM CANALE 3.0 MM OLY	XXXXXXXXXX							
N1012640	BF-P180 VIDEOBRONCO EXERA II SONDA 4.9 MM CANALE 2.0 MM OLY	2801124							
N2277482	OTV-STH-IN TESTA DI TELECAMERA OT V-STH-IN FILTRO MOIRE	7818842							
N2277252	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OLYMPUS	7885608							
N2032480	CLV-180 FONTE DI LUCE EXERA IIXENON 300 W OLYMPUS	7804083							
K10000287	OEV191H MONITOR MEDICALE 19" OLYMPUS	7828481							
	WM-NP1 CARRELLO STANDARD CON TRASFORMATORE OLYMPUS	2806400							
ESTENSIONE PER PNEUMOLOGIA DI IGLESIAS (EXS CROBU)									
029290	KV-5 ASPIRATORE SINGOLO OLYMPUS	2809211							
APPARECCHIATURE PER IL U.O. DI MEDICINA DI CARBONIA - ESTENSIONE DI PNEUMOLOGIA DI IGLESIAS									
N2117560	BF-P180 VIDEOBRONCO EXERA II SONDA 4.9 MM CANALE 2.0 MM OLY	2801127							
N2117690	BF-1T180 VIDEOBRONCO EXERA II SONDA 6.0 MM CANALE 3.0 MM OLY	2801829							
K10000287	WM-NP1 CARRELLO STANDARD CON TRASFORMATORE OLYMPUS	2806385							
ESTENSIONE PER ORL DI IGLESIAS (OSPEDALE CTQ)									
N2277462	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OLYMPUS	7894953							
N2277252	CLV-180 FONTE DI LUCE EXERA IIXENON 300 W OLYMPUS	7903744							
K10000287	WM-NP1 CARRELLO STANDARD CON TRASFORMATORE OLYMPUS	2919530							
N2032480	OEV191H MONITOR MEDICALE 19" OLYMPUS	7924981							
N1012640	OTV-STH-IN TESTA DI TELECAMERA OT V-STH-IN FILTRO MOIRE	7910555							
TOTALI		99.873,09	99.873,09	99.873,09	99.873,09	299.619,27			


OLYMPUS ITALIA S.R.L.
 Società unipersonale
 Un P.I. n. 01414930123
 Gianfranco Galdonina