



1476

adottata dal Direttore Generale in data 29 OTT. 2013

OGGETTO: Gara d'appalto procedura aperta per la fornitura triennale con opzione di rinnovo annuale di protesi chirurgiche (biliari, otologiche, mammarie etc.) per UU.OO. di Chirurgia Aziendali. Rettifica Capitolato Speciale.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale:

- Premesso** che con atto deliberativo n°1457 del 26/08/2013, l'Azienda ha indetto la gara a procedura aperta, per la fornitura triennale con opzione di rinnovo annuale di protesi chirurgiche (biliari, otologiche, mammarie etc.) per UU.OO. di Chirurgia Aziendali, approvando contestualmente il Capitolato Speciale di gara;
- Acquisita** agli atti del Servizio Acquisti, la nota *mail* del 24/10/2013, del Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale, che a seguito di richieste di chiarimenti pervenuti a cura di alcuni Operatori, ritiene di dover apportare delle variazioni al Capitolato Speciale, approvato con l'atto di cui sopra e pubblicato nel sito aziendale;
- Precisato** che le modifiche richieste sono state valutate dal Responsabile Capo Dipartimento di Chirurgia ospedaliera;
- Ritenuto** opportuno procedere alla formulazione di apposito avviso di rettifica, con i dovuti chiarimenti come da allegato;

PROPONE

- Atto di rettifica del Capitolato Speciale per la fornitura di dispositivi protesici biliari, otologiche, mammarie etc., occorrenti alle UU.OO. di Chirurgia Ospedaliera Aziendale, di cui alla delibera di indizione della gara a procedura aperta n° 1457 del 26/08/2013;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare il Capitolato Speciale per la fornitura triennale con opzione rinnovo annuo di dispositivi e protesi chirurgiche (biliari, otologiche, mammarie etc.) di cui alla delibera di indizione della gara a procedura aperta n° 1457 del 26/08/2013;
- Di confermare le restanti disposizioni del Capitolato Speciale;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Cafumida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Il Direttore Sanitario
Dott. Andrea Corrias

Il Resp. Serv. Acquisti/ Dott. Carlo Contini

Add Acquisti/R. Tidia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1776 del 29 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 OTT. 2013 al 13 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio



AVVISO DI RETTIFICA

OGGETTO: GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE DI PROTESI CHIRURGICHE (BILIARI, OTOLOGICHE, MAMMARIE ETC.) PER UU.OO. DI CHIRURGIA AZIENDALI. - GARA N° 5174643

In riferimento alla gara in oggetto, si comunica che con specifico atto deliberativo è stato rettificato il capitolato speciale di gara. Si riportano di seguito le rettifiche apportate:

Sono state apportate modifiche al lotto 4 come di seguito specificato:

- 1) La voce D deve intendersi quale nuovo lotto separato denominato **Lotto 4 D**.
- 2) In riferimento alla voce di cui al nuovo **lotto 4 D**, sono state apportate modifiche alle caratteristiche tecniche.
- 3) Sono stati rettificati i parametri qualitativi relativi al punteggio del nuovo **lotto 4 D**.
- 4) Il punteggio qualità relativo al **lotto 4 A-B-C** si intende confermato.

In allegato si riporta la composizione completa dei nuovi lotti (**lotto 4 A-B-C**) e del (**lotto 4 D**)

Ulteriori precisazioni:

Per tubo di riempimento removibile richiesto alla voce di cui al **lotto 4 D**, si intende che deve essere asportabile.

Copia del presente avviso deve essere allegato firmato per presa visione e accettazione unitamente alla restante documentazione di gara (**documentazione amministrativa**).

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dr. Carlo Contini



LOTTO 4 A-B-C

CIG [52948242FD]

Espansore e Protesi per ricostruzione mammaria

Campioni da inviare: 1

- A) L'espansore, completo di disco magnetico e del relativo rilevatore, deve essere compreso tra 250 e 800 cc di volume circa e possedere valvola di riempimento incorporata facilmente individuabile, anello perivalvolare palpabile, con vari diametri e gradi di proiezione e altezza, a superficie testurizzata; n° 10 pz.
- B) La protesi mammaria anatomica in gel di silicone altamente coesivo, con punti di reperi visibili per l'orientamento e superficie testurizzata, con il maggior numero di misure e proiezioni; n°10 pz.
- C) Sizer per il dimensionamento delle protesi, sterili risterilizzabili nelle tipologie e forme di cui al punto B) n° 5 pz.

Punteggio qualità per il Lotto 4 A-B-C		
praticità, maneggevolezza nell'impiego	punti	10
Sistema di fissaggio dell'espansore	punti	10
tempo di permanenza dell'espansore	punti	10
misure gradi di proiezione e coesività della protesi	punti	20
confezionamento e qualità dei materiali	punti	10



LOTTO 4 D

CIG [5397997809]

Protesi tipo Becker

Campioni da inviare: 1

Protesi mammaria ad espansione anatomica tipo Becker corredata di valvola asportabile e tubicino. Superficie festurizzata. Involucro esterno in triplice strato differenziato con parte interna espandibile tramite iniezioni di soluzione fisiologica e lume esterno contenente gel di silicone.

Tube di riempimento removibile con doppia valvola auto sigillante. Le protesi devono essere disponibili in misure variabili, oscillanti tra 150 cc e 800
n° 5 pz.

Punteggio qualità per il Lotto 4 D		
praticità, maneggevolezza nell'impiego	punti	20
misure gradi di proiezione e coesività della protesi	punti	20
confezionamento e qualità dei materiali	punti	20