REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Deliberazione n. 74/C

Adottata dal Direttore Generale in data

Oggetto: Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione del Tavolo operatorio marca Maquet mod. Alphastar matr. 00076, in dotazione all'.U.O. di Ostetricia e Ginecologia S.O. del P.O. S. Barbara di Iglesias. Ditta Maquet Italia - C.I.G. Z7812C866E

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio tecnico manutentivo e logistico :

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che l'Azienda ha in dotazione, in uso all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia S.O. del P.O. S. Barbara di Iglesias, un Tavolo operatorio marca Maquet mod. Alphastar matr. 00076, inv. 25326;

VISTA la richiesta telematica del 08/10/2014, con la quale il Coordinatore del l'U.O. chiede un intervento, urgente, di manutenzione e riparazione del tavolo operatorio Maquet Alphastar matr. 00076, che non esegue i comandi ricezione/esecuzione trasmessi dal telecomando e un danno evidente nel cuscino del piano schienale /bacino;

CONSIDERATO che la Ditta Hospital Consulting, che gestisce il global service delle apparecchiature sanitarie dell'Azienda, ha comunicato via mail il costo della riparazione dell'apparecchiature in oggetto, che prevede la sostituzione della parte elettronica danneggiata e del cuscino del piano schienale/bacino per un importo complessivo di € 3.316,54,00 incluso il 15% per le spese di gestione e utile d' impresa, i.v.a. esclusa;

PERTANTO il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato una richiesta di preventivo alla Ditta Maquet Italia, per gestire autonomamente l'intervento di manutenzione e ottenere un risparmio del 15% sul costo complessivo della manutenzione, altrimenti destinato alle spese di gestione e utile d'impresa della Hospital Consulting;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Maquet Italia S.p.A. n. PN SW 13 1630 1 - 351930493 del 31.10.2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, pari a € 2.813,19 i.v.a. esclusa, comprensivo di spese di viaggio, manodopera e ricambi necessari;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, l'affidamento possa essere effettuato con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Segue delibera 74/C

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Maquet Italia per la riparazione del Tavolo operatorio marca Maquet mod. Alphastar matr. 00076 per un importo complessivo di € 2.813,19 i.v.a. esclusa, come da preventivo n. PN SW 13 1630 1 - 351930493 del 31.10.2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- Affidare alla ditta Maquet Italia la riparazione del Tavolo operatorio marca Maquet mod. Alphastar matr. 00076, in dotazione all'U.O. di Ostetrica e Ginecologia S.O. del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 2.813,19 i.v.a. esclusa, come da preventivo n. PN SW 13 1630 1 - 351930493 del 31.10.2014;

- Di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

- Di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 3.432,10, di cui € 618,90 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo 0507020103 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo n. 10531305 (U.O. di Ostetricia e Ginecologia S.O. P.O. S. Barbara);

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dr. Roberto Pirastu

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il RESP.LE S.C. Serv. Tecnico Manut. e log.
Ing. Brunello Vacca

I.C. Ing. Giorgio Angius

Add/ A. Portas

4

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera

n° 141 C del 21 GEN. 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 26 GEN 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N.7 CARBONIA

MAQUET
GETINGE GROUP

MAQUET Italia S.p.A. - Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Spettabile
AZIENDA U.S.L. N. 7. DI CARBONIA
Via Brigata Sassari
09016 IGLESIAS (CI)
P.O. SIRAI
SERV. ING. CLINICA

C/A ING. GIORGIO ANGIUS

TEL 07816683375

FAX 07816683485

Cinisello Balsamo, 31.10.2014

Vs. rif.: Z.05.01-2013/1096 DEL 12/9/13
Ns. rif.: PN SW 13 1630 1-351930493

1. OGGETTO

1.1 Preventivo per il ripristino della Vostra apparecchiatura
ALPHASTAR 1132.12A0 S/N 76
Presso il reparto: CHIRURGIA GENERALE
P.O.: P.O. S. BARBARA - IGLESIAS - IGLESIAS
CHIAMATA: DA APRIRE

2. DESCRIZIONE DEL LAVORO E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 **Sostituzione potenziometro e copertura centrale.**

3. MANODOPERA

3.1 Il costo della manodopera è stato quantificato come segue:

	Descrizione	q.tà	Prezzo cad. €	Sconto	Totale €
A)	Ore viaggio	2.5	154,00	8,00 %	354,20

MAQUET Italia S.p.A.
Via Gozzano, 14
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel. +39-02-611135.1
Fax +39-02-611135.260/261
www.maquet.com

ISO 9001:2008 N. 9120.SBA1

Società Unipersonale
Soggetta alla direzione e coordinamento di
MAQUET GmbH
Capitale sociale: Euro 1.020.000
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 03992220966
Registro AEE n: IT08020000001291
Registro Nazionale Pile n: IT09070P00001492

Maurizia Vanzo
Tel: +3902611135284
Fax: +3902611135262
maurizia.vanzo@maquet.com

B)	Ore di Lavorazione	4	154,00	8,00 %	566,72
C)	Diritto Fisso di Chiamata SW	1	181,00	100,00 %	0,00
				Totale manodopera:	566,72

3.2 Qualora l'intervento dovesse richiedere un numero di ore aggiuntive o il nostro personale dovesse impiegare un numero di ore inferiori per completare l'intervento rispetto a quanto contenuto nel presente preventivo, le medesime saranno computate o decurtate, previo invio ed approvazione del relativo consuntivo, in sede di fatturazione così come indicato al successivo punto 6.

4. MATERIALI

4.1 Il costo del materiale viene così composto e suddiviso:

Pos	Listino	Descrizione	q.tà	Prezzo cad. €	Sconto	Totale €
1	90920703	Cuscino per piano schienale e per p. sed	1	1.592,38	10,00 %	1.433,14
2	2310793	Potentiometer complete	2	140,80	10,00 %	253,44
3	31130624	Potenziometro con connettore	2	196,82	10,00 %	354,28
4	2302884	Microcontrollore, programmato	1	114,23	10,00 %	102,81
5	2302874	Microcontrollore, programmato	1	114,23	10,00 %	102,81
					Totale materiali:	2.246,47

4.2 Qualora l'intervento dovesse richiedere l'utilizzo di materiale aggiuntivo o un quantitativo di materiale inferiore rispetto a quanto contenuto nel presente preventivo, il relativo materiale sarà computato o decurtato, previo invio ed approvazione del relativo consuntivo, dall'importo totale in sede di fatturazione al prezzo così come indicato al successivo punto 6.

5. TOTALE PREVENTIVO

5.1 Il costo totale del presente preventivo comprensivo dei costi di manodopera, dei costi di viaggio e dei materiali risulta pari a:

Totale + I.V.A. esclusa **€ 2.813,19**

Pagamento R.B. a 120gg data fattura.

Validità preventivo 90gg dalla data della presente

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

6.1 Tutti gli importi così come sopra indicati dovranno essere maggiorati dell'Iva come per legge e sono da intendersi comprensive delle spese di consegna ed imballo.

6.2 Il presente preventivo si intenderà valido qualora venga accettato dal cliente entro il termine di giorni novanta (90) dalla data di emissione. In caso contrario Maquet Italia S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere ad una revisione dei corrispettivi esposti.

6.3 Il pagamento dovrà essere effettuato entro novanta (90) giorni dall'emissione della fattura e salvo diverso espresso accordo con il cliente, le fatture commerciali non contestate entro otto giorni dal loro ricevimento si intenderanno definitivamente accettate.

6.4 In caso di ritardato pagamento, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente contratto, la Maquet Italia S.p.A. addebiterà gli interessi di mora senza che occorra formale messa in mora calcolati su base annua e pari al Saggio degli interessi da applicare a favore

del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali come comunicato semestralmente dal ministero dell'Economia e della Finanza aumentato di sette (7) punti percentuali oltre alle ulteriori spese per ogni comunicazione di sollecito inviata al cliente.

6.5 In mancanza di diverso accordo, i pagamenti dovranno essere effettuati per l'importo totale delle fatture. Tutte le cessioni sono accettate salvo buon fine e quelle con scadenza oltre i sei mesi saranno accettate con patto di riservato dominio.

6.6 Le spese di sconto si intendono a carico del cliente ed agli effetti dell'imposta di bollo sugli atti dipendenti dalla fornitura si conviene che il rapporto sarà regolato secondo le norme del conto corrente improprio.

7. PRESTAZIONI ESCLUSE DAL PREVENTIVO

7.1 Restano escluse dal presente preventivo e saranno a carico del cliente le seguenti prestazioni:

7.2 Qualora, in corso d'opera, il richiedente necessitasse che anche tali ulteriori prestazioni o sostituzione di ulteriori parti di ricambio vengano effettuate da Maquet Italia S.p.A., dovrà darne immediata comunicazione scritta indicando espressamente le ulteriori prestazioni richieste. Maquet Italia S.p.A. si riserva pertanto di provvedere alla predisposizione di un ulteriore preventivo relativamente agli interventi non compresi nel presente preventivo che dovrà essere restituito a Maquet Italia S.p.A. munito di sottoscrizione per accettazione e timbro e che diventerà parte integrante del presente documento.

7.3 Le relative prestazioni aggiuntive saranno fatturate contestualmente all'emissione della fattura relativa ai lavori di cui al presente preventivo.

8. PERSONALE IMPIEGATO

8.1 Tutti i servizi sopra descritti saranno effettuati dalla Maquet Italia S.p.A. tramite l'impiego di proprio personale specializzato.
Le prestazioni di assistenza tecnica sopra indicate vengono svolte esclusivamente da personale qualificato in possesso dei necessari requisiti. In particolare il personale tecnico di Maquet Italia S.p.A. in linea con quanto previsto dalle norme ISO9001:2008 è qualificato sulla base di un'adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza secondo quanto necessario applicando la Maquet Italia S.p.A. procedure di addestramento dei propri tecnici disponendo di apposite registrazioni dell'addestramento effettuato che vengono conservate in appositi archivi.

8.2 Maquet Italia S.p.A. si riserva, altresì, in casi particolari la facoltà di incaricare tecnici non dipendenti per l'effettuazione di interventi ed in tal caso il personale esterno designato sarà adeguatamente istruito ed altamente qualificato e ne sarà responsabile direttamente la Maquet Italia S.p.A. ad eccezione dei casi in cui venga concretamente subappaltata la prestazione con espresso consenso dell'ente.

9. RAPPORTO DI INTERVENTO

9.1 Al termine delle prestazioni rese da Maquet Italia S.p.A. verrà redatto un rapporto di intervento che dettaglierà il numero di ore effettivamente svolte dai tecnici Maquet Italia S.p.A., nonché le parti di ricambio eventualmente sostituite comprensivo di trasporto franco magazzino ospedale.

9.2 Il verbale relativo all'importo di intervento sottoscritto da entrambe le parti costituirà accettazione espressa dei lavori svolti senza possibilità futura in capo al committente di sollevare contestazioni in ordine all'operato di Maquet Italia S.p.A.

9.3 Il numero di ore lavorative ed il numero di ore di viaggio espressamente riportato nel rapporto di intervento e la sottoscrizione da parte del richiedente munito dei necessari poteri costituirà accettazione dell'avvenuta prestazione e del numero di ore lavorative impiegate da parte di Maquet Italia S.p.A.

10. GARANZIA DEI MATERIALI

10.1 Maquet Italia S.p.A. garantisce la qualità dei propri prodotti nonché che le rispettive caratteristiche corrispondano a quanto specificamente convenuto tra le parti.

10.2 Maquet Italia S.p.A. garantisce che tutti i prodotti oggetto del presente preventivo sono conformi alla normativa CE. Maquet fabbricante dei prodotti oggetto del presente preventivo ai sensi della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, individua Maquet Italia S.p.A. come unico soggetto che in Italia rappresenta ed opera per conto del fabbricante per i medesimi prodotti in regime di assoluta esclusività.

10.3 Maquet e la scrivente società declina ogni responsabilità per anomalie e difetti di funzionamento dei propri dispositivi medici, così come per eventuali danni cagionati a pazienti o utilizzatori che dovessero prodursi a seguito di interventi manutentivi di terzi soggetti non autorizzati o comunque privi delle qualità e dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico.

10.4 La durata della garanzia sui materiali di sostituzione è di giorni 180 decorrenti dalla data di sottoscrizione del rapporto di intervento secondo le modalità ed i termini di cui al precedente punto 7.

10.5 In ogni caso la Maquet Italia S.p.A. non risponde dei vizi e dei difetti riconducibili ai seguenti comportamenti posti in essere dal cliente:

A) utilizzo non consentito e non appropriato o comunque non rispondente alla destinazione d'uso;

B) inosservanza delle istruzioni fornite da Maquet, modifica dei prodotti, attivazione erronea, trattamento inadeguato;

C) mancata installazione di aggiornamenti di software non inclusi nell'oggetto contrattuale o mancato rispetto delle avvertenze fornite da Maquet Italia S.p.A. per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

D) installazione difettosa qualora non sia stata effettuata da personale Maquet Italia S.p.A.;

E) installazione difettosa di accessori o pezzi di ricambio non forniti da Maquet Italia S.p.A.;

F) riparazioni eseguite da personale non autorizzato o comunque non incaricato da Maquet Italia S.p.A.;

G) normale usura o logoramento dell'apparecchio fornito da Maquet Italia S.p.A.;

H) qualunque riparazione o intervento derivante da errori di progettazione e/o difetti di costruzione di prodotti di terzi;

I) qualunque intervento reso necessario a seguito dell'utilizzo delle apparecchiature in combinazione con software, con prodotto e/o accessori non compatibili con le stesse forniti da terzi;

J) danni provocati da eventi non dipendenti da alcuna volontà quali incendi, calamità naturali, danneggiamenti causati dall'acqua, nonché furti;

K) danni provocati dal cattivo uso delle apparecchiatura, dall'incuria o negligenze da parte del personale preposto all'utilizzo delle stesse;

L) danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni fornite da Maquet Italia S.p.A. per l'utilizzo delle apparecchiature o la mancata garanzia delle condizioni e dell'ambiente da essa consigliato;

M) danni dovuti a tentativi di riparazione, sostituzione, manutenzione o modifiche non autorizzate da parte del cliente o da qualsiasi altro fornitore terzo se non previa autorizzazione scritta.

11. OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

11.1 Il cliente è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

A) utilizzare l'apparecchiatura, pena la propria esclusiva responsabilità, uniformandosi alle istruzioni d'uso fornitegli e con la massima diligenza. In caso di intervento della Maquet Italia S.p.A. al fine di risolvere problematiche inerenti ad un uso non corretto del cliente o errori dell'operatore, il medesimo verrà fatturato e non sarà ricompreso nel presente preventivo;

B) assicurare la presenza di un proprio rappresentante per eventuali necessità nonché per la sottoscrizione dei rapporti degli interventi;

C) fornire dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici Maquet Italia S.p.A. e le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal cliente ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In mancanza di tale comunicazione l'ambiente sarà considerato privo di rischi con conseguente responsabilità in caso di evento dannoso. In ogni caso il personale tecnico Maquet Italia S.p.A. potrà astenersi dall'effettuare qualsivoglia tipo di intervento qualora riscontri l'esistenza di rischi specifici o l'assenza di idonee misure di prevenzione o di emergenza;

D) consentire al personale tecnico di Maquet Italia S.p.A. pieno e libero esercizio alle apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione mettendo a disposizione tutti i mezzi di supporto necessari per il regolare svolgimento dello stesso e per il tempo necessario all'intervento.

12. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 Le parti convengono sin d'ora che Maquet Italia S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora il cliente ponga in essere operazioni espressamente non autorizzate da Maquet Italia S.p.A.

13. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

13.1 Qualora la prestazione offerta diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, Maquet Italia S.p.A. avrà facoltà di domandare la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

14.1 Eventuali modifiche al presente preventivo dovranno essere necessariamente redatte per iscritto e munite di sottoscrizione dalle parti.

15. CONTROVERSIE

15.1 Qualora dovessero insorgere controversie relative al presente preventivo in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente preventivo sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

15.2 Tutti i rapporti e gli atti giuridici tra cliente e Maquet Italia S.p.A. saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Tutte le informazioni fornite sono considerate confidenziali e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il cliente acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte di Maquet Italia S.p.A. ed in particolare acconsente che:

- i propri dati siano trattati esclusivamente allo scopo di completare la transazione commerciale;
- il trattamento venga realizzato mediante strumenti informatici e telematici.

Al cliente sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

17. ACCETTAZIONE

17.1 In caso di accettazione del presente preventivo il cliente dovrà restituire copia del medesimo sottoscritto e timbrato presso:

Maquet Italia S.p.A.
Via Gozzano, 14 – 20092 Cinisello Balsamo – Milano
Fax +39-02-611135.262
service@maquet.it

MAQUET Italia S.p.a.

Ing. Marco Bissoli
Service Manager

Per accettazione

SERVIZIO SANITARIO
ASL N.7
Carbonia
REGIONE SARDEGNA

PN SW 13 1630 1-351930493

[Close] aportas@aslcarbonia.it

Da:	Michela Lobina <Michela.Lobina@hospital-consulting.it>	**Posta Inviata:**	mer 05/11/14 16:59
A:	"gioangius@aslcarbonia.it" <gioangius@aslcarbonia.it>	**Priorità:**	Normale
Cc:	"bvacca@aslcarbonia.it" <bvacca@aslcarbonia.it>, "ingegneriaclinica@aslcarbonia.it" <ingegneriaclinica@aslcarbonia.it>, "aportas@aslcarbonia.it" <aportas@aslcarbonia.it>		
Oggetto:	Chiarimenti su richiesta d'intervento 2014/01100 Tavolo Operatorio MAQUET Sala Operatoria Ostetricia e Ginecologia P.O. S. Barbara	**Tipo:**	Testo Con Allegati

Buongiorno Giorgio,
in data 08/10/2014 è stata aperta una richiesta di intervento sul Tavolo Operatorio costruttore Maquet, modello Alphastar, inventario 25326, matricola 0076, in dotazione all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S. Barbara (Sala Operatoria), in cui si richiede un controllo del telecomando in quanto i comandi inviati non vengono eseguiti.
Il tavolo in questione in realtà presenta lo stesso problema dai tempi in cui la manutenzione degli elettromedicali era affidata al Consorzio Metis; nel 2012 era stato acquistato un nuovo telecomando che non aveva però risolto il problema.
Quando nel 2013 è subentrata H.C. il letto era quindi non funzionante. In seguito ad accordi con l'Ingegneria Clinica (trattandosi di un Intervento Extra) a novembre 2013 è stato effettuato un sopralluogo, dal personale tecnico della scrivente e della Casa Madre, in seguito al quale si è evinto che la mancata ricezione/esecuzione dei comandi inviati (dal telecomando)è dovuta ad un danneggiamento della scheda di rilevazione e di diversi sensori del tavolo che ha, inoltre, il cuscino per il piano dello schienale/bacino danneggiato.
Poiché il preventivo non è mai stato approvato ad oggi il letto risulta ancora non funzionante.
Stando al preventivo emesso in data 20/11/2013 ed includendo pure la sostituzione del cuscino, il prezzo riservato alla Asl7 è di €3.316,64 IVA esclusa (ricarico del 15% per spese di gestione ed utile d'impresa incluso); intervenendo solamente sulla parte elettronica il prezzo dell'intervento riservato alla Asl 7 è di €1.668,52 IVA esclusa (ricarico del 15% per spese di gestione ed utile d'impresa incluso).
Resto in attesa di Vs riscontro per un'eventuale approvazione del preventivo .

Saluti
Michela

Michela Lobina
Sic Carbonia

Hospital Consulting SpA
Via di Scolivigne, 60/1
Località Grassina
50015 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39-055-64.98.51

19 gennaio 2015

Codice	Data	Tipo	Richiedente	Guasto	Esito	Data ultimo intervento
2015/00034	12/01/2015	Correttiva	Orlando Meloni	non mantiene la carica	[RI] - Vedi note	12/01/2015
2014/V01280	14/09/2014	Verifiche			[RI] - Superato	14/11/2014
2014/01100	08/10/2014	Correttiva	Orlando Meloni	controllo telecomando	[RI] - Vedi note	08/10/2014
2014/00299	06/03/2014	Correttiva		alimentatore da sostituire	[RI] - Richiesta evasa	06/03/2014
2013/P01709	15/09/2013	Preventiva			[RI] - Richiesta evasa	15/09/2013
2013/V01743	15/09/2013	Verifiche			[RI] - Superato	14/09/2013
2013/01096	12/09/2013	Correttiva	ALESSANDRO PORTAS	telecomando non funzionante	[RI] - Vedi note	12/09/2013

Pagina: 1/1 (7 elementi)

Righe per pagina: 10