



24 FEB 2015

Deliberazione n.

268/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____

Oggetto: Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione Video Gastroscopio Olympus mod. Gif. Q 165 matr. 2601630, in dotazione all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl - C.I.G. **Z4D132A07E**

Il Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico:

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013, erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e Logistico dell'Azienda;

PREMESSO che l'Azienda ha in dotazione, in uso all' U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, un Video Gastroscopio Olympus mod. Gif. Q 165 matr. 2601630;

VISTA la richiesta del 06/01/2014, a firma del Resp.le dell'U.O. di Endoscopia Digestiva, Dott. Sergio Cadoni, con la quale chiede un intervento di manutenzione per la riparazione del video gastroscopio in oggetto;

CONSIDERATO che la tipologia dell'apparecchiatura in oggetto non è compresa tra quelle previste nell'ordinativo di fornitura come da Convenzione Consip;


PRECISATO il personale dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica ha inoltrato la richiesta di preventivo alla Ditta Olympus Italia Srl, per gestire autonomamente l'intervento di manutenzione e ottenere un risparmio del 15% sul costo complessivo della manutenzione, altrimenti destinato alle spese di gestione e utile d'impresa della Ditta Hospital Consulting per gli interventi di manutenzione esclusi dalla convenzione Consip;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Olympus Italia Srl n. E004522967 del 04.12.2014, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, pari a € 3.702,00 i.v.a. esclusa, comprensivo di spese di viaggio, manodopera e ricambi necessari;

RITENUTO che sulla base delle motivazioni, necessità e urgenza sopra palesate, l'affidamento possa essere effettuato con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che rende percorribile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;

PROPONE

- l'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia Srl per la riparazione del Video gastroscopio Olympus GIF-Q 165 matr. 2601630, per un importo complessivo di € 3.702,00 i.v.a. di legge esclusa, come da preventivo n. E004522967 del 04.12.2014.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'istruttoria da parte del Responsabile della Struttura Complessa del Settore Tecnico manutentivo e logistico

SENTITI il parere in merito del Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa di:

- Affidare alla ditta Olympus Italia Srl la riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. Gif. Q 165 matr. 2601630, per un importo complessivo di € 4.516,44, i.v.a. di legge compresa, in dotazione all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias, come da preventivo prot. n. E004522967 del 04.12.2014;
- Di autorizzare l'affidamento diretto, con procedura in economia, come previsto dall'art. 125 comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., da parte del Responsabile del procedimento per servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre l'iva di legge;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 4.516,44, di cui € 814,44 di i.v.a. al 22%, sulla classe di costo 0507020103 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta), centro di costo n. 10530801 (U.O. di Endoscopia Digestiva P.O. S. Barbara);
- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile procedimento, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. ssa Fanni Pittau

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Silvio Maggetti

Il Resp.le S.C. Serv. Tecnico Manut. e log.

Ing. Brunello Vacca



I.C. Ing. Giorgio Angius

Add/ A. Portas

4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Delibera
n° 268/c del 24 FEB 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 25 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Delibere del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Preventivo Riparazione necessaria

Pag. 2(2)

Data Creazione 04/12/14	Offerta No. E004522967	Inc. No. 001	Codice Cliente 8100006156	NS. Riferimento Erika Pagliarini - Service	Data Scad Prev 040215
Prego specificare per richieste					
Data Apertura 01/12/14	VS. Riferimenti		VS. Riferimento		Marca Mercè 25/11/14 - DDT NR. C1288
Codice Articolo N2116430	Modello GIF-Q165 VIDEOGASTROS	N. di serie 2601630	Tecnico RRC Prag	Fax	

Informazioni/Articoli/Spese	Qtà	Prezzo Unitario	Sconto %	Importo netto
-----------------------------	-----	-----------------	----------	---------------

Difetti riscontrati

Perdita da guainetta forata
Lente fascio luce scheggiata
Switch unit usurato
Terminale distale danneggiato
Guainetta non originale
Tubo di inserzione arricciato
Body usurato
Tubo di connessione arricciato
Lente CCD danneggiata

Attività

ZE0000594-I06	Sostituzione guaina esterna, tratto angolabile	1,00	1234,00	1234,00
ZE0000594-I35	Sostituzione LG-Rod Lens Unit (2 Lenti)	1,00	230,00	230,00
ZE0000594-I99	Kit Box - Sostituzione minuteria	1,00	154,00	154,00
ZE0000594-B04	Sostituzione S-Body Unit	1,00	118,00	118,00
ZE0000594-B07	Sostituzione S-Cover	1,00	64,00	64,00
ZE0000594-B12	Sostituzione manopola freno L/R	1,00	28,00	28,00
ZE0000594-C03	Sostituzione EL-Connector Unit	1,00	346,00	346,00
ZE0000594-S01	Sostituzione Switch Box Unit	1,00	74,00	74,00
ZE0000594-S03	Sostituzione copertura switch nr.1	1,00	68,00	68,00
ZE0000594-U01	Sostituzione Universal Cord Unit	1,00	258,00	258,00
	Disassemblaggio, assemblaggio, verifica di funzionamento, controllo finale e verifica dei parametri di sicurezza	1		1128,00

Riparazione necessaria	Totale	EUR	3702,00
	IVA esclusa		

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83 - 09013 CARBONIA (CI)

Mittente

A.S.L. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

Preventivo / Risposta

Data Creazione 04/12/14	Offerta No. E004522967 Prego specificare per richieste	Codice Cliente 8100006156		
Data Apertura 01/12/14	VS. Riferimenti	VS. Riferimento	Marca Merù 25/11/14 - DDT NR. C1288	
Codice Articolo N2116430	Modello GIF-Q165 VIDEOGASTR	N. di serie 2601630	Tecnico RRC Prag	Resp. Servizio 8XCQ

Per ulteriori informazioni:
tel: 0039 02 2697267
fax: 0039 02 26972490

Incarico per:
Riparazione necessaria
preventivo di EUR 3702,00

Data _____ Timbro e Firma _____

altre informazioni

Preventivo accettato

Preventivo rifiutato / Reso
strumento non riparato

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L. 136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione.

Condizioni di fornitura:

Validità: 3 mesi data presente;

Garanzia sulla riparazione: 180 giorni sui ricambi sostituiti e sull'attività svolta; ad esclusione della regolazione dei tiranti dove applicabile;

Garanzia 24 mesi di autoclavabilità applicabile solo alle ottiche chirurgiche;

I.V.A.: a Vostro carico, nei termini di Legge;

Pagamento: mediante Rimessa diretta a 60 giorni data fattura.

Vi precisiamo che il seguente preventivo può essere soggetto a variazioni stimabili solo in fase di lavorazione, in questo caso sarà nostra cura riformularvelo.

SOS251PF.ITPAGLIARI.001.810.20141204105959

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02 26972.1 - Fax 02 26972.488

Cap.Soc. €8.300.000,00 int.vers. - P.IVA, C.F. e N° Iscriz.Reg.Impr.Milano IT10994940152 - R.E.A. di Milano 1429744

Deutsche Bank S.p.A. - Sede di Milano - Iban IT210031040160000000120633

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

Pagatore

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)

A.S.L. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CI)
Tel.
Fax

Preventivo

Pag. 1(2)

Data Creazione 04/12/14	Offerta No. E004522967 Prego specificare per richieste	Inc. No. 001	Codice Cliente 8100006156	NS. Riferimento Erika Pagliarini - Service	Data Scad Prev 040215
Data Apertura 01/12/14	VS. Riferimenti	VS. Riferimento	Marca Mercè 25/11/14 - DDT NR. C1288		
Codice Articolo N2116430	Modello GIF-Q165 VIDEOGASTROS	N. di serie 2601630	Tecnico RRC Prag	Fax	

Codice Errore :
NO RoHS2

Testo azioni
8RRC

SOS261PF.ITPAGLIARI.001.8.10.20141204105959



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso riservato](#) > [Smart CIG](#) > [Lista comunicazioni dati](#) > [Dettaglio CIG](#)

Utente: Alessandro Portas

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z4D132A07E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.702,00
Oggetto	Affidamento diretto, con procedura in economia art. 125 comma 11 D.Lgs. n°163/2006, della manutenzione e riparazione Video GastroscoPIO Olympus mod. Gif. Q 165 matr. 2601630, in dotazione all'.U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. S. Barbara di Iglesias. Ditta Olympus Italia Srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[[Annulla Comunicazione](#)] [[Modifica](#)]

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

AZIENDA U.S.L. N. 7

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA
VIA DALMAZIA N° 83 - CARBONIA
COD. FISCALE E PARTITA IVA 02261310920

Carbonia, 6-10-14

DA:

PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

UNITÀ OPERATIVA END. DIG.

TELEFONO N° 0781 6683386

FAX N° _____

A:

Hospital
CONSULTING

ASSISTENZA APPARECCHIATURE

TEL N° 0781-6683443

FAX N° 0781-6683450

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO TECNICO URGENTE SU APPARECCHIATURE
NON COPEPTE DA CONTRATTO DI ASSISTENZA

SI RICHIEDE LA MANUTENZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA SOTTO
RIPORTATA, NECESSARIA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL
SERVIZIO.

APPARECCHIATURA: GASTROSCOPIO

MARCA: OLYMPUS

MODELLO: G.I.F. 165

MATRICOLA: 2601630

ANOMALIE
RISCONTRATE: PERDITA DI TENUTA

MOTIVI URGENZA: _____

N.B.: LA RICHIESTA NON VERRÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE SE NON COMPLETA DI
TUTTI I DATI.
SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

PER CONFERMA NECESSITÀ E URGENZA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA/DISTRETTO

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA

ASL N. 7 - CARBONIA

M.D. CHIRURGO

SPEC. IN GASTROENTEROLOGIA ED
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Dot. Enrico PIRAS