



adottata dal Commissario Straordinario in data 29 APR 2015

OGGETTO: *Procedura in economia, cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per assistenza tecnica su apparecchiatura elettromedicale denominata Sonda Rilevatore SN PRE-35974 con cavità test per Accuscreen SN34014 in uso presso l' U.O. di Pediatria/Nido del P.O. Sirai di Carbonia. Affidamento alla ditta GN Hearing S.r.l. di Montegrotto Terme e impegno di spesa.*

Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici, Manutentivi, Logistica, Servizi Generali

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO che quest'Azienda ha in dotazione la seguente apparecchiatura:
- Sistema portatile per lo screening uditivo neonatale "SONDA" marca Madsen Electronics Mod. Accuscreen PRO matr. 34014 inv. n° 31160 in dotazione all' U.O. di Pediatria/Nido del P.O. Sirai di Carbonia;
- che a seguito della richiesta di intervento da parte della Caposala dell'U.O. di Pediatria/Nido del P.O. Sirai di Carbonia, il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia del guasto;

DATO ATTO che, in data 27.01.2015 il Servizio di Ingegneria Clinica del P.O. Sirai di Carbonia ha provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo prot. n° 09/15 del 27.01.2015 alla ditta GN Hearing S.r.l. di Montegrotto Terme per assistenza tecnica sull' apparecchiatura elettromedicale denominata Sonda Rilevatore SN PRE-35974 con cavità test per Accuscreen SN34014;

PRESO ATTO -dell' offerta preventivo n° CAS-51788-865H del 27.01.2015, per assistenza tecnica sull' apparecchiatura elettromedicale sopraccitata mediante calibrazione certificata dei trasduttori mlc/spk e verifiche funzionali con test simulato di otoemissioni acustiche, per una spesa complessiva di **€ 380,00 + IVA di legge**, che si allega in copia;

TENUTO CONTO del parere di congruità sulla spesa espressa dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, Ing. Brunello Vacca;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura in argomento, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

PROPONE

per le suddette motivazioni:

- l' affidamento, ai sensi dell' art. 125, comma 11 D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l' assistenza tecnica sull' apparecchiatura elettromedicale denominata *Sonda Rilevatore SN PRE-35974 con cavità test per Accuscreen SN34014* mediante calibrazione certificata dei trasduttori mlc/spk e verifiche funzionali con test simulato di otoemissioni acustiche alla ditta *GN Hearing S.r.l. di Montegrotto Terme*, per una spesa complessiva di **€ 380,00 + IVA di legge**, così come indicato nel Proprio Preventivo di spesa n° CAS-51788-865H del 27.01.2015;
- di individuare l' ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;

uf gar

Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- l' affidamento alla ditta *GN Hearing S.r.l. di Montegrotto Terme* per l' assistenza tecnica sull' apparecchiatura elettromedicale denominata Sonda Rilevatore SN PRE-35974 con cavità test per Accuscreen in uso presso l' U.O. di Pediatria/Nido del P.O. Sirai di Carbonia, per una spesa complessiva di **€ 380,00 + IVA di legge**, così come indicato nel Proprio Preventivo di spesa n° CAS-51788-865H del 27.01.2015 ai sensi dell' art. 125, comma 11 D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fatturazione a favore della ditta *GN HEARING S.R.L. DI MONTEGROTTO TERME* per un importo pari a **€ 380,00 + IVA al 22%**, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di **€ 463,60 di cui € 83,60 per IVA al 22%**, sulla classe di costo n° 0507020103 "manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta" - del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al Centro di Costo n° **10521801** (Nido P.O. Sirai Carbonia).

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa M. Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ Ing. Brunello VACCA

ADDI Rag. Alberto FLORIS

Ing. G. MAGGIUS G. CUNY

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione
n. 614/C del 29 APR 2015
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".



MOD. PO 05A-02 ed. 01

GN Hearing S.R.L.
Via N. Bixio 1/B
35036 Montegrotto Terme (PD)
P.IVA 01781130289

Montegrotto Terme, 27 Gennaio 2015

Spettabile
Servizio Ingegneria Clinica
Osp. Sral di Carbonia

Ns. Rif. Prev. N. CAS-51788-865H
Vs. Rif. richiesta 09/15 del 27/01/2015

ALLA CORTESE ATTENZIONE
Servizio Ingegneria Clinica
Tel. 0781/6683490 Fax. 0781/6683485

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE

Con riferimento alla Sua gentile richiesta, (pervenuta alla nostra sede di Montegrotto Terme) con la presente ci preghiamo sottoporLe preventivo di massima per:

Strumentazione in Assistenza: Sonda rilevatore SN PRE-35974 con cavità test per Accuscreen SN 34014

Dettaglio intervento:

- Calibrazione certificata trasduttori mlc/spk
- Verifiche funzionali con test simulato di otoemissioni acustiche

Dettaglio costi:

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	TOT.
CALOTO1	CALIBRAZIONE OAE SCREENING	1	€ 380,00	€ 380,00
TOT. INTERVENTO				€ 380,00

N.B: i prezzi si intendono esclusi di eventuali spese di spedizione, imballo.

CONDIZIONI GENERALI:

GARANZIA: 6 mesi sulle parti eventualmente sostituite.

I.V.A. : 22% a norma di legge a Vostro carico non inclusa nel prezzo sopra indicato.

PAGAMENTO: alle condizioni in essere.

VALIDITA' OFFERTA: 60gg

CONSEGNA: 1-2gg

Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro via fax, al n. 049/8911841 (sede operativa di Montegrotto) onde poter procedere alla calendarizzazione dell'intervento di cui sopra e ringraziandola per l'attenzione dedicataci, porgiamo distinti saluti.

mercury
parte di otometrics
Denis Sterchele
Product & Service Manager

SEDE MILANO: V.le Colleoni, 25 - 20041 Agrate B.za (MI) Tel. 039.650211 Fax 039/653522
SEDE PADOVA: Via N. Bixio 1/B - 35036 Montegrotto Terme (PD) Tel. 049/8911511 Fax. 049/8911841
SEDE ROMA: Via D. Menichella 78- 00156 Roma Tel. 06/4110202 Fax. 06/41220102



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

INGEGNERIA CLINICA
Presidio Ospedaliero Sirai
Tel 0781/6683490 – fax 0781/6683485

Trasmissione fax del ___/___/2015; tot. pag. inclusa la presente n° _____

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

in sede ASL in contratto
in sede Ditta in garanzia

NS. RIFERIMENTI (da riportare in fattura e nel verbale di lavoro*):

richiesta N° **09/15** del **27/01/2015** – Delibera n°

Alla Spett.le Ditta **GN HEARING srl**

indirizzo **Via Nino Bixio 1/b 35036 Montegrotto Terme (PD)**
telefono **TEL 049 8911841 – FAX 049 8911511**
alla c.se att.ne **FAX**

Concessionaria Esclusiva fornitura Servizio di Assistenza apparecchiature

Marca:

Pregasi provvedere, con la massima cortese sollecitudine, al ripristino della

Apparecchiatura **SONDA - SISTEMA PORTATILE PER LO SCREENING UDITIVO NEONATALE**
Marca **MADSEN ELECTRONICS**
Mod. **ACCUSCREEN PRO**
Matr./n° serie **34014** inv. N° **31160**

Dislocata presso: **PEDIATRIA/NIDO**

Unità Operativa **PEDIATRIA/NIDO**
Presidio **OSPEDALIERO SIRAI - CARBONIA**
Rec. telef. Reparto **0781/6683331**
Resp.le o suo Delegato **DR. M. BANDIERA**

Guasto segnalato: **TARATURA E CALIBRAZIONE SONDA.**

*Note: COME RIFERITO DA H.C. RIF. PREV. CAS-51788-865H RISULTA GIACENTE C/O V.S. DITTA - URGENTE.
INVIARE I PREVENTIVI C/O CODESTA INGEGNERIA CLINICA.*

CONDIZIONI VINCOLANTI L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE:

SI PRECISA CHE PRIMA DI PROCEDERE AL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO, SE LO STESSO NON RISULTASSE PALESEMENTE CONGRUO RISPETTO AL VALORE D'ACQUISTO O ATTUALE DELL'APPARECCHIATURA (max 20% prezzo di listino), DEVE ESSERE PRODOTTO PREVENTIVO DI SPESA DEFINITO E DETTAGLIATO CON INDICATO IL PREZZO DI LISTINO DELL'APPARECCHIATURA. IN TAL CASO L'INTERVENTO DEVE ESSERE SOSPESO IN ATTESA DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'AZIENDA. IN CASO CHE L'AUTORIZZAZIONE NON SIA CONCESSA SARÀ RICONOSCIUTO SOLO L'ONERE RELATIVO AL VIAGGIO E MANO D'OPERA NECESSARIA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL GUASTO. PER OGNI EVENIENZA O CHIARIMENTO PREGASI CONTATTARE, AI NUMERI TELEFONICI SOPRA INDICATI, IL SIG. MAURIZIO PALAZZARI 331/6791491.

N.B.: pregasi trasmettere via fax DICHIARAZIONE DI CONCESSIONE ESCLUSIVA della Ditta produttrice l'apparecchiatura. In difetto, se non risultasse già agli atti, saranno sospesi, sino a produzione, i termini di pagamento delle fatturazioni relative all'intervento.

SI PREGA CORTESAMENTE DI RECAPITARE A QUESTO UFFICIO, SEMPRE LA BOLLA DI LAVORO AI FINI DELLO SVINCOLO DELLA FATTURA

Distinti saluti

INGEGNERIA CLINICA ASL 7

sede Legale e Amministrativa: Via Dalmazia, 83 -c.p. n° 122- 09013 CARBONIA (CA) -C.F. e P.IVA 02261310920

09/15

sic carbonia

Da: assistenza@hospital-consulting.it
Inviato: lunedì 24 novembre 2014 09:40
A: sic carbonia
Oggetto: A.S.L. Carbonia - Nuova richiesta di intervento

Ente: A.S.L. Carbonia

Codice Apparecchio: 0031160
Reparto: NIDO
Struttura: P.O. SIRAI
Ubicazione: -
Stanza:
Descrizione: EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER
Costruttore: MADSEN ELECTRONICS A S
Modello: ACCUSCREEN
Inventario: -
Matricola: 34014
Tipo di Proprietà:
Centro di Costo: NIDO P.O. SIRAI - 10521801
Note:

Utente: Margherita Porcu

Data della richiesta: 24/11/2014, 9:39:43

Guasto riscontrato:
si richiede calibrazione sonda

=====
=====



ANAC
 Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Brunello Vacca

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA A.S.L. 7 - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZAD1448891
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 380,00
Oggetto	Procedura in economia, cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 per l'assistenza tecnica sull'apparecchiatura elettromedicale denominata sonda rilevatore sn pre-35974 con cavità test per acuscreen sn 34014 in uso presso l'U.O. Pediatria-Nido del P.O. Sirai di Carbonia. Affidamento alla Ditta GN HEARING S.R.L. di Montegrotto Terme.
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936