REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Delibera Commissario Straordinario adottata in data 29 MAG 2015 n. 777/C

Oggetto: verbale del 13 marzo 2015 della Commissione competente per il distretto di Iglesias per la dichiarazione del fuori uso di apparecchiature elettromedicali, attrezzature ed arredi. Dismissione e cancellazione dall'inventario Aziendale.

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi il quale

PREMESSO - che con le deliberazioni del Direttore Generale n° 1259 del 30.08.2012 e n. 1620 del 23.09.2013, sono state emanate le direttive e disposta la regolamentazione per la dismissione e fuori uso dei beni mobili inventariati nel libro cespiti, riguardanti apparecchiature sanitarie e non sanitarie;

- che tali direttive derivano da disposizioni normative per l'inadeguatezza clinico funzionale, verifiche di sicurezza e interventi di manutenzione non risolutivi, beni obsoleti, irreparabili o riparabili ma con l'impiego di risorse economiche superiori al reale valore residuo delle apparecchiature;

VISTO Il verbale della competente Commissione del 13 marzo 2015 e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTA la Legge Regionale n. 10/1997

VISTA la delibera del Direttore generale n. 1692 del 7/10/2008 che approva il regolamento di amministrazione e contabilità della ASL 7

PROPONE

- di dichiarare il fuori uso, sulla base del verbale della Commissione, che attesta la non riparabilità e l'inutilizzo delle apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi oggetto del presente atto;
- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle apparecchiature ed attrezzature descritte negli allegati al verbale del 13 marzo 2015 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggiore brevità espositiva.

Il Direttore Generale sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

Per i motivi in premessa

DELIBERA

- di dichiarare il fuori uso, sulla base del verbale della Commissione, che attesta la non riparabilità e l'inutilizzo delle apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi oggetto del presente atto;

- di disporre la cancellazione dal libro dei cespiti delle apparecchiature ed attrezzature descritte negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto al quale si rimanda per maggiore brevità espositiva

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le del Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 771/C del 29 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 MAG 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Presidio Ospedaliero C.T.O.
Direzione Medica Ospedaliera

Iglesias, 09.03.2015

Alla cortese attenzione del
Responsabile del Servzio Acquisti
Dott. Carlo Contini

Oggetto: trasmissione verbale commissione fuori uso

Per gli adempimenti di competenza si trasmette in allegato il verbale della commissione fuori uso, riunitasi in data 13.03.2015, integrato dall'elenco delle apparecchiature da dismettere.

Cordiali saluti

Il Resp.le della Commisione Fuori Uso
Dott.ssa Elisabetta Pezzi

VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Il giorno 13 del mese di Marzo dell'anno 2015 presso il P.O C.T.O. si è riunita la commissione per il fuori uso dei rifiuti speciali non pericolosi, all'uopo costituita ai sensi delle deliberazioni n° 1259 del 30.08.201 e n. 1620 del 23.09.2013.

Sono presenti:

Presidente	Dott.ssa Elisabetta Pezzi
Componente	Geom. Giuseppe Puddu
Segretario	Alessandro Portas

La commissione, vista la nota del 09.03.2015, inoltrata dal Responsabile dell'U.O. Medicina dello Sport, Dr. Marco Massenti avente per argomento il fuori uso delle apparecchiature sanitarie, procede alla verifica dello stato dei beni, alla descrizione del bene, alla identificazione del numero di inventario come riportato nell'allegato, riscontrando per tutti i beni specificati che lo stato d'uso non risulta più idoneo al suo utilizzo in quanto obsoleti/irreparabili o tali da non essere più utilizzabili.

Il Presidente della Commissione, preso atto di quanto accertato, dichiara che i beni riportati nell'allegato elenco non sono suscettibili di un ulteriore utilizzo all'interno dell'Azienda e che pertanto devono essere conferiti ad un soggetto abilitato al relativo trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro e smaltimento.

La Commissione, preso atto di quanto risultante dalla verifica effettuata, dispone la trasmissione del presente verbale, a cura del Segretario, al Responsabile del Servizio Acquisti per la predisposizione di apposita determina di fuori uso e per gli adempimenti inventariali relativi ai cespiti, nonché per la cancellazione dei beni dismessi dagli elenchi aziendali dei beni mobili.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PRESIDENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

MEDICINA DELLO SPORT

Iglesias, 09.03.2015

Alla cortese attenzione del
Presidente della Commissione fuori uso
Dott.ssa Elisabetta Pezzi

Oggetto: richiesta fuori uso apparecchiatura
Elaboratore analisi prova da sforzo
Marca GE mod Case matr. E2OG06025

Si richiede il fuori uso dell'apparecchiatura in oggetto, si allega la dichiarazione della ditta G.E. che comunica l'impossibilità di reperire i ricambi necessari per la riparazione.
Cordiali saluti

Il Resp.le dell'U.O. di Medicina dello Sport
Dott. Marco Massenti

MDC Fax module

A.S.L. Carbonia

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2014/01381/02 — *Tipo* Correttiva

Data Inizio 23/01/2015 *Ora Inizio* 12:50 — *Data Fine* 23/01/2015 *Ora Fine* 14:50

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio *0015676* — **Presidio** P.O. CTO

Descrizione ANALISI SFORZO, ELABORATORE PER — **Reparto** MEDICINA DELLO SPORT

Costruttore GE HEALTHCARE — **Stanza** 19

Modello CASE — **Matricola** E2CG06025 — **Inventario Ente**

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Hw / Sw

Non si avvia il software

DESCRIZIONE INTERVENTO

eseguite prove su schede pc,apparecchiatura fuori service. si allega dichiarazione di obsolescenza GE. si consiglia fuori uso.

Ore lavoro 01:00 — *Ore viaggio* 01:00

ESITO INTERVENTO

[RI] - Proposta di dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione

Cognome Nome Tecnico Antus Marco — Firma Tecnico

Cognome Nome Utente Dott. Francesco Piras — Firma Utente

Spettabile
Presidio Ospedaliero Sirai
Localita' Sirai
09013 - Carbonia (CI)

c.p.c. H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA
Alla c.a. Sig.ra Francesca Farris

Milano, 16 Gennaio 2015

Oggetto: Dichiarazione di obsolescenza

Egregio Cliente,

Progettare e sviluppare prodotti tecnologicamente all'avanguardia ed aggiornabili nel tempo è consuetudine ed orgoglio di GE Medical Systems, soprattutto con l'obiettivo di garantire all'utilizzatore il più duraturo ritorno dell'investimento finanziario effettuato.

Nonostante ciò, a seguito del sempre più rapido progresso tecnologico e della anzianità delle Vostre apparecchiature, GE Healthcare potrebbe non essere in grado di fornire e sostituire le parti di ricambio necessarie al buon funzionamento dell' apparecchiatura installata presso il Vs. Centro ed identificata come segue:

Codice Prodotto	Descrizione	Matricola
#CASE-EKD-XXB-XXX	CASE PERF THERM W/STD PPR IEC	E20G06025

Sebbene siano molti i fattori che determinano lo stato di obsolescenza di un sistema, la ragione principale per questa decisione è la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti. Con l'avanzare dell'età dell'apparecchiatura e della tecnologia, i fornitori esterni cessano di produrre molte delle parti e componenti utilizzate nei sistemi più datati. Attualmente, anche GE Medical Systems stenta a reperire parti sostitutive per questo tipo di sistemi.

Al fine di concordare le azioni future e per avere maggiorni informazioni in merito, Vi chiediamo di contattare il nostro Specialista di Vendita il Sig. Massimo Coluccia - cell 3482811880.

Sarà nostra cura concordare con Voi le eventuali azioni da intraprendere per garantirVi la massima soddisfazione e assicurare la continuita' nell'esercizio della Vostra attività.

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Firma per ricevuta

Stefania Lovisatti

Stefania Lovisatti
Service Sales & Marketing Manager

MDC Fax module

A.S.L. Carbonia

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2014/01381/02		*Tipo* Correttiva	
Data Inizio 23/01/2015	*Ora Inizio* 12:50	*Data Fine* 23/01/2015	*Ora Fine* 14:50

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio *0016676*		**Presidio** P.O. CTO	
Descrizione ANALISI SFORZO, ELABORATORE PER		**Reparto** MEDICINA DELLO SPORT	
Costruttore GE HEALTHCARE		**Stanza** 19	
Modello CASE		**Matricola** E2OG06025	**Inventario Ente**

GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Hw / Sw

Non si avvia il software

DESCRIZIONE INTERVENTO

eseguite prove su schede pc,apparecchiatura fuori service, si allega dichiarazione di obsolescenza GE, si consiglia fuori uso.

Ore lavoro 01:00 *Ore viaggio* 01:00

ESITO INTERVENTO

[RI] - Proposta di dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Arrius Marco Firma Tecnico

Cognome Nome Utente Dott. Francesco Piras Firma Utente

Spettabile
Presidio Ospedaliero Sirai
Localita' Sirai
09013 – Carbonia (CI)

c.p.c. H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA
Alla c.a. Sig.ra Francesca Farris

Milano, 16 Gennaio 2015

Oggetto: Dichiarazione di obsolescenza

Egregio Cliente,

Progettare e sviluppare prodotti tecnologicamente all'avanguardia ed aggiornabili nel tempo è consuetudine ed orgoglio di GE Medical Systems, soprattutto con l'obiettivo di garantire all'utilizzatore il più duraturo ritorno dell'investimento finanziario effettuato.

Nonostante ciò, a seguito del sempre più rapido progresso tecnologico e della anzianità delle Vostre apparecchiature, GE Healthcare potrebbe non essere in grado di fornire e sostituire le parti di ricambio necessarie al buon funzionamento dell' apparecchiatura installata presso il Vs. Centro ed identificata come segue:

Codice Prodotto	Descrizione	Matricola
#CASE-EKD-XXB-XXX	CASE PERF THERM W/STD PPR IEC	E20G06025

Sebbene siano molti i fattori che determinano lo stato di obsolescenza di un sistema, la ragione principale per questa decisione è la mancata disponibilità di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e per la risoluzione dei guasti. Con l'avanzare dell'età dell'apparecchiatura e della tecnologia, i fornitori esterni cessano di produrre molte delle parti e componenti utilizzate nei sistemi più datati. Attualmente, anche GE Medical Systems stenta a reperire parti sostitutive per questo tipo di sistemi.

Al fine di concordare le azioni future e per avere maggiorni informazioni in merito, Vi chiediamo di contattare il nostro Specialista di Vendita il Sig. Massimo Coluccia – cell 3482811880.

Sarà nostra cura concordare con Voi le eventuali azioni da intraprendere per garantirVi la massima soddisfazione e assicurare la continuita' nell'esercizio della Vostra attività.

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Firma per ricevuta

Stefania Lovisatti

Stefania Lovisatti
Service Sales & Marketing Manager

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

MEDICINA DELLO SPORT

Iglesias, 09.03.2015

Alla cortese attenzione del
Presidente della Commissione fuori uso
Dott.ssa Elisabetta Pezzi

Oggetto: richiesta fuori uso apparecchiatura
Elaboratore analisi prova da sforzo
Marca GE mod Case matr. E2OG06025

Si richiede il fuori uso dell'apparecchiatura in oggetto, si allega la dichiarazione della ditta G.E. che comunica l'impossibilità di reperire i ricambi necessari per la riparazione.
Cordiali saluti

Il Resp.le dell'U.O. di Medicina dello Sport
Dott. Marco Massenti