REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 903/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 23 GIU 2015

OGGETTO: *Procedura in economia, cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per assistenza tecnica sull' apparecchiatura elettromedicale denominata Pompa a Siringa marca Cardinal Healt Switzerland 317 SARL mod. ALARIS GH in uso presso l' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia. Affidamento alla ditta Terapon S.r.l. di Cagliari e impegno di spesa.*

Il Responsabile della S.C. dei Servizi Tecnici, Manutentivi, Logistica, Servizi Generali

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 62 del 17/01/2014, nella quale, per garantire la continuità dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'ing. Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico;

PREMESSO che quest'Azienda ha in dotazione la seguente apparecchiatura:

- n. 1 Pompa a siringa marca marca Cardinal Healt Switzerland 317 SARL mod. ALARIS GH inv. n° 34853, attualmente in uso presso l' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia;

- che a seguito della richiesta di intervento per la riparazione il personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica ha verificato la tipologia dell' intervento;

DATO ATTO che, in data 31.03.2015 il Servizio di Ingegneria Clinica del P.O. Sirai di Carbonia ha provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo prot. n° 35/15 del 31.03.2015 alla ditta Terapon S.r.l. di Cagliari per l' assistenza tecnica su n° 1 pompa a siringa marca CARDINAL HEALT SWITZERLAND 317 SARL mod. ALARIS GH inv. n° 34853 attualmente in uso presso l' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia;

PRESO ATTO -dell' offerta preventivo n° 250-15/AP/ds del 02.04.2015 per l' intervento di assistenza tecnica su n° 1 pompa a siringa marca CARDINAL HEALT SWITZERLAND 317 SARL mod. ALARIS GH inv. n° 34853 attualmente in uso presso l' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia che consiste nella sostituzione dei seguenti pezzi:

- n° 1 Front Case;
- n° 1 Rear Case;
- n° 1 Battery Cover;
- n° 1 Display;
- n°1 Motor Plate;
- n° 1 Batteria;
- n° 1 Siringe Kit – 2 PC Syringe Flange Clamp;

compresa la manodopera, lo smontaggio, la pulizia, il rimontaggio, le calibrazioni, le prove elettriche e le prove di funzionamento generale, per una spesa complessiva di **€ 531,00 + IVA di legge**, che si allega in copia;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornitura in argomento, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., che consente peraltro l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

## PROPONE

per le suddette motivazioni:

- l' affidamento, a favore della ditta Terapon S.r.l. di Cagliari, ai sensi dell' art. 125, comma 11 D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., per l' assistenza tecnica su n° 1 pompa a siringa marca CARDINAL HEALT SWITZERLAND 317 SARL mod. ALARIS GH inv. n° 34853 attualmente in uso presso l' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia, per una spesa complessiva di **€ 531,00 + IVA di legge**, così come indicato nel Proprio Preventivo di spesa n° 250-15/AP/ds del 02.04.2015;
- di individuare l' ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;

### Il Commissario Straordinario

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

# DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- l' affidamento alla ditta *Terapon S.r.l. di Cagliari per l' assistenza tecnica su n° 1 pompa a siringa marca CARDINAL HEALT SWITZERLAND 317 SARL mod. ALARIS GH inv. n° 34853 attualmente in uso presso l' U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Sirai di Carbonia,* per una spesa complessiva di **€ 531,00 + IVA di legge**, così come indicato nel Proprio Preventivo di spesa n° 250-15/AP/ds del 02.04.2015, ai sensi dell' art. 125, comma 11 D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- di individuare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento della relativa fatturazione a favore della ditta *Terapon S.r.l. di Cagliari* per un importo pari a ***€ 531,00 + IVA di legge***, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;
- di disporre la contabilizzazione della spesa di **€ 647,82 di cui € 116,82 per IVA al 22%,** sulla classe di costo n° A507020102 "manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" - del Piano dei Conti aziendale, a valere sul Bilancio di parte corrente dell'esercizio in corso, al Centro di Costo **n° 10530301** (Anestesia e Rianimazione P.O. Sirai Carbonia).

**Il Commissario Straordinario**
*Dott. Antonio Onnis*

**Il Direttore Amministrativo**
*Dott.ssa M. Fanni Pittau*

SERVIZIO SANITARIO ASL CARBONIA REGIONE SARDEGNA

**Il Direttore Sanitario**
*Dott. Silvio Maggetti*

**Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist.**/ *Ing. Brunello VACCA*

**Ingegneria Clinica**/ *Ing. Giorgio ANGIUS*

**ADD**/ *Rag. Alberto FLORIS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

n. 903/C del 23 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

TERAPON S.R.L.

V.RENZO LACONI N°18 – Tel.070/212020 - 240788
TELEFAX 070/240980
09122 CAGLIARI
e-mail: terponsrl@terapon.191.it
COD.FISC.E PART.IVA N. 00517460929

Cagliari, 02 Aprile 2015

Spettabile
Ingegneria Clinica
ASL 7 Carbonia
P.O. Sirai
Via Dalmazia 83
09013 Carbonia
Fax 0781 6683485

Tel. 0781/6683490

**Prot. 250-15/AP/ds**

**Oggetto: Richiesta di Intervento Servizio di Manutenzione, ricevuta a mezzo fax il 31/03/2015, per la riparazione di n.1 pompe a Siringa GH Matr.8002-21721 Inv.34853, in dotazione presso il P.O.Sirai di Carbonia Reparto Rianimazione. Rif.richiesta n.35/15 del 31/03/2015.**

In riferimento alla vostra richiesta di cui all'oggetto, la Terapon srl con sede Legale in Cagliari, Via Renzo Laconi 18, Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, si pregia sottoporre la propria migliore offerta per il ripristino delle apparecchiature, come segue:

**INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU POMPA SIRINGA GH MATR.8002221721**

**Guasto presunto**: Chassy danneggiato.

**Sostituzione dei seguenti pezzi di ricambio:**

**n.1 Front Case** **Cod.1000SP00479**
**€ 71,50 +IVA 22%**

**n.1 Rear Case** **Cod.1000SP01115**
**€ 32,00 +IVA 22%**

**n.1 Battery Cover** **Cod.1000SP01121**
**€ 4,00 +IVA 22%**

**n.1 Display** **Cod.1000SP01119**
**€ 115,00 +IVA 22%**

**n.1 Motor Plate** **Cod.1000SP01110**
**€ 45,50 +IVA 22%**

TERAPON

Segue Prot. 250-15/AP/ds

**N.1 Batteria Cod.1000SP01122**
**€ 61,00 +IVA 22%**

**n.1 SYRINGE KIT - 2 PC SYRINGE FLANGE CLAMP Cod.1000SP00570**
**€ 2 ,00 +IVA 22%**

**Ore di lavoro per il ripristino dell'apparecchiatura**
n.2 ore di lavoro /€ 100,00/h

**€ 200,00 +IVA 22%**

**Importo complessivo per l'intervento sulla pompa GH Matr.800221721 comprensivo di pezzi di ricambio e ore di lavoro:**
**€ 531,00 +IVA 22%**

Smontaggio. Pulizia.
Rimontaggio. Calibrazioni.PVP.
Prove elettriche. Prove di funzionamento generale.

L'origine del guasto potrebbe essere stata causato da una caduta.

**Ulteriori condizioni di vendita:**

- Validità dell'offerta: 90 giorni dalla data della presente
- Termini di pagamento: 30 giorni dalla data fattura
- Termini di consegna: la più sollecita e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione ordine.

Cordiali saluti,
Terapon S.r.l.