

Oggetto: Verbale della Commissione giudicatrice della gara procedura aperta in unione di acquisto tra le Aree Socio Sanitarie ATS, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per l'affidamento della fornitura di "dispositivi monouso taglienti CND V01". Procedura telematica su piattaforma SardegnaCat.

Addì 6 del mese di settembre dell'anno 2018 alle ore 11.00 nella sede della ASSL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta riservata, regolarmente costituita, la commissione di aggiudicazione della gara in oggetto. La Commissione di gara è presieduta dal Dott. Roberto Ottonello. Sono presenti i componenti: Dr.ssa Apollonia Pipere, Dott.ssa Angela Carboni e la Sig.ra Gigliola Ventura con funzioni di segretaria verbalizzante. La Commissione si è riunita, su richiesta del RUP, per procedere all'esame dell'opposizione presentate dalle Ditte Almed Srl per il Lotto 3 e dalla ditta Diafarm Union Srl per il Lotto 1.

La ditta Almed Srl con nota Prot 165-2018/AL del 27/07/2018 " Chiede la specifica della ripartizione del punteggio relativi ai vari parametri. In particolare:

Requisito di valutazione 1 - Praticità d'uso punti 25 Max così ripartito:

Maneggevolezza punti 15 e Facilità di pulizia disinfezione punti 10.

Facilità di pulizia disinfezione Il tricotomo da noi offerto ha un indice di sommergibilità IPX7 (il manipolo può essere immerso nei disinfettanti fino a 30 min ad 1 metro di profondità), caratteristica che, a nostra conoscenza, non è presente nei manipoli offerti. Si chiede alla Vostra spett.le Azienda di chiarire, verificare e/o rivedere il punteggio.

Requisito di valutazione 4 - Autonomia di funzionamento in continuo: attribuzione del punteggio proporzionale alla durata dell'autonomia 5 Punti. Il tricotomo da noi offerto ha un'autonomia della batteria di 120 minuti. Quello Medline, a noi risulta di 53 minuti. Essendo la ripartizione proporzionale, si chiede alla Vostra spett.le Azienda di chiarire, verificare e/o rivedere punteggio"

La ditta Diafarm Union Srl con note del 26/07/2018 segnala per il Lotto 1:

"1)... sulla base delle nostre conoscenze ci risulta che i bisturi di sicurezza delle ditte Rays Spa e Farmac Zabban Spa non presentano lama saldamente fissata sul manico ma lama retrattile. Essendo le caratteristiche minime necessarie ai fini della prosecuzione della valutazione tecnica, pena l'esclusione, vi chiediamo di verificare che i bisturi delle ditte sopra citate presentino le caratteristiche da voi richieste, nel dettaglio la lama saldamente fissata all'impugnatura così come da capitolato tecnico.

2) al punto 1 dei requisiti di valutazione relativi all'offerta tecnica e nel dettaglio alla voce "stampigliatura sul manico del n°/figura della lama" ci sono stati assegnati 0 punti su 7. Vorremmo far notare che il n°/figura della lama del ns. bisturi sono indicati sulla lama stessa e non sul manico, come da voi richiesto, e quindi non totalmente assenti dal bisturi. Chiediamo pertanto la rivalutazione del punteggio della "stampigliatura sul manico del n°/figura della lama" secondo i criteri di aggiudicazione presenti nell'art. 4 del capitolato speciale".

La commissione procede al riesame della documentazione tecnica delle offerte presentate per il Lotto 3 confermando quanto già risulta nel precedente verbale di valutazione tecnica. Nello specifico nella

Offerta

A Carboni
R. Ottonello

documentazione tecnica della ditta Sanifarm Srl per il prodotto Medline si rilevano tempi di autonomia della batteria da 90 a 120 minuti e relativamente alla facilità di pulizia e disinfezione, benché requisito non richiesto nel capitolato di gara, anche il manipolo Medline è immergibile in acqua fino alla profondità di un metro e fino a 30 minuti.


Si procede all'esame della documentazione tecnica del Lotto 1 alla luce delle osservazioni della Diafarm Union Srl. In ordine all'attribuzione del punteggio "stampigliatura sul manico n./figura della lama" considerando le osservazioni della ditta Diafarm Union Srl si procede ad ulteriore raffronto delle offerte con attribuzione di punti 7 a favore della predetta e contestuale decurtazione di punti 7 alla ditta aggiudicataria. Da tale raffronto, tuttavia, la graduatoria finale non subisce modificazioni in quanto la ditta Farmac Zabban Spa risulta in ogni caso aggiudicataria con punti 80,40/100 contro punti 78,513/100 per la ditta Diafarm Union Srl. Relativamente alle caratteristiche del sistema di sicurezza vengono confermate le valutazioni di cui al precedente verbale.

In ordine alla altra segnalazione della ditta Diafarm Union Srl relativa alla carenza dei requisiti di capacità tecnico professionale in capo alla ditta Alea Sas si demanda al seggio la verifica di tipo amministrativo.


Il presente verbale risulta costituito da n. 2 pagine dattiloscritte

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente

Dott. Roberto Ottone


Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Gigliola Ventura



I Componenti

Dott.ssa Angela Carboni 

Dott.ssa Apollonia Pipere

