

CAPITOLATO SPECIALE

GARA A VALENZA REGIONALE – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 - FORNITURA AUSILI FUNZIONE RESPIRATORIA COD. 3/03 DM.332/1999 - GARA N° 7198872

Legenda:

Stazione appaltante: ATS Sardegna ASSL Carbonia Azienda capofila

Aggiudicatario: Sottoscrittore del contratto

Operatore economico - concorrente: partecipante alla procedura d'aggiudicazione

Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

CSA: capitolato speciale d'appalto

CGA: il capitolato generale d'appalto per le gare unificate approvato nell'ambito della riunione dell'Osservatorio Regionale Gare del 18/12/2012 adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 1719/determinazione/28 del 22/01/2013, in quanto compatibile con il Codice

Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi

Sommario

Premesse.....	1
ART. 1- OGGETTO DURATA E VALORE DELL'APPALTO	1
ART. 2-REQUISITI NORMATIVI GENERALI	4
ART. 3-FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	4
ART. 4- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5- PATTO DI INTEGRITA'	21
ART. 6- RINVIO AL CGA- SCHEMA CONTRATTO.....	21

Premesse

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/17 del 28/12/2012, la procedura di gara per la fornitura di "ausili per la funzione respiratoria", occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna è indetta a livello regionale in unione d'acquisto.

La ex Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, ora ASSL Carbonia, è stata individuata quale capofila con il potere di agire in nome e per conto delle Aziende mandanti in virtù di appositi atti di conferimento di mandato con rappresentanza: Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari.

Nel corso della progettazione della presente gara è stata approvata la Legge Regionale n. 17: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)".

In attuazione alla predetta Legge le otto Aziende Sanitarie Locali sono confluite nell'ATS (Azienda per la Tutela della Salute). Conseguentemente per effetto del subentro della ATS nei rapporti giuridici attivi e passivi gli atti di conferimento di delega delle Aziende Universitarie di Cagliari e Sassari e dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari vengono riassunti in capo alla Area Socio Sanitaria di Carbonia in qualità di Stazione appaltante capofila.

ART. 1- OGGETTO DURATA E VALORE DELL'APPALTO

1.1. OGGETTO

L'appalto è costituito da n° 13 lotti.

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di ausili per la funzione respiratoria. I beni oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico, per quanto attiene le caratteristiche tecnico/prestazionali e i relativi fabbisogni per singola Area Socio Sanitaria sono indicati nell'allegato "A". I quantitativi annui indicati, per tipo e per numero, sono presunti e non tassativi anche se determinati in modo, per quanto possibile, attendibile perché riferiti ai fabbisogni storici e all'andamento atteso della domanda (stime delle variazioni in aumento o diminuzione). L'aggiudicatario, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste senza sollevare eccezioni.

L'appalto è indetto a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

I contratti attuativi saranno regolati dal presente CSA e dagli ulteriori atti di gara, dal CGA, in quanto compatibile con il Codice degli appalti così come modificato dal D.Lgs 56/2017 e dall'offerta tecnico-economica accettata.

L'aggiudicazione avrà luogo all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016) secondo i criteri di cui al successivo articolo 4.

L'appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente operative, consegnate nel luogo indicato nei singoli ordini e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione indicati nei singoli ordini di fornitura (a questo riguardo si veda, in particolare, nell'ambito di CGA, l'art. 3).

1.2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione dei contratti.

1.3. VALORE DELL'APPALTO

Nel determinare il valore del presente appalto, ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016, come meglio specificato nel seguito, si è tenuto conto della possibilità di variazione anche in aumento (2/10 del valore complessivo dell'appalto, con riferimento al valore triennale ai sensi dell'art. 106 c. 12 del Codice nonché dell'opzione di estensione del 30 % prevista nel capitolato generale.

Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pertanto pari ad € 15.670.665,00 al netto di Iva, così calcolato:

valore annuo	€ 3.482.370,00
valore triennale	€ 10.447.110,00
quinto d'obbligo 20 %	€ 2.089.422,00
clausola estensiva 30 %	€ 3.134.133,00
valore complessivo art. 35 c. 4 D.Lgs 50/2016 al netto I.V.A	= € 15.670.665,00

1.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI

Si rinvia integralmente all'allegato "capitolato tecnico".

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nell'allegato tecnico e alle norme di cui al presente capitolato.

Nel caso che i beni non vengano più prodotti o distribuiti, o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti, previa comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante, sarà facoltà della stessa acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, qualora a proprio insindacabile giudizio, i nuovi prodotti non siano perfettamente rispondenti alle esigenze dei Settori/Aree/Reparti di utilizzo.

I beni offerti dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nel capitolato tecnico e all'allegato "A" relativo ad ogni lotto, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

La descrizione riportata negli allegati e nel presente capitolato speciale è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà dei beni richiesti.

Verranno pertanto ammesse alla gara e valutate con i criteri successivamente indicati tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato mentre si procederà all'esclusione di quelle offerte formulate per beni in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

Le apparecchiature devono essere nuove e devono possedere le certificazioni di conformità alle norme attualmente vigenti. Le ditte devono indicare l'anno di immissione in commercio.

La ditta deve assicurare il corso di formazione iniziale nonché il supporto scientifico e metodologico per il personale addetto.

La Ditta affidataria dovrà garantire la consegna delle apparecchiature entro 15 giorni dalla richiesta (ordine). In caso di ritardo nella prima consegna, si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.

La ditta è tenuta ad effettuare il collaudo entro 10 gg. dalla consegna alla presenza del Responsabile dell'Unità Operativa richiedente e di un rappresentante dell'Ufficio di Staff di Ingegneria Clinica Aziendale. La firma dello specifico verbale di collaudo/messa in funzione da parte di funzionari della ditta certifica che l'apparecchiatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento e che la fornitura è conforme a quanto offerto e ordinato e ne consente formalmente l'utilizzo. L'attività di collaudo sarà totalmente a carico della ditta aggiudicataria. La fornitura è prevista quale "fornitura chiavi in mano". Le ditte dovranno consegnare inclusi nella fornitura ancorché non espressamente previsti nell'offerta tutti gli accessori ed il materiale necessario per la messa in funzione il collaudo ed il funzionamento del sistema stesso.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio carico e con carico delle spese di qualsiasi natura presso la sede indicata nell'ordine di fornitura.

Ciascuna apparecchiatura dovrà possedere tutti i documenti previsti dalle leggi in vigore alla data di consegna.

In particolare, ove applicabili, dovranno essere rispettati i requisiti essenziali di sicurezza secondo: Direttiva Europea 93/42 e D.Lgs 46/97 e ss.mm.ii. (Dispositivi medici); D.Lgs 81/08 e succ. modifiche (Protezione personale dei lavoratori); norme armonizzate EN, CEI – EN, UNI e ISO riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature elettromedicali

La Ditta offerente, pena esclusione, deve descrivere l'organizzazione del centro di assistenza tecnica e manutenzione, specificando sede locale e centro di riferimento. Inoltre anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione dell'offerta tecnica, dovranno indicarsi: modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Tali indicazioni potranno integrare l'offerta tecnica mediante i documenti elencati nel disciplinare di gara.

GARANZIA

Non deve essere inferiore ad anni 2 (due) di tipo manutentivo e assicurativo totale "full risk". Detta garanzia dovrà coprire tutte le parti di ricambio e relativo materiale di consumo.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore o a cause di forza maggiore.

La Ditta aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di garantire, per la durata di anni quattro decorrenti dalla data del collaudo, periodo valutato quale ciclo di vita medio delle apparecchiature, la fornitura di consumabili e ricambi. Si pattuisce sin da ora che nell'ipotesi in cui i beni fossero messi fuori produzione e/o non fosse più possibile la fornitura dei consumabili e/o dei ricambi il contratto si intenderà risolto.

Fino al termine del periodo di garanzia, l'aggiudicataria deve garantire l'effettuazione totale della manutenzione (riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva) senza nessun onere da parte della Stazione appaltante, dovendosi considerare questo servizio conglobato nel prezzo d'offerta.

I termini di garanzia decorrono dalla data del collaudo definitivo

ART. 2-REQUISITI NORMATIVI GENERALI

I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di legge in vigore al momento della fornitura sia comunitarie che nazionali richiamate nel precedente articolo 1 par. 1.4. Per ciascun bene offerto (apparecchi e materiale di consumo) le ditte concorrenti devono indicare:

- Nome commerciale, marca e codice
- Classificazione CND
- Numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)

ART. 3-FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'informazione, formazione e addestramento del personale utilizzatore previ accordi con i Servizi di Farmacia Territoriale, nonché con le UU.OO. interessate e comunque con i soggetti che saranno meglio individuati, da ciascuna area Socio Sanitaria, all'atto dell'avvio del contratto in funzione della propria organizzazione.

ART. 4- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto è disposta secondo i criteri di cui all'articolo 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, per singolo lotto con attribuzione dei punteggi dettagliati nella tabella sottoriportata:

Prezzo: punti 30 da assegnare al maggior ribasso sui valori a base d'asta indicati nell'allegato "A" (base d'asta su valore annuale). PROPORZIONALE INVERSA: $P_i = P_{max} * (Val_{min} / Val_i)$

Qualità: punti 70 da assegnarsi secondo i parametri indicati nella tabella sottoriportata:

Tipologia punteggio		CARATTERISTICHE TECNICHE E LIVELLO TECNOLOGICO		Punti
		Lotto 1 - Ventilatore Presso-Volumetrico ad alte prestazioni domiciliare		
si/no	1	Ulteriori modalità di ventilazione oltre quelle espressamente richieste		4
		no	0	
		si	4	
si/no	2	Possibilità di impostare più programmi di ventilazione indipendenti fra loro		4
		no	0	
		si	4	
si/no	3	Modulo per SpO ₂ integrata e allarme dedicato		4
		no	0	
		si	4	
si/no	4	Possibilità di impostazione di sospirone		4
		no	0	
		si	4	

si/no	5	Monitoraggio FiO2		4
		no	0	
		si	4	
si/no	6	Display touch screen		5
		no	0	
		si	5	
si/no	7	Possibilità di selezionare il tipo di interfaccia: maschera, cannula tracheostomica, boccaglio		1
		no	0	
		si	1	
si/no	8	Possibilità di impostare il Rise Time e i tempi di apnea		2
		no	0	
		Si	2	
si/no	9	Possibilità di impostare il PIF (flusso inspiratorio di picco)		2
		no	0	
		Si	2	
si/no	10	Possibilità di impostare una ventilazione di apnea		2
		no	0	
		Si	2	
si/no	11	Possibilità di misurare e monitorare gli eventi respiratori sia in modo alfanumerico che grafico		2
		no	0	
		Si	2	
quantitativo	12	Peso		10
		=kg 5	0	
		da kg 4,5 a kg 5	2	
		da kg 4 a kg 4,5	4	
		da kg 3,5 a kg 4	8	
		< kg 3,5	10	
quantitativo	13	Durata batteria		5
		= 6 h	0	
		> 6 h	5	
quantitativo	14	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	

		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	15	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	16	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	17	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	2	2
		Lotto 2 - Ventilatore Presso-Volumetrico standard		
si/no	1	Possibilità di impostare almeno due programmi di ventilazione, facilmente selezionabili		4
		no	0	
		si	4	
si/no	2	Modulo per SpO ₂ integrata e allarme dedicato punti 4		4
		no	0	
		si	4	
si/no	3	Allarme remoto		4
		no	0	
		si	4	
si/no	4	Possibilità di visualizzazione storico eventi		4
		no	0	
		si	4	
si/no	5	Certificazione di utilizzo in volo		4
		no	0	
		si	4	
si/no	6	Possibilità di impostazione di sospirone		4
		no	0	
		si	4	
si/no	7	Dotato di borsa specifica		2
		no	0	
		si	2	
si/no	8	Monitoraggio completo di loop		4

		no	0	
		si	4	
si/no	9	Display touch screen		4
		no	0	
		si	4	
quantitativo	10	Peso		10
		=kg 5	0	
		da kg 4,5 a kg 5	2	
		da kg 4 a kg 4,5	4	
		da kg 3,5 a kg 4	8	
		< kg 3,5	10	
quantitativo	11	Durata batteria interna		5
		= 4 h	0	
		> 4 h	5	
quantitativo	12	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	13	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	14	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	15	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	2	2
		Lotto 3 - Bi-level		
si/no	1	Pulsossimetro dedicato		5

		no	0	
		si	5	
si/no	2	Modalità di ventilazione alveolare o volume target.		4
		no	0	
		si	4	
si/no	3	Possibilità di alimentazione esterna con batteria minimo 4 ore		8
		no	0	
		si	8	
si/no	4	Dotato di borsa specifica		4
		no	0	
		si	4	
si/no	5	Display touch screen		4
		no	0	
		si	4	
si/no	6	Ingresso ossigeno		6
		no	0	
		si	6	
quantitativo	7	Peso		8
		=kg 3	0	
		< kg 3	8	
quantitativo	8	Durata batteria interna		10
		= 2 h	0	
		> 2 h	10	
quantitativo	9	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	

quantitativo	10	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	11	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	12	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	2	2
		Lotto 4 - Bi-Level S/T con funzione volume target, auto		
si/no	1	Pulsossimetro dedicato		5
		no	0	
		si	5	
si/no	2	Possibilità di alimentazione esterna con batteria minimo 4 ore		8
		no	0	
		si	8	
si/no	3	Ingresso ossigeno		10
		no	0	
		si	10	
si/no	4	Ulteriori modalità ventilatorie		2
		no	0	
		si	2	
si/no	5	Dotato di borsa specifica		2
		no	0	
		si	2	
si/no	6	Display touch screen		4

		no	0	
		si	4	
quantitativo	7	Peso		8
		=kg 3	0	
		< kg 3	8	
quantitativo	8	Durata batteria interna		10
		= 2 h	0	
		> 2 h	10	
quantitativo	9	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	10	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	11	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	12	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	2	2
		Lotto 5 - Ventilatore Polmonare CPAP con umidificatore integrabile		

quantitativo	1	Tempo impostazione rampa		8
		0-45 minuti	0	
		0-50 minuti	2	
		0-55 minuti	4	
		0-60 minuti	6	
		>60 minuti	8	
quantitativo	2	Livello di rumorosità in db		10
		=30 db	0	
		>=29 e <30 db	2	
		>=28 e <29 db	4	
		>=27e <28 db	6	
		>=26 e <27 db	8	
		<26 db	10	
quantitativo	3	Peso completo di umidificatore		10
		= 2,5 Kg	0	
		>=2,2 e <2,5 kg	2	
		>=1,9 e <2,2 Kg	4	
		>=1,6 e <1,9 kg	6	
		<1,6 Kg	10	
quantitativo	4	Capacità Memory Card		8
		= 2 GB	0	
		>=2 e <3 GB	2	
		>=3 e <4 GB	4	
		>=4 GB	8	
si/no	5	Umidificatore regolabile dal pannello del ventilatore		4
		no	0	
		si	4	
si/no	6	Caratteristiche tecniche con particolare riguardo alla regolazione dei flussi (p.e. Presenza di algoritmi che agevolino il comfort della terapia CPAP)		3
		no	0	
		si	3	
si/no	7	Presenza alimentatore 12 Volt da viaggio		2
		no	0	
		si	2	
quantitativo	8	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	

		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	9	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	10	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	11	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	6	6
		Lotto 6 - Ventilatore Polmonare AutoCPAP con umidificatore integrabile		
quantitativo	1	Tempo impostazione rampa		8
		0-45 minuti	0	
		0-50 minuti	2	
		0-55 minuti	4	
		0-60 minuti	6	
		>60 minuti	8	
quantitativo	2	Livello di rumorosità in db		10
		=30 db	0	
		>=29 e <30 db	2	
		>=28 e <29 db	4	
		>=27e <28 db	6	
		>=26 e <27 db	8	
		<26 db	10	
quantitativo	3	Peso completo di umidificatore		10

		>= 2,5 Kg	0	
		>=2,2 e <2,5 kg	2	
		>=1,9 e <2,2 Kg	4	
		>=1,6 e <2,00 kg	6	
		<1,6 Kg	10	
quantitativo	4	Capacità Memory Card		8
		= 2 GB	0	
		>=2 e <3 GB	2	
		>=3 e <4 GB	4	
		>=4 GB	8	
si/no	5	Umidificatore regolabile dal pannello del ventilatore		4
		no	0	
		si	4	
si/no	6	Presenza alimentatore 12 Volt da viaggio		2
		no	0	
		si	2	
si/no	7	Caratteristiche tecniche con particolare riguardo alla regolazione dei flussi (p.e. Presenza di algoritmi che agevolino il comfort della terapia CPAP)		3
		no	0	
		Si	3	
quantitativo	8	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	9	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	

discrezionale	10	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	11	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	6	6
		Lotto 7 - Apparecchiature assistenza tosse a pressione positiva inspiratoria e negativa espiratoria		
si/no	1	Possibilità di impostazione del trigger inspiratorio in modalità automatica.		10
		no	0	
		Si	10	
si/no	2	Possibilità di preimpostare più programmi in modalità automatica.		10
		no	0	
		si	10	
si/no	3	Possibilità di inserire un pedale per il controllo manuale.		7
		no	0	
		si	7	
si/no	4	Possibilità di registrazione e trasferimento dei dati.		9
		no	0	
		si	9	
si/no	5	Possibilità di aggiunta modulo SPO ₂		9
		no	0	
		si	9	
quantitativo	6	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	7	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	

		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	8	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
discrezionale	9	Condizioni migliorative (possibilità espansione software e hardware)	6	6
		Lotto 8 Aspiratore chirurgico elettrico		
si/no	1	Flusso maggiore di 24/lt.		30
		no	0	
		si	30	
si/no	2	Capacità vaso di raccolta maggiore di 1 lt.		21
		no	0	
		si	21	
quantitativo	3	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	4	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	5	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5

		Lotto 9 Aspiratore chirurgico elettrico e a batteria		
si/no	1	Flusso maggiore di 24/lt.		13
		no	0	
		si	13	
si/no	2	Capacità vaso di raccolta maggiore di 1 lt.		
		no	0	
		si	13	13
si/no	3	Aspirazione in continuo in modalità batteria > 30 minuti		15
		no	0	
		si	15	
quantitativo	4	Peso completo di batteria		5
		= 4 Kg	0	
		<4Kg	5	
quantitativo	5	Durata della batteria		5
		= 60 min	0	
		> 60 min	5	
quantitativo	6	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	7	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	8	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5

		Lotto 10 - Pulsossimetro a dito portatile		
quantitativo	1	Rapida rilevazione dei valori	15	15
quantitativo	2	Durata batteria	12	12
quantitativo	3	Precisione SpO2	12	12
quantitativo	4	Precisione frequenza cardiaca	12	12
quantitativo	5	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	6	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	7	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
		Lotto 11 - Pulsossimetro di altissima fascia		
si/no	1	Registrazione dati e possibilità trasferimento dati per telemedicina		10
		no	0	
		si	10	
si/no	2	Capnometria		10

		no	0	
		si	10	
si/no	3	Sistema di gestione degli allarmi impostabili dall'utilizzatore		10
		no	0	
		si	10	
quantitativo	4	Durata dalla batteria		10
		= 5 h	0	
		> 5 h < 10 h	5	
		> 10 h	10	
quantitativo	5	Peso completo di batteria		7
		< 1 Kg	7	
		<=1,6 e <1,00 kg	4	
		= 1,6 kg	0	
si/no	6	Borsa di trasporto		4
		no	0	
		si	4	
quantitativo	7	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	8	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	9	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5

		Lotto 12 - Nebulizzatore ad ultrasuoni per pazienti ventilati		
si/no	1	Possibilità di rabbocco dei farmaci durante la ventilazione senza interruzione della stessa.		15
		no	0	
		si	15	
discrezionale	2	Tipologia di allarmi	12	12
quantitativo	3	Durata batteria	12	12
quantitativo	4	Peso e dimensioni	12	12
quantitativo	5	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	6	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	7	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5
		Lotto 13 - Umidificatori attivi		
quantitativo	1	Minor tempo di riscaldamento della piastra	7	7

quantitativo	2	Minor peso	8	8
quantitativo	3	Minori dimensioni	8	8
si/no	4	Gestione completamente automatizzata della terapia (impostazione del tipo di ventilazione - IV o NIV - con conseguente regolazione automatica delle temperature)	8	8
		no	0	
		si	8	
si/no	5	Possibilità di modificare i parametri impostati automaticamente (voce precedente), per migliorare ulteriormente le condizioni di terapia	7	7
discrezionale	6	Ulteriore tipologia di allarmi rispetto al minimo richiesto	7	7
quantitativo	7	Maggiore range di regolazione delle temperature rispetto al minimo richiesto	6	6
quantitativo	8	Anno di immissione in commercio		6
		anno 2017	6	
		anno 2016	4	
		anno 2015	2	
		anni precedenti al 2015	0	
quantitativo	9	Estensione garanzia		8
		= anni 2	0	
		>24<=30 mesi	3	
		>30<=36 mesi	6	
		>36 mesi	8	
discrezionale	10	Modalità e tempi per lo svolgimento degli interventi tecnici in garanzia presso il domicilio del paziente (manutenzione preventiva per apparecchiature non esenti da manutenzione) e manutenzione correttiva in caso di guasto. Obiettivo del presente criterio è minimizzare eventuali disagi per il paziente.	5	5

Per l'attribuzione dei punteggi "discrezionali" si procederà alla valutazione sulla base dei criteri di seguito indicati. A tal fine si chiarisce che per valutazione discrezionale la commissione integra i

giudizi numerici con sintetiche osservazioni relative agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche.

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Mediocre	0,5
Insufficiente	0

ART. 5- PATTO DI INTEGRITA'

Alla procedura e al contratto si applica il patto d'integrità.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto." La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d'Integrità è allegato al presente capitolato e dev'essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

ART. 6- RINVIO AL CGA- SCHEMA CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice e con il modello organizzativo di ATS in divenire; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto sarà costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio, valido in quanto applicabile rispetto alle sopravvenute norme regionali sul riassetto organizzativo del SSN
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte;
- d) offerta tecnico – economica accettata